

**Wykonawcy ubiegający się**  
**o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę procesora tkankowego typu zamkniętego na 300 kasetek (nr sprawy: 6/2012/ZZP/PN)**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach przy ul. Edukacji 102; 43-100 Tychy będący jednostką organizacyjną MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zwanym dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmodyfikowanie projektu umowy poprzez wykreślenie z niej §10 tj. zakazu cesji praw majątkowych – w sytuacji, kiedy Zamawiający zamierza zapłacić należność za wykonanie przedmiotu umowy w ratach, zapis taki jest niezasadny i z tego powodu prosimy o powyższą zmianę lub też zmianę określenia w umowie sposobu dokonania zapłaty za wykonanie zamówienia na zapłatę jednorazową tzn. bez podziału na raty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę na modyfikację zapisów wzoru umowy.

**Pytanie nr 2**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy można zaproponować urządzenie, w którym zastosowano system automatycznego zarządzania zużyciem odczynników programowany dowolnie przez użytkownika, dostosowany do ilości przeprowadzanego materiału bądź czasu pracy odczynników lub ilości wykonywanych przez urządzenie cykli pracy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w urządzenia.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 12 tygodni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu rozpoczęcia i zakończenia naprawy uszkodzonego urządzenia do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Kierownik Działu**  
**Organizacyjno – Prawnego**

**Karolina Filipowska**