

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych (nr sprawy: 3/2012/ZZP/39)**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach przy ul. Edukacji 102; 43-100 Tychy będący jednostką organizacyjną MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zwanym dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdź śródszpikowego krętarzowego długiego prawego i lewego oraz krótkiego uniwersalnego do prawej i lewej kończyny zamiast prawego i lewego?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści w/w gwoźdź śródszpikowy.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej z tolerancją dł. +/- 1 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści w/w śrubę kompresyjną.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 1-2** dopuści możliwość zaoferowania płytki ustalającej DSB 2-20 otworów o długości 48 mm-336 mm zamiast 68 mm~356 mm, bez możliwości wprowadzenia kreta kaniulowanego o średnicy  $\varnothing 6,5$  w pierwszy otwór poniżej części szyjkowej?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści w/w płytki ustalającej DSB.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytki ustalającej DSK 4-20 otworów zamiast 4-14 otworów?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści w/w płytkę ustalającą DSK.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu **§7 ust. 2 ppkt. a)** umowy dotyczącą kar umownych na 0,1% wartości brutto dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy dzień opóźnienia w dostawie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu **§7 ust. 2 ppkt. b)** umowy dotyczącą kar umownych na 0,1% wartości brutto dostawy na którą została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. W odpowiedzi na pytanie nr 12 zmieniono zapisy §7 ust. 2 ppkt b).

**Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści śrubę zespalającą M12x1,75 zamiast M12x1,25?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w śrubę zespalającą.

**Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści płytki DSB o długości 68 – 228mm zamiast 68 – 356mm, pozostawiając zakres (2-12 otworów) bez zmian lub czy Zamawiający dopuści płytki w zakresie 2-20otworów pozostawiając wymaganą długość (68-356mm) bez zmian?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści w/w płytki DSB.

**Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści płytki DSK o długości 86 – 246mm zamiast 86 – 342mm, pozostawiając zakres (4-14 otworów) bez zmian lub czy Zamawiający dopuści płytki w zakresie 4-20 otworów pozostawiając wymaganą długość (86-342mm) bez zmian?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści w/w płytkę DSK.

**Pytanie nr 10 dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 5**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania daty ważności na opakowaniu o ile przepisy nie nakazują umieszczania takich informacji (§5 ust. 1)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstępuje od wymogu umieszczenia daty ważności na opakowaniu.

**Pytanie nr 11 dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 5**

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 6, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dookreślenie §5 ust. 6 w wyżej opisany sposób.

**Pytanie nr 12 dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 5**

Czy Zamawiający zmieni treść §7 ust. 2 lit. a i b na:

- a. w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy z danego zadania,
- b. w wysokości 0,2% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji?

**Odpowiedź:**

ppkt. a) – Zamawiający nie zmienia treści §7 ust. 2 ppkt a).

ppkt b) – Zamawiający zmienia treść §7 ust.2 ppkt b) w następujący sposób w wysokości 0,2% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji.

**Pytanie nr 13 dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 5**

Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 2 lit a i b, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

**Odpowiedź:**

W §8 nie ma ust. 2 lit. a i b, przypuszczamy, że Wykonawca miał na myśli §9 ust. 2 ppkt a i b. Zamawiający nie zmienia zapisu §9 ust. 2 ppkt a i b.

**Kierownik Działu  
Organizacyjno – Prawnego**

**Karolina Filipowska**