



WSS/KG/ 1339 /ZZP/JNJ/ 506 /12

Tychy, dn. 14.12.2012r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego z głową bipolarną (połowiczą) (nr sprawy: 14/2012/ZZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 dopuszcza możliwość dostarczenia: trzpienia prostego, gładkiego, wysokopolerowanego, bezkołnierzonego z centralizerem w kształcie podwójnego klina, oferowany w 6 off setach (30mm,33mm,35,5mm,37,5mm,44mm,50mm) i 20 rozmiarach?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuszcza możliwość dostarczenia: głowa bi-polarna wykonana z metalu i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72mm (od 44mm do 56mm co 1mm, od 56mm do 58mm co 2mm, od 58mm do 64mm co 3mm, od 68mm do 72mm co 4mm) średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej, bądź Panewka polietylenowa z okapem, dwuprofilowa w wersji niska i wysoka lub panewka polietylenowa z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu z okapem dla głowy fi 28mm 2 tace narzędzi dedykowane każdemu rodzajowi panewki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU
Mariola Szulc

WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Leki