



WSS/KG/ 342 /ZZP/MW/ 23 /13

Tychy, dn. 18.02.2013r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych (nr sprawy: 4/13/ZZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakiet nr 6 poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów pakowanych 3x1szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania takich kompresów.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakiet nr 8 poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania rozmiaru nieznacznie różniącego się od podanego tj. 45x57cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza folię o takich rozmiarach.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakiet nr 8 poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania rozmiaru nieznacznie różniącego się od podanego tj. 45x27cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza folię o takich rozmiarach.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakiet nr 8 poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania rozmiaru nieznacznie różniącego się od podanego tj. 15x27cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza folię o takich rozmiarach.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakiet nr 8 poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania rozmiaru nieznacznie różniącego się od podanego tj. 30x27cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza folię o takich rozmiarach.

MEGREZ Sp. z o.o.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakiet nr 5 poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy rozmiar 15x15cm posiadający półprzepuszczalną błonę poliuretanową, formuje się żel pod opatrunkiem, elastyczny z cienkimi brzegami stosowany przy owrzodzeniach podudzi, odleżynach, powierzchownych oparzeniach. Otarciach, miejscach po pobraniu tkanki do przeszczepu oraz na rany pooperacyjne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taki opatrunek.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakiet nr 5 poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy rozmiar 15x15cm lub 10x10cm posiadający półprzepuszczalną błonę poliuretanową, formuje się żel pod opatrunkiem, elastyczny z cienkimi brzegami stosowany przy owrzodzeniach podudzi, odleżynach, powierzchownych oparzeniach. Otarciach, miejscach po pobraniu tkanki do przeszczepu oraz na rany pooperacyjne?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego opatrunku.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakiet nr 5 poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści żel hydrokoloidowy z alginianem przeznaczony do czyszczenia ran z tkanki martwiczej, żel jest łatwy do usunięcia nie pozostawia resztek w ranie, ergonomiczny aplikator, absorbuje wysięk z rany, zmniejsza ryzyko maceracji skóry wokół rany, może być stosowany przez cały proces gojenia rany, utrzymuje wilgoć w ranie, aktywuje enzymy do autolitycznego oczyszczania z tkanek niepełnowartościowych, pojemność 15g

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taki żel.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakiet nr 5 poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy na rany z dużym wysiękiem, do stosowania przy wrzodzeniach podudzi i odleżynach z dużym i średnim wysiękiem, w leczeniu niezainfekowanej stopy cukrzycowej, polecany na powierzchowne oparzenia, opatrunek posiada trójwymiarową strukturę opatrunku, szybko absorbuje wysięk, chroni skórę przed maceracją, jest elastyczny i gładki, nieprzylepnym rozmiar 10x10cm

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego opatrunku.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakiet nr 5 poz. nr 6 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy na rany z dużym wysiękiem, do stosowania przy wrzodzeniach podudzi i odleżynach z dużym i średnim wysiękiem, w leczeniu niezainfekowanej stopy cukrzycowej, polecany na powierzchowne oparzenia, opatrunek posiada trójwymiarową strukturę opatrunku, szybko absorbuje wysięk, chroni skórę przed maceracją, jest elastyczny i gładki, nieprzylepnym rozmiar 15x15cm

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego opatrunku.

Pytanie nr 11

Dotyczy pakiet nr 5 poz. nr 8 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy na rany z dużym wysiękiem, do stosowania przy wrzodzeniach podudzi i odleżynach z dużym i średnim wysiękiem, w leczeniu niezainfekowanej stopy cukrzycowej, polecany na powierzchowne oparzenia, opatrunek posiada trójwymiarową strukturę opatrunku, szybko absorbuje wysięk, chroni skórę przed maceracją, jest elastyczny i gładki, nieprzylepnym rozmiar 15x15cm

Odpowiedź:

Zamawiający w/w pakiecie nie posiada pozycji nr 8. W przypadku gdy chodzi o pozycję nr 7 to Zamawiający nie dopuszcza takiego opatrunku.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakiet nr 5 poz. nr 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 5 pozycji 4 i utworzenie dla niej oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodna wyłączenie pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakiet nr 1 poz. nr 13 - 14 – Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane A' 1 sztuka?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści opaski pakowane a'1 sztuka.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakiet nr 2 poz. nr 1 - 4 – Czy Zamawiający wymaga taśmy posiadającej hipoalergiczny klej akrylowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga takiej taśmy.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakiet nr 10 poz. nr 1 – 2 – Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionym pakiecie serwety posiadające tasiemkę w kolorze białym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści serwet z tasiemką w kolorze białym.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakiet nr 10 poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji serwety 17-nitkowe?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści serwety 17 – nitkowe.

Pytanie nr 17

Dotyczy wzoru umowy §4 pkt. 4 - Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić procentu wykorzystania umowy.

Pytanie nr 18

Dotyczy wzoru umowy §4 pkt. 8 – Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający rozumie dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 19

Dotyczy wzoru umowy §7 pkt. 2a - b – Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny.

Pytanie nr 20

Dotyczy wzoru umowy §7 pkt. 2a – Czy Zamawiający zgadza się aby kara naliczana była od niedostarczonej części dostawy częściowej?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny.

Pytanie nr 21

Dotyczy wzoru umowy – Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający w §10 wskazał jakie przewiduje możliwości zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty.

Pytanie nr 22

Dotyczy wzoru umowy – Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada taki zapis we wzorze umowy §3 ust. 2.

Pytanie nr 23

Dotyczy pakiet nr 4 poz. nr 1 - 3 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w **pakiecie 4, poz. 1-3** opaski gipsowej o zawartości gipsu większej niż 92%, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej opaski gipsowej.

Pytanie nr 24

Dotyczy pakiet nr 4 poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w **pakiecie 4, poz. 4** podkładu podgipsowego, firmy BSN Medical, o wymiarach 3m x 20 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taki podkład gipsowy.

Pytanie nr 25

Dotyczy pakiet nr 4 poz. nr 9 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w **pakiecie 4, poz. 9** przylepca tkaninowego z klejem bez zawartości tlenku cynku w rozmiarze 5cm x 5m?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 4 nie posiada pozycji nr 9.

Pytanie nr 26

Dotyczy pakiet nr 3 poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w **pakiecie 3, poz. 2** zaoferowania jałowego plastra włókninowego w rozmiarze 6x8cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taki plaster.

Pytanie nr 27

Dotyczy pakiet nr 3 poz. nr 5, 6, 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w **pakiecie 3, poz. 5, 6, 7** plastra tkaninowego na rolce, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taki plaster.

Pytanie nr 28

Dotyczy pakiet nr 3 poz. nr 9 i 10 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w **pakiecie 3, poz. 9 i 10** przylepców zastępujących nici chirurgiczne w kopertach pakowanych po 6 i 10 pasków z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich przylepców.

Pytanie nr 29

Dotyczy pakiet nr 3 poz. nr 15 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w **pakiecie 3, poz. 15** zaoferowania plastra w rozmiarze 4,5x4,5cm spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taki plaster.

Pytanie nr 30

Dotyczy pakiet nr 3 poz. nr 16 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w **pakiecie 3, poz. 16** opatrunku w rozmiarze 5x7,2cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taki opatrunek.

Pytanie nr 31

Dotyczy pakiet nr 1 poz. nr 8, 9, 15-22, 28-30 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Pytanie nr 32

Dotyczy pakiet nr 1 poz. nr 9 – Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 1 poz. 9** kompresy 40g 10x10x5sztuk z nacięciem Y, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takich kompresów.

Pytanie nr 33

Dotyczy pakiet nr 1 poz. nr 15 – Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 1 poz. 15** opatrunek okulistyczny dwuwarstwowy pulpa celulozowa + włóknina?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki opatrunek.

Pytanie nr 34

Dotyczy pakiet nr 7 poz. nr 2 - 3, 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Pytanie nr 35

Dotyczy pakiet nr 7 poz. nr 12 – Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 7 poz. 12** podkład chłonny 60x60cm w opakowaniu a'25sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści takie podkłady.

Pytanie nr 36

Dotyczy pakiet nr 7 poz. nr 14 – Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 7 poz. 14** tampony celulozowe pakowane po 2rolki x 500sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści takie tampony celulozowe..

Pytanie nr 37

Dotyczy pakiet nr 10 poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 10 poz. 1** serwety pakowane po 5sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takich serwet.

Pytanie nr 38

Dotyczy pakiet nr 8 poz. nr 1, 2, 3, 4 – Czy Zamawiający, w zakresie **pakietu nr 8** wyłączy dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi poliuretanowymi o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 40x60cm dla poz. 1, 30x40cm dla poz. 2, 16x30cm dla poz. 3 oraz 27x30cm dla poz. 4?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza folię o takich rozmiarach.

Pytanie nr 39

Dotyczy pakiet nr 5 poz. nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku hydrokoloidowego wykonanego z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy, żelatyny i pektyny w połączeniu z półprzepuszczalną błoną, dzięki zdolności chłonnej opatrunku i technologii przewodzenia wysięku na zewnątrz sprawia, że wysięk jest skutecznie usuwany, a poziom wilgoci w ranie utrzymuje się na właściwym poziomie i ułatwia gojenie się rany, przeznaczony do ran z małym i średnim wysiękiem, może być stosowany we wszystkich etapach gojenia się rany niewykazujących objawów infekcji, w ranach z małym wysiękiem, oparzenia powierzchowne. Wymiary opatrunku 10cm x 10 cm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie takiego opatrunku.

Pytanie nr 40

Dotyczy pakiet nr 5 poz. nr 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku na bazie octenidyny w postaci żelu, przeznaczonego do oczyszczania ran, ułatwiającego zmianę opatrunków na ranach, aktywnie nawilżającego, dekontaminującego i oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierającego naturalne procesy naprawcze, utrzymującego odpowiedniego stopnia nawilżanie w ranie przy równoczesnym stosowaniu wszystkich rodzajów opatrunków, utrzymującego idealny bilans wilgoci w ranie, w postaci żelu, wyrobu medycznego, w pojemnikach a 20 ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Czy do przeliczeń przyjmując 1g = 1ml.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie takiego opatrunku.

Pytanie nr 41

Dotyczy pakiet nr 5 poz. nr 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku hydrokoloidowego z podłożem piankowym, wykonanego z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy, żelatyny i pektyny w połączeniu z pianką, dzięki zdolności chłonnej opatrunku i technologii przewodzenia wysięku na zewnątrz sprawia, że wysięk jest skutecznie usuwany, a poziom wilgoci w ranie utrzymuje się na właściwym poziomie i ułatwia gojenie się rany,, przeznaczony do ran z małym i średnim wysiękiem, może być stosowany we wszystkich etapach gojenia się rany niewykazujących objawów infekcji, w ranach z małym i średnim wysiękiem, oparzenia I i II stopnia powierzchowne, rany przewlekłe. Wymiary opatrunku 10cm x 10 cm.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie takiego opatrunku.

Pytanie nr 42

Dotyczy pakiet nr 5 poz. nr 1, 4, 5, 7 – W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Pytanie nr 43

Dotyczy pakiet nr 11 poz. nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku alginianowego, który tworzony jest z naturalnych składników wchodzących w skład glonów morskich i poddawanych przetworzeniu w filcowy opatrunek składający się ze sznurów włókien alginianowych, wspomagający proces ziarnowania, przeznaczony do ran charakteryzującym się umiarkowanym poziomem wysięku, który po wchłonięciu w opatrunku przekształcany jest w żel i zapewnia wilgotne środowisko ułatwiające gojenie się rany, a zatem sprawia, że rana nie wysycha, o wymiarach opatrunku 10 cm x 10 cm. Opatrunek charakteryzuje się naturalnymi właściwościami hemostatycznymi i mogą być używane do kontroli niewielkich krwawień.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takiego opatrunku.

Pytanie nr 44

Dotyczy pakiet nr 11 poz. nr 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną i do ran o wysokim i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza odczucia bólowe, jest wodoodporny i istnieje możliwość umocowania go za pomocą taśmy lub bandaży. Wskazany jest do stosowania w ranach, które wykazują objawy ziarninowania, epitelizacji lub ranach pokrytych martwicą rozplywną, w odleżynach, oparzeniach II stopnia, miejscach pobrania przeszczepu, ranach pourazowych i pooperacyjnych. Istnieje możliwość przycinania opatrunku i dostosowania go wielkości rany. Wymiary opatrunku 10cm x 10 cm.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie takiego opatrunku.

Pytanie nr 11

Dotyczy pakiet nr 5 poz. nr 1, 3 - W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

PREZES ZARZĄDU
Mariola Szulc

WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Leki