



WSS/KG/ 1072/DOPKiZP/JNJ/351/13

Tychy, dn. 02.07.2013r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na usługę wykonania pogwarancyjnych przeglądów okresowych i konserwacji sprzętu medycznego (nr sprawy: 14/13/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której oferent zamiast autoryzacji (pkt VIII pkt 1 a) przedłoży certyfikaty ze szkoleń odbytych u producenta lub jego przedstawiciela w zakresie przeglądów i napraw urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedłożenie certyfikatów ze szkoleń odbytych u producenta lub jego przedstawiciela w zakresie przeglądów i napraw urządzeń.

Pytanie nr 2 dotyczy: SIWZ rozdz. VIII pkt 1 oraz projektu umowy paragraf 1 ust.8

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie wymagań dotyczących dokumentu, potwierdzającego upoważnienie producenta (autoryzację) do dokonywania przeglądów i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej produkowanej przez tego producenta oraz przeszkoleń, które zostały potwierdzone przez producenta aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wyżej opisanych wymagań.

Pytanie nr 3 dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ –Formularza asortymentowo-cenowego-pakiet 40

Dla pakietu 40 Zamawiający określił częstotliwość przeglądów dla tomografu komputerowego na co 6 miesięcy co oznacza dwa w ciągu trwania umowy. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w arkuszu asortymentowo-cenowym Wykonawca ma podać cenę jednostkową przeglądu czy też wartość dla pakietu dwóch przeglądów.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z zaleceniami producenta dla tomografu Brighstpeed Elite wymagane są 4 przeglądy w ciągu roku.

Odpowiedź:

Wykonawca ma podać wartość dwóch przeglądów.

MEGREZ Sp. z o.o.

Pytanie nr 4 dotyczy § 1 pkt. 18, ppkt. 3 oraz pkt III, ppkt. 16) ustęp 3 w SIWZ:

Wykonawca wnosi o odstąpienie od konieczności przedstawiania Zamawiającemu dokumentów takich jak: faktury, paragony lub rachunki, za zakupione części i materiały eksploatacyjne, które zostały zamontowane lub wymienione w sprzęcie medycznym Zamawiającego.

Wykonawca kalkuluje cenę z uwzględnieniem wszelkich kosztów jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Przedstawienie Zamawiającemu faktur, paragonów czy rachunków za zakup części i materiałów eksploatacyjnych stanowi naruszenie warunków handlowych stanowiących tajemnicę handlową, której Wykonawca nie może udostępniać stronom trzecim, podobnie jak w przypadku podpisania Umowy Wykonawcy z Zamawiającym (§1 pkt.18, ppkt. 9) - „Wykonawca zobowiązuje się do: zachowania tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiącą tajemnicę służbową Zamawiającego”).

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstępuje od wyżej opisanego wymogu.

Pytanie nr 5 dotyczy § 1 pkt. 18, ppkt 10 projektu umowy oraz pkt III, ppkt 11) w SIWZ:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie jakiego rodzaju szkody Zamawiający ma na myśli oraz w jaki sposób dokona oceny oraz wyceny wyrządzonych szkód?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli doprowadzenie urządzenia medycznego do stanu umożliwiającego prawidłową eksploatację.

Pytanie nr 6 dotyczy § 7 ust. 3 a) projektu umowy:

Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kary umownej do 50,00 zł brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.

Pytanie nr 7 dotyczy § 7 ust. 3 b) projektu umowy:

Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kary umownej do 50,00 zł brutto

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.

Pytanie nr 8 dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym – Zał nr 3 do SIWZ – Pakiet nr 27:

Czy w związku z tym, że przegląd powinien być dokonywany co 6 miesięcy a umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, Zamawiający wymaga 2 przeglądów (zgodnie z Załącznikiem Nr. 1), czy 1 przeglądu zgodnie z opisem w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dwóch przeglądów w okresie obowiązywania umowy.

PREZES ZARZĄDU
Mariola Szulc

WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Leki