



WSS/KG/ 1107 /DOPKiZP/MW/ 404 /13

Tychy, dn. 16.07.2013r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego
na dostawę mebli biurowych i medycznych (nr sprawy: 22/13/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 1 meble biurowe, poz. 1 – Prosimy o sprecyzowanie czy biurko proste ma być wykonane na stelażu metalowym czy na płycie meblowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stelaż metalowy i z płyty meblowej.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakiet nr 7 meble do gabinetów zabiegowych poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści parawan o wymiarach wysokość 1850 mm, ser. 1000, gł. 450 mm?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści taki parawan.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakiet nr 7 meble do gabinetów zabiegowych poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej o wymiarach szer. 74 cm, gł. 44 cm, wys. 81 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stolika.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakiet nr 3 taborety – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 3 taborety – taboretu wyposażonego w podstawę ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści taki taboret.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakiet nr 5 fotel ginekologiczno-urologiczny – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 6 dni od odpisania umowy?

MEGREZ Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakiet nr 5 fotel ginekologiczno-urologiczny - Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczno – urologiczny według poniższego opisu:

- Fotel 3 segmentowy składający się z podgłówek (z możliwością dowolnego położenia, w zależności od wzrostu pacjentki), segmentu oparcia pleców oraz siedziska
- Bezszywowe materace segmentów fotela wykonane z materiału odpornego na promienie UV oraz środki dezynfekcyjne
- Podstawa, kolumna zabezpieczona tworzywową osłoną bez otworów, gwarantująca brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych, oraz łatwość i szybkość dezynfekcji. Podstawa, kolumna oraz spodnie części segmentów fotela obudowane szczelną łatwą w utrzymaniu czystości obudową z ABS
- Zintegrowane w segmencie oparcia pleców miejsce na ręczniki jednorazowe w rolce z możliwością poprowadzenia podkładu na segmencie oparcia pleców i siedziska
- Podpory pod rękę pacjenta - 1 para
- Wyposażony w miskę ze stali nierdzewnej z możliwością demontażu
- Konstrukcja fotela bez konieczności stosowania dodatkowego „schodka” (niskie położenie leża)
- Podpórki podudzia typu Goepela wykonane z poliuretanu bez konieczności pokrycia materiałem obiciowym w kolorystyce fotela
- Fotel stacjonarny osadzony na regulowanych „stopkach” z możliwością wypoziomowania
- Bezpieczne obciążeniem do 200 kg
- Wymiary całkowite konfiguracji fotela w pozycji leżącej 1265x760 mm
- Szerokość leża i oparcia pleców 610 mm
- Elektryczna regulacja wysokości fotela w zakresie 550-950 mm sterowanie za pomocą przycisków nożnych
- Długość x szerokość podstawy 760x950 mm
- Regulacja segmentu plecowego 0-72° elektryczna, uzyskiwana z pomocą przycisku na panelu nożnym
- Ruchoma pozycja segmentu zagłówek
- Ruchoma pozycja segmentu siedzenia..

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści fotela z podpórkami podudzia typu Goepela wykonanego z poliuretanu bez pokrycia materiałem obiciowym w kolorystyce fotela, natomiast dopuści pozostały opis fotela.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakiet nr 5 fotel ginekologiczno-urologiczny - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel składający się z 3 segmentów: segmentu oparcia pleców i głowy (tułowia), segmentu siedzenia oraz segmentu nóg (demontowanego), wykonany z profili stalowych pokrytych farbą proszkową, elementy konstrukcyjne pokryte obudową metalową malowana proszkowo?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki fotel.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakiet nr 5 fotel ginekologiczno-urologiczny – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel wyposażony w uchwyt na ręczniki jednorazowe w rolce, bez możliwości poprowadzenia podkładu między segmentami?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki fotel.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakiet nr 5 fotel ginekologiczno-urologiczny – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel bez schodka, który ze względu na duży zakres regulacji wysokości jest zbyt wąski?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki fotel.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakiet nr 5 fotel ginekologiczno-urologiczny - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel wyposażony w podpórki podudzia typu Goepla pokryte materiałem obiciowym w kolorze czarnym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści taki fotel. Kolor podpórek w tym samym kolorze co fotel.

Pytanie nr 11

Dotyczy pakiet nr 5 fotel ginekologiczno-urologiczny – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel stacjonarny, osadzony na stabilnych nóżkach jednak bez możliwości ich regulowania?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje fotela na podstawie kolumnowej zabezpieczonej tworzywową osłoną bez otworów.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakiet nr 5 fotel ginekologiczno-urologiczny – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o wymiarach zewnętrznych: długość 1380 mm (bez podpory nóg), szerokość 650 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki fotel.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakiet nr 5 fotel ginekologiczno-urologiczny – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel, w którym wysokość oraz kąt odchylenia segmentu plecowego regulowane są elektrycznie przy pomocy pilota ręcznego?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści taki fotel.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakiet nr 5 fotel ginekologiczno-urologiczny – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie do 1010 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki fotel.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakiet nr 5 fotel ginekologiczno-urologiczny - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o większych parametrach podstawy gwarantujących stabilność?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści taki fotel.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakiet nr 7 meble do gabinetów zabiegowych - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę lekową o następujących wymiarach 200 x 900 x 550mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taką szafkę (200cm x 900mm x 550mm).

Pytanie nr 17

Dotyczy pakiet nr 7 meble do gabinetów zabiegowych – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stolik zabiegowy o wymiarach 68 x 43 x 89 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki stolik.

Pytanie nr 18

Dotyczy pakiet nr 7 meble do gabinetów zabiegowych – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stolik zabiegowy o wymiarach 740 x 440 x 810 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stolika – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy pakiet nr 7 meble do gabinetów zabiegowych – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kozetkę o długości 1880 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taką kozetkę.

Pytanie nr 20

Dotyczy pakiet nr 7 poz. 1 - meble do gabinetów zabiegowych - Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel 3 segmentowy składający się z segmentu pleców i głowy, siedziska i części na nogi. Umożliwiający wykorzystanie fotela jako stołu operacyjnego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki fotel.

Pytanie nr 21

Dotyczy pakiet nr 7 poz. 7 - meble do gabinetów zabiegowych - Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel bez schodka nasuwanego na podstawę fotela.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki fotel.

Pytanie nr 22

Dotyczy pakiet nr 7 poz. 7 - meble do gabinetów zabiegowych - Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel z elektromechaniczną regulacją oparcia fotela w zakresie 0 do 70 st?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki fotel.

PROKURENT
Karolina Filipowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Leki