

PAKIET 1 - PROTEZY PROSTE USZCZELNIONE

Wymagania: : protezy uszczelnione kolagenem, przepuszczalność dla krwi mniejsza niż 10ml/ccm/min, minimalny czas absorpcji uszczelnienia 4-6 tygodni po implantacji, wzdłuż protezy konieczny ciemny wskaźnik (linia) orientacyjny, grubość ściany protezy nie większa niż 0,5 mm.

Lp	Rozmiar	Długość w cm	Ilość/sztuki	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	6	30 - 45	8						
2	6	60 - 80	4						
3	8	30 - 45	8						
4	8	60 - 80	4						
Ogółem:									

UWAGA – Zamawiający wymaga aby okres przydatności do użycia wynosił nim. 12 miesięcy od daty zakupu, protezy posiadały dużą odporność na pęknięcie, odznaczały się łatwością manipulacji dzięki miękkiej i elastycznej strukturze materiału, nie strzępiły się w miejscach nacięcia i szycia.

.....
Podpis

PAKIET 2 - PROTEZY ROZWIDLONE USZCZELNIONE

Wymagania: : protezy uszczelnione kolagenem, przepuszczalność dla krwi mniejsza niż 10ml/ccm/min, minimalny czas absorpcji uszczelnienia 4-6 tygodni po implantacji, wzdłuż protezy konieczny ciemny wskaźnik (linia) orientacyjny, grubość ściany protezy nie większa niż 0,5 mm.

Lp	Rozmiar	Długość w cm	Ilość/sztuki	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	14 / 7	40 - 50	2						
2	16 / 8	40 - 50	2						
3	18 / 9	40 - 50	2						
Ogółem:									

UWAGA – Zamawiający wymaga aby okres przydatności do użycia wynosił nim. 12 miesięcy od daty zakupu, protezy posiadały dużą odporność na pękanie, odznaczały się łatwością manipulacji dziękii miękkiej i elastycznej strukturze materiału, nie strzępiły się w miejscach nacięcia i szycia.

.....
Podpis

PAKIET 3 - PROTEZY e-PTFE NIEZBROJONE PROSTE I ROZWIDLONE

Wymagania: : wzdłuż protezy konieczny ciemny wskaźnik (linia) orientacyjny,

Lp	Rozmiar	Długość w cm	Ilość/sztuki	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	16 / 8	40 - 50	3						
2	16 / 9	40 - 50	3						
3	16	60 - 80	5						
4	18	60 - 60	5						
5	20	60 - 60	2						
Ogółem:									

UWAGA – Zamawiający wymaga aby okres przydatności do użycia wynosił nim. 12 miesięcy od daty zakupu, protezy posiadały dużą odporność na pękanie, odznaczały się łatwością manipulacji dzięki miękkiej i elastycznej strukturze materiału, nie strzępiły się w miejscach nacięcia i szycia. Protezy do min. 3 krotnej resterylizacji.

.....
Podpis

PAKIET 4 - PROTEZY PROSTE I ROZWIDLONE SREBRNE

Wymagania: : protezy uszczelnione kolagenem, antybakteryjne, impregnowane solami srebra, przepuszczalność dla krwi mniejsza niż 10ml/ccm/min, minimalny czas absorpcji uszczelnienia 4-6 tygodni po implantacji, wzduż protezy konieczny ciemny wskaźnik (linia) orientacyjny, grubość ściany protezy nie większa niż 0,5 mm.

Lp	Rozmiar	Długość w cm	Ilość/sztuki	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	6	40 - 60	2						
2	8	40 - 60	2						
3	16	40 - 45	1						
4	18	40 - 45	1						
5	20	40 - 45	1						
6	16 / 8	40 - 60	1						
7	19 / 9	40 - 60	1						
8	20 / 10	40 - 50	1						
Ogółem:									

UWAGA – Zamawiający wymaga aby okres przydatności do użycia wynosił nim. 12 miesięcy od daty zakupu, protezy posiadały dużą odporność na pękanie, odznaczały się łatwością manipulacji dzięki miękkiej i elastycznej strukturze materiału, nie strzępiły się w miejscach nacięcia i szycia.

.....
Podpis