

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH****Przedmiot zamówienia: Aparat KTG**

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji:

PARAMETR / WARUNEK	Wartość wymagana	Oferowana wartość
<b>KARDIOTOKOGRAF</b>		
Waga 3,5 kg +/- 0,5 kg	TAK	
<b>MONITOR</b>		
Ekran 7" LCD	TAK	
Rozdzielczość 480x234 +/- 100	TAK	
<b>DRUKARKA</b>		
Drukarka termiczna	TAK	
Papier rolka 112 x 25	TAK	
Szybkość przesuwu papieru 1, 2, 3 cm/m	TAK	
Regulacja kontrastu: 1, 2, 3	TAK	
Zapis automatyczny- ustawienia czasu zapisu	TAK	
<b>SONDA TĘTNA</b>		
Zakres min. FHR 50- 240 bpm	TAK	
Częstotliwość min. 2.0 MHz	TAK	
Dokładność min. FHR: ±2%	TAK	
Wodoodporność IPX 7	TAK	
<b>SONDA TOCO</b>		
DC ~ 0,5 Hz	TAK	
Zakres pomiarów: 0- 99 jednostek	TAK	
Częstotliwość 37µV/V/mmHg	TAK	
Tryb zerowania: automatyczny/ ręczny	TAK	
Wodoodporność IPX 7	TAK	
<b>AFM</b>		
Zakres: 0- 100%	TAK	
Automatyczne liczenie ruchów płodu	TAK	
Ręczny znacznik ruchów płodu	TAK	
Kontrola wzmacnienia: automatyczna	TAK	
<b>WYŚWIETLANIE</b>		
Numer łóżka	TAK	
ID sond	TAK	
Wiele ekranów	TAK	
Zamrożenie ekranu	TAK	

Zoom	TAK	
PAMIĘĆ		
Pamięć zapisu 24 godziny		
AKUMULATOR		
Wbudowany akumulator ładowalny, litowo- jonowy, min. 4400mAh		
Cykle życia ≥ 500		
OPCJE		
Sonda AST		
Wózek		
<b>Inne wymagania i informacje</b>		
Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
Prospekty, foldery	TAK ( <i>załączyć do oferty</i> )	
Certyfikaty lub świadectwa dopuszczające przedmiot zamówienia	TAK, ( <i>załączyć do oferty</i> )	
Gwarancja na aparat	min. 24 miesiące ( <i>podać</i> )	