

**PAKIET 1 - PROTEZY PROSTE USZCZELNIONE**

Wymagania: : protezy uszczelnione kolagenem, przepuszczalność dla krwi mniejsza niż 10ml/ccm/min, minimalny czas absorpcji uszczelnienia 4-6 tygodni po implantacji, wzduż protezy konieczny ciemny wskaźnik (linia) orientacyjny, grubość ściany protezy nie większa niż 0,5 mm.

Lp	Rozmiar	Długość w cm	Ilość/sztuki	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	6	30 - 45	4						
2	6	60 - 80	4						
3	8	30 - 45	4						
4	8	60 - 80	4						
<b>Ogółem:</b>									

**UWAGA** – Zamawiający wymaga aby okres przydatności do użycia wynosił nim. 12 miesięcy od daty zakupu, protezy posiadały dużą odporność na pęknięcie, odznaczały się łatwością manipulacji dziękii miękkiej i elastycznej strukturze materiału, nie strzępiły się w miejscach nacięcia i szycia.

.....

Podpis

**PAKIET 2 - PROTEZY e-PTFE NIEZBROJONE PROSTE I ROZWIDLONE**

Wymagania: : wzdłuż protezy konieczny ciemny wskaźnik (linia) orientacyjny,

Lp	Rozmiar	Długość w cm	Ilość/sztuki	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	16 / 8	40 - 50	3						
2	18 / 9	40 - 50	3						
3	16	60 - 80	4						
4	18	60 - 80	4						
5	20	60 - 80	2						
<b>Ogółem:</b>									

**UWAGA** – Zamawiający wymaga aby okres przydatności do użycia wynosił nim. 12 miesięcy od daty zakupu, protezy posiadały dużą odporność na pękanie, odznaczały się łatwością manipulacji dzięki miękkiej i elastycznej strukturze materiału, nie strzępiły się w miejscach nacięcia i szycia. Protezy do min. 3 krotnej resterylizacji.

.....  
Podpis