



WSS/KG/ 355/DOPKiZP/JNJ/109/14

Tychy, 04.03.2014r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: uzupełnienia do odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę kardiomonitorów, wózka pod aparat EKG oraz pulsoksymetrów (nr sprawy: 6/14/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 25 w całości oraz pominięciem zapytań do wzoru umowy (zapytania wpłynęły w terminie) wyjaśnia:

**Pytanie 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 ad pkt. 1:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr amerykańskiej firmy z technologią ekstrakcji sygnału stanowiącą złoty standard pomiaru o udowodnionej wysokiej dokładności monitorowania zarówno w obecności ruchów pacjenta, jak i w stanach niskiej perfuzji, o następujących parametrach technicznych:

<b>Wybrane, przykładowe parametry techniczne Pulsoksymetru RAD5_Masimo SET</b>
<b>pulsoksymetr ręczny/transportowy z obudową gumową</b>
Aparat prezentuje dane: Spo <sub>2</sub> , częstość pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe,
Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów, min. 30 godzin
Wymienialna osłona gumowa
Dwa niezależne wyświetlacze LED
Wymiary urządzenia 158 x 76 x 36 mm
Waga urządzenia 320 g
Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)%
Dokładność pomiaru saturacji max. $\pm 3$ cyfry w zakresie min. 70-100%
Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%
Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.
Dokładność pomiaru częstości pulsu max. $\pm 3$ uderzenia/min.
Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.
Rozdzielczość pomiarów:
Saturacja (%SpO <sub>2</sub> ): 1 %
Częstość pulsu (BPM) 1 BPM

**MEGREZ Sp. z o.o.**

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 9 058 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł

Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji
Indeks perfuzji (PI) wskazujący na perfuzję w miejscu pomiaru, wykres słupkowy - wysoki w kolorze zieleń wskazuje na silny sygnał, kiedy indeks perfuzji jest słaby wykres słupkowy jest niski i w kolorze czerwonym
Zakres perfuzji 0-20,0%
Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia
Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żyłnej
Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej
Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia
Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu
Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie
Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego
Trendy 72 godziny
Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD
Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe urządzenie.

**Pytanie nr 2 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu §5 ust. 5 wzoru umowy na następujący: *„Wykonawca gwarantuje rozpoczęcie i zakończenie naprawy uszkodzonego urządzenia w czasie nie dłuższym niż siedem dni roboczych, wyłączając dzień zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych do naprawy z zagranicy, na pisemną prośbę Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na przedłużenie okresu naprawy uszkodzonego urządzenia do 14 dni roboczych.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę sposobu naliczania kar umownych w §6 ust. 2 a) od wartości przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę sposobu naliczania kar umownych w §6 ust. 2 c) od wartości niezrealizowanej umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z przekazaniem w dniu dzisiejszym uzupełnień do odpowiedzi z dnia 03.03.2014r. Zamawiający przesuwa termin składania ofert o jeden dzień, tj. na **06.03.2014r.** Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie.

**Prezes Zarządu**

*Mariola Szulc*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Krzysztof Leki*