



WSS/KG/ 518 /DOPKiZP/JNJ/165/14

Tychy, 02.04.2014r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego – połowicznych z głową bipolarną (nr sprawy: 13/14/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 1pozycja 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 dopuszcza możliwość dostarczenia Trzpienia prostego, gładkiego, wysokopolerowanego, bezkołnierzowego z centralizerem w kształcie podwójnego klina, oferowany w 6 off setach (30mm.33mm.35,5mm,37,5mm,44mm,50mm) i 20 rozmiarach?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia Trzpienia prostego, gładkiego, wysokopolerowanego, bezkołnierzowego z centralizerem w kształcie podwójnego klina, oferowany w 6 off setach (30mm.33mm.35,5mm,37,5mm,44mm,50mm) i 20 rozmiarach.

**Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 1pozycja 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuszcza możliwość dostarczenia Głowa Bi-polarna wykonana z metalu i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72mm (od 44mm do 56mm co 1mm, od 56mm do 58mm co 2mm, od 58mm do 64mm co 3mm, od 68mm do 72mm co 4mm) średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej, bądź Panewka polietylenowa z okapem, dwuprofilowa w wersji niska i wysoka lub panewka polietylenowa z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu z okapem dla głowy fi 28mm 2 tace narzędzi dedykowane każdemu rodzajowi panewki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **dopuszcza** możliwość dostarczenia Głowy Bi-polarnej wykonanej z metalu i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72mm (od 44mm do 56mm co 1mm, od 56mm do 58mm co 2mm, od 58mm do 64mm co 3mm, od 68mm do 72mm co 4mm) średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej, natomiast **nie dopuszcza** dostarczenia Panewki polietylenowej z okapem, dwuprofilowej w wersji niskiej i wysokiej oraz panewki polietylenowej z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu z okapem dla głowy fi 28mm 2 tace narzędzi dedykowane każdemu rodzajowi panewki

**MEGREZ Sp. z o.o.**

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie endoprotezy wg poniższej charakterystyki technicznej?

**Trzpień** cementowy wykonany z CoCr, bezkońnerzowy w 5 rozmiarach od 137 do 157 mm długości. Stożek 12/14. Po obu stronach trzpienia – półwałki do dodatkowe presuryzacji cementu.

**Głowa bipolarna** w rozmiarach min. 43-59 mm średnicy, wyposażona w mechanizm zatraskowy wykorzystujący polietylenowy pierścień do zatrzaśnięcia głowy w czaszy. Zewnętrzna strona czaszy metalowa, do wewnątrz dopasowana wkładka polietylenowa.

**Głowa** ze stopu CoCr w rozmiarze 28 mm w 5 długościach szyjki lub głowa 22 mm.

**Cement** kostny z gentamecyną 40g lub bez antybiotyku.

### **Odpowiedź:**

**Ad. Trzpień:** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego trzpienia, wymaga trzpienia w rozmiarze od 115 mm

**Ad. Głowa bipolarna:** Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną głowę bipolarną.

**Ad. Głowa:** Zamawiający **dopuszcza** głowę ze stopu CoCr rozmiarze 28 mm w 5 długościach szyjki ale nie dopuszcza **nie dopuszcza** głowy o rozmiarze 22 mm.

**Ad. Cement:** Zamawiający dopuszcza wyżej opisany cement kostny.

**PREZES ZARZĄDU**

*Mariola Szulc*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Krzysztof Leki*