

PAKIET 1

Endoproteza stawu kolanowego całkowita pierwotna – anatomiczna

L-p.	Nazwa artykułu	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	Część udowa bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa/prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal.	120	szt						
2	Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatraskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 2,4 stopniowym offsetem oraz podkładki. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub DCF (Distal Cur First). Instrumentarium umożliwiający technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym.	120	szt						
3	Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 25mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej CondyloConstrained.	120	szt						
4	Ostrze do piły oscylacyjnej	120	szt						
RAZEM									

UWAGA

- Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce
- Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu instrumentarium na cały okres trwania Umowy
- Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.
- Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu wiertarki oraz pilarki z zasilem akumulatorem z zapasowymi akumulatorami i ładowarką
- Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez.

.....
Podpis Wykonawcy

PAKIET 2

Endoproteza stawu kolanowego całkowita rewizyjna – anatomiczna

L-p.	Nazwa artykułu	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu Co-Cr lub jako opcja Zr/Nb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych oraz z możliwością zastosowania 2, 4, 6 mm offsetu w dowolnym kierunku.	10	szt						
2	Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyny plateau piszczelowego, tytanowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydziałania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatraskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozm.	10	szt						
3	Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana (CC) dostępna w minimum 7 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto.	10	szt						
4	Podkładka uzupełniająca - dystalna, tylna i dystalno - tylna do komponentu udowego.	10	szt						
5	Podkładka uzupełniająca - połowicza i całościowa tytanowa pod tacę piszczelową	10	szt						
6	Trzpień bezcementowy tytanowy – 120 mm, 160 mm oraz 220 mm - do tacy piszczelowej lub do komponentu udowego, o średnicach: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24mm	10	szt						
7	Offset uniwersalny udowy lub piszczelowy – 2mm, 4mm lub 6mm	10	szt						
8	Rzepka – wykonana z polietylenu, dwuwypukła bądź płaska z 3 bolcami.	10	szt						
9	Ostrze do piły oscylacyjnej	10	szt						
RAZEM									

UWAGA

1. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce
2. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu instrumentarium na cały okres trwania Umowy
3. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.
4. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu wiertarki oraz pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami i ładowarką
5. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez.

.....

Podpis Wykonawcy

PAKIET 3

Endoproteza stawu kolanowego całkowita pierwotna – anatomiczna, dla pacjentów uczulonych na jony metali.

L-p.	Nazwa artykułu	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	Część udowa bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa/prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal.	4	szt						
2	Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatraskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 2,4 stopniowym offsetem oraz podkładki. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub DCF (Distal Cut First). Instrumentarium umożliwiający technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym.	4	szt						
3	Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 25mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej CondyloConstrained.	4	szt						
4	Ostrze do piły oscylacyjnej	4	szt						
RAZEM									

UWAGA

- Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce
- Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu instrumentarium na cały okres trwania Umowy
- Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.
- Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu wiertarki oraz pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami i ładowarką
- Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez.

.....
 Podpis Wykonawcy

PAKIET 4
CEMENT KOSTNY Z MIESZALNIKIEM PRÓŻNIOWYM

L-p.	Nazwa artykułu	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	Cement kostny bez antybiotyku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowania po 40 g.	10	szt						
2	Cement kostny z Gentamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowania po 40 g.	120	szt						
3	Cement kostny rewizyjny z Gentamycyną i Klindamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowania po 40 g.	10	szt						
4	Mieszalnik próżniowy do cementu z 1 mieszalnikostrzykawką. Zaopatrzony m.in.w prezuryzator udowy. Wąż łączący posiada filtr węglowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40 – 80g cementu.	140	szt						
5	Zestaw do ciśnieniowego płukania kości bez odsysania. W zestawie 2 dysze – krótka i długa oraz osłonka przeciw rozbryzgowa	140	szt						
RAZEM									

UWAGA

Sprzęt do mieszania cementu i płukania: pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza ,pistolet, i wąż łączący z odpowiednim dla danego Bloku Operacyjnego konektorem Wykonawca zapewnia i serwisuje przez cały czas trwania Umowy bez dodatkowych opłat.

.....
 Podpis Wykonawcy