



WSS/KG/ 785 /DOPKiZP/MW/ 239 /14

Tychy, dn. 12.05.2014r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku na potrzeby Szpitala (nr sprawy: 12/14/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, przedstawić wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw na co najmniej 1 zamówienie o podobnym charakterze, w okresie realizacji ,zgodnie z siwz, wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w myśl zapisom par.1, ust.1 pkt. 3) i ust.2 pkt.1) i 3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy pakiet nr **14** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaofertowane produkty były bezpiecznie pakowane do transportu i magazynowania - karton transportowy i opakowanie wewnętrzne (worki)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy pakiet nr **16, poz. 1, 2** - Czy Zamawiający dopuści fartuchy z ręczniczkami włókninowymi?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza ręczniki włókninowe.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy pakiet nr **16 poz. 1, 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa tych wyrobów następowała jak w przypadku innych dostarczanych towarów – czyli do 3 dni roboczych?

MEGREZ Sp. z o.o.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę do max. 3 dni roboczych od zamówienia.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy pakiet nr **16, poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wzmocnienia były wykonane z laminatu o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy pakiet nr **20, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C w rozmiarze 105 x 183 cm ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taką osłonę.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy pakiet nr **20, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 13x244cm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści taki pokrowiec.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy wzoru umowy - Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający rozumie dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w §3 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści; „Ponadto strony mogą wyjątkowo zmienić ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy – 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 10**

Dotyczy wzoru umowy - Zważywszy na treść § 4 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest w stanie określić procentu wykorzystania umowy.

**Pytanie nr 11**

Dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 lit. c) wzoru umowy słowa „10% wynagrodzenia brutto danego pakietu, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości brutto danego pakietu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w 7 ust. 2 lit. c).

**Pytanie nr 12**

Dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 13**

Dotyczy pakietu nr 68 poz. 21 - Czy Zamawiający wydzieli z pakietu NR 68 poz. 21 i utworzy oddzielne zadanie, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczny oferentów a tym samym Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot Zamówienia?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 14**

Dotyczy pakietu nr 68 poz. 21- Czy Zamawiający wymaga ,aby torba na wymiociny wykonana była z przezroczystego materiału, co pozwala na rozpoznanie najmniejszej ilości krwi w płynie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

**Pytanie nr 15**

Dotyczy pakietu nr 68 poz. 21- Czy Zamawiający wymaga ,aby torba na wymiociny o pojemność 1500ml była wyskalowana co 100ml i posiada uchwyt umożliwiający higieniczne zamknięcie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

**Pytanie nr 16**

Dotyczy pakietu nr 59 poz. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści zaoferowanie, obecnie oferowanych przewodnic jednorazowego użytku, średnica 0,035" długość robocza 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-

70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynułu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego przewodnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takich przewodnic.

**Pytanie nr 17**

Dotyczy pakietu nr 60 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 i 3 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 18**

Dotyczy pakietu nr 68 poz. 21- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12, 13, 14 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 19**

Dotyczy wzoru umowy paragraf 7 punkt 2e: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 3%, gdyż kary umowne w wysokości 10 % są niewspółmiernie wysokie ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenia kar umownych.

**Pytanie nr 20**

Dotyczy wzoru umowy paragraf 7 punkt 2e: Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby kara umowna liczona była od niezrealizowanej części dostawy ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 21**

Dotyczy wzoru umowy - Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach którego konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy z jednym Wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w treść umowy powyższego zapisu.

**Pytanie nr 22**

Dotyczy wzoru umowy paragraf 5 punkt 1: Czy biorąc pod uwagę, że sprzęt jest produkowany przez producenta w Japonii Zamawiający dopuści oznakowanie nazwy w języku polskim, a pozostałe (ilości, data ważności, nazwie, numerze serii i sposobie przechowywania) w postaci zharmonizowanych symboli?

Takie oznakowanie jest zgodne z artykułem 14. pkt 1 **USTAWY** z dnia 20 maja 2010 r. o **wyrobach medycznych** (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2010 r.):

*„Art. 14. 1. Wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają oznakowania i instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść §5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

*„1. Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta, numerze serii i sposobie przechowywania.*

*Zamawiający dopuszcza aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane w ramach niniejszej umowy miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które winny być w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. W razie zaistnienia potrzeby, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oznakowania lub instrukcji w języku polskim, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.”*

**Pytanie nr 23**

Dotyczy pakietu nr 96 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartucha przedniego foliowego o gr.0.02 mm i wymiarach 75x140?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego fartucha.

**Pytanie nr 24**

Dotyczy pakietu nr 96 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartucha przedniego foliowego o gr.0.02 mm i wymiarach 70x120 .

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taki fartuch.

**Pytanie nr 25**

Dotyczy pakietu nr 96 poz. 8 - Czy Zamawiający ma na myśli podkład z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, część spodnia podfoliowana, nieprzemakalna?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu takiego, jak opisany w SIWZ.

**Pytanie nr 26**

Dotyczy pakietu nr 42, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji noża grotowego do paracenty o szerokości ostrza 1,5mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taki nóż.

**Pytanie nr 27**

Dotyczy pakietu nr 42, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji noża typu SLIT obustronnie ostrzonego (Intrepid) o szerokości ostrza 2,2mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taki nóż.

**Pytanie nr 28**

Dotyczy pakietu nr 42, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji noża CRESCENT o szerokości ostrza 2,3mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taki nóż.

**Pytanie nr 29**

Dotyczy pakietu nr 43, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga by oferowane w ww. pakiecie akcesoria były oryginalne, dedykowane do aparatu Infiniti?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający oczekuje aby akcesoria były oryginalne, dedykowane do aparatu Infiniti .

**Pytanie nr 30**

Dotyczy pakietu nr 43, poz. 2 - Czy w związku z zakończonym procesem produkcji przez producenta wymaganych kabli do diatermii jednorazowego użytku, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji kabli do diatermii wielokrotnego użytku? Jeśli tak to prosimy o podanie wymaganej ilości sztuk. Proponowana przez Wykonawcę ilość to 3 sztuk, która w pełni odpowiada wymaganiom SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści kabli do diatermii wielokrotnego użytku w ilości 3 szt.

**Pytanie nr 31**

Dotyczy Załącznika nr 2 „Oferta przetargowa”: Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności do 30 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający skróci terminu płatności do 30 dni.

**Pytanie nr 32**

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4 - Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw częściowych lub do niezłożenia zamówienia na pełny zakres asortymentu, o ile ograniczenie (zmniejszenie zamówienia) nie przekroczy 30% wynagrodzenia umowy brutto.”*

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 33**

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 5 - Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

*„Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmniejszenie to nie przekroczy 30% wynagrodzenia umowy brutto, nie narusza postanowień niniejszej umowy i nie rodzi jakiegokolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego.”*

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 34**

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 9 - Zwracam się z prośbą o możliwość dostarczania przedmiotu umowy do godz. 14:00 oraz odstąpienie od konieczności informowania Zamawiającego o terminie dostawy w każdym przypadku, na rzecz informowania w sytuacjach problematycznych (np. opóźnienia w dostawach lub ewentualnych brakach towaru na rynku).

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenia przedmiotu umowy do godziny 14:00 i odstępuje od konieczności informowania Zamawiającego o terminie dostawy w każdym przypadku, na rzecz informowania w sytuacjach problematycznych (np. opóźnienia w dostawach lub ewentualnych brakach towaru na rynku).

**Pytanie nr 35**

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 10 - Zwracam się z prośbą o odstąpienie od konieczności informowania Zamawiającego o terminie dostawy w każdym przypadku, na rzecz informowania w sytuacjach problematycznych (np. opóźnienia w dostawach lub ewentualnych brakach towaru na rynku).

**Odpowiedź:**

Tak, patrz odpowiedź powyżej.

**Pytanie nr 36**

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1 - Czy Zamawiający może potwierdzić, iż zgodnie z art. 14 pkt 2. rozdziału 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w brzmieniu: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które

podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyrobów medycznych oznakowanych w języku angielskim?

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 22.

**Pytanie nr 37**

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 6 - Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy do magazynu, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który ją rozpatrzy w terminie do 3 dni roboczych od chwili otrzymania wadliwego, reklamowanego towaru i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną wymieni reklamowany przedmiot umowy na nieposiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji. Zamawiający odsyła reklamowany, wadliwy przedmiot umowy do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.

**Pytanie nr 38**

Dotyczy pakietu nr 76, poz. 4 - Czy w pakiecie nr 76 w poz. nr 4 Zamawiający ma na myśli czujnik temperatury powierzchniowy, zewnętrzny na skórę czy jedno pacjentowy, samoprzylepny czujnik do pomiaru saturacji SpO2 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający ma na myśli czujnik temperatury powierzchniowy, zewnętrzny na skórę.

**Pytanie nr 39**

Dotyczy pakietu nr 83, poz. 1 - Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 83 poz. nr 1 Folia przeciwwstrząsowa do okrywania pacjentów, srebrno-złota?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 40**

Dotyczy pakietu nr 83, poz. 4 - Czy Zamawiający wymaga by w poz. nr 4, Oferent dostarczył komplet składający się z 2 sztuk czujników do pomiaru saturacji ( TruSignal GE, gumowy, miękkiej, dł. 1 m., dla pacjentów > 30 kg i 15 - 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwością wywinięcia na wewnętrzną stronę) i 1 sztuki kabla łączącego? Czy może czujnik bezpośredni (dostępność zależna od połączenia – wtyczki okrągła lub prostokątna)? Czy Oferent ma zaproponować kilka numerów katalogowych odpowiadających poszczególnym pozycjom a Zamawiający pozostawi sobie wybór odpowiedniego czujnika/kabla przy składaniu zamówienia?

Prosimy również o wyjaśnienie, jaki rodzaj wtyczki wymaga Zamawiający dla kabla z poz. nr 4, okrągły czy prostokątny?



**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 41**

Dotyczy pakietu nr 83, poz. 6 - Dla jakiej objętości ma być dedykowany mankiet do szybkich przetoczeń z poz. nr 6 *Mankiet do szybkiego toczenia krwi z pompką do utrzymania ciśnienia w mankiecie*? Czy mankiet ma być jedno pacjentowy czy wielorazowego użytku? Mankiety jedno pacjentowe zapewniają większe bezpieczeństwo epidemiologiczne i nie podrażają znacznie kosztów użytkowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje mankieta wielorazowego użytku dla objętości do 500 ml.

**Pytanie nr 42**

Dotyczy wzoru umowy - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw częściowych do 4 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.

**Pytanie nr 43**

Dotyczy wzoru umowy - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu w §5 ust. 3 do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.

**Pytanie nr 44**

Dotyczy wzoru umowy - Prosimy o modyfikację §7 ust. 2c) wzoru umowy w następujący sposób:

*„w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części danego pakietu, w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet, bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca”*

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 45**

Dotyczy wzoru umowy Prosimy o modyfikację §7 ust. 2e) wzoru umowy w następujący sposób:

*„w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, w przypadku niezrealizowania w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia działania”*

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 46**

Dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu §4 ust. 4 wzoru umowy poprzez dodanie zdania o następującym brzmieniu „z zastrzeżeniem, że ograniczenie zamówień asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy nie będzie większe niż 20% wartości/ ilości asortymentu wskazanego w niniejszej umowie.”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 47**

Dotyczy wzoru umowy - Prosimy o wykreślenie zapisów §5 ust. 8 wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wykreśli zapisów §5 ust. 8 wzoru umowy.

**Pytanie nr 48**

Dotyczy wzoru umowy - Prosimy o wykreślenie zapisów §9 ust. 3 wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wykreśli zapisów §5 ust. 8 wzoru umowy.

**Pytanie nr 49**

Dotyczy wzoru umowy Prosimy o modyfikację §11 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 50**

Dotyczy pakietu nr 96, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło celulozowe laminowane folią w rolce niejałowe, kolor niebieski rozm. 60cm x 65 mb?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści takie prześcieradło.

**Pytanie nr 51**

1. Dotyczy pakietu nr 142 – Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 142:

- 50 szt. taśm do chirurgicznego leczenia nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, z niewielką elastycznością, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84%, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość 70 N/cm, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi zielonymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial,

oraz

- 2 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji TVT i TOT ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej taśmy i igły.

**Pytanie nr 52**

Dotyczy pakietu nr 41, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę 0,6 x 12mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taką kaniulę.

**Pytanie nr 53**

Dotyczy pakietu nr 41, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki nóż.

**Pytanie nr 54**

Dotyczy pakietu nr 46 – Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu o pojemności 0,75ml?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki błękit trypanu.

**Pytanie nr 55**

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych w rozmiarach: S/M - XLL. Rozmiar fartucha umieszczony na jego etykiecie. Opakowanie jednostkowe fartucha posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie fartuchy.

**Pytanie nr 56**

Dotyczy pakietu nr 46 poz. 2 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych w rozmiarach: L - XLL. Rozmiar fartucha umieszczony na jego etykiecie. Opakowanie jednostkowe fartucha posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie fartuchy.

**Pytanie nr 57**

Dotyczy pakietu nr 17 poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych w rozmiarach: L - XLL. Rozmiar fartucha umieszczony na jego etykiecie. Opakowanie jednostkowe fartucha posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie fartuchy.

**Pytanie nr 58**

Dotyczy pakietu nr 54 poz. 1-2 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek pakowanych a 50sztuk?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza tak pakowane maski.

**Pytanie nr 59**

Dotyczy pakietu nr 60 poz. 1 – Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 60 dopuści złożenie oferty na popychacz o średnicy 5F i długości 170 cm, jednorazowego użytku?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiają dopuści taki popychacz.

**Pytanie nr 60**

Dotyczy pakietu nr 60 poz. 2-3 – Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 Pakietu 60 dopuści złożenie oferty na zestawy do wprowadzania protez wielorazowego użytku, składające się z cewnika wprowadzającego o długości 220 cm i popychacza o długości 190 cm, pozostałe parametry jak w opisie?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści takie zestawy.

**Pytanie nr 61**

Dotyczy pakietu nr 61 poz. 1 – Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 61 dopuści złożenie oferty na protezę trzustkową wykonaną z polieteroamidu, parametry protezy jak w opisie.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej protezy.

**Pytanie nr 62**

Dotyczy pakietu nr 61 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści protezę do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, typ „Amsterdam”, średnica 8,5 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 50mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej protezy.

**Pytanie nr 63**

Dotyczy pakietu nr 61 poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści protezę do dróg żółciowych jednorazowego użytku, podwójnie zagięta typu „double pig-tail” ze znacznikiem położenia średnica stentu 10 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 10cm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej protezy.

**Pytanie nr 64**

Dotyczy pakietu nr 63 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stentów samorozprężalnych do paliatywnego protezowania nowotworowych zwężeń przełyku pokrytych z odkrytymi kołnierzami w długościach: 10, 12,15cm, przy zgodności pozostałych wymogów SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takich stentów.

**Pytanie nr 65**

Dotyczy pakietu nr 48 – Asortyment zaoferowany w pakiecie nr 48 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.

**Pytanie nr 66**

Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2 punkt a): Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: „w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych danego pakietu”.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 67**

Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2 punkt b): Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: „w wysokości 0,1% wartości brutto za przedmiot umowy, na który została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji”.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 68**

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1-4 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych sterylnych z białym tłokiem i przezroczystym cylindrem, ze skalą na cylindrze odpowiadającym skali nominalnej strzykawki renomowanej firmy Becton Dickinson, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 69**

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 4 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza tak pakowanych strzykawek.

**Pytanie nr 70**

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 6, 9

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 50-60ml renomowanej firmy Becton Dickinson, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy infuzyjne, jakich producentów posiada Zamawiający w celu zachowania kompatybilności strzykawk.

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny być wymienione w menu pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego w celu zachowania kompatybilności strzykawk?

**Odpowiedź:**

Ad.1 – Tak, Zamawiający dopuszcza takie strzykawki,

Ad.2 – ASCOR, AGILLA, MADIMA S2, ALARIS, BRAUN, KWAPISZ, AITECS,

Ad.3 – wskazane byłoby wymienienie typu strzykawk w menu pomp.

**Pytanie nr 71**

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 10, 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk do pomp infuzyjnych Ascor z końcówką Luer-Lock firmy Becton Dickinson, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie strzykawki.

**Pytanie nr 72**

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu „oznaczenie o braku PCV i lateksu na opakowaniu”. Zgodnie z nową dyrektywą z dnia 20 maja 2010r. wyroby medyczne nie zawierające lateksu i PCV nie muszą posiadać na opakowaniu informacji o braku ich zawartości (brak informacji wskazuje o braku zawartości lateksu i PCV w wyrobie), natomiast wyroby zawierające w/w substancje muszą posiadać oznaczenie na opakowaniu jednostkowym, że je zawierają.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie.

**Pytanie nr 73**

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do punkcji lędźwiowej o rozmiarze 22G 0,7 x 38mm jak w pozycji nr 1, bądź 20G x 38mm, firmy Becton Dickinson, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej igły i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 74**

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 1-5 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy igły do punkcji lędźwiowej mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

**Pytanie nr 75**

Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora do podawania leków typu Mini Spike z filtrem antybakteryjnym 0,2µm, z samouszczelniającym się, bezigłowym zaworem pełniącym funkcję zastawki zapobiegającej wyciekaniu płynu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego aplikatora i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 76**

Dotyczy pakietu nr 33 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy port bezigłowy ma posiadać jednolitą materiałowo powierzchnię styku łącznika z końcówką luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego oraz posiadać przepływ min. 525 ml/min zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5, nie wpływając na zmniejszenie deklarowanego przez producenta przepływu przez cewnik naczyniowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 77**

Dotyczy pakietu nr 33 poz. 1, 2

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy port bezigłowy ma być pozbawiony wewnętrznych elementów mechanicznych i pozwalają na prosty, w pełni widoczny tor przepływu?

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy port bezigłowy ma posiadać przezroczystą zewnątrz osadzoną membranę na konektorze w celu łatwiejszej dezynfekcji, zgodnie z wytycznymi CDC?

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy port bezigłowy dostępu żylnego ma być pakowany w sztywne opakowanie, chroniące skuteczniej przed mechanicznym uszkodzeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 78**

Dotyczy pakietu nr 38 poz. 3, 4

1/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 stopni? Zakres pracy 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej (leżącej).

2/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku ?

Taka konstrukcja podstawki dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.

3/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać zdolność nebulizowania cząstek o średniej średnicy (MMAD) 2,7 µm potwierdzone w testach, co gwarantuje skuteczne nebulizowanie leków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 79**

Dotyczy pakietu nr 53 poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy Sengstakena wykonanej z miękkiej gumy firmy Rusch, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy sonda Sengstakena ma mieć długość min. 100cm?

**Odpowiedź:**

Ad. 1 - Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ,

Ad. 2 – sonda ma mieć ok. 100cm.

**Pytanie nr 80**

Dotyczy pakietu nr 80 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 81**

Dotyczy pakietu nr 80 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra lipidowego do żywienia dla wcześniaków i noworodków. Max czas stosowania 24h. Wyposażony w zacisk szczelinowy i samoodpowietrzacz, mały, płaski, membrana 1,2µm, eliminuje cząstki nieorganiczne i grzyby. Przepływ 1800ml/h, objętość wypełnienia 0,5ml.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego filtra i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 82**

Dotyczy pakietu nr 80 poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra infuzyjnego neonatologicznego dla wcześniaków i noworodków wyposażony w zacisk szczelinowy i samoodpowietrzacz. Bardzo mały, płaski, membrana 0,2µm. Objętość wypełnienia 0,5ml, przepływ 120ml/h. Sterylizowany tlenkiem etylenu, bezlateksowy.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taki filtr.



**Pytanie nr 83**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje rękawicy mikrochirurgicznej w kolorze ciemno brązowym – antyrefleksyjnym?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rękawice.

**Pytanie nr 84**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 2, 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o lepszym parametrze AQL = 1, spełniających pozostałe parametry SIWZ,

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rękawice.

**Pytanie nr 85**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 5, 9

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice zapewniały ochronę w przypadku kontaktu z substancjami mogącymi powodować trwałe uszkodzenie zdrowia lub życia (np. HCV, HBV itp.), tj. środka ochrony osobistej kat. III, tak jak dotychczas stosowane?

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek oraz ich zgodności z normami będzie wymagał, tak jak w poz. 5 do rękawic diagnostycznych lateksowych, aby rękawice nitrylowe posiadały certyfikat wydany przez europejską jednostkę notyfikowaną potwierdzający zgodność z normą EN 455-1,2,3 i w związku z tym będzie wymagała załączenia do oferty certyfikatu?

**Odpowiedź:**

Ad. 1 – Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

ad.2 - Zamawiający wymaga dokument wystawiony przez producenta potwierdzający, iż rękawice spełniają normę EN 455.

**Pytanie nr 86**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 5

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o  $AQL \leq 1,5$ , spełniających pozostałe parametry SIWZ.

2/ Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic gładkich o powierzchni antypoślizgowej, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź:**

Ad. 1 – Zamawiający nie dopuszcza takich rękawic.

Ad.2 – Zamawiający wymaga rękawic o powierzchni antypoślizgowej teksturowanej na końcach palców.

**Pytanie nr 87**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 6

1/ Z uwagi na korzyści ekonomiczne przy możliwości zaoferowania bardzo wysokiej jakości rękawic, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic półsyntetycznych, nitrylowych,

całkowicie syntetycznych na powierzchni styku z dłonią użytkownika, bez kontaktu z proteinami lateksu.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, bezpydrowych, jednorazowych, wykonanych z poliizoprenu, który odznacza się tymi samymi właściwościami fizycznymi, co lateks naturalny, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź:**

Ad.1 – Tak, Zamawiający dopuszcza takie rękawice.

Ad. 2 - Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 88**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 8

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje rękawic półsyntetycznych, całkowicie bezlateksowych w obszarze styku z dłonią?

2/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawice z wewnętrzną warstwą leczniczą nasączoną co najmniej czterema substancjami o charakterze kosmetycznym i leczniczym takich jak glicerol, chitosan, pantenol i glukonolakton.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 89**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 9

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 sztuk, w rozmiarze XL po 180, z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

2/ Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w trosce o pracowników oddziałów szpitalnych, stanowiących szczególnie narażoną na uszkodzenia bariery skórnej i dermatozy zawodowe grupę użytkowników rękawic diagnostycznych, oczekuje, rękawic nitrylowych z wewnętrzną warstwą o charakterze łagodząco-regenerującą z aloesem wzbogaconym witaminą E.

3/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje rękawic przeznaczonych do kontaktu ze środkami dezynfekującymi i w związku z czym w celu łatwej i prostej identyfikacji rękawic zgodnie z ich przeznaczeniem bez konieczności wglądu do dokumentacji oczekuje co najmniej 2 alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych (np. etanol, izopropanol – wraz z podanymi stężeniami) fabrycznie umieszczonych wraz z poziomami ochrony na opakowaniu jednostkowym rękawic?

**Odpowiedź:**

Ad. 1 – Zamawiający dopuszcza tak pakowane rękawice,

Ad. 2 - Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ,

Ad. 3 - Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 90**

Dotyczy pakietu nr 94 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice charakteryzowały się wysokim poziomem ochrony operatora i osłabiały dawkę promieniowania wiązki skupionej o 63, 53 i 46 % dla energii odpowiednio 60, 80 i 100 kV

przy zachowaniu grubości standardowej rękawicy chirurgicznej, wynoszącej 0,25 mm dla zachowania komfortu użytkownika?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ. Dopuszcza w/w opis.

**Pytanie nr 91**

Dotyczy pakietu nr 117 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie biologicznie czystego obwodu oddechowego do aparatu do znieczuleń, pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego obwodu oddechowego.

**Pytanie nr 92**

Dotyczy pakietu nr 117 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania z samodomykającą się, bezobsługową, dwudzielną zastawką, pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego systemu.

**Pytanie nr 93**

Dotyczy pakietu nr 117 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, o wydajności nawilżania 31.6 mg H<sub>2</sub>O/litr przy Vt 500, o powierzchni filtracji 630cm<sup>2</sup> co przekłada się na skuteczność przeciwbakteryjną 99,99999% i przeciwwirusową 99,9999%, o czasie stosowania do 24 godzin, pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego filtra.

**Pytanie nr 94**

Dotyczy pakietu nr 117 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby w zestawie z cewnikiem 100% silikon znajdowała się strzykawka pierwotnie napełniona 10% roztworem gliceryny, służąca do napełnienia balonu cewnika?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

**Pytanie nr 95**

Dotyczy pakietu nr 41 poz. 3 - Czy w Pakiecie nr 41 poz. 3 Zamawiający dopuści kaniulę o rozmiarze: 0,8 x 38mm LUB 0,5x38mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taką kaniulę.

**Pytanie nr 96**

Dotyczy pakietu nr 45 poz. 2 - Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 45 poz. 2 do odrębnego zadania?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzielili pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 97**

Dotyczy pakietu nr 45 poz. 1 - Czy w Pakiecie nr 45 poz. 1 Zamawiający dopuści opaskę silikonową o wymiarach: 3x5mm o dł. 100mm LUB o wymiarach: 3x5mm o długości 80mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taką opaskę.

**Pytanie nr 98**

Dotyczy pakietu nr 47 poz. 2 - Czy w Pakiecie nr 47 poz. 2 Zamawiający dopuści pierścień rozszerzający żrenicę w rozmiarze 7,0mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki pierścień.

**Pytanie nr 99**

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych w rozmiarach: S/M – XXL. Rozmiar fartucha umieszczony na jego etykiecie. Opakowanie jednostkowe fartucha posiada min. 2 etykiety samoprzylepna do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie fartuchy.

**Pytanie nr 100**

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 2 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych w rozmiarach: L – XXL. Rozmiar fartucha umieszczony na jego etykiecie. Opakowanie jednostkowe fartucha posiada min. 2 etykiety samoprzylepna do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie fartuchy.

**Pytanie nr 101**

Dotyczy pakietu nr 17 poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych w rozmiarach: L – XXL. Rozmiar fartucha umieszczony na jego etykiecie. Opakowanie jednostkowe fartucha posiada min. 2 etykiety samoprzylepna do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie fartuchy.

**Pytanie nr 102**

Dotyczy pakietu nr 54 poz. 1-2 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek pakowanych a 50 sztuk.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza tak pakowane maski.

**Pytanie nr 103**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 5 i 9 – Prosimy o wyłączenie z pakietu nr 93 poz. 5 i 9 do osobnego zadania.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 104**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 5 – Prosimy o dopuszczenie rękawic o niskiej zawartości protein potwierdzonych badaniami producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 105**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 5 – Prosimy o dopuszczenie rękawic nie badanych metodologią 374-3.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 106**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 5 – Prosimy o dopuszczenie rękawic teksturowanych.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rękawice.

**Pytanie nr 107**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 5 – Prosimy o możliwość przedstawienia deklaracji producenta/ wytwórcy w miejsce Certyfikatu Jednostki Notyfikowanej do kontaktu z żywnością

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 108**

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 3 litrów i średnicy 18,9cm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

W pakiecie nr 6 brak jest pozycji 6 a jeśli Wykonawcy chodziło o pakiet nr 26 poz. 6 to Zamawiający nie dopuszcza takich pojemników.

**Pytanie nr 109**

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 5 litrów, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

W pakiecie nr 6 brak jest pozycji 6 a jeśli Wykonawcy chodziło o pakiet nr 26 poz. 6 to Zamawiający dopuszcza pojemniki o poj. 5 litrów.

**Pytanie nr 110**

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 3 litrów, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

W pakiecie nr 6 brak jest pozycji 9 a jeśli Wykonawcy chodziło o pakiet nr 26 poz. 9 to Zamawiający dopuszcza pojemniki o poj. 3 litry.

**Pytanie nr 111**

Dotyczy pakietu nr 124 – Czy Zamawiający dopuści żelowy krążek o średnicy zewn. 210 mm pozostałe warunki zgodne ze specyfikacją?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści takie krążki.

**Pytanie nr 112**

Dotyczy pakietu nr 143 – Czy Zamawiający dopuści aparat do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu wskazujący objętość wdychanego powietrza za pomocą trzech kulek pokazujących przepływy 600/900/1200?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki aparat.

**Pytanie nr 113**

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści igły w opakowaniu papier -folia?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści takie igły.

**Pytanie nr 114**

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 100 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taką wycenę.

**Pytanie nr 115**

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 200 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taką wycenę.

**Pytanie nr 116**

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 12, 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SSMMS?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takich fartuchów i oczekuje produktu takiego jak jest opisany w SIWZ.

**Pytanie nr 117**

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> i wzmocnieniami o gramaturze 28g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takich fartuchów.

**Pytanie nr 118**

Dotyczy pakietu nr 20 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

Dolną z elastyczną gumką 80 x 150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100cm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej osłony.

**Pytanie nr 119**

Dotyczy pakietu nr 20 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 65 x 85cm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści taki pokrowiec.

**Pytanie nr 120**

Dotyczy pakietu nr 38 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści maski jałowe?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści maski jałowe.

**Pytanie nr 121**

Dotyczy pakietu nr 53 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści sondy w rozmiarze CH18 i CH20 wykonane z 100% silikonu?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej sondy i oczekuje produktu takiego jak jest opisany w SIWZ.

**Pytanie nr 122**

Dotyczy pakietu nr 68 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści worki z drenem o długości 90cm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takich worków.

**Pytanie nr 123**

Dotyczy pakietu nr 68 poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76mm x 25mm pakowane a'50szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści takie szkiełka pakowane a'50szt. z przeliczeniem ilości.

**Pytanie nr 124**

Dotyczy pakietu nr 68 poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści stazy z możliwością dezynfekcji poprzez płukanie w niskiej temperaturze lub dezynfekcję ozonem w niskiej temperaturze?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takich staz.

**Pytanie nr 125**

Dotyczy pakietu nr 68 poz. 16, 20, 22 – Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.

**Pytanie nr 126**

Dotyczy pakietu nr 68 poz. 18 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby golarki posiadały ostrze pokryte powłoką teflonową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymogu golarki z ostrzem pokrytym powłoką teflonową przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

**Pytanie nr 127**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z AQL=1,5, zgodność z EN 455 potwierdzona przez jednostkę niezależną i badania producenta?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich rękawic.

**Pytanie nr 128**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe z teksturowane na całej powierzchni z AQL=1,5, zgodność z EN 455 potwierdzona przez jednostkę niezależną i badania producenta?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich rękawic.

**Pytanie nr 129**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści rękawice syntetyczne, neoprenowe? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści takie rękawice.



**Pytanie nr 130**

Dotyczy pakietu nr 93 poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200szt. – rozmiar S-L i 180szt.- rozmiar XL z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści rękawice tak pakowane z przeliczeniem ilości.

**Pytanie nr 131**

Dotyczy pakietu nr 97 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kaczki o pojemności 1200ml?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści takie kaczki.

**Pytanie nr 132**

Dotyczy pakietu nr 97 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści miski małe o pojemności 300ml i duże o pojemności 700ml?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści takie miski.

**Pytanie nr 133**

Dotyczy pakietu nr 97 – Czy Zamawiający dopuści stoje nieprzeźroczyste z otworem wiewowym o śr. 75mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takich stojów.

**Pytanie nr 134**

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji umowy z 3 dni do 5-7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Przy ustalaniu terminu realizacji dostawy Zamawiający powinien wziąć pod uwagę również czynniki zewnętrzne, nie zależne od dostawy, mające wpływ na terminową dostawę takie jak, warunki atmosferyczne czy opóźnienia wynikające z usług firm spedycyjnych, które niejednokrotnie wpływają na opóźnienia w realizacji zamówienia. Wymagany przez Zamawiającego 3 dniowy termin realizacji dostawy jest zbyt krótki i naraża Wykonawcę na nie dotrzymanie umownego terminu, a tym samym na niestaranne wykonanie zamówienia.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.

**Pytanie nr 135**

Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników z podziałką do 80ml o pojemności maksymalnej 100ml, o średnicy 42 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na takie pojemniki.

**Pytanie nr 136**

Dotyczy pakietu nr 26 poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o pojemności 1200ml?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie pojemniki.

**Pytanie nr 137**

Dotyczy pakietu nr 26 poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o pojemności 2300ml o średnicy 16,2cm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na takie pojemniki – ze względu na średnicę.

**Pytanie nr 138**

Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o pojemności 3400ml o średnicy 18,4cm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na takie pojemniki – ze względu na średnicę.

**Pytanie nr 139**

Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o pojemności 5600ml ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 140**

Dotyczy pakietu nr 26 poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o pojemności 10,6 L?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie takich pojemników, pozostały opis bez zmian.

**Pytanie nr 141**

Dotyczy pakietu nr 26 poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o pojemności 2,3 L?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie takich pojemników, pozostały opis bez zmian.

**Pytanie nr 142**

Dotyczy pakietu nr 26 poz. 9 i 10 – Prosimy o wydzielenie pozycji 9 i 10 do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 143**

Dotyczy pakietu nr 26 poz. 10 – Prosimy o dopuszczenie możliwości wpisania przez Wykonawcę innej stawki VAT (23%) w poz. 10. Zestaw jaki Państwo wymagają w całości (próbówka + pojemnik) nie podlega stawce 8%.

**Odpowiedź:**

Patrz pytanie nr 211 i odpowiedź.

**Pytanie nr 144**

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka spełniającego wszystkie wymagania SIWZ w opakowaniu foliowym po 100 sztuk.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający wymaga czepków pakowanych w kartonik.

**Pytanie nr 145**

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 4 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka chirurgicznego, niejałowego w formie pirackiej bandany wiązanego z tyłu z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17 g/m w opakowaniu foliowym po 100 sztuk.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający wymaga czepków pakowanych w kartonik.

**Pytanie nr 146**

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 6, 7, 8 – Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 13.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 147**

Dotyczy pakietu nr 14 poz. 3 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji ochraniaczy na obuwiu wykonane z perforowanej włókniny polipropylenowej.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie ochraniacze na obuwiu.

**Pytanie nr 148**

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 1, 2 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartuchów spełniających wszystkie wymagania SIWZ w rozmiarze M-XL.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza rozmiar M – XL jeśli pozostałe parametry z SIWZ pozostaną bez zmian.

**Pytanie nr 149**

Dotyczy pakietu nr 19 poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29 – Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 19.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 150**

Dotyczy pakietu nr 20 poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego użytku sterylnej, jednoczęściowej osłony na ramię „C” aparatu RTG. Osłona w rozmiarze 104 cm x 230 cm z rozcięciem 1370 mm i dwoma taśmami do mocowania. Pakowana w sposób zgodny z normami i wygodny dla użytkownika.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taką osłonę.

**Pytanie nr 151**

Dotyczy pakietu nr 96 poz. 1, 2 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 96, poz. 1 i 2 dopuści do oceny fartuch foliowy przedni, wiązany z tyłu na troki, wykonany z folii o grubości min. 25 um, w rozmiarze min. 120 m x 75 cm w opakowaniu 100 sztuk.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki fartuch.

**Pytanie nr 152**

Dotyczy pakietu nr 96 poz. 3 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu bibułowo-foliowego laminowanego folią w rozmiarze 60 cm x 40 m z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 280 rolek.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego podkładu – włóknina jak w SIWZ.

**Pytanie nr 153**

Dotyczy pakietu nr 96 poz. 4 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji nieprzemakalnego podkładu celulozowo-foliowego w rozmiarze 80 cm x 210 cm.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego podkładu.

**Pytanie nr 154**

Dotyczy pakietu nr 96 poz. 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu higienicznego, jednorazowego użytku z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej w rozmiarze 60 cm x 90 cm.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego podkładu i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 155**

Dotyczy pakietu nr 131 poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji krótkich spodenek dla pacjenta do kolonoskopii, wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMS do mocowania na gumkę w rozmiarze uniwersalnym.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie krótkie spodenki przy czym pozostały opis zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 156**

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o następujących długościach: 130 cm (M), 150 cm (L), 170 cm (XL), 150 cm Large (XXL), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takich fartuchów.

**Pytanie nr 157**

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o następujących długościach: 150 cm (L), 170 cm (XL), 150 cm Large (XXL), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takich fartuchów.

**Pytanie nr 158**

Dotyczy pakietu nr 17 – Prosimy o dopuszczenie fartuchów w następujących długościach– 150 cm (L), 170 cm (XL), 150 cm Large (XXL), pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takich fartuchów.

**Pytanie nr 159**

Dotyczy pakietu nr 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ze wzmocnieniem na przodzie wykonanym z laminatu polipropylen/polietylen o gramaturze 42 g/m<sup>2</sup> i na rękawach o gramaturze laminatu 40,5 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takiego fartucha.

**Pytanie nr 160**

Dotyczy pakietu nr 18 – Prosimy o dopuszczenie fartucha o długości 150 cm (L), pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taki fartuch.

**Pytanie nr 161**

Dotyczy pakietu nr 88 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku „dzieloną”, dla dorosłych o powierzchni aktywnej 108 cm<sup>2</sup> pasująca do aparatów EMED,ERBE,CONMED ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej elektrody.

**Pytanie nr 162**

Dotyczy pakietu nr 88 poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści nóż prosty do uchwytu elektrody o dł. 150 - 155 mm, jednorazowy, sterylny, do uchwytu 2,4 mm, izolowany na długości ok. 11 cm ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki nóż prosty.

**Pytanie nr 163**

Dotyczy pakietu nr 88 poz. 7 – Prosimy o sprecyzowanie ile szt. kabli Zamawiający oczekuje?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje 5 szt.

**Pytanie nr 164**

Dotyczy pakietu nr 50 poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rurki intubacyjnej z nazwą producenta na rurce w zamian za logo na rurce, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie takiej rurki.

**Pytanie nr 165**

Dotyczy pakietu nr 28 poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 166**

Dotyczy pakietu nr 29 poz. 8 – Prosimy Zamawiającego o podanie modelu i typu aparatu do którego ma być przeznaczony wymagany papier.

**Odpowiedź:**

112x120x250 do aparatu BIOSYS BMF 800

**Pytanie nr 167**

Dotyczy pakietu nr 98 poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elektrod o średnicy 30 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie takich elektrod.

**Pytanie nr 168**

Dotyczy pakietu nr 98 poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 169**

Dotyczy pakietu nr 98 poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wyposażenia elektrod w element do przygotowania naskórka?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu wyposażenia elektrod w element do przygotowania naskórka.

**Pytanie nr 170**

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie narusza postanowień niniejszej umowy i nie rodzi jakiegokolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 171**

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia w sposób określony w §4 ust.1 niniejszej umowy.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 172**

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Niezrealizowanie dostawy w ciągu 4 dni roboczych od daty przyjęcia telefonicznego zamówienia upoważnia Zamawiającego do dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy z uwzględnieniem postanowień § 7 ust 2 pkt d niniejszej umowy.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 173**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który nie później niż w terminie 4 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nieposiadający wad.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 174**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy do magazynu, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który ją rozpatrzy w terminie do 4 dni roboczych i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną wymieni reklamowany przedmiot umowy na nieposiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 175**

Dotyczy warunków umowy § 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 176**

Dotyczy warunków umowy § 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 177**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2c oraz 2e - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 10% na 5%?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

**Pytanie nr 178**

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„pięciokrotne nie dotrzymanie terminu realizacji dostaw częściowych, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy;”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.



**Pytanie nr 179**

Dotyczy warunków umowy § 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 180**

Dotyczy pakietu nr 60 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarska? Zamawiający oczekuje zaofiarowania zestawów do wprowadzania protez o śr. protezy 8,5 Fr zarówno w poz. 1 jak i 2.

**Odpowiedź:**

Tak, nastąpiła omyłka pisarska a Zamawiający oczekuje zestawów protez kompatybilnych z protezami o średnicy 5 Fr.

**Pytanie nr 181**

Dotyczy pakietu nr 61 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaofiarowanie w ramach pozycji nr 1 protez o śr. 7 Fr zamiast 5 Fr.? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaofiarowanie takich protez.

**Pytanie nr 182**

Dotyczy pakietu nr 63 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaofiarowanie protez samorozprężalnych jedynie w wersji bez zastawek oraz w zakresie długości 80-140mm? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na rozdzielanie pakietu nr 63 na dwa pakiety np. 63A i 63B, w celu podziału na stenty z zastawkami i bez zastawek?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaofiarowanie takich protez.

**Pytanie nr 183**

Dotyczy pakietu nr 63 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 63 dopuści zaofiarowanie stentu samorozprężalnego do przełyku o parametrach lepszych niż wymagane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił parametry w SIWZ i wymaga ich spełnienia. Lepsze parametry nie zostały doprecyzowane w zapytaniu.

**Pytanie nr 184**

Dotyczy pakietu nr 63 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 63 dopuści zaoferowanie stentu samorozprężalnego do przełyku o długościach stentu 9, 11, 13, 15 i 17cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu o takich długościach.

**Pytanie nr 185**

Dotyczy pakietu nr 63 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 63 dopuści zaoferowanie stentu samorozprężalnego do przełyku nie z jednym kołnierzem, lecz z dwoma kołnierzami zapewniającymi lepsze zabezpieczenie przed migracją stentu, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stentu.

**Pytanie nr 186**

Dotyczy pakietu 137, poz. 2

Prosimy o wskazanie, który z filtrów zastosowany jest przy aparacie:

1.



2.

**Odpowiedź:**

Filtr 2

**Pytanie nr 187**

Dotyczy **pakietu 137, poz. 4**

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 188**

Dotyczy **pakietu 134, poz. 2**

Prosimy o podanie aparatu, z którym ma być kompatybilny czujnik tlenu lub wskazanie czy Zamawiający oczekuje czujnika typu kapsuła, czy też tzw. szybkiego czujnika tlenu.

**Odpowiedź:**

Czujniki kompatybilne z aparatem FABIUS TIRO, FABIUS GS.

**Pytanie nr 189**

Dotyczy **pakietu 134, poz. 3 i 4**

Mając na uwadze różnorodność wtyków i zakończeń stosowanych przy przedłużaczach oraz czujnikach saturacji, prosimy o podanie zastosowanej technologii do jej pomiaru w danym monitorze (- Nellcor, Masimo LNOP, Masimo LNCS) oraz wskazanie rodzaju multimedu, z którym są połączone.

**Odpowiedź:**

MASIMO LNCS – INFINITY DELTA

**Pytanie nr 190**

Dotyczy **pakietu 125, poz. 7**

Jednorazowe czapeczki pakowane są po 5 szt. w op. w związku z tym prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje 2 op., czyli po 10 szt. z każdego wymienionego rozmiaru, czy też po 1 op. (czyli po 5 szt.)z każdego rozmiaru czapeczek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje po 5 sztuk z każdego rozmiaru.

**Pytanie nr 191**

Dotyczy **pakietu 125, poz. 2**

Prosimy o wydzielenie podstawy nawilżacza MR 850 Fisher& Paykel wpisanej w pozycji 2 do odrębnego pakietu. Prosimy również o sprecyzowanie ilości czujników temperatury zawartych w tej pozycji oraz ilości podstawy nawilżacza. Czy Zamawiający oczekuje każdego z wymienionych asortymentów po 2 szt?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu,  
Tak po 2 szt.

**Pytanie nr 192**

Dotyczy **pakietu 121, poz. 2**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje komór wielorazowego użytku.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający oczekuje komór wielorazowego użytku.

**Pytanie nr 193**

Dotyczy **pakietu 121, poz. 6**

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje samego czujnika przepływu, czy też czujnika wraz z łącznikiem. Jeżeli samego czujnika to prosimy o dopuszczenie 2 op., czyli 10 szt., ponieważ jednostką handlową jest opakowanie, w którym jest 5 szt. Jeżeli Zamawiający oczekuje 8 szt. czujników wraz z łącznikami, to prosimy o sprecyzowanie, czy mają to być łączniki kątowe czy też proste. Dla zobrazowania przedmiotu zdjęcia.

1. Czujnik przepływu noworodkowy



2. łącznik kątowy wraz z czujnikiem przepływu



3. łącznik prosty wraz z czujnikiem przepływu



**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje samego czujnika i dopuszcza 2 op. = 10 szt.

**Pytanie nr 194**

Dotyczy **pakietu 81, poz. 1**

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do odrębnego pakietu,

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 195**

Dotyczy **pakietu 81, poz. 2**

Prosimy o wydzielenie poz. 2 z pakietu 81 ze względu na brak możliwości zaoferowania pełnego asortymentu zawartego w tym pakiecie.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu,

**Pytanie nr 196**

Dotyczy **pakietu 78, poz. 1**

Prosimy o podanie jaka technologia pomiarowa jest zastosowana przy monitorze (możliwe różne opcje), czy jest to czujnik Masimo LNOP, Czy Masimo LNCS, czy też Nellcor.

**Odpowiedź:**

MASIMO MS13926S53 OL

**Pytanie nr 197**

Dotyczy **pakietu 77, poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie 3 op. filtrów tj. 60 szt. Filtry te są pakowane po 20 szt., a 1 op. jest jednostką handlową.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści 3 op. filtrów tj. 60 szt.

**Pytanie nr 198**

Dotyczy **pakietu 77, poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie 2 op. czujników tj. 48 szt. – w 1 op. = 24 szt. – opakowanie niepodzielne – stanowi jednostkę handlową.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza 2 op. czujników tj. 48 szt.

**Pytanie nr 199**

Dotyczy **pakietu 77, poz. 10**

Prosimy o dopuszczenie 1 op. czujników tj. 5 szt. Opakowanie stanowi jednostkę handlową i jest niepodzielne.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza 1 op. czujników tj. 5 szt.

**Pytanie nr 200**

Dotyczy **pakietu 77, poz. 11**

Prosimy o dopuszczenie akcesoriów do przezskórnego monitorowania TPO2 / TPCO2 w składzie:

- zestaw montażowy do czujników (elektrod) tpcO2 i tpcCO2 oraz
- opakowanie(tj. 12 szt.) gazu kalibracyjnego do tpcO2 i tpcCO2

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie akcesoria.

**Pytanie nr 201**

Dotyczy **pakietu 111, poz. 3, 5, 6**

Prosimy o wydzielenie poz. 3, 5 i 6 do odrębnego pakietu

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 202**

Dotyczy pakietu 1, poz. 2 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o przepływie 200ml/min, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 203**

Dotyczy pakietu 2, poz. 1 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli w rozmiarze 24G o przepływie 23 ml/min oraz kaniul w rozmiarze 26G o przepływie 17 ml/min, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 204**

Dotyczy pakietu 4, poz. 10-11 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z nazwą handlową umieszczoną bezpośrednio na strzykawce oraz z m. in. Nazwą handlową, nazwą producenta, typem strzykawki oraz numerem katalogowym nadrukowanymi na opakowaniu jednostkowym, co pozwala na jej szybką i łatwą identyfikację, w zamian za strzykawki zawierające logo i typ na strzykawce, spełniających pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 205**

Dotyczy pakietu 1, poz. 2 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na wycenę strzykawek za opakowanie zawierające 100 sztuk i odpowiednie przeliczenie ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę strzykawek za opakowanie zawierające 100 sztuk i odpowiednie przeliczenie ilości.

**Pytanie nr 206**

Dotyczy pakietu 8, poz. 1 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie igieł motylek z elastycznym zmrożonym przedłużaczem, umożliwiającym wizualizację płynu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie takich igieł.

**Pytanie nr 207**

Dotyczy pakietu 10, poz. 6 i 8 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 208**

Dotyczy pakietu 22, poz. 6 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie zatyczek do cewników o budowie gładkiej, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie takich zatyczek.

**Pytanie nr 209**

Dotyczy pakietu 22, poz. 12 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie cewników Pezzera wykonanych z lateksu niesilikonowanych w zamian za cewniki silikonowane i niesilikonowane, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie takich cewników.

**Pytanie nr 210**

Dotyczy pakietu 25, poz. 1 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie aplikatora do pobierania płynów z czulszym hydrofobowym filtrem antybakteryjnym 0,1 µm. o ergonomicznym kształcie zapewniającym prostą obsługę, łatwa obsługa jedną ręką (otwieranie i zamykanie kapturka)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na czulszy hydrofobowy filtr oraz wymaga spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

**Pytanie nr 211**

Dotyczy pakietu 26, poz. 10 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie zestawu składającego się z plastikowej probówki, na którą obowiązuje 8% stawka VAT oraz korka i pojemnika zakręcanego na tę probówkę, na które obowiązuje 23% stawka VAT, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie takiego zestawu.

**Pytanie nr 212**

Dotyczy pakietu 31, poz. 3 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie worków bez zakładki umożliwiającej pełne wyschnięcie kranika i bez możliwości skracania o połowę, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie takich worków.

**Pytanie nr 213**

Dotyczy pakietu 38, poz. 7 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie drenu tlenowego o długości 426cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie takiego drenu.

**Pytanie nr 214**

Dotyczy pakietu 50, poz. 1 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie rurek ze zdejmowanym niebieskim łącznikiem, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie takich rurek.

**Pytanie nr 215**

Dotyczy pakietu 50, poz. 1 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie rurek skalowanych co 1 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie takich rurek.

**Pytanie nr 216**

Dotyczy pakietu 97, poz. 3 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie misek w dwóch rozmiarach: małe o pojemności 300 ml i duże o pojemności 700 ml, w zamian za miski małe, średnie i duże, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie takich misek.

**Pytanie nr 217**

Dotyczy pakietu 103, poz. 5 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie okularów do fototerapii noworodków, które założone na główkę dziecka nie przemieszczają się i pozostają bezpiecznie na tym samym miejscu dzięki unikalnej konstrukcji w kształcie litery Y, dostępne w trzech rozmiarach:

Noworodki: 30-38 cm (obwód głowy),

Wcześnieiki: 24-33 cm (obwód głowy),

Mikro: 20-28 cm (obwód głowy)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie takich okularów.

**Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji udzielonych odpowiedzi na zapytania w dniu 17.04.2014r. dotyczących pakietu nr 104 poz. 1 i 2 (pytanie nr 1, 2 i 3) w taki sposób, iż Zamawiający nie będzie wymagał ale dopuszcza proponowane w zapytaniach rozwiązania.**

**PREZES ZARZĄDU**  
**Mariola Szulc**

**PROKURENT**  
**Karolina Filipowska**