

Tychy, dn. 16.06.2014r.

WSS/KG/ 1098 /DOPKiZP/MW/ 489 /14

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego
na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych wraz z osprzętem jednorazowym do
operacji zaćmy (nr sprawy: 22/14/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 1 - Czy celem uzyskania większej ilości ofert Zamawiający dopuszcza do oddzielnej dostawy poz. 2, 3,4.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do oddzielnej dostawy poz. 2,3,4.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2 - Czy Zamawiający do dostawy: Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału hydrofobowego; z filtrem UV; średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 13 mm; angulacja 0°; stopień uwodnienia poniżej 1%; dioptraż od 0D do 10D (co 1 D), od 10D do 30D (co 0,5 D), od 31do 45D (co 1D); dwie pełne części haptyczne Typu Z; zabezpieczenie przed PCO: podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 360° ; współczynnik refrakcji -1.47; implantacja przez cięcie od 2,2 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej soczewki.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający do dostawy: Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału hydrofobowego; filtr UV i filtr światła niebieskiego; średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; angulacja 0°; stopień uwodnienia poniżej 1%; dioptraż od 0D do +9D (co 1D), od +10 do +30 D (co 0,5D); dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka; zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 360o; współczynnik refrakcji: 1.47;

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 12 058 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł

implantacja przez cięcie od 2,2 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej soczewki.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający do dostawy: Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna 3-częściowa, z materiału hydrofilnego; filtr UV ; średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; angulacja 5°; stopień uwodnienia 26%; dioptraż od +7 do +30 D (co 0,5D); dwie części haptyczne typu C z materiału PES - polyethersulfone; zabezpieczenie przed PCO na całym obwodzie soczewki 360o; współczynnik refrakcji: 1.46; implantacja przez cięcie 2,9 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej soczewki.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2 - Czy Zamawiający ma na myśli zakres soczewek od +31,0D do +40,0D co 1,0D (a nie co 10,0D jak podano w SIWZ)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający omyłkowo wpisał zakres co 10D a miał na myśli co 1,0D.

Pytanie nr 6

Dotyczy zapisów w Załączniku nr 2 „Oferta przetargowa” pkt. 2 - Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności **do 30 dni** roboczych.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie skróci terminu płatności.

Pytanie nr 7

Dotyczy zapisów w Załączniku nr 2 „Oferta przetargowa” pkt. 3 - (w zakresie poz. 1 – zestaw akcesoriów): Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu ważności do 12 miesięcy od daty dostawy.

UZASADNIENIE: Wyroby będące przedmiotem zamówienia w pozycji 1 – zestaw akcesoriów do zabiegu fakoemulsyfikacji, z uwagi na proces sterylizacji (komplet niezależnych akcesoriów do operacji okulistycznych jest pakowany, po czym poddawany procesowi sterylizacji – cały zestaw, a nie poszczególne jego elementy), producent udziela maksymalnie 18-miesięcznego terminu ważności. Dlatego, przy uwzględnieniu procesów logistycznych, prosimy o ograniczenie wymaganego terminu, tak, aby był możliwy do spełnienia przez Wykonawcę, tj. do 12 miesięcy od chwili dostawy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający skróci termin ważności asortymentu do 12 m-cy od chwili dostawy.

Pytanie nr 8

Dotyczy §4 ust. 4 wzoru umowy - Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw częściowych lub do niezłożenia zamówienia na pełny zakres asortymentu, **o ile ograniczenie (zmniejszenie zamówienia) nie przekroczy 30% wynagrodzenia umowy brutto.**”

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający pozostawia w/w zapis bez zmian.

Pytanie nr 9

Dotyczy §4 ust. 5 wzoru umowy - Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego, **z zastrzeżeniem, że zmniejszenie to nie przekroczy 30% wynagrodzenia umowy brutto**, nie narusza postanowień niniejszej umowy i nie rodzi jakiegokolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający pozostawia w/w zapis bez zmian.

Pytanie nr 10

Dotyczy §4 ust. 9 wzoru umowy - Zwracam się z prośbą o odstąpienie od konieczności informowania Zamawiającego o terminie dostawy w każdym przypadku, na rzecz informowania w sytuacjach problematycznych (np. opóźnienia w dostawach lub ewentualnych brakach towaru na rynku).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstępuje od konieczności informowania Zamawiającego o terminie dostawy w każdym przypadku, na rzecz informowania w sytuacjach problematycznych (np. opóźnienia w dostawach lub ewentualnych brakach towaru na rynku).

Pytanie nr 11

Dotyczy §4 ust. 10 wzoru umowy - Zwracam się z prośbą o odstąpienie od konieczności informowania Zamawiającego o terminie dostawy w każdym przypadku, na rzecz informowania w sytuacjach problematycznych (np. opóźnienia w dostawach lub ewentualnych brakach towaru na rynku).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstępuje od konieczności informowania Zamawiającego o terminie dostawy w każdym przypadku, na rzecz informowania w sytuacjach problematycznych (np. opóźnienia w dostawach lub ewentualnych brakach towaru na rynku).

Pytanie nr 12

Dotyczy §5 ust. 1 wzoru umowy - Czy Zamawiający może potwierdzić, iż zgodnie z art. 14 pkt 2. rozdziału 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w brzmieniu: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które

podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” dopuszcza możliwość zaferowania wyrobów medycznych oznakowanych w języku angielskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwości zaferowania wyrobów medycznych oznakowanych w języku angielskim.

Pytanie nr 13

Dotyczy §5 ust. 6 wzoru umowy - Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy do magazynu, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który ją rozpatrzy w terminie **do 3 dni roboczych od chwili otrzymania** wadliwego, reklamowanego towaru i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną wymieni reklamowany przedmiot umowy na nieposiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji. **Przy czym Zamawiający odsyła reklamowany, wadliwy przedmiot umowy do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.**”

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie §5 ust. 6 w powyższy sposób.

Pytanie nr 14

Dotyczy §7 ust. 2a) wzoru umowy - Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez zastąpienie słów: „0,1% wynagrodzenia brutto”, następującymi słowami: „0,1% wynagrodzenia brutto opóźnionej dostawy”, nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację §7 ust. 2a) wzoru umowy.

WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Leki

PROKURENT
Karolina Filipowska