



WSS/KG/ 1483 /DOPKiZP/JNJ/ 694 /14

Tychy, 06.08.2014r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na kompleksowe wyposażenie odcinka Patologii Cięży w sprzęt medyczny i meblowy oraz dostawę mebli dla oddziałów Szpitala (nr sprawy: 31/14/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści ofertę na pakiet nr 3 z wyrobami o m.in. następującymi parametrami:

- a) pozycja 1 parawan teleskopowy z rur stalowych kwasoodpornych o wymiarach od 1200 mm do 2000 mm
- b) pozycja 2 zasłony o wymiarach 180 x 200 cm (szer.x wys.) w 5 kolorach (jak w załączonym wzorniku MSS-10.2 strona 2),
- c) pozycja 3 parawan medyczny jezdny z konstrukcją z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a nawet lepsze od lakieru proszkowego) z możliwością wyboru zasłony w 3 kolorach (tak jak pokazano we wzorniku).

Pozostałe parametry parawanów zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Ad. a) Zamawiający nie dopuszcza

Ad. b) Zamawiający nie dopuszcza

Ad c) Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 dotyczy: Pakiet nr 4 – Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści **fotel ginekologiczny** o konstrukcji opartej na podwójnej kolumnie obudowanej tworzywową osłoną uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do środka, podstawa zabudowana z jednolitej wyprofilowanej płyty tworzywowej? Oferowany parametr wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie ma wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe fotela.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 12 058 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł

Pytanie nr 3 dotyczy: Pakiet nr 4 – Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści *fotel ginekologiczny* o długości leża 1265 mm (w wersji 2-segmentowej tj. oparcie pleców oraz siedzisko) oraz 1850 mm (w wersji 3-segmentowej tj. oparcie pleców, siedzisko oraz segment nóg)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy: Pakiet nr 4 – Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści *fotel ginekologiczny* posiadający elektryczną wysokość w zakresie od 550 do 950 mm? Oferowany zakres będzie funkcjonalny podczas codziennego korzystania z fotela.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 dotyczy: Pakiet nr 4 – Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści *fotel ginekologiczny* posiadający elektryczną regulację oparcia pleców w zakresie od -15° do $+72^{\circ}$? Oferowany zakres będzie funkcjonalny podczas codziennego korzystania z fotela.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy: Pakiet nr 4 – Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści *fotel ginekologiczny* posiadający elektryczną regulację siedziska w zakresie od 0° do $+15^{\circ}$? Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy: Pakiet nr 4 – Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści *fotel ginekologiczny* posiadający podkolanniki wielopozycyjne, regulowane, z możliwością pochylecia? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas codziennego korzystania z fotela.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dotyczy: Pakiet nr 4 – Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści *fotel ginekologiczny* z możliwością wysuwania i chowania kótek w celu przemieszczenia fotela? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy: Pakiet nr 4 – Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści **fotel ginekologiczny** posiadający regulacje elektryczne uzyskiwane z pilota (panelu) nożnego? Oferowane rozwiązanie będzie wygodne podczas codziennego korzystania z fotela, ponadto zastosowanie panelu nożnego umożliwi pozycjonowanie pacjentki bez użycia rąk, pozwala na swobodę operatora oraz wspomaga kontrolę infekcji.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy: Pakiet nr 4 – Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści **fotel ginekologiczny** z możliwością ustawienia fotela za pomocą przycisków na panelu nożnym do pozycji wejścia na fotel, pozycji zabiegowej, pozycji do badania USG, pozycji antyszokowej? Oferowane rozwiązanie jest tożsamy ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy: Pakiet nr 4 – Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści **fotel ginekologiczny** wyposażony w podpórkę ręki mocowaną do uchwytu ręki? Oferowany parametr jest tożsamy ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczy: Pakiet nr 4 – Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści **fotel ginekologiczny** wyposażony w wyprofilowaną miskę ze stali nierdzewnej?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13 dotyczy: Pakiet nr 6 (poz. nr 4) – Wózek funkcyjny – anesteziologiczny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści **wózek funkcyjny – anesteziologiczny** wyposażony w trzy szuflady płytsze o wysokości 70 mm oraz dwie głębsze tj. jedną o wysokości 160 mm i jedną o wysokości 250 mm? Proponowana konfiguracja szuflad będzie praktyczna podczas codziennego korzystania z wózka, zapewni bezpieczne przechowywanie i profesjonalną segregację materiałów opatrunkowych, materiałów do iniekcji, leków itp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczy: Pakiet nr 6 (poz. nr 4) – Wózek funkcyjny – anesteziologiczny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści **wózek funkcyjny – anesteziologiczny**, którego czoła szuflad posiadają przezroczyste okienka/tabliczki z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 dotyczy: Pakiet nr 6 (poz. nr 4) – Wózek funkcyjny – anesteziologiczny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści **wózek funkcyjny – anesteziologiczny** posiadający wysoce mobilny układ jezdny: 4 koła jezdne, w tym dwa z blokadą, o średnicy 120 mm, z elastycznym, niebudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczonych w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka? Proponowane rozwiązanie jest w pełni wystarczające, aby zapewnić prawidłową mobilność i manewrowanie wózkiem, a różnica wynika jedynie z technologii stosowanych przez danego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 dotyczy: Pakiet nr 6 (poz. nr 4) – Wózek funkcyjny – anesteziologiczny – 1 szt.

Czy Zamawiający odstąpi od wyposażenia **wózka funkcyjnego- anesteziologiczny** posiadający wyposażenie: blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, uchwyt do przymocowania pojemnika na zużyte igły, pojemnik na cewniki, pojemnik na butelki, kosz na odpady, nadstawkę z przezroczystymi, odchylanymi pojemnikami umożliwiającymi identyfikację tego co znajduje się w środku, pojemnik na rękawiczki? Oferowane rozwiązanie będzie w pełni funkcjonalne podczas codziennego korzystania z wózka.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy: Pakiet nr 11 (poz. nr 1) – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewozu chorych** o szerokości całkowitej 810 mm? Oferowana długość różni się nieznacznie od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 dotyczy: Pakiet nr 11 (poz. nr 1) – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewozu chorych** posiadający wysokość regulowaną za pomocy pompy hydraulicznej w zakresie 625 – 935 mm? Oferowany zakres różni się minimalnie od wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 dotyczy: Pakiet nr 11 (poz. nr 1) – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewozu chorych**, w którym pozycja Trendelenburga i anti-Trendelenburga uzyskiwana jest hydraulicznie, za pomocą pedałów nożnych umieszczonych po obu stronach wózka, w zakresie 0° – 14,5°, regulacja płynna? Oferowane rozwiązanie będzie wygodne podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dotyczy: Pakiet nr 11 (poz. nr 1) – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewozu chorych** posiadający ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie $0^{\circ} - 83,5^{\circ}$ - regulacja płynna? Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 21 dotyczy: Pakiet nr 11 (poz. nr 1) – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewozu chorych** o długości całkowitej 1980 mm? Oferowana długość różni się nieznacznie od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 dotyczy: Pakiet nr 11 (poz. nr 1) – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewozu chorych** posiadający wysokość regulowaną za pomocy pompy hydraulicznej w zakresie 550 – 820 mm? Oferowany zakres będzie funkcjonalny podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 dotyczy: Pakiet nr 11 (poz. nr 1) – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewozu chorych** posiadający pozycję Trendelenburga i anty- Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0° – 17° – regulacja płynna? Oferowany zakres będzie funkcjonalny podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 dotyczy: Pakiet nr 11 (poz. nr 1) – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewozu chorych** wyposażony w bariery boczne wykonane ze stali z elementami z tworzywa sztucznego, zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku? Oferowany parametr wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie ma wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 dotyczy: Pakiet nr 11 (poz. nr 1) – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewozu chorych** wyposażony w materac w pokrowcu zmywalnym, przeciwbakteryjnym, wodoodpornym, ognioodpornym, przepuszczającym powietrze, nie wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta, w kolorze niebieskim? Oferowany parametr posiada doskonałe właściwości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 dotyczy: Pakiet nr 11 (poz. nr 1) – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewozu chorych**, którego dźwignie blokady centralnej umieszczone są przy dwóch kołach od strony nóg pacjenta? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 dotyczy: Pakiet nr 11 (poz. nr 1) – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewozu chorych** posiadający bezpieczne obciążenie robocze 180 kg?



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28 dotyczy: Pakiet nr 11 (poz. nr 3) – Kozetka lekarska – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści *kozetkę lekarską* o długości całkowitej 1880 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 29 dotyczy: Pakiet nr 11 (poz. nr 3) – Kozetka lekarska – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści *kozetkę lekarską* posiadający regulowany podgłówek za pomocą systemu zapadkowego w zakresie od -40° do $+40^{\circ}$?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 30 dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści układ jezdny w wózku, w którym koła umieszczone są na narożnikach wózka?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: głębokość 50 cm, szerokość 60 cm, wysokość od podłoża do blatu 100 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 32 dotyczy Pakietu nr 8

Wykonawca prosi o określenie technologii wykonania stanowisk do pielęgnacji noworodków.

Odpowiedź:

Stanowisko do pielęgnacji noworodków powinno być wykonane ze stelaża z zamkniętych profili aluminiowych.

Pytanie nr 33 dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści wykonanie stanowiska do pielęgnacji noworodków z:

- szafka pod wanienkę i szafka pod miejsce do przewijania wykonana z stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS wypełniony płytą obustronnie laminowaną
- wanienska i blat wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego
- uchwyty w szafkach stalowe lakierowane proszkowo lub aluminiowe lub ze stali kwasoodpornej?



Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści wykonanie stanowiska do pielęgnacji noworodków z:

- a) szafka pod wanienkę i szafka pod miejsce do przewijania wykonana z płyty obustronnie laminowanej, front z płyty meblowej MDF lakierowanej
- b) wanienska i blat wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego
- c) uchwyty w szafkach stalowe lakierowane proszkowo lub aluminiowe lub ze stali kwasoodpornej?



Odpowiedź:

Ad. a) Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. b) Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. c) Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 dotyczy Pakietu nr 8

Ze względu na pojawienie się na rynku produktów podobnych, nie spełniających warunków, norm ustawy o wyrobach medycznych, czy Zamawiający wymaga, aby stanowiska do pielęgnacji noworodków były zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, a tym samym dołączenia do oferty odpowiednich dokumentów rejestracyjnych, tj. wpis/zgłoszenie do RWM oraz deklaracji zgodności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1 – łóżka w pełni elektryczne – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści szpitalne w pełni elektryczne z regulacją wysokości leża w zakresie 425 mm do 830 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37 dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści meble medyczne, w których wszystkie fronty wykonane są z płyty meblowej obustronnie laminowanej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści meble medyczne z uchwytami wykonanymi ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 lampa bakteriobójcza pkt 3-5:

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki przy tworzeniu tabeli

JEST:

3	Wewnętrzny element emitujący
4	Promieniowanie UV-C: 2xTUV30W zewnętrzny element emitujący
5	Promieniowanie UV-C: 1xTUV30W

WINNO BYĆ:

3	Wewnętrzny element emitujący
---	------------------------------

	Promieniowanie UV-C: 2xTUV30W
4	zewnątrzny element emitujący Promieniowanie UV-C: 1xTUV30W
5	

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający popełnił omyłkę. Poprawnie jest wg tabeli winno być.

Pytanie nr 40 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2: lampa zabiegowa

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby lampa wyposażona była w uchwyt sterylny umiejscowiony na boku czaszy zamiast relingu bocznego okalającego czaszę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2: lampa zabiegowa

Wykonawca prosi o dopuszczenie lampy, której kopuła ma średnicę 21,5 cm

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2: lampa zabiegowa

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie lampy o natężeniu światła:

dla odległości 0,5 m - 100 000 lux,

dla odległości 0,8 m - 70 000 lux,

dla odległości 1,0 m - 50 000 lux,

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2: lampa zabiegowa

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie lampy z płynną regulacją natężenia światła w zakresie min 20-100 %?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrażą zgodę.

Pytanie nr 44 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2: lampa zabiegowa

Wykonawca prosi o dopuszczenie lampy o współczynniku oddawania barw: 95?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2: lampa zabiegowa

Wykonawca prosi o dopuszczenie lampy posiadającej 5 projektorów LED, każdy po 3 diody

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2: lampa zabiegowa

Wykonawca prosi o rezygnację z wymogu montażu i szkolenia personelu. Są to lampy bardzo proste w obsłudze i montażu a konieczność spełnienia wymogu uruchomienia w Szpitalu oraz szkolenia personelu powoduje że Wykonawcy są zmuszeni wkalkulować te działania w cenę oferty co naraża Zamawiającego na znacznie wyższe koszty niż jest to niezbędnie konieczne.



Odpowiedź:

Wykonawca zgodnie ze wzorem umowy ma obowiązek dostarczyć lampę do szpitala, uruchomić oraz przeprowadzić niezbędne szkolenie z obsługi.

Pytanie nr 47 do projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji wyrobów z pakietów 1, 2, 4, 11 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyrażą zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 48 dot. Pakiet nr 1 (pozycja 1) – łóżko elektryczne (szt. 16)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne o szerokości zewnętrznej bez poręczy 965 mm, a z założonymi poręczami 1022 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 dot. Pakiet nr 1 (pozycja 1) – łóżko elektryczne (szt. 16)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z leżem wypełnionym płytami

HPL, odpornymi na wilgoć i działanie środków dezynfekujących, przeziernymi dla promieni RTG, zamontowanymi na stałe?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50 dot. Pakiet nr 1 (pozycja 1) – łóżko elektryczne (szt. 16)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, w których szczyty nie posiadają funkcji blokady przed wyjęciem na czas transportu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51 dot. Pakiet nr 1 (pozycja 1) – łóżko elektryczne (szt. 16)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z regulacją elektryczną wysokości w zakresie 430 – 805 mm? Minimalna wysokość leża od podłogi 430 mm także zapewnia bezpieczne opuszczanie łóżka przez pacjenta.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52 dot. Pakiet nr 1 (pozycja 1) – łóżko elektryczne (szt. 16)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne w którym regulacja pozycji Trendelenburga odbywa się ręcznie, za pomocą dźwigni wspomaganą sprężyną gazową?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 53 dot. Pakiet nr 1 (pozycja 1) – łóżko elektryczne (szt. 16)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne w którym regulacja pozycji anty-Trendelenburga odbywa się ręcznie, za pomocą dźwigni wspomaganą sprężyną gazową?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 54 dot. Pakiet nr 1 (pozycja 1) – łóżko elektryczne (szt. 16)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne w którym uzyskanie pozycji krzesła kardiologicznego, pozycji CPR odbywa się dzięki złożeniu ruchu oparcia pleców, segmentu uda i pozycji Trendelenburga?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 55 dot. Pakiet nr 1 (pozycja 1) – łóżko elektryczne (szt. 16)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z materacem posiadającym opinię potwierdzającą właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez producenta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 dot. Pakiet nr 1 (pozycja 1) – łóżko elektryczne (szt. 16)

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko elektryczne z mechaniczną funkcją CPR?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 dot. Pakiet nr 1 (pozycja 1) – łóżko elektryczne (szt. 16)

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko elektryczne o bezpiecznym obciążeniu roboczym 170 kg bez systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 58 dot. Pakiet nr 1 (pozycja 2) – szafka przyłóżkowa (szt. 16)

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zamiast szafki opisanej w SIWZ – szafkę o następujących parametrach:

Szafka przyłóżkowa dla pacjenta z dodatkowym blatem, z możliwością dostosowania jej do łóżka po lewej lub prawej stronie, o wymiarach:

szerokość - 510 mm; głębokość - 390 mm; wysokość blatu szafki od podłogi -

860 mm. Szafka posiada dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia. Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego

chromowana w obudowie stalowej lakierowanej proszkowo, regulacja wysokości blatu bocznego skokowa, wspomagana sprężynami śrubowymi naciskowymi umieszczonymi w obudowie zespołu zmiany wysokości, w zakresie 760 mm do 1060 mm, przechył blatu w zakresie ± 300 , szerokość blatu bocznego - 580 mm, głębokość blatu bocznego - 340 mm.

Blaty szafki wykonane z tworzywa ABS, w kolorze białym, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Blat boczny z uchwytem do składania.

Blat stały z czterema wypukłymi krawędziami zewnętrznymi, a blat boczny z trzema wypukłymi krawędziami zewnętrznymi, ograniczającymi możliwość zsuwania się

przedmiotów z blatów lub zlewania się płynów na podłogę z blatu stałego. Konstrukcja

szafki, szuflada oraz fronty szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym. Kolor frontów szuflady oraz drzwiczek, jak również kolor

korpusu – do uzgodnienia z Zamawiającym. Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek. Fronty szuflady i drzwiczki wyposażone w chromowany zaokrąglony uchwyt do

otwierania, szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w: - ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki, - wyjmowany dwukomorowy tworzywowy wkład. Szuflada na

prowadnicach ślizgowych o niepełnym wysuwie, wyposażona w wyjmowany wkład z

tworzywa ABS, z podziałem na dwie części, wkład można myć i dezynfekować. Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany (w trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta). Szafka przejezdna z czterema

kółkami $\varnothing 50$ mm, w tym dwa z blokadą, wykonanymi z tworzywa nie brudzącego

podłogi. Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne. Pomiędzy szufladą a skrzynką

szafki wolna przestrzeń ok. 166mm, która może być wykorzystywana np. na odłożenie gazety. Szerokość szafki przy rozłożonym blacie – 1185 mm. Bezpieczne obciążenie blatu bocznego szafki – 5 kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59 dot. Pakiet nr 2 – łóżeczko niemowlęce szt. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania łóżeczko dziecięce o konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych o przekroju prostokątnym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 dot. Pakiet nr 2 – łóżeczko niemowlęce szt. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania łóżeczko dziecięce o długości całkowitej ok. 700 mm i szerokości całkowitej ok. 535 mm ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 61 dot. Pakiet nr 2 – łóżeczko niemowlęce szt. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania łóżeczko dziecięce z możliwością uzyskania zmiany kątowej położenia wanienki 7° w jedną stronę?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 62 dot. Pakiet nr 2 – łóżeczko niemowlęce szt. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania łóżeczko dziecięce z bezstopniową regulacją wysokości w zakresie 770- 945 mm (+/- 10 mm), licząc od powierzchni podłogi do górnej powierzchni materaca, bez sprężyny gazowej, z blokadą wysokości za pomocą pokrętła?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63 dot. Pakiet nr 2 – łóżeczko niemowlęce szt. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania łóżeczko dziecięce z czterema podwójnymi kołami, w tym dwa z blokadą, o średnicy 50 mm wykonanymi z tworzywa niebrudzącego podłóg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64 dot. Pakiet nr 4 – fotel ginekologiczny szt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania fotel ginekologiczny o wymiarach leża: długość całkowita leża w pozycji poziomej 1300 mm (możliwość założenia segmentu podudzia, wówczas długość całkowita wynosi 1750 mm)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65 dot. Pakiet nr 4 – fotel ginekologiczny szt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją wysokości siedziska w pozycji fotelowej w zakresie 580 do 880 mm, natomiast regulacja wysokości leża w pozycji poziomej odbywa się w zakresie 780 do 1080 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 66 dot. Pakiet nr 4 – fotel ginekologiczny szt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją elektryczną oparcia pleców w zakresie od -10° do +65° ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67 dot. Pakiet nr 4 – fotel ginekologiczny szt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z ręczną regulacją podkolanników?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68 dot. Pakiet nr 4 – fotel ginekologiczny szt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny bez elektrycznej funkcji wysuwania i chowania podwozia fotela? Zamiast niej fotel wyposażony jest w mechaniczną nożną blokadę.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 69 dot. Pakiet nr 4 – fotel ginekologiczny szt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z pilotem oraz sterownikiem nożnym, za pomocą których można wykonywać następujące regulacje: regulacja wysokości fotela, niezależna regulacja kąta siedziska, zmiana kąta oparcia pleców jednoczesna z segmentem siedziska (do pozycji Trendelenburga)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 dot. Pakiet nr 4 – fotel ginekologiczny szt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny w którym uchwyt prześcieradła papierowego ukryty jest w segmencie pleców?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71 dot. Pakiet nr 4 – fotel ginekologiczny szt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny bez zintegrowanej z nim podpory na stopy operatora? Podpora taka jest dostawiana do fotela.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 72 dot. Pakiet nr 11 (pozycja nr 1) – wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej szt. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości całkowitej bez barierek 680 mm, a z barierkami bocznymi 750 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73 dot. Pakiet nr 11 (pozycja nr 1) – wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej szt. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej 2000 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74 dot. Pakiet nr 11 (pozycja nr 1) – wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej szt. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z obudową podstawy nie posiadającą możliwości zamontowania butli z tlenem. Wózek posiada niezależny uchwyt na butlę z tlenem.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75 dot. Pakiet nr 11 (pozycja nr 1) – wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej szt. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z centralną blokadą kół realizowaną za pomocą jednej, wygodnej dźwigni w formie obejmy umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76 dot. Pakiet nr 11 (pozycja nr 3) – kozetka lekarska (szt.1)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o szerokości całkowitej 620 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 77 dot. Pakiet nr 11 (pozycja nr 3) – kozetka lekarska (szt.1)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o długości całkowitej 2000 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 78 dot. Pakiet nr 11 (pozycja nr 3) – kozetka lekarska (szt.1)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o wysokości 600 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 79 dot. Pakiet nr 11 (pozycja nr 3) – kozetka lekarska (szt.1)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską z regulacją podgłówek za pomocą prostego i wygodnego mechanizmu slizgowego z blokadą śrubową, w zakresie -30° do +30°?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80 dot. Pakiet 1 poz. 1- łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane w pełni elektrycznie o wymiarach zewnętrznych dł. 2190 +/- 70mm i szer. 990 +/-40mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 81 dot. Pakiet 1 poz. 1- łóżka

Czy Zamawiający może doprecyzować, w związku z pkt 1.7 tabeli parametrów, czy panele tworzywowe mają kompletnie wypełniać segmenty leża tworząc jednorodną platformę podpierającą materac w każdym punkcie, co znacznie przedłuża żywotność materaca czy też dopuszcza wypełnienie lamelami z tworzywa sztucznego, zdejmowanymi bez użycia narzędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga paneli łatwo demontowalnych, nadających się do dezynfekcji, niekoniecznie tworząc jednorodną platformę.

Pytanie nr 82 dot. Pakiet 1 poz. 1- łóżka

Czy Zamawiający dopuści, aby sterowanie wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka odbywało się z 1 panelu centralnego z możliwością zawieszenia go na szczycie łóżka od strony nóg dla pacjenta i personelu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83 dot. Pakiet 1 poz. 1- łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym regulacja wysokości jest w zakresie 320-770mm, parametr maksymalny jest identyczny z wymaganym natomiast minimalny niższy co zapobiega tzw. zeskakiwaniu pacjenta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 dot. Pakiet 1 poz. 2- szafki

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, na rzecz samego certyfikatu potwierdzającego posiadanie znaku CE, gdyż z dniem obowiązywania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679) Rejestr ten przestał funkcjonować?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ załączenia do oferty **Oświadczenia o posiadaniu:**

- **dokumentów rejestracyjnych** dla zaoferowanego sprzętu/urządzeń medycznych, mebli medycznych i wyposażenia medycznego, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) tj. certyfikat CE Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej lub Deklarację Zgodności wystawioną przez Producenta lub dokumenty równoważne.

Pytanie nr 85 dot. Pakiet 1 poz. 2- szafki

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wym. 480x480x890mm, wykonaną z wysokiej jakości tworzywa typu ABS, wyposażoną w jedną szufladę i dużą zamykaną półkę oraz dodatkową półkę na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) z możliwością wyboru koloru szafki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86 dot. Pakiet 2 łóżeczko niemowlęce

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce z regulacją wysokości w zakresie 780-980mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 dot. Pakiet 11 poz. 1- wózki

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych w pozycji leżącego o wymiarach całkowitych (dł x szer) 2110 x 770mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88 dot. Pakiet 11 poz. 1- wózki

Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości w zakresie 560-930mm, parametr nieznacznie odbiega od wymaganego i mieści w sobie wymagany zakres?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89 dot. Pakiet 11 poz. 1- wózki

Czy Zamawiający przychyli się do prośby o ujednoczenie kątów pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga do 12⁰?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90 dot. Pakiet 11 poz. 1- wózki

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych, w którym płynna regulacja segmentu oparcia pleców odbywa się w zakresie 0⁰-87⁰?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91 dot. Pakiet 11 poz. 1- wózki

Czy Zamawiający oczekuje, aby wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej był przezierny dla promieni RTG na całej długości leża oraz był wyposażony w tunel na kasety RTG także na całej długości leża?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92 dot. Pakiet 11 poz. 1- wózki

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w antystatyczne koła o średnicy 200mm wraz z dodatkowym piątym kołem ułatwiającym manewrowanie wózkiem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93 dot. Pakiet nr 1 Pozycja nr 1 – łóżko w pełni elektryczne - 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem czterosekcyjnym wypełnionym panelami z tworzywa HPL – gładkie, nadające się do dezynfekcji, mocowane na stałe?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 94 dot. Pakiet nr 1 Pozycja nr 1 – łóżko w pełni elektryczne - 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg oraz głowy pacjenta, pewnie i solidnie osadzone w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń/blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu. Pragniemy również zaznaczyć, że stosowanie dodatkowych zabezpieczeń utrudnia szybkie wyjęcie szczytu w sytuacji nagłej potrzeby uzyskania pełnego dostępu do leżącego pacjenta.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 95 dot. Pakiet nr 1 Pozycja nr 1 – łóżko w pełni elektryczne - 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 mm do 810 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96 dot. Pakiet nr 1 Pozycja nr 1 – łóżko w pełni elektryczne - 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z możliwością blokowania jednocześnie wszystkich funkcji elektrycznych na pilocie przewodowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97 dot. Pakiet nr 1 Pozycja nr 1 – łóżko w pełni elektryczne - 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot z możliwością blokowania poszczególnych regulacji takich jak: regulacja części plecowej, regulacja części nożnej oraz łącznie regulacja wysokości wraz z pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98 dot. Pakiet nr 1 Pozycja nr 1 – łóżko w pełni elektryczne - 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac z pianki poliuretanowej o grubości 120 mm, przeciwodleżynowy, z pianki jednolitej, na całej powierzchni posiadający nacięcia w kształcie kostki zmniejszające nacisk oraz dla lepszej cyrkulacji powietrza pod leżącym pacjentem, materac w pokrowcu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze, posiadający opinię potwierdzającą właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99 dot. Pakiet nr 1 Pozycja nr 2 – Szafka przyłóżkowa – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 445 mm? Oferowany wymiar w niewielkim stopniu odbiega od określonego w SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100 dot. Pakiet nr 1 Pozycja nr 2 – Szafka przyłóżkowa – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pod dolną szufladą metalową półkę na rzeczy podręczne pacjenta (np. na obuwiu) z dostępem do niej tylko od frontu szafki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 dot. Pakiet nr 1 Pozycja nr 2 – Szafka przyłóżkowa – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w 4 podwójne koła jezdne o średnicy 50 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102 dot. Pakiet nr 1 Pozycja nr 2 – Szafka przyłóżkowa – 16 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie do oferty deklaracji zgodności ze znakiem CE w miejsce certyfikatu CE oraz zgłoszenia do Urzędu Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który to jest dokumentem równoważnym dla wpisu do rejestru wyrobów medycznych? Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie potwierdzania wpływu zgłoszenia lub powiadomienia dotyczącego wyrobów Prezes Urzędu informuje o możliwości rozpoczęcia sprzedaży wyrobu, który jest przedmiotem zgłoszenia lub powiadomienia, poprzez uzyskanie potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia czy wpisu do bazy danych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ załączenia do oferty **Oświadczenia o posiadaniu:**

- **dokumentów rejestracyjnych** dla zaoferowanego sprzętu/urządzeń medycznych, mebli medycznych i wyposażenia medycznego, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) tj. certyfikat CE Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej lub Deklarację Zgodności wystawioną przez Producenta lub dokumenty równoważne.

Pytanie nr 103 dot. Pakiet nr 11 Pozycja nr 1 – wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający szerokość 790 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 104 dot. Pakiet nr 11 Pozycja nr 1 – wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający długość całkowitą 2090 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 105 dot. Pakiet nr 11 Pozycja nr 1 – wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie od 570 do 910 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 106 dot. Pakiet nr 11 Pozycja nr 1 – wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 65 stopni?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 107 dot. Pakiet nr 11 Pozycja nr 1 – wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w barierki boczne ze stali nierdzewnej polerowanej?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 108 dot. Pakiet nr 11 Pozycja nr 1 – wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający ergonomiczną jedną dźwignię blokady centralnej na całej szerokości podstawy od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 109 dot. Pakiet nr 11 Pozycja nr 1 – wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający podstawę osłoniętą obudową z tworzywa ABS pełniącą również funkcję pojemnika na podręczne rzeczy pacjenta oraz z dodatkowym koszem na butlę tlenową umieszczonym nad podstawą, pod częścią oparcia pleców?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 110 dot. Pakiet nr 11 Pozycja nr 1 – wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych w którym dopuszczalne obciążenie wynosi 200 kg?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 111 dot. Pakiet nr 11 Pozycja nr 1 – wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 5 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie do oferty deklaracji zgodności ze znakiem CE w miejsce certyfikatu CE oraz zgłoszenia do Urzędu Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który to jest dokumentem równoważnym dla wpisu do rejestru wyrobów medycznych? Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie potwierdzania wpływu zgłoszenia lub powiadomienia dotyczącego wyrobów Prezes Urzędu informuje o możliwości rozpoczęcia sprzedaży wyrobu, który jest przedmiotem zgłoszenia lub powiadomienia, poprzez uzyskanie potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia czy wpisu do bazy danych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ załączenia do oferty **Oświadczenia o posiadaniu:**

- **dokumentów rejestracyjnych** dla zaoferowanego sprzętu/urządzeń medycznych, mebli medycznych i wyposażenia medycznego, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) tj. certyfikat CE Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej lub Deklarację Zgodności wystawioną przez Producenta lub dokumenty równoważne.

Pytanie nr 112 dot. Pakiet nr 11 Pozycja nr 3 – Kozetka lekarska – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o długości 1970 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113 dot. Pakiet nr 11 Pozycja nr 3 – Kozetka lekarska – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o wysokości całkowitej wynoszącej 570 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114 dot. Pakiet nr 11 Pozycja nr 3 – Kozetka lekarska – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską z regulacją podgłówek w zakresie od 0 do 45 stopni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115 dot. Pakiet nr 11 Pozycja nr 3 – Kozetka lekarska – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską z regulacją podgłówek w zakresie od -25 do +40 stopni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116 dot. Pakiet nr 11 Pozycja nr 3 – Kozetka lekarska – 1 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie do oferty deklaracji zgodności ze znakiem CE w miejsce certyfikatu CE oraz zgłoszenia do Urzędu Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który to jest dokumentem równoważnym dla wpisu do rejestru wyrobów medycznych? Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie potwierdzania wpływu zgłoszenia lub powiadomienia dotyczącego wyrobów Prezes Urzędu informuje o możliwości rozpoczęcia sprzedaży wyrobu, który jest przedmiotem zgłoszenia lub powiadomienia, poprzez uzyskanie potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia czy wpisu do bazy danych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ załączenia do oferty **Oświadczenia o posiadaniu:**

- **dokumentów rejestracyjnych** dla zaoferowanego sprzętu/urządzeń medycznych, mebli medycznych i wyposażenia medycznego, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) tj. certyfikat CE Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej lub Deklarację Zgodności wystawioną przez Producenta lub dokumenty równoważne.

Pytanie nr 117

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia 42 dni od daty podpisania umowy? Jest to związane z cyklem produkcyjnym, przy realizacji wymogów zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 118 dot. Pakiet nr 1 - pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o następujących parametrach:

o długości całkowitej 2220 mm

o szerokości całkowitej 1000 mm

z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420 – 820 mm

z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwoleżynowy o gr. 14 cm, składający się z dwóch warstw, spód z wysoce próżniowej pianki, wierzchnia warstwa z termoelastycznej pianki z funkcją pamięci kształtu, warstwy połączone na zasadzie nachodzących grzebieni, bez elementów klejonych, składający się z 7 stref anatomicznych (głowa, barki, plecy, biodra, uda, podudzia i stopy) z nacięciami i otworami powodującymi dobrą cyrkulację powietrza i odprowadzenia nadmiaru wilgoci, umożliwiający równomierne rozłożenie ciężaru pacjenta,

dostosowujący się do ciała pacjenta, stosowany przy ryzyku powstawania odleżyn do III st., w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, zmywalnej, paroprzepuszczalnej, zamykany na zamek błyskawiczny, przystosowanym do prania w temp. 95 stopni?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 119 pakiet nr 1 - pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową:

o szerokości 420 mm.

wykonaną z profili stalowych i blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV, lub wykonaną z profili stalowych lakierowanych na kolor aluminium. Profile aluminiowe to parametr czysto marketingowy, mający na celu ograniczanie konkurencji na poziomie parametrów technicznych.

z szufladami wysuwanymi na prowadnicach suwnych.

z jedną szufladą wysuwaną dwustronnie oraz szafką zamykaną drzwiczkami, otwieraną dwustronnie, z miejscem na 3 butelki 1,5 l wewnątrz zamykanej szafki.

z blatem głównym i bocznym wykonanym z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów.

z czołami szuflad wykonanych z blachy lakierowanej proszkowo na dowolny kolor.

z dolną półką metalową lakierowaną proszkowo?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120 pakiet nr 2 - pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko:

o szerokości całkowitej 510 mm.

z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 950 - 1250 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 121 pakiet nr 11 - pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wózek:

o długości całkowitej 2100 mm.

z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 630 - 1030 mm.

z pozycja Trendelenburga regulowana w zakresie 0-12 st.

z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej.
z dźwigniami hamulca umieszczonymi przy 2 kołach od strony nóg pacjenta.
z koszem na rzeczy pacjenta i uchwytem na butlę z tlenem mocowanymi oddzielnie, a
nie do obudowy podstawy.
o bezpiecznym obciążeniu 200 kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122 pakiet nr 11 - pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kozetkę:
o szerokości całkowitej 670 mm.
o długości całkowitej 2000 mm.
o wysokości leża od podłogi 620 mm.
z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-76 st.?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 123

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności uczestniczenia w wizji lokalnej?

Odpowiedź:

Wizja lokalna dotyczy pakietu nr 9 i jej przeprowadzenie jest niezbędne do przygotowania oferty w tym pakiecie.

Pytanie nr 124

Czy Zamawiający zgodzi się na wizję lokalną po wyborze oferenta?

Odpowiedź:

Wizja lokalna dla pakietu nr 9 jest obowiązkowa przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 125

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 3**, zgodzi się na zaoferowanie parawanu teleskopowego przyściennego o długości po rozciągnięciu L=206cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 3**, zgodzi się na zaoferowanie wymiarów:

- 1.1. długość w stanie złożonym: 880mm?
- 1.2. długość w stanie rozłożonym 2060mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 1** regulacji w zakresie 1000-1400mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 1** regulacji w zakresie 920-1370mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 1** wymiarów: 1320x600x100-1400mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 130

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 1** wymiarów: 640x450x920-1320?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 2** stelaży wykonanego ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 2** stelażu wykonanego ze stali nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 2** blatu, szuflady i podstawy ze stali nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 2** wymiarów 420x470x860mm, wymiar blatu 420x420mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 135

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 3** stojaka z regulacją wysokości w zakresie 1200-2150mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 3** podstawy ze stali nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 3** średnicy podstawy 560mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 138

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 3** kolumny z rury stalowej nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, może wyjaśnić **poz. 4** czy podane wymiary szuflad dotyczą wysokości użytkowej czy wysokości frontów?

Odpowiedź:

Podane wymiary szuflad dotyczą wysokości frontów.

Pytanie nr 140

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 4** wysokości 1185mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie nr 141

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 4** szuflady wykonanej w formie skrzyni ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się..

Pytanie nr 142

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 4** średnicy kół 100mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 143

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 4** kół rozmieszczonych po prostokącie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 144

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 4** wózka bez przezroczystych odchylanych pojemników?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie nr 145

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 6**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 4** wózka wyposażonego w dwa boczne wysuwane blaty zamiast szuflad?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie nr 146

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 7**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 1** stelaża wykonanego ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 147

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 7**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 1** stelaża wykonanego ze stali nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 148

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 7**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 1** podstawy bez osłony z tworzywa ABS?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie nr 149

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 7**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 1** podstawy z kółkami o średnicy 50mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 150

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 7**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 1** pokrywy wykonanej ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 151

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 7**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 1** pokrywy wykonanej ze stali nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 152

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 7**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 1** wymiarów 415x440x910mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie nr 153

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 7**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 2** wymiarów 780x440x710mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 154

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 7**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 3** wysokości regulowanej w zakresie 490-630mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 155

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 7**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 3** średnicy podstawy 560mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 156

Czy Zamawiający w **PAKIET nr 7**, zgodzi się na zaoferowanie w **poz. 3** podstawy wykonanej ze stali nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 157 dotyczy pakiet nr 1- pozycja 2 szafka przyłóżkowa -16 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę o poniżej podanym opisie:

Szafka przyłóżkowa

szerokość całkowita: 480 mm

długość całkowita: 480 mm

wysokość całkowita: 825 mm

Błaty szafki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę.

Szuflada górna wysuwana na prowadnicach.

Czoło szuflady oraz drzwiczki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne oraz wysoką temperaturę.

Szafka wyposażona w tworzywowe uchwyty do otwierania- zaokrąglone nie wystające poza obrys szafki

konstrukcja szafki kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV i środki dezynfekcyjne.

szafka przejezdna wyposażona w podwójne kółka o średnicy 65 mm na każdym z narożników. Dwa koła z blokadą.

Szafka wyposażona w uchwyt na ręcznik

szafka odporna na środki dezynfekcyjne

Szczyty łóżka oraz czoła szuflad i blatów z możliwością wyboru kolorystyki 5 kolorów



Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 158 dot. pakiet nr 4- fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt.

Czy Zamawiający, w rozumieniu zapisów pkt. 14 tabeli parametrów technicznych dopuści fotel wyposażony w podpory stóp zintegrowane z podporami rąk, wieszak kroplówki, miskę wyprofilowaną tworzywową oraz zintegrowaną fotelem podporę pod stopy operatora?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 159 dot. Pakiet nr 9, meble na wymiar STATYSTYKA, pozycja 1

Czy dla zachowania jednolitej zabudowy, zamawiający dopuszcza wykonanie szafy garderobianej w technologii płyty laminowanej z wyłączeniem profili aluminiowych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 160 dot. Pakiet nr 9, meble na wymiar ZABIEGOWY poz. 21 , KUCHNIA ODDZIAŁOWA poz. 34

W związku z tym, iż w formularzu asortymentowo-cenowym uwzględniony jest blat postformingowy, wykonany z materiałów gwarantujących bakteriostatyczność (bakteriostatyczność określona w załączniku nr 1), czy zamawiający dopuszcza wykonanie blatu z płyty laminowanej o podwyższonej odporności na uszkodzenia, wysoką temperaturę i jednocześnie posiadającej właściwości bakteriobójcze ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 161 dot. zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający, celem zapewnienia wysokiego stopnia trwałości i bezpieczeństwa użytkownikamebli (apakiet nr 9) w systemie stelaża aluminiowego wymaga poświadczenia stosownym dokumentem przeprowadzenia badań w zakresie wytrzymałości i i odporności powierzchni na uszkodzenia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 162 pakiet nr 5- pozycja 1 lampa bakteriobójcza przepływową ścienna 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę o wymiarach kopuły 1125x215x130 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 163 pakiet nr 5- pozycja 1 lampa bakteriobójcza przepływową ścienna 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę o wymiarach 1190x215x145 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 164 Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380-810 mm, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 165 Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną części nożnej w zakresie 0-45°, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 166 Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem na poziomie 250 kg, bez systemu elektrycznej ochrony w wyniku przeciążenia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 167 dot. siwz

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia (Pakiet 1, 2, 11)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Terminy realizacji zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 168

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wizję lokalną przeprowadzić po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najlepszej oferty, jeszcze przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź:

Wizja lokalna dotyczy pakietu nr 9 i jej przeprowadzenie jest niezbędne do przygotowania oferty w tym pakiecie przed terminem składania ofert. Wykonawca miał trzy terminy na przeprowadzenie wizji lokalnej.

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Leki

PROKURENT

Karolina Filipowska