



WSS/KG/ 1440 /DOPKiZP/MW/ 682 /14

Tychy, 30.07.2014r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG na oddział Wewnętrzny z pododdziałem Kardiologicznym (nr sprawy: 30/14/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie 1

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Dynamika systemu min.235 dB”
Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu: „Dynamika systemu min.200 dB”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 2

Zamawiający stawia następujące wymaganie:
„Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 10 cali
Panel dotykowy wyposażony w wyświetlana klawiaturę do wpisywania danych pacjenta;
Panel dotykowy wyposażony w funkcje regulacji map szarości w postaci suwaków;”
Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:

„Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 9 cali
Panel dotykowy wyposażony w wyświetlana klawiaturę do wpisywania danych pacjenta;
Panel dotykowy wyposażony w funkcje regulacji map szarości w postaci suwaków;”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 3

Zamawiający stawia następujące wymaganie:
„Zakres częstotliwości pracy USG: od 1 MHz do co najmniej 20 MHz.”
Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:
„Zakres częstotliwości pracy USG: od 1 MHz do co najmniej 16 MHz”

MEGREZ Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 4

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cinelooop): min. 16 000 klatek.”

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:

„Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cinelooop): min. 12 000 klatek.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 5

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Szerokopasmowe obrazowanie na II harmonicznej, min. 4 pasm II harmonicznej”

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:

„Szerokopasmowe obrazowanie na II harmonicznej, min. 3 pasm II harmonicznej”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 6

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 7,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki)”

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:

„Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 3,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki)”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w parametr.

Pytanie 7

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 15,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki)”

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:

„Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 8,2 m/sek (przy zerowym kącie bramki)”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 8

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Min. 3 kursory (linie proste)”

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:

„Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Min. 1 kursor (linia prosta)”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 9

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z pamięci CineLoop Min. 3 kursory (linie proste)”

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 10

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych”

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:

„Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 11

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm”

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:

„Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 15 mm”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 12

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni”

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:

„Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 70 stopni”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w parametr.

Pytanie 13

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map”

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:

„Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w parametr.

Pytanie 14

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. X18”

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:

„Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. X16”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 15

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. X18”

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:

„Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. X4”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 16

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach)”

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 17

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

Głowica elektroniczna Liniowa- 1szt. szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 – 13,0 MHz.
Liczba elementów: min. 190
Szerokość pola skanowania max. 40 mm
obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości
obrazowanie trapezowe i rombowe

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:

Głowica elektroniczna Liniowa- 1szt. szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 5,0 – 13,0 MHz.
Liczba elementów: min. 190
Szerokość pola skanowania max. 40 mm
obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości
obrazowanie trapezowe

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 18

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array – 1 szt. szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta
Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 5,0 MHz.
Liczba elementów: min. 64
kąt obrazowania min. 90 stopni
obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zapisu:

„Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array – 1 szt. szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta
Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 2,0 – 4,0 MHz.

Liczba elementów: min. 64
kąt obrazowania min. 90 stopni
obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania.

Pytanie 19

Zamawiający stawia następujące wymaganie:

„Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe.”

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił w specyfikacji minimalne wymagania. Zamawiający wymaga bezwzględnie współpracy z głowicami przezprzełykowymi.

Zamawiający określił w SIWZ minimalne wymagania aparatu USG na potrzeby Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologicznym. Zamawiający posiada na oddziale aparaty USG z głowicą przezprzełykową i na tej podstawie określił minimalne wymagania. Opisane parametry nie faworyzują żadnego producenta, lecz stawiają minimalne wymagania jakie musi bezwzględnie posiadać oferowany aparat USG. Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie, które jest równoważne lub wyższe w ramach opisu SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Mariola Szulc

WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Leki