



WSS/KG/ 1533 /DOPKiZP/JNJ/ 700 /14

Tychy, 12.08.2014r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na zakup cyfrowego aparatu RTG typu telekomando do radiografii i fluoroskopii ze zintegrowanym detektorem wraz z zakupem niezbędnych licencji oraz rozbudową i integracją systemów RIS/PACS/HIS (nr sprawy: 27/14/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. Zestawienia parametrów technicznych - Załącznik nr 1a do SIWZ Parametry techniczne: Dot. punktu: Stacja do opisów badań RTG i TK punkt 2:

„Dwa parowane monitory diagnostyczne o minimalnych parametrach: matryca 2 MPix o rozdzielczości naturalnej 1200x1600 punktów (1600x1200), kontrast 1200:1, jasność 1400 cd/m², przekątna 21,3" (541 mm), Wejście cyfrowe DVI-D 24-pin oraz DisplayPort.”

Po przejrzeniu oferty wiodących producentów monitorów diagnostycznych dostępnych w Polsce stwierdzamy, że nie istnieje monitor o parametrach kontrast 1200:1, jasność 1400 cd/m², natomiast oferowane są monitory z kontrastem 1400:1 i jasnością 1200 cd/m².

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska polegająca na zamianie wartości tych dwóch parametrów? Wykonawca prosi o modyfikację tego parametru.

Odpowiedź:

Nastąpiła omyłka pisarska, prawidłowe parametry monitora to: kontrast 1400:1 i jasność 1200 cd/m².

Pytanie nr 2 dot. Zestawienia parametrów technicznych - Załącznik nr 1a do SIWZ Parametry techniczne: Dot. punktu: Stacja do opisów badań RTG i TK punkt 2:

Wykonawca prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania – zgodnie z Załącznikiem nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy – licencji systemu RIS/PACS i podłączenia zaoferowanych w /w postępowaniu urzędzeń do użytkowanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS Alteris.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania – zgodnie z Załącznikiem nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy – licencji systemu RIS/PACS i podłączenia zaoferowanych w /w postępowaniu urzędzeń do użytkowanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS Alteris.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 12 058 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł

Pytanie nr 3 dot. Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ: dot. §4 ust. 1

Wykonawca prosi o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wykonawcy w terminie dni, od daty podpisania protokołu odbioru, dostarczenia wszystkich przewidzianych umową dokumentów i przeprowadzenie szkolenia o którym mowa w § 2 ust. 9 oraz ~~otrzymaniu~~ wystawienia prawidłowej ~~wystawionej~~ faktury VAT.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 dot. Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ: Dot. §5 ust. 3

Wykonawca prosi o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„3. Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez Wykonawcę. Strony postanawiają, iż dla skutecznego zgłoszenia usterki lub awarii wystarczające jest wysłanie tego zgłoszenia faxem na wskazany numer lub zgłoszenie usterki poprzez serwis transakcyjny dostępny pod następującym linkiem: W przypadku konieczności przewiezienia całości lub części przedmiotu umowy poza teren siedziby Zamawiającego w celu usunięcia wad lub dokonania naprawy, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty z tym związane.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Pytanie nr 5 dot. Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ: Dot. §5 ust. 6

Wykonawca prosi o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„6. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) naprawy tej samej części przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tej części na ~~nową~~ wolną od wad (z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego).”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 dot. Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ: Dot. §6

Wykonawca prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wartości rzeczywiście poniesionej i wykazanej szkody.

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy, za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, liczone od upływu terminu realizacji przedmiotu umowy, o który mowa w §2 ust.1;

b) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad, o których mowa w § 2 ust. 10, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy, za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki liczone, od upływu terminu, o którym mowa w §2 ust. 11 umowy;

- c) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w usunięciu awarii przedmiotu umowy względem terminów określonych w §5 ust. 4;
 - d) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;
 - e) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości ~~30%~~ 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 niniejszej umowy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych na podstawie księgowych not obciążeniowych płatnych do 14 dni od daty ich otrzymania przez Wykonawcę.

oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

- „4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
- 5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,
- 6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia ponad termin płatności określony w § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
- 7. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w wyżej określony sposób oraz nie wyraża zgody na dodanie powyższych zapisów..

Pytanie nr 7 dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy

Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca oprócz dostawy cyfrowego aparatu rtg, stacji diagnostycznej, licencji RIS/PACS i integracji systemów RIS/PACS/HIS zobowiązany jest także do wykonania okablowania oraz do wykonania ewentualnej adaptacji pomieszczeń, w których znajdować się będą wszelkie urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy.

Dlatego też Wykonawca wnosi o dodanie w załączniku nr 1 do SIWZ pozycji: „Okablowanie i adaptacja pomieszczeń.” lub alternatywnie o wskazanie pozycji, w której zawarte mają być koszty związane z tym zakresem zamówienia.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania okablowania oraz do wykonania ewentualnej adaptacji pomieszczeń. W załączniku nr 1 do SIWZ należy dodać pozycje „Okablowanie i adaptacja pomieszczeń.”

Pytanie nr 8 dot. Załącznika nr 1a do SIWZ, Parametry techniczne cyfrowy aparat typu telekomando, pkt II.3

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wymóg opisany w w/w punkcie oznacza, że podane najniższe położenie blatu ścianki od podłogi ma być dostępne na zainstalowanym aparacie poza trybem serwisowym, podczas standardowej pracy technika, bez konieczności ingerencji inżyniera serwisowego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9 dot. Załącznika nr 1a do SIWZ, Parametry techniczne cyfrowy aparat typu telekomando, pkt II.14

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że przez „swobodny i bezpośredni dostęp” rozumieć należy dostęp nie ograniczony ani obudowani przewyższającymi wysokość blatu, ani konstrukcją aparatu podczas przesuwania kolumny lampy w pełnym zakresie jej ruchu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10 dot. Załącznika nr 1a do SIWZ, Parametry techniczne cyfrowy aparat typu telekomando, pkt VIII.2

Celem jednoznacznego opisu przedmiotu Zamówienia, Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający określając wymów dotyczący uchwytów dla pacjentów pediatrycznych wymaga dostarczenia uchwytu na babix wraz z babix'em, czy też tylko uchwytów umożliwiających przytrzymanie się rękoma ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia samych uchwytów na babix, bez babix'ów.

Pytanie nr 11 dot. Załącznika nr 1a do SIWZ, Parametry techniczne cyfrowy aparat typu telekomando, pkt VIII.7 oraz Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 2 ust. 9

Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o podanie liczby osób mających uczestniczyć w tym szkoleniu oraz czasu jego trwania.

Odpowiedź:

Liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 23-25 osób, czas trwania: 1 tydzień.

Pytanie nr 12 dot. Załącznika nr 2 do SIWZ, Oferta przetargowa, pkt 10

W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ Zamawiający określił, iż wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

Natomiast w Załączniku nr 2 do SIWZ wpisany jest 30 dniowy okres związania ofertą.

Wnosimy o jednoznaczne określenie terminu związania ofertą w tym postępowaniu.

Odpowiedź:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni (zgodnie z ogłoszeniem i SIWZ). Prosimy o dokonanie poprawy niniejszej omyłki w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 13 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 1 ust. 6 oraz SIWZ pkt. VII ppkt 1

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” itp.

Dlatego też Wykonawca wnosi o stosowną zmianę słowa „gwarantuje” w w/w zapisach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 2 ust. 2

Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w/w ustępu na następujący:

„Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w formie protokołu odbioru.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 2 ust. 3

Wykonawca uprzejmie prosi o zrezygnowanie z wymogu dostarczenia kompletnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na serwisowanie sprzętu medycznego objętego przedmiotem umowy, jego konserwację (z wyjątkiem konserwacji urządzeń rozumianych jako codzienne procedury związane z jakością i środkami bezpieczeństwa) i naprawę oraz do przekazania niezbędnych haseł i kodów dostępu. Proponowana zmiana wynika ze specyfiki sprzętu medycznego i wymogów (w tym ustawowych, wynikających min. z ustawy o wyrobach medycznych) w zakresie jego serwisowania, konserwacji i tym samym bezpieczeństwa w jego używaniu. Dostarczany sprzęt to urządzenia najnowszej generacji, wysokospecjalistyczne i tym samym niezwykle skomplikowane. Serwisowanie (utrzymanie) czy nawet szerzej rozumiana konserwacja takich urządzeń (z wyjątkiem konserwacji urządzeń rozumianych jako codzienne procedury związane z jakością i środkami bezpieczeństwa) zastrzeżone jest co do zasady dla serwisantów / inżynierów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie a ponadto zostali odpowiednio przeszkoleni i certyfikowani bezpośrednio przez producenta urządzeń. Tak rygorystyczne wymogi w zakresie serwisowania tego rodzaju urządzeń uzasadnia fakt, że są to, jak pisaliśmy powyżej, wyroby medyczne, których nienależyte serwisowanie może mieć bezpośrednio i bardzo negatywne konsekwencje dla życia i zdrowia tak pacjentów, jak i personelu szpitalnego.

Jednocześnie Wykonawca może w umowie zobowiązać się, że jeśli wystąpi do niego podmiot trzeci, który chciałby serwisować sprzęt objęty przedmiotem niniejszej umowy, każdorazowo wystawi ofertę na odpowiednie korzystanie z odnośnych praw własności intelektualnej wraz

z odpowiednią umową licencyjną. Zwracamy uwagę, że wszystkie podmioty biorące udział w postępowaniach przetargowych, w tym w zakresie serwisu urządzeń, składają oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, w którym oświadczają min., że dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem, uprawnieniami, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W przypadku uznania powyższej argumentacji Wykonawca wnosi o stosowne zmiany zapisów § 2 ust. 3 oraz § 3 ust. 2 umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiający nie uznał powyższej argumentacji i nie zgodził się jednocześnie na usunięcie wyżej wymienionych wymogów, prosimy o potwierdzenie że jego intencją jest takie dostarczenie kodów / haseł dostępu, w wyniku którego Zamawiający, po akceptacji warunków i zasad odrębnej umowy licencyjnej / umów licencyjnych dotyczących odpowiedniego oprogramowania serwisowego, uzyska dostęp wyłącznie do oprogramowania niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu / utrzymania urządzenia i zmianę zapisu w/w ustępu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kompletnego oprogramowania medycznego (użytkowego) i serwisowego pozwalającego na korzystanie z przedmiotu umowy oraz pozwalającego na jego konserwację i naprawę oraz do przekazania niezbędnych haseł i kodów dostępu. Zalecana przez producenta aktualizacja oprogramowania medycznego (użytkowego) i serwisowanie niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy nie będą wymagać dodatkowych opłat i nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy.“

Pragniemy przypomnieć, że sprzęt objęty przedmiotem niniejszego postępowania swoje działanie oraz funkcjonalności opiera (m.in.) na różnorodnych programach komputerowych w nim zainstalowanych, a odpowiednie ustawienia / opcje tychże programów komputerowych podlegały wraz z całym urządzeniem ocenie w procedurze oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi obejmującymi także kwestie bezpieczeństwa używania danego urządzenia, zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych (Dz. Urz. WE L 169 z 12.07.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 82). Należy mieć również na uwadze fakt, że nieuprawnione / nieumiejętne używanie całości oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu może wpływać na ustawienia / parametry urządzenia (np. dawki promieniowania, jakość obrazu, ruchy urządzenia), a tym samym może wpływać na bezpieczeństwo pacjentów i osób trzecich, w tym personelu Zamawiającego, jakość badań wykonywanych przedmiotową aparaturą, jak również na ważność znaku CE (jeśli zmienione zostaną w sposób nieautoryzowany parametry, które podlegały ocenie w procedurze oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi).

Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z wyżej opisanego wymogu i wyraża zgodę na zmianę zapisów §2 ust. 3 w wyżej przedstawiony sposób.

Pytanie nr 16 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 2 ust. 4

W przypadku utrzymania wymogów Zamawiającego w zakresie oprogramowania serwisowego, kodów i haseł dostępu, których mowa w § 2 ust.3 umowy, czy zważywszy na wymogi producenta sprzętu w tym zakresie Zamawiający potwierdza, że zawrze taką umowę licencyjną zgodną z wzorem takiej umowy przygotowanym przez producenta i będzie zawierał ją na kolejne okresy korzystania z takiej licencji (zgodnie z procedurami producenta umowa licencji zawierana jest najwyżej na rok, a po upływie tego okresu zawierana jest kolejna umowa licencyjna). Licencja taka udzielona będzie Zamawiającemu nieodpłatnie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zawrze umowę licencyjną zgodną z wzorem takiej umowy przygotowanym przez producenta i będzie zawierał ją na kolejne okresy korzystania z takiej licencji (zgodnie z procedurami producenta umowa licencji zawierana jest najwyżej na rok, a po upływie tego okresu zawierana jest kolejna umowa licencyjna).

Pytanie nr 17 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 2 ust. 7 b)

Dokumentacja techniczna urządzeń, które pragniemy Państwu zaoferować składa się głównie z opisanych w języku angielskim schematów blokowych i schematów elektrycznych zawierających oznaczenia stosowane wewnątrz oferowanego sprzętu. Dokumentacja taka jest czytelna nie tylko dla autoryzowanego serwisu producenta tych urządzeń lecz także dla profesjonalnych pracowników innych firm zajmujących się serwisowaniem takiego sprzętu medycznego jakiego wymaga Zamawiający.

Dlatego też Wykonawca wnosi o możliwość dostarczenia dokumentacji technicznej w j. angielskim.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 2 ust. 7 c)

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu w/w ustępu wyrażenia:

„zgodne z warunkami gwarancji określonymi w umowie,”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 2 ust. 7e)

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu w/w ustępu wyrażenia:

„wystawiony przez wykonawcę i zgodny z warunkami gwarancji określonymi w umowie,”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 2 ust. 10

Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia zapisu w/w ustępu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru wadliwego, z zastrzeżeniem ust.11 poniżej, w szczególności w przypadku, gdy:

a) dostarczono przedmiot umowy złej jakości,

- b) dostarczono przedmiot umowy niezgodny z umową,
- c) nie dostarczono dokumentów, o których mowa w ust. 7.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 2 ust. 11

Celem doprecyzowania procedur odbiorowych Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia zapisu w/w ustępu na następujące:

„Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:

- 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
- 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,
- 3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.

Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, na prawach protokołu podpisanego przez obie Strony. Uprawnienie takie dotyczy również sytuacji, kiedy Zamawiający bez uzasadnionego powodu odmawia podpisania protokołu odbioru.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 4 ust. 3

Dług pieniężny, zgodnie z art.454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.

Dlatego też Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w/w ustępu na poniższy:

„Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 4 ust.4

Celem doprecyzowania warunków gwarancji Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w/w ustępu na następujący:

„Wykonawca udziela (min. 12 miesięcy) miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, która rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego. Warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny dostarczony wraz z przedmiotem umowy, wystawiony przez wykonawcę i zgodny z warunkami gwarancji określonymi w umowie.

Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania - Wykonawca.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:

a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);

3) materiały eksploatacyjne.”

Odpowiedź:

(§5 ust. 1). Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 4

Wykonawca wnosi o dodanie w w/w paragrafie ustępu 4 o następującej treści:

„Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 4

Wykonawca wnosi o dodanie w w/w paragrafie ustępu 5 o następującej treści:

„Wykonawca zastrzega sobie własność sprzedawanych urządzeń do momentu uiszczenia przez Zamawiającego pełnej ceny przedmiotu umowy wraz z ewentualnymi odsetkami w przypadku opóźnionej zapłaty.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 5 ust. 4

Celem doprecyzowania i urealnienia warunków gwarancji wnosimy o zmianę zapisu w/w ustępu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest do reakcji na zgłoszenie usterek lub awarii w przeciągu 24 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia (przy czym za reakcję serwisową uważa się także diagnostykę zdalną lub wywiad telefoniczny przedstawiciela serwisu Wykonawcy) oraz do zakończenia naprawy urządzenia w czasie nie dłuższym niż 2 kolejne dni robocze od dnia reakcji, a w przypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych do naprawy z zagranicy w terminie 5 dni roboczych. Na potrzeby umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00-17.00.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 5 ust. 5

W przypadku wydłużenia terminów naprawy wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej i ewentualnie odszkodowania uzupełniającego. Przepisy prawa nie dają Zamawiającemu prawa do żądania kolejnego „odszkodowania” z tego tytułu, szczególnie, że Zamawiający nie dookreślił ilości i kosztów tych badań, co stoi w ewidentnej sprzeczności z art.29 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie w/w ustępu z zapisów umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 5 ust. 7

Celem doprecyzowania warunków gwarancji Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w/w ustępu na następujący:

„Czas naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności urządzenia będącego przedmiotem umowy; ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 5 ust. 9

Słowo „bezpłatne” / „nieodpłatne” sugeruje umowę darowizny a to jest zamówienie publiczne, czyli umowa na odpłatne świadczenie dostawę, usług i robót. Stąd zamiast używać słowa „bezpłatne”, „nieodpłatne” proponujemy używanie sformułowania „w ramach wynagrodzenia umownego”.

Pojęcie „gruntownego” przeglądu jest prawnie niezdefiniowane.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w/w ustępu na następujący:

„Konserwacje i przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane w ramach wynagrodzenia umownego przez Wykonawcę w ilości zalecanej przez producenta przedmiotu umowy, przy czym w ostatnim miesiącu gwarancji odbędzie się ostatni, w ramach wynagrodzenia umownego, przegląd przedmiotu umowy w zakresie zalecanym przez producenta urządzenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 5 ust. 11

Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja, nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe, Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena ofertowa uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji, rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi.

Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę ofertową.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w/w ustępu na następujący:

„Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w zakresie określonym przez obowiązujące przepis prawa, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy. Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji.“

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 6 ust. 1

Coraz szerzej stosowana jest międzynarodowa praktyka, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

W związku z tym Wykonawca wnosi o dodanie na końcu w/w ustępu poniższego zapisu:

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia netto.

Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 6 ust. 2 pkt. od a) do d)

Mając na uwadze, że kary umowne nie są opodatkowane VAT oraz celem doprecyzowania zapisów dotyczących kar umownych Wykonawca prosi o zmianę brzmienia punktów od a) do d) w/w ustępu na następujące:

„Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, określonego w §3 niniejszej umowy, za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, liczone od upływu terminu realizacji przedmiotu umowy, o który mowa w §2 ust.1; wysokość kary umownej z tego tytułu ograniczona zostaje do 10% wynagrodzenia umownego netto,
- b) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w trakcie odbioru, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, określonego w §3 niniejszej umowy, za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki liczone, od upływu terminu, o którym mowa w §2 ust. 11 umowy; wysokość kary umownej z tego tytułu ograniczona zostaje do 10% wynagrodzenia umownego netto,
- c) w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, określonego w §3 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w usunięciu awarii przedmiotu umowy względem terminów określonych w § 5 ust. 4; wysokość kary umownej z tego tytułu ograniczona zostaje do 10% wynagrodzenia umownego netto,
- d) w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w §3 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 6 ust. 2 pkt. e)

W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy, odstąpienie takie z mocy prawa będzie nieważne, brak zatem przesłanek do naliczenia kary umownej z tego tytułu, szczególnie tak rażąco wysokiej kary umownej.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie w/w punktu z zapisu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 9 ust. 6

Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność.

Dlatego Wykonawca wnosi o następującą zmianę brzmienia w/w ustępu:

„Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie **do 14 dni kalendarzowych** po upływie terminu określonego w §2 ust. 1, albo w przypadku naruszenia istotnych postanowień umownych lub warunków przetargu będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy / należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu.”

Odpowiedź:

(§9 ust. 2). Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35 dot. Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, § 11

Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art.54 ustawy.

Dlatego też Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia paragrafu 11 na następujące:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w następującym brzmieniu:

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 121)). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania.

Pytanie nr 36 dot. Przedmiotu Zamówienia

Celem rzetelnego określenia niezbędnego zakresu i kosztów wykonania ewentualnej adaptacji pomieszczeń prosimy o podanie nośności stropu w istniejącej pracowni rtg w obszarze posadowienia aparatu rtg.

Odpowiedź:

Konstrukcja stropowa pod pomieszczeniami RTG zaprojektowano dla obciążeń użytkowych $q=500 \text{ kg/m}^2$ (50kN/m^2).

Pytanie nr 37 dot. Przedmiotu Zamówienia

Celem rzetelnego określenia niezbędnego zakresu i kosztów wykonania ewentualnej adaptacji pomieszczeń Wykonawca prosi o podanie jaki jest stan faktyczny instalacji (sprawna/niesprawna) wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu pracowni rtg.

Odpowiedź:

Stan instalacji: sprawna.

Pytanie nr 38 dot. Przedmiotu Zamówienia

Celem rzetelnego określenia niezbędnego zakresu i kosztów wykonania ewentualnej adaptacji pomieszczeń Wykonawca prosi o podanie dostępnej mocy elektrycznej przewidzianej dla planowanego aparatu rtg lub alternatywnie: czy jest dostępna moc elektryczna o wielkości min. 50 kVA.

Odpowiedź:

Jest dostępna moc elektryczna o wielkości min. 50 kVA.

Pytanie nr 39 dot. Przedmiotu Zamówienia

Celem rzetelnego określenia niezbędnego zakresu i kosztów wykonania ewentualnej adaptacji pomieszczeń Wykonawca prosi o podanie parametrów istniejącego kabla energetycznego doprowadzonego z Rozdzielni Głównej (RG) do pracowni rtg (materiał : Al/Cu, przekrój żył, długość, wielkość zabezpieczenia w RG).

Odpowiedź:

Zasilanie wykonane kablem 4x (YKXS 1x 35 mm²). Rozłącznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami mocy o prądzie znamionowym 125 A. Przewód miedziany.

Pytanie nr 40 dot. Przedmiotu Zamówienia

Celem rzetelnego określenia niezbędnego zakresu i kosztów wykonania ewentualnej adaptacji pomieszczeń Wykonawca prosi o udostępnienie:

- rzutu i przekroju pracowni rtg,
- projektu konstrukcji dotyczącego stropu w miejscu posadowienia aparatu rtg,
- aktualnego Projektu Osłon Radiologicznych pracowni rtg,
- aktualnego Protokołu pomiarów wydajności wentylacji,

Odpowiedź:

Projekty i protokoły dostępne są w Dziale Techniczno-Gospodarczym Spółki.

Pytanie nr 41

Zamawiający w pkt I ppkt. 2 wymaga ściśle określonych konfiguracji sprzętu. Wykonawca prosi o dopuszczenie urządzenia o następującej konfiguracji: detektor i stacja akwizycji jednego producenta, urządzenie tj. ścianka, generator jednego producenta. Lampa dedykowana do mocy generatora. Oferowana konfiguracja posiada certyfikat CE na całość konfiguracji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42

Zamawiający w pkt II ppkt. 1 wymaga „Pochylenie ścianki w zakresie min. +90° do - 45°” Wykonawca prosi o dopuszczenie rozwiązania z zakresem pochylania ścianki +90° do – 25. Oferowany zakres w pełni zabezpiecza możliwość wykonywania wszystkich projekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Zamawiający w pkt II ppkt 3 wymaga „Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm] umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki z wyłączeniem trybu serwisowego ≤ 52 cm. Wykonawca prosi o dopuszczenie rozwiązania o najniższym położeniu blatu stołu 64 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44

Zamawiający w pkt II ppkt 4 wymaga „Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm] ≥ 95 cm”. Wykonawca prosi o dopuszczenie urządzenia z najwyższym położeniem blatu stołu 92 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45

Zamawiający w pkt II ppkt 6 wymaga „Zakres badania w pionie i poziomie [cm] ≥ 195 cm” Wykonawca prosi o dopuszczenie urządzenia z zakresem 193 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46

Zamawiający w pkt II ppkt 19 wymaga „Kratka przeciwrozproszeniowa – parametry Min.60l/cm”. Wykonawca prosi o dopuszczenie kratki przeciwrozproszeniowej o parametrze 40 Lp/cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47

Zamawiający w pkt II ppkt 24 wymaga „Wyzwalanie promieniowania w sterowni przyciskiem ręcznym i nożnym. Przyciski nożne umożliwiające wykonywanie radiografii i fluoroskopii.” Wykonawca prosi o dopuszczenie urządzenia, które nie posiada w sterowni możliwości wyzwalania promieniowania przy pomocy pedału nożnego. Pedał nożny stosowany jest w pomieszczeniu diagnostycznym. W sterowni używa się wyzwalacza ręcznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48

Zamawiający w pkt IV ppkt 8 wymaga „Szybkość chłodzenia anody [kHU/min] ≥ 150 kHU/min”. Wykonawca prosi o dopuszczenie lampy o szybkości chłodzenia 120 KHU/ min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49

Zamawiający w pky IV ppkt 9 wymaga „Pojemność cieplna kołpaka z lampą [kHU] \geq 2400 kHU. Wykonawca prosi o dopuszczenie lampy o pojemności cieplnej lampy 2000kHU.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50

Zamawiający w pkt IV ppkt 12 wymaga „Zakres obrotu kolimatora Min. od $+45^\circ$ do -45° , Min. od $+45^\circ$ do -45° , możliwość unieruchomienia w pozycji 0 możliwość unieruchomienia w pozycji 0” Wykonawca prosi o dopuszczenie kolimatora z zakresem obrotu Min. od $+30^\circ$ do -30° . Oferowany zakres obrotu nie ogranicza funkcjonalności urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51

Zamawiający w pkt IV ppkt wymaga ”Możliwość wprowadzenia dodatkowych filtrów w kolimatorze Tak, min. 2, podać materiał i grubość”. Wykonawca prosi o dopuszczenie kolimatora z filtrami zamontowanymi na stałe, które są w sposób zmechanizowany dobierane w zależności od wybranego protokołu anatomicznego. W zestawie są filtry aluminiowe i miedziane.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52

Zamawiający w pkt V pkt 2 wymaga zaoferowania detektora o „Wielkość detektora cmxcm Min.43 cm x 43 cm”. Wykonawca prosi o dopuszczenie detektora formatu 35x43cm. Oferowany detektor jest pozycjonowany/zmiana orientacji automatycznie w zależności od wybranego programu anatomicznego. Poza tym umożliwia wykonywanie zdjęć w tzw. wolnej ekspozycji poza stołem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 53

Zamawiający w pkt V ppkt 3 i 7 wymaga detektora o matrycy i rozdzielczości dedykowanej dla formaty 43x43 cm. Wykonawca prosi o dopuszczenie detektora o formacie 35x43 cm i wielkości oraz rozdzielczości dedykowanej to tego rozmiaru o parametrze 2208x2688 pixeli

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 54

Zamawiający w pkt V ppkt 4 wymaga „Wielkość pixela [μ m] \leq 150 μ m”. Wykonawca prosi o dopuszczenie detektora o wielkości pixela 160 μ m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

Zamawiający w pkt VI ppkt 12 wymaga „Napęd CD/DVD do nagrywania zdjęć Tak; formaty: DICOM 3.0 oraz min. jeden z następujących: bmp, JPG, TIFF” Wykonawca prosi o dopuszczenie nagrywarki CD/DVD nagrywającej płyty w formacie DICOM 3.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56

Zwracamy się prośbą o wydłużenie czasu na realizację zamówienia. Z uwagi na specyfikę przedmiotu umowy prosimy o zmianę terminu realizacji na 120 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57 Dot. Projekt umowy.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy par. 5 pkt 4 Zamawiający nie wliczając dni ustawowo wolnych do pracy w czas reakcji na zgłoszenie i czas naprawy wymaga serwisu w trybie pracy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 58 Dot. Projekt umowy par. 2 pkt 4.

Wykonawca prosi o umożliwienie Oferentom zapoznania się z projektem umowy licencyjnej (przewidywany zał. nr 2 do umowy) przed terminem złożenia ofert.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.

Pytanie nr 59 Dot. Projekt umowy par. 5 pkt 4.

Wykonawca prosi o uzupełnienie zapisu w tym punkcie sformułowaniem „po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o przewidywanych kosztach takiej usługi”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60

Wykonawca prosi o zmianę zapisu w projekcie umowy w par. 2 pkt 3, z uwagi na fakt, że wszelkie oprogramowania serwisowe są własnością producenta urządzenia, nie są one przedmiotem obrotu i nie mogą być udostępniane wraz ze sprzedanym urządzeniem. W celu wykonywania napraw i konserwacji wykonawca może przekazać hasła dostępowe do oprogramowania serwisowego.

Wykonawca prosi o zastąpienie obecnego zapisu poniższym sformułowaniem:

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu haseł dostępowych do oprogramowania serwisowego pozwalających na jego konserwację i naprawy.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu licencji oprogramowania medycznego pozwalającego na korzystanie z przedmiotu umowy. Aktualizacja oprogramowania medycznego_(tzw. update) niezbędnego do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy nie będą wymagać dodatkowych opłat i nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Patrz odpowiedź na pytanie nr 15.

Pytanie nr 61

W pkt 1 dot. stacji do opisów badań RTG o TK (Załącznik nr 1a) Zamawiający wymaga, aby komputer stacji diagnostycznej wyposażony był w procesor szybszy niż dwurdzeniowy 3,1 GHz i min. 4 GB RAM. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie stacji z procesorem czterordzeniowym 2,66 GHz i 16 GB RAM jeśli to konfiguracja dedykowana dla oprogramowania medycznego stacji przez jej producenta? Mimo mniejszej nominalnej częstotliwości taktowania procesora jest to konfiguracja o prawie dwukrotnie większej sumarycznej mocy obliczeniowej i czterokrotnie większej ilości pamięci operacyjnej, która w całości jest wykorzystywana przez oprogramowanie medyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62

W pkt 2 dot. stacji do opisów badań RTG o TK (Załącznik nr 1a) Zamawiający wymaga monitorów diagnostycznych o maksymalnej jasności 1400 cd/m² i minimalnym kontraście 1200:1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku, załącznik nr 1, minimalne wymagania odnośnie jasności monitorów medycznych wynoszą 400 cd/m², a minimalne wymagania odnośnie kontrastu monitorów medycznych wynoszą 400:1,. Tym samym oczekiwanie parametrów na poziomie odpowiednio 350% i 300% określonego prawem minimum jest w naszej opinii żądaniem sztucznie ograniczającym konkurencję. Czy Zamawiający dopuści użycie monitorów diagnostycznych o maksymalnej luminancji 750 cd/m² i kontraście 1050:1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 63

W pkt 4 dot. stacji do opisów badań RTG o TK (Załącznik nr 1a) Zamawiający wymaga m.in. kątów widzenia pion/poziom min. 170°/160°. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora o kącie widzenia pion/poziom wynoszącym 160°/170°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64

W pkt 5 i 6 dot. oprogramowania stacji do opisów badań RTG o TK (Załącznik nr 1a) Zamawiający wymaga, aby aplikacja stacji diagnostycznej pozwalała wyszukiwać oraz wyświetlić m.in. opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS). Czy Zamawiający dopuści, aby opisana funkcja była realizowana wyłącznie z systemami PACS, które tę funkcję umożliwiają i czy Zamawiający dopuści, aby w pozostałych przypadkach opis badania był wyświetlany na monitorze kolorowym w systemie RIS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 65

Wykonawca prosi o informację, jakich systemów HIS, RIS i PACS (producent, nazwa handlowa systemu) dotyczy opisana w Załączniku nr 1a w części integracja.

Odpowiedź:

HIS – Asseco (Infomedica, AMMS)

RIS i PACS - Alteris

PREZES ZARZĄDU

Mariola Szulc

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Leki