

Załącznik 1a

PAKIET nr 1 -Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt

LP	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej tworzywową osłoną uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do środka. Podstawa fotela zabudowana z jednolitej wyprofilowanej płyty tworzywowej.	TAK	
2.	Fotel o wymiarach leża: szer. 600mm (+/- 20mm), dł. 1700 mm (+/-20mm)	TAK	
3.	Regulacja elektryczna wysokości w zakresie od 520 do 1150 mm +/- 20 mm	TAK	
4.	Regulacja elektryczna oparcia pleców w zakresie od -12° do $+55^{\circ}$ +/- 5°	TAK	
5.	Regulacja elektryczna siedziska w zakresie od $+5^{\circ}$ do $+15^{\circ}$ +/- 5°	TAK	
6.	Regulacja elektryczna podkolanników w zakresie od -15° do $+30^{\circ}$ +/- 5°	TAK	
7.	Regulacja elektryczna wysuwania i chowania podwozia fotela. Fotel posiada możliwość łatwego przemieszczania przez jedną osobę.	TAK	
8.	Maksymalne obciążenie min. 180 kg	TAK	
9.	Regulacje elektryczne uzyskiwane z pilota ręcznego oraz pilota nożnego integralnego z łóżkiem	TAK	
10.	Możliwość ustawienia fotela za pomocą jednego przycisku na pilocie do pozycji: <ul style="list-style-type: none"> - do wejścia na fotel - pozycji zabiegowej - pozycji do badania USG - pozycji antyszkowej 	TAK	

11.	Możliwość zaprogramowania 3 dowolnych ustawień dla 3 operatorów . Z czytelnym oznakowaniem jaka konfiguracja jest aktualnie używana.	TAK	
12.	Uchwyt prześcieradła papierowego umieszczony w pojemniku pod segmentem pleców.	TAK	
13.	Fotel wyposażony w materace bezszwowe zmywalne.	TAK	
14.	Fotel wyposażony w : - podpórkę ręki mocowaną do szyny - podkolannik – 2 szt. - pasy do mocowania nóg - wieszak kroplówki - wyprofilowana miska tworzywowa - zintegrowana z fotelem podpora pod stopy operatora	TAK	

PAKIET nr 2 (pozycja numer 1)– Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna– 1 Szt.

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

LP	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz	TAK	
2	Pobór mocy: 105 VA	TAK	
3	Wewnętrzny element emitujący	TAK	
4	Promieniowanie UV-C: 2xTUV30W zewnętrzny element emitujący	TAK	
5	Promieniowanie UV-C: 1xTUV30W	TAK	
6	Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 100 μ W / cm ²	TAK	
7	Trwałość promiennika : 8000 h	TAK	
8	Wydajność wentylatora: 132 m ³ / h	TAK	
9	Dezynfekowana kubatura: 25-50 m ³	TAK	
10	Zasięg działania lampy: 10-20 m ²	TAK	
11	Klasa zabezpieczenia ppor.: I	TAK	
12	Typ obudowy : IP 20	TAK	
13	Wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm	TAK	
14	Wymiary: 1190 x 285 x 145 mm	TAK	
15	Masa: 9 kg	TAK	

PAKIET nr 2 (pozycja numer 2) - Lampa zabiegowa jezdna 1 szt.

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

LP	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1	Lampa zabiegowa mobilna bezcieniowa z źródłem światła w technologii LED	TAK	
2	Czasza lampy wyposażona w reling boczny („uchwyt nie sterylny”) okalający min 50% obwodu lampy .	TAK	
3	Żywotność lampy min. 30 000 godzin	TAK	
4	Przyciski załączania lampy na czaszy lub ramieniu lampy	TAK	
5	Średnica zewnętrzna kopuły 30 cm (+/-5cm)	TAK	
6	Natężenia światła w odległości 1m od czoła lampy min. 55 000 lx	TAK	
7	Regulacja natężenie w min. 5 krokach w zakresie od 20 – 100%	TAK	
8	Temperatura barwowa co najmniej 4500 [K]	TAK	
9	Współczynnik oddawania barw CR co najmniej 96	TAK	
10	Średnica plamy świetlnej w odległości 1m od czoła lampy 160 mm (+/- 20 mm)	TAK	
11	Wgłębność oświetlenia min. 130 cm	TAK	
12	Czasza posiadająca 7 diod LED	TAK	
13	Montaż i szkolenie pracowników, deklaracja zgodności	TAK	

PAKIET nr 4 - Stanowisko do pielęgnacji noworodka 8 szt .

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

LP	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1	W skład stanowiska musi wchodzić -wanienka -szafka -materacyk -blat -szafka pod wanienkę	TAK	
2	Wanienka Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> • długość: 76,5 cm • wysokość: 22 cm • szerokość: 44 cm 	TAK	
3	Materacyk do przewijania 60*60*50 cm	TAK	
4	Szafka , szafka pod wanienkę oraz blat wykonane w technologii zgodnej z opisem technologicznym mebli	TAK	

Załącznik 1a

PAKIET nr 6 - Przedmiot zamówienia: Kozetka Lekarska – 1 szt.

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:	TAK	
2.	Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK	
3.	Szerokość całkowita: 550 mm (± 10 mm)	TAK PODAĆ	
4.	Długość całkowita: 1850 mm (± 10 mm)	TAK PODAĆ	
5.	Wysokość całkowita: 500 mm (± 10 mm)	TAK PODAĆ	
6.	Regulowany podgłówek za pomocą systemu zapadkowego w zakresie: od -15° do 45° ($\pm 2^{\circ}$)	TAK	
7.	Leże dwusegmentowe, tapicerowane	TAK	
8.	Wyposażona w uchwyt i rolkę prześcieradła jednorazowego	TAK	
9.	Jedna noga kozetki wyposażona w regulowaną stopkę	TAK	
10.	Możliwość wyboru kolorów tapicerki	TAK	
13.	Gwarancja min. 12 miesięcy	TAK PODAĆ	