



WSS/KG/ 2026 /DOPKiZP/JNJ/ 968 /14

Tychy, 21.10.2014r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę bronchofiberoskopu ze źródłem światła dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz rinolaryngofiberoskopu dla Oddziału Otolaryngologicznego (nr sprawy: 41/14/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1**

Wykonawca prosi o dopuszczenie wysokiej klasy endoskopów japońskiej marki Pentax, będącej liderem w produkcji aparatów bronchoskopowych i laryngoskopowych o poniższych parametrach:

**Bronchofiberoskop wraz z instrumentarium – 1 szt**

1. Bronchofiberoskop do zastosowań dla dorosłych i dzieci – szt. 1
2. Średnica zewnętrzna płaszczka 2,8 mm
3. Kanał instrumentowy min. 1,2 mm
4. Długość robocza 60 cm
5. Kąt widzenia 100°
6. Kierunek patrzenia 0°
7. Wygięcie końcówki dystalnej: do góry 180°, do dołu 130°
8. Tester szczelności – szt. 1
9. Szczoteczka czyszcząca – szt. 1
10. Kleszcze biopsyjne, w kształcie łyżeczki, obydwie bransze ruchome, śr. 1 mm, dł. 120 cm. – szt. 1
11. Kleszcze typu owalne, dwie bransze ruchome, śr. 1mm, dł. 160 cm – szt. 1

MEGREZ Sp. z o.o.

12.Fiberoskop nadający się do pełnego zanurzenia w środku dezynfekcyjnym
13.Fiberoskop nadający się do sterylizacji w EtO, FO, GA
14.halogenowe źródło światła, o żywotności ok 50 godzin
15.Regulacja jasności źródła światła poprzez pokrętko na panelu czołowym urządzenia
16.Światłowód zintegrowany z urządzeniem

### **Rhinolaryngofiberoskop – szt. 1**

1.Rhinolaryngofiberoskop – szt. 1
2.Rhinofiberoskop do zastosowań dla dorosłych i dzieci – szt. 1
3.Średnica zewnętrzna płaszczka 2,4 mm
4.Długość robocza 30 cm
5.Kąt widzenia 75°
6.Kierunek patrzenia 0°
7.Wygięcie końcówki dystalnej: do góry 130°, do dołu 130°
8.Tester szczelności – szt.1

### **Odpowiedź:**

Ad. Bronchofiberoskop wraz z instrumentarium – 1 szt

1. Tak, Zamawiający dopuszcza.
2. Max 2,8 mm
3. Tak, Zamawiający dopuszcza.
4. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
5. Tak, Zamawiający dopuszcza.
6. Tak, Zamawiający dopuszcza.
7. Tak, Zamawiający dopuszcza.
8. Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Tak, Zamawiający dopuszcza.
10. Nie, dł. 110 – zgodnie z SIWZ
11. Nie, dł. 110 – zgodnie z SIWZ
12. Tak, Zamawiający dopuszcza.
13. Nie – zgodnie z SIWZ
14. Nie – opis zgodnie z SIWZ
15. Tak, Zamawiający dopuszcza.
16. Brak rozmiarów.

**Ad. Rhinolaryngofiberoskop – szt. 1**

1. Tak, Zamawiający dopuszcza.
2. Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Tak, Zamawiający dopuszcza.
4. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
5. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
6. Tak, Zamawiający dopuszcza.
7. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
8. Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę z 2 do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na naprawę z 2 do 5 dni roboczych

**Pytanie 3 dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) o ile naprawa trwała powyżej 5 dni roboczych.” ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie zapisu w §5 ust. 8 w wyżej określony sposób.

**Pytanie 4 dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej.

**Pytanie 5 dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej.

**Pytanie 6 dotyczy zapisów umowy § 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie zapisów §10 w wyżej określony sposób.

**Pytanie nr 7**

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie wartości netto oraz brutto używanych bronchofiberoskopów, do odbioru których Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę. Wykonawca prosi o ujęcie klauzuli traktującej o powyższym we wzorze umowy – z zastrzeżeniem wystawienia przez Zamawiającego faktury sprzedaży na rzecz Wykonawcy o wartości wynikającej z odpowiedzi na powyższe zapytanie.

**Odpowiedź:**

Z uwagi na brak precyzji w pytaniu, Zamawiający pozostawia zapytanie bez odpowiedzi.

**Pytanie nr 8 do zadania bronchofiberoskop**

Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop dziecięcy o następujących parametrach, równoważną do opisanej w SIWZ w pkt. 1-15 :

1. Bronchofiberoskop dziecięcy ze zintegrowanym światłowodem
2. Średnica zew. Płaszczka 3.5 mm
3. Kanał instrumentowy 1.1 mm
4. Dł. robocza. 30 cm Uzasadnienie: dł. robocza powyżej 30 cm nie jest wskazana u dzieci
5. Kąt widzenia 95 stopni
6. Kierunek patrzenia 0 stopni
7. Wygięcie końcówki dystalnej do góry 130 stopni i do dołu 130 stopni
8. Tester szczelności
9. Szczoteczka czyszcząca
10. Kleszcze biopsyjne w kształcie tyżek, obie bransze ruchome śr. 1 mm, Kleszcze grasper typu aligator śr. 1 mm.
11. Nadający się do pełnego zanurzenia w środku dezynfekcyjnym
12. Fiberoskop nadający się do sterylizacji w EtO, FO, STERIS i STERRAD
13. Ledowe źródło światła o żywotności diody min. 30 000 godzin
14. Płynna regulacja jasności źródła światła poprzez pokrętko na panelu czołowym urządzenia

**Odpowiedź:**

Ad. 1 Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Ad. 2 Nie, zgodnie z SIWZ

Ad. 3 Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Ad. 4 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 5 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. 6 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. 7. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 8 Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Ad. 9 Tak, Zamawiający dopuszcza.
- Ad. 10 Opis zgodny z SIWZ.
- Ad. 11 Tak, Zamawiający dopuszcza.
- Ad. 12 Tak, Zamawiający dopuszcza.
- Ad. 13 Tak, Zamawiający dopuszcza.
- Ad. 14 Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9 do zadania rholaryngofibroskop**

Czy Zamawiający dopuści nasopharyngolaryngoskop o następujących parametrach, równoważną do opisanej w SIWZ w pkt. 1-8 :

1. Nasopharyngolaryngoskop (rholaryngofibroskop)
2. Nasopharyngolaryngoskop do zastosowań dla dorosłych i dzieci
3. Średnica zew. 3.5 mm
4. Długość robocza 300 mm
5. Kąt widzenia 95 stopni
6. Kierunek patrzenia 0 stopni
7. Wygięcie końcówki dystalnej: góra 130 stopni / dół 130 stopni
8. Tester szczelności

**Odpowiedź:**

- Ad. 1 Tak, Zamawiający dopuszcza.
- Ad. 2 Tak, Zamawiający dopuszcza.
- Ad. 3 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
- Ad. 4 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
- Ad. 5 Tak, Zamawiający dopuszcza.
- Ad. 6 Tak, Zamawiający dopuszcza.
- Ad. 7 Tak, Zamawiający dopuszcza.
- Ad. 8 Tak, Zamawiający dopuszcza.

**PREZES ZARZĄDU**  
*Mariola Szulc*

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
*Krzysztof Leki*