



WSS/KG/ 2264 /DOPKiZP/MW/ 1047 /14

Tychy, 24.11.2014r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na urządzeń medycznych i drobnego wyposażenia 2 stanowisk na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (nr sprawy: 48/14/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie 1 - dotyczy wzoru umowy – zał. 5a - §5 ust. 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę ale na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni kalendarzowych.

Pytanie 2 - dotyczy wzoru umowy – zał. 5a - §5 ust. 8

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na:

„Czas naprawy gwarancyjnej, zależny od przyczyn Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity czas naprawy przedmiotu umowy będącego przedmiotem umowy.”

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu w/w paragrafu.

Pytanie 3 - dotyczy wzoru umowy – zał. 5a - §6 ust. 2 pkt a, b

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na:

„a) w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy, określonym w §2 ust.1

b) w wysokości 0,1% wartości brutto urządzenia naprawianego, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii przedmiotu umowy względem terminów określonych w §5 ust. 5 (w przypadku nie dostarczenia urządzenia zastępczego),”

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów w/w paragrafu.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 12 258 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł

Pytanie 4 - dotyczy wzoru umowy – zał. 5a - §4 ust. 1

Czy w § 4 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 - dotyczy wzoru umowy – zał. 5a - §4 ust. 3

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

„Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację zapisów w/w paragrafu.

Pytanie 6 - dotyczy wzoru umowy – zał. 5a - §6 ust. 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 2:

„2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy lub wolnego od wad przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy, określonym w §2 ust.1 lub za każdy dzień opóźnienia przy usunięciu wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy lub wolnego od wad przedmiotu umowy.

b) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

c) w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w §5 ust. 4.

d) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.”

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację zapisów w/w paragrafu.

Pytanie nr 7 – dotyczy zał. nr 1a pakiet nr 1 respirator - pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator posiadający moduł baterii, automatycznie ładowany w trakcie pracy zapewniający 6 godzin nieprzerwanej i nieograniczonej pracy respiratora bez możliwości użycia dodatkowego akumulatora i jego wymiany na nowy naładowany bez przerwy w pracy respiratora?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki respirator.

Pytanie nr 8 – dotyczy zał. nr 1a pakiet nr 1 respirator - pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator, w którym wentylacja przy bezdechu jest objętościowo kontrolowana z regulowaną częstością i objętością oddechową?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje urządzenia opisanego zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy zał. nr 1a pakiet nr 1 respirator - pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści respirator z regulacją szczytowego przepływu wdechowego w zakresie 2-120 l/min?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje urządzenia opisanego zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy zał. nr 1a pakiet nr 1 respirator - pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści respirator z bezpośrednią nastawą czasu wdechu i częstości oddechów, prezentujący wyliczoną wartość wynikowego I:E, zapewniający możliwość uzyskania wymaganego przez SIWZ stosunku I:E a także wentylację z ustalonym stałym I:E?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje urządzenia opisanego zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy zał. nr 1a pakiet nr 1 respirator - pkt. 32

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator z bezpośrednim nastawianiem czasu wdechu i częstości oddechu, umożliwiającą uzyskanie wymaganego zakresu czasu Plateau z podglądem rzeczywistego czasu Plateau?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje urządzenia opisanego zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy zał. nr 1a pakiet nr 1 respirator - pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w częściowo ciśnieniowy wyzwalacz oddechowy o stałej wartości czułości ciśnieniowej 0,2 cmH₂O współpracujący z regulowanym wyzwalaczem przepływowym?

Zapobiega to artefaktom i występowaniu zjawiska autocyklu. Wyzwalacze oparte wyłącznie na analizie ciśnienia nie są już w praktyce używane ze względu na podatność na przecieki i zwiększony wysiłek pacjenta potrzebny do wyzwolenia wdechu.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje urządzenia opisanego zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy zał. nr 1a pakiet nr 1 respirator - pkt. 52

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator oferujący pomiar podatności dynamicznej oparty na zaawansowanej analizie krzywych oddechowych, podający współczynnik korelacji (pewności) prezentowanej wartości podatności zapewniający ciągły pomiar tego parametru bez konieczności dokonywania manewru pomiarowego?

Respirator umożliwia jednocześnie dokonanie manewru i obliczenia podatności statycznej na podstawie prezentowanych pomiarów.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje urządzenia opisanego zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy zał. nr 1a pakiet nr 1 respirator - pkt. 57

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator oferujący pomiar wdechowej wentylacji minutowej MVi, wydechowej wentylacji minutowej MVe, rzeczywistej wentylacji minutowej z uwzględnieniem przecieku MV, wentylacji minutowej przecieku MVprzeciek, bez prezentacji objętości przecieku w fazie wdechu oraz przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności?

Oferowane pomiary są znacznie bardziej przydatne w praktyce klinicznej od wymaganych w SIWZ, które są charakterystyczne dla respiratora jednego z producentów. Postawienie takich wymagań służy jedynie wyeliminowaniu wszystkich innych potencjalnych oferentów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki respirator.

Pytanie nr 15 – dotyczy zał. nr 1a pakiet nr 1 respirator - pkt. 58

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator oferujący pomiar wdechowej wentylacji minutowej MVi, wydechowej wentylacji minutowej MVe, rzeczywistej wentylacji minutowej z uwzględnieniem przecieku MV, wentylacji minutowej przecieku MVprzeciek, bez prezentacji objętości przecieku w fazie wdechu oraz przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności?

Oferowane pomiary są znacznie bardziej przydatne w praktyce klinicznej od wymaganych w SIWZ, które są charakterystyczne dla respiratora jednego z producentów. Postawienie takich wymagań służy jedynie wyeliminowaniu wszystkich innych potencjalnych oferentów.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje urządzenia opisanego zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy zał. nr 1a pakiet nr 1 respirator - pkt. 82

Czy Zamawiający dopuści respirator, który w przypadku wykrycia problemów technicznych przechodzi do trybu wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej z bezpiecznymi parametrami wentylacji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki respirator.

Pytanie nr 17 – dotyczy zał. nr 1a pakiet nr 1 respirator - pkt. 83

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat umożliwiający płynne kształtowanie fali oddechowej za pomocą parametru kształtu fali RAMP dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych, natomiast dla oddechów objętościowo kontrolowanych stosujący optymalny opadający kształt fali przepływu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje urządzenia opisanego zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy zał. nr 1a pakiet nr 1 respirator - pkt. 84

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator wspomagający w trybach BIPAP i APRV oddech spontaniczny na poziomie niskiego ciśnienia?

Ten sposób wspomagania jest powszechnie stosowany w respiratorach wielu firm i znacznie bezpieczniejszy dla pacjenta.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki respirator.

Pytanie nr 19 – dotyczy zał. nr 1a pakiet nr 1 respirator - pkt. 91

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator wyposażony w wydechowy filtr przeciwbakteryjny bez pojemnika na skropliny, który pojemnik na skropliny ma wbudowany w zastawkę wydechową?

Podgrzewany filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny jest unikalną cechą konstrukcyjną respiratorów Tyco, które posiadają zabudowany przepływomierz do którego użytkownik nie posiada dostępu.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje urządzenia opisanego zgodnie z SIWZ.

PREZES ZARZĄDU

Mariola Szulc

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Leki