

Opis przedmiotu zamówienia na zakup cyfrowego aparatu typu telekomando do radiografii i fluoroskopii ze zintegrowanym detektorem.

Adaptacja istniejących pomieszczeń pracowni RTG w celu przystosowania do wymagań dostarczonego aparatu.

W zakres adaptacji pomieszczeń wchodzi dokumentacja:

1. Projekt osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym „X” dla dostarczonego aparatu.
2. Projekt powykonawczy branży elektrycznej z naniesionymi trasami wykonanych instalacji oraz miejscem i rodzajem zamontowanych urządzeń i aparatów.
3. Rzut pomieszczeń z naniesioną lokalizacją aparatu RTG.

Prace adaptacyjne pomieszczeń obejmują:

1. Adaptacja istniejących kanałów kablowych umożliwiającą poprowadzenie nowych instalacji elektrycznych i sterowniczych.
2. Przygotowanie powierzchni posadzki i montaż nowej wykładziny PCV – tylko w miejscach przebiegu kanałów z okablowaniem.
3. Przygotowanie ścian oraz ich pomalowanie – tylko w miejscach niezbędnych po przeprowadzonych pracach przy okablowaniu.
4. Montaż nowej rozdzielnic elektrycznej RG-RTG wykonanej zgodnie z wytycznymi producenta aparatu RTG.
5. Wykonanie nowej instalacji wyłączenia awaryjnego i oświetlenia ostrzegawczego.
6. Usunięcie wszystkich odpadów pochodzących z adaptacji pomieszczeń na koszt Wykonawcy, przy zachowaniu czystości ciągów komunikacyjnych.