



WSS/KG/ 540 /DOPKiZP/MW/ 157 /15

Tychy, 23.03.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi dla Oddziału Otolaryngologicznego i Okulistycznego oraz urządzeń medycznych dla Oddziałów Szpitala (nr sprawy: 10/15/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie 1

Dotyczy – wzoru umowy – zał. nr 5a - §5 pkt 5 - Czy dopuszczą Państwo czas reakcji w ramach serwisu gwarancyjnego do 72 godz. (w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania na piśmie lub e-mailem zawiadomienie o awarii, usterce lub wadzie zamontowanych aparatów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taki czas reakcji serwisu ale w odniesieniu tylko do pakietu nr 1.

Pytanie 2

Dotyczy – wzoru umowy – zał. nr 5a - Czy w § 4 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 3

Dotyczy – wzoru umowy – zał. nr 5a - Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji zapisu.

Pytanie 4

Dotyczy – wzoru umowy – zał. nr 5a - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy, **jednak nie więcej niż 10 %**

MEGREZ Sp. z o.o.

wartości brutto opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy określonym w §2 ust.1

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii przedmiotu umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionych w usunięciu awarii przedmiotu umowy** względem terminów określonych w §5 ust. 5 (w przypadku nie dostarczenia urządzenia zastępczego),

c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania **niezrealizowanej części** umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

d) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od **niezrealizowanej części** umowy przez wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji zapisu.

Pytanie 5

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 105 mm o kodzie G-18890 (p. rys.)



G-18890 BONN MODEL
IRIS FORCEPS
long, straight, 1 x 2 teeth, with tying platform



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 6

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 100 mm o kodzie G-31622 (p. rys.)



G-31622 GASKIN
FRAGMENT FORCEPS
angled, 9.0 mm



Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie narzędzie.

Pytanie 7

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 105 mm o kodzie G-31303 (p. rys.)



**G-31303 H.-R. KOCH
CAPSULORHEXIS FORCEPS**
with gauge 2.0-13.0 mm

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 8

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 80 mm o kodzie G-18960 (p. rys.)



G-18960 MICRO COLIBRI FORCEPS
with tying platform

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 9

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 105 mm o kodzie G-32282 (p. rys.)



**G-32282 AGARWAL
PHACO-KARATE-CHOPPER**

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie narzędzie.


Pytanie 10

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o kodzie G-15965 lub G-15966 (p. rys.)

G-15965 **KERSHNER
EYE SPECULUM**
open blades
for temporal placement



G-15966 **KERSHNER
EYE SPECULUM**
solid blades
for nasal and temporal placement



Odpowiedź:

G-15965 Tak, Zamawiający dopuszcza takie narzędzie.

G-15966 Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 11

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 7 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 105 mm o kodzie G-31505/6 (p. rys.)



**HAEFLIGER
NUCLEUS DIVIDING HOOK**

G-31505 for the right hand

G-31506 for the left hand



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 12

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 8 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 105 mm o kodzie G-31500 (p. rys.)



G-31500 MIYOSHI
NUCLEUS DIVIDING HOOK
straight (for 'in-line' cutting)



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 13

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 120 mm o kodzie G-32501 (p. rys.)



G-32501 TOBIAS NEUHANN
NUCLEUS ROTATOR AND CHOPPER



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 14

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 100 mm o kodzie G-18235 (p. rys.)



G-18235 GREHN
GLAUCOMA PUNCH
20 gauge / 0.90 mm



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 15

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 11 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 90 mm o kodzie G-19350 (p. rys.)

	EYE SCISSORS straight, pointed-pointed
G-19350	9 cm
G-19355	10 cm
G-19360	11 cm
G-19365	12 cm



Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie narzędzie.

Pytanie 16

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 12 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 90 mm o kodzie G-19410 (p. rys.)

G-19410	SPENCER STITCH SCISSORS 9 cm
----------------	--



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 17

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 13 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 100 mm o kodzie G-19355 (p. rys.)

	EYE SCISSORS straight, pointed-pointed
G-19350	9 cm
G-19355	10 cm
G-19360	11 cm
G-19365	12 cm



Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie narzędzie.

Pytanie 18

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 14 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o kodzie G-17025 (p. rys.)

G-17025	BARRAQUER EYE SPECULUM fenestrated, for infants
----------------	---



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 19

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 15 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 105 mm o kodzie G-32335 (p. rys.)



G-32335	CASTROVIEJO SUPERIOR RECTUS FORCEPS with tying platform angled, 0.9 mm
----------------	---



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 20

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 16 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 135 mm o kodzie G-17580 (p. rys.)

G-17580 CASTROVIEJO
NEEDLE HOLDER
straight, without lock
handle 10.0 mm
total length 135 mm



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 21

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 17 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 100 mm o kodzie G-32261 (p. rys.)

G-32261 BARRAQUER-TROUTMAN
NEEDLE HOLDER
straight, with lock
handle 6.0 mm
total length 100 mm



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 22

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 18 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 100 mm o kodzie G-19575 lub G-19585 (p. rys.)

G-19575 SCISSORS
bent, blunt-blunt
10 cm



G-19585 **SCISSORS**
angled on flat
blunt-blunt
10 cm



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich narzędzi.

Pytanie 23

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 19 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 80 mm o kodzie G-19575 lub G-19585 (p. rys.)

G-19760 **VANNAS**
CAPSULOTOMY SCISSORS
extremely delicate
straight, 8 cm



Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie narzędzie.

Pytanie 24

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 20 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 110 mm o kodzie G-32928 (p. rys.)



G-32928 n. **INAMURA**
CAPSULORHEXIS FORCEPS



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 25

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 21 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 95 mm o kodzie G-19005 (p. rys.)



**CASTROVIEJO
SUTURING FORCEPS**
straight
with tying platform

G-19005 0.3 mm



Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie narzędzie.

Pytanie 26

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 22 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 80 mm o kodzie G-18966 (p. rys.)



G-18966 **ZUERICH MODEL
SUTURING FORCEPS**
angled, delicate



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego narzędzia.

Pytanie 27

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 23 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 120 mm o kodzie G-17500 (p. rys.)

G-17500 **BARRAQUER
NEEDLE HOLDER**
curved, without lock
jaw 0.55 mm
handle 8.0 mm
total length 120 mm



Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie narzędzie.

Pytanie 28

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 24 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy narzędzie chirurgiczne wykonane z odpornej na odkształcenia / uszkodzenia mechaniczne stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 120 mm o kodzie G-19750/1 (p. rys.)

WESTCOTT
SCISSORS
G-19750 blunt-blunt, 12 cm
G-19751 pointed-pointed, 12 cm




Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie narzędzie.

Pytanie 29

Dotyczy – pakiet nr 6 poz. 25 - Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy kasetki do sterylizacji o wymiarach 15,24 x 25,4 x 1,9 cm (6" x 10" x 0.7") (p. rys.)



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej kasetki do sterylizacji.

PREZES ZARZĄDU
Mariola Szulc

WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Leki