

**WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE****I. Dla Pakietu nr 3**

**Krażki nasączone antybiotykami do oznaczania lekowrażliwości metodą krążkowo – dyfuzyjną, szczepy wzorcowe do kontroli jakości wykonywanych antybiogramów**

**1. Parametry wymagane:**

Lp.	Parametry wymagane	Tak/ Nie
1	Certyfiat 9001	
2	Certyfikat iso 13485 ( na produkcję podłoży i odczynników )	
3	Znak zgodności CE	
4	Na pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i wartość stężenia antybiotyku w mikrogramach	
5	Ostatni krążek w fiolce musi być oznakowany oryginalnym znakiem X	
6	Szczepy wzorcowe muszą pochodzić z max. 2 pasażu	

**3. Parametry oceniane:**

Lp.	Parametry oceniane	ocena	opis
1	Wszystkie krążki powinny posiadać termin ważności minimum 2 lata	Tak – 5 Nie – 0	
2	Wszystkie krążki powinny pochodzić od jednego producenta	Tak – 5 Nie – 0	
3	Możliwość przechowywania szczepów wzorcowych w temp od – 20°C do + 8°C	Tak – 5 Nie – 0	
4	Szczepy wzorcowe w postaci liofilizowanej	Tak – 5 Nie – 0	
5	Wszystkie szczepy wzorcowe powinny pochodzić od jednego producenta	Tak – 5 Nie – 0	

**Każda odpowiedź TAK potwierdzona odpowiednimi dokumentami**

.....  
Podpis