



WSS/KG/ 721 /DOPKiZP/JNJ/ 224 /15

Tychy, 16.04.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową i mikrometodą włósniczkową (nr sprawy: 17/15/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1 Dot. zapisów we wzorze umowy par. 5 ust. 1**

Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot umowy posiadał oznakowania w języku polskim. Zgodnie z art. 14 pkt 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, dopuszcza się dla wyrobów przeznaczonych do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczanych profesjonalnym użytkownikom (nie pacjentom) oznakowania w języku angielskim. Opakowania zastosowane przez producenta SARSTEDT AG&Co posiadają informacje w języku angielskim oraz wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych znaków. Poza tym, dostarczane są do profesjonalnego użytkownika, jakim jest personel medyczny szpitala. Dlatego prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez wyroby oznakowania w języku polskim jako dostosowanie do istniejących przepisów wynikających z ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 2 Dot. zapisów we wzorze umowy par. 5 ust. 2**

We wzorze umowy Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy posiadał min. 12 miesięczny termin ważności od daty dostawy, natomiast zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. VIII pkt. 3 „termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 m-cy od daty dostawy z wyjątkiem poz. 6 i 14 – nie krótszy niż 6 m-cy od daty dostawy”. Ze względu na rozbieżności w zapisach prosimy o dostosowanie zapisu we wzorze umowy do wymagań zawartych w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona dostosowania zapisu we wzorze umowy do treści SIWZ.

MEGREZ Sp. z o.o.

**Pytanie nr 3 Dot. zapisów we wzorze umowy par. 2 ust. 5**

Zamawiający zapisał, iż „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy posiadającego Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny (.....)”. Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679 ze zm.) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 21 oraz 26 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę modyfikację zapisu we wzorze umowy poprzez dopisanie „dotyczy wyrobów medycznych”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona modyfikacji zapisu we wzorze umowy §2 ust. 5 poprzez dopisanie „dotyczy wyrobów medycznych”.

**Pytanie nr 4 Dot. Umowa § 4 ust. 11**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu, poprzez dodanie: „(...) na jego koszt i ryzyko przy zamówieniu jednorazowym powyżej 150 zł netto.” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 5 dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 1 pozycje 23-25:**

Czy Zamawiający wydzieli te pozycje do oddzielnego pakietu gdyż pozycje nie są elementami systemu zamkniętego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu.

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
*Krzysztof Leki*

**PROKURENT**  
**Dyrektor ds.**  
**Organizacyjno-Prawnych**  
*Karolina Filipowska*