



WSS/KG/ 806 /DOPKiZP/JNJ/ 244 /15

Tychy, 27.04.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych i materiału wiskoelastycznego (nr sprawy: 18/15/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może zagwarantować realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru Umowy zapisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmienną?

Odpowiedź:

Taki zapis widnieje we wzorze umowy §3 ust. 2.

Pytanie nr 3

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7 ust. 2 lit. c i e Wzoru Umowy:

c) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

e) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto od nie realizowanej części umowy, w przypadku niezrealizowania w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji §7 ust. 2 lit. c i e.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 15 648 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycji nr 1 dopuści soczewkę o parametrach:

Soczewka tylnokomorowa akrylowa, asferyczna, jednoczęściowa, hydrofilna z filtrem UV, stopień uwodnienia 26%, posiadająca po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z części haptycznej, C-loop, średnia angulacja 9°, podwójnie kwadratowa krawędź na całym obwodzie (360°), średnica optyczna 6,0mm, średnica całkowita 13 mm, zakres mocy: -10,0D do +10,0D (co 1,0D), od +1,0D do +30,0 D (co 0,5D), +30,0D do +40,0D (co 1,0D), wszepiana za pomocą jednorazowego zestawu implantacyjnego złożonego z iniektora oraz cartridge (cartridge nie jest wbudowany w iniektor)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza soczewki o wyżej określonych parametrach.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 1, poz. Nr. 2

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 2 w celu złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert na te pozycję?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wydzielenia pozycji nr 2 z pakietu nr 1 i zostaje utworzony nowy podział: pakiet nr 1a – poz. 1, Pakiet nr 1b – pozycja 2. W załączeniu nowy formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycji nr 2 dopuści soczewkę posiadającą dwie części haptyczne w których znajdują się po dwa otwory stabilizujące soczewkę, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza soczewkę o wyżej określonych parametrach.

Pytanie nr 7 dotyczy pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych w ramach pakietu nr 1 lub wydzieli pozycję 1 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wydzielenia pozycji nr 2 z pakietu nr 1 i zostaje utworzony nowy podział: pakiet nr 1a – poz. 1, Pakiet nr 1b – pozycja 2. W załączeniu nowy formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie nr 8 dotyczy pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści hydroksypropylometylocelulozę 2% o objętości 2,0ml, lepkości 4000 mPas, osmolarność 250-350 mOsmol/l, pH: 6,0-7,8?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemność ampułkostrzykawkki 0,85ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 dotyczy pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści lepkość 3,3mln cPs?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany hialuronian sodu był pochodzenia naturalnego-
produkowany w drodze ekstrakcji z grzebieni kogucich?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 12 dotyczy pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany hialuronian sodu posiadał masę cząsteczkową 5
mln D?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza gęstość 5 mln D.

Pytanie nr 13 dotyczy Pakiet nr 2 poz. 1

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści roztwór HPMC o objętości 2,0ml, lepkości
20000mPas i osmolarności: 200-400mOsmol/l ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczy Pakiet nr 2 poz. 2

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 2 Zamawiający dopuści hialuronian sodu o masie cząsteczkowej
 3×10^6 Da, lepkości 200000mPas, omolarności: 300-350mOsm/kg i objętości 1,1 ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi modyfikacjami Zamawiający,
przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **05.05.2015r.** Godziny składania
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W załączeniu:

- ogłoszenie o zmianie,
- formularz asortymentowo-cenowy_27.04.2015.

PREZES ZARZĄDU
Mariola Szulc

PROKURENT
Dyrektor ds.
Organizacyjno-Prawnych
Karolina Filipowska