

Wymagane parametry graniczne dla przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1

Lp.	Parametry wymagane	Tak/ Nie
1	Oferowany system do pobrań krwi umożliwia pobieranie krwi dwoma technikami: metodą próżniową i metodą aspiracji.	
2	Oferowany system zamknięty umożliwia pobieranie próbek krwi od pacjentów do wszystkich badań wykonywanych przez Zamawiającego	
3	System zabezpiecza personel przed kontaktem z krwią w trakcie jej pobierania ,transportu, obróbki krwi w laboratorium	
4	Wszystkie próbki wykonane z tworzywa sztucznego	
5	Próbki systemowe z zakręcanym korkiem, umożliwiającym bezpieczne (bez efektu aerozolowego) wielokrotne otwieranie i zamykanie próbek bez utraty szczelności	
6	Próbki systemowe powinny posiadać naklejone etykiety z wyjątkiem próbek do gazometrii. Etykiety powinny zawierać następujące informacje : numer serii, opis antykoagulantu lub jego kod, datę ważności, objętość krwi pobieranej oraz oznaczenie poziomu napełnienia.	
7	Igły systemowe na stałe złączone z częścią umożliwiającą podłączenie próbki	
8	Igły systemowe, igły motylkowe z drenem, igły motylkowe do posiewów, probówko-strzykawki do gazometrii, multiadaptory są pakowane jednostkowo w opakowania gwarantujące ich sterylność, w formie gotowej do użycia po wyjęciu z opakowania.	
9	Wszystkie elementy systemu pozycje od 1-22 muszą pochodzić od jednego producenta co zapewni ich kompatybilność.	
10	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego bezpłatnego szkolenia personelu medycznego w zakresie zasad bezpiecznego posługiwania się oferowanym systemem	
11	Zaoferowany system musi współpracować bezawaryjnie z pracującymi analizatorami w szpitalu : Sediplus 2000, Cobas 6000, Coasys C Plus,Cobas 221B Cell Dyn-Ruby.- oferent poniesie wszelkie koszty związane z koniecznością zastosowania jakichkolwiek adapterów bądź wykonania czynności adaptacyjnych	

podpis:.....

Pieczęć i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy