



WSS/KG/ 1028 /DOPKiZP/MW/ 359 /15

Tychy, 21.05.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów endoskopowych, protez samorozprężalnych do przewodu pokarmowego i protez naczyniowych (nr sprawy: 24/15/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni z pakietu nr 1 do oddzielnego pakietu np 1A pozycję 6 i 7 i dopuści igły endoskopowe jednorazowego użytku o długości roboczej narzędzia 230cm, długości igły 5mm, średnicy 0,7mm, średnicy cewnika 2.3mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni z pakietu nr 2 do oddzielnego pakietu np 2A pozycję 12 jednorazowa pułapkę na polipy czterokomorową, montowana między endoskopem a ssakiem?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni z pakietu nr 5 do oddzielnego pakietu np 5A pozycję 1 jednorazowy ustnik endoskopowy z gumką silikonową przeznaczony do wszystkich rodzajów endoskopów stosowany w górnym odcinku przewodu pokarmowego?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni z pakietu nr 6 do oddzielnego pakietu np 6A pozycję 1 i dopuści Balon ciśnieniowy do poszerzania zwężeń przełyku, jednorazowy, do kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, markery RTG na obu

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 15 648 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł

końcach balonu oraz pośrodku jego długości, możliwość wprowadzenia po przewodniku o średnicy maks. 0,035", długość balonu min 55 mm, średnica balonu 12 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu, natomiast dopuszcza taki balon ciśnieniowy.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni z pakietu nr 6 do oddzielnego pakietu np 6A pozycję 2 i dopuści Balon ciśnieniowy do poszerzania zwężeń przełyku, jednorazowy, do kanału roboczego endoskopu 4,2 mm, markery RTG na obu końcach balonu oraz pośrodku jego długości, możliwość wprowadzenia po przewodniku o średnicy maks. 0,035", długość balonu min 55 mm, średnica balonu 20 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu, natomiast dopuszcza taki balon ciśnieniowy.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności w pakiecie nr 9 dopuści samorozprężalną protezę przełykowa, wykonaną z nitinolu, pokrywaną na całej długości, materiał pokrycia protezy – silikon, oba końce protezy poszerzone, zaopatrzone w nici do repozycjonowania na obu końcach, zaopatrzone w znacznik radiologiczny, co najmniej 3 znaczniki radiologiczne na każdym z końców stentu i 2 w środkowej części, dostępna w wersji z zastawką antyrefluksową i bez zastawki (do wyboru), średnica protezy w części roboczej - 20 mm, długość protezy: 10 cm, zamontowaną na zestawie wprowadzającym o średnicy 25F, sterylną?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej protezy.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w pakiecie 11 protezę jelitową, samorozprężalną, wprowadzaną przez kanał roboczy endoskopu (TTS), wersja niepokrywana – wykonana z nitinolu lub wersja pokrywana – z końcami nagimi, wykonana z nitinolu, długości w zakresie 60, 80, 100mm, średnica 30/36 mm, znaczniki 4 na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG. długość zestawu do wprowadzania min 1100 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej protezy.

**Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu Nr 13**

Czy w Pakiecie Nr 13 poz. 3 Zamawiający dopuści protezy o długości 40cm (pozostałe parametry bez zmian)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści takie protezy.

**Pytanie nr 9 dotyczy warunków umowy § 4 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie narusza postanowień niniejszej umowy. Niezłożenie zamówienia w okresie obowiązywania umowy na przedmiot umowy w ilości określonej w zał. nr 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę wykonania umowy w pozostałej części ani też innych roszczeń finansowych, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Pytanie nr 10 dotyczy warunków umowy § 4 ust. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Niezrealizowanie dostawy w ciągu ... (3) dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia upoważnia Zamawiającego do dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy z uwzględnieniem postanowień § 7 ust 2 pkt d niniejszej umowy.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Pytanie nr 11 dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nie posiadający wad.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Pytanie nr 12 dotyczy warunków umowy § 5 ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który ją rozpatrzy w terminie do 4 dni roboczych od dnia przystania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną wymieni reklamowany przedmiot umowy na nie posiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i dokona odpowiedniej zmiany postanowienia umowy.

**Pytanie nr 13 dotyczy warunków umowy § 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Pytanie nr 14 dotyczy warunków umowy § 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Pytanie nr 15 dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2c oraz 2e**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 10% na 5%?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Pytanie nr 16 dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „pięciokrotne nie dotrzymanie terminu realizacji dostaw częściowych, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy;”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Pytanie nr 17 dotyczy warunków umowy § 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 8 pętlę z bezłateksowym woreczkiem foliowym zamiast siatki, średnica 35mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej pętli.

**Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści w ramach pakietu nr 9 stent samorozprężalny przełykowy nitinolowy, częściowo pokrywany (kołnierz niepokrywany) silikonem od wewnątrz i od zewnątrz, faktura zewnętrzna stentu wypukła w celu ograniczenia migracji, w zestawie do aplikacji o dł. 70-80cm, śr. 8mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Możliwość umiejscowienia proksymalnego lub dystalnego. Markery RTG z tantalu na obu końcach części pokrytej, dwa markery RTG w połowie długości stentu. Długość kołnierza 15mm. Na końcu kołnierzy nylonowe nici do repozycjonowania. Dł. stentów: 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, śr. 20mm, 24mm (kołnierz odpowiednio 24mm, 28mm). Współpracujący z przewodnikiem 0,035", tuba zewnętrzna transparentna, z podziałką?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stentu.

**Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 11**

Czy Zamawiający dopuści stent jedynie w wersji niepokrywanej, śr. 20mm (kołnierz 24mm); 22mm (kołnierz 26mm); dł. 80mm; 100mm; 120mm, nieskracający się w części dystalnej. W zestawie o dł. 220cm, śr. 10Fr., możliwość użycia przewodnika 0,035 cala?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stentu.

**Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 12**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szczotek dwustronnych, przynajmniej w dwóch rozmiarach (gastro i kolono), w kolorze swoistym dla rozmiaru?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

**Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 9**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 dopuści zaoferowanie stentu samorozprężalnego do przełyku, wykonanego w technologii plecionego drutu nitinolowego, o długościach od 9 – 15 cm do wyboru, zamontowane na zestawie wprowadzającym o średnicy 18 Fr, pętla repozycyjna nie metalowa, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stentu.

**Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 11**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 dopuści zaoferowanie stentów samorozprężalnych o strukturze dzianego drutu nitinolowego w wersji niepokrywanej i pokrywanej do protezowania zwężeń jelitowych o średnicach 18, 20, 22mm i długościach 6, 8, 10, 12 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stentu.

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty instrukcji użytkowania stentów w języku angielskim zgodnie do obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych, art. 14 punkt 2 ustawy?

Ustawa o wyrobach medycznych określa, że „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.” (Art. 14 pkt. 2).

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści załączenie do oferty instrukcji użytkowania stentów w języku angielskim zgodnie do obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych, art. 14 punkt 2 ustawy.

**Pytanie nr 25 pakiet nr 1 pozycje 1,2,3,4,5**

Czy Zamawiający dopuści narzędzia wielorazowe w poz. 1,2,3,4,5 polerowane na odcinku roboczym 20 cm?

Informacja: polerowanie na pełnej długości osłabia strukturę narzędzia. Polerowanie na odcinku 20 cm jest wystarczające – z tego względu nasza Firma udziela dwu-letniej gwarancji na w/w narzędzia.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takich narzędzi.

**Pytanie nr 26 pakiet nr 1 poz. 6 i 7**

Czy Zamawiający dopuści igłę bez końcówki cewnika wzmocnionej metalową wkładką?

Informacja: w swojej ofercie posiadamy igły endoskopowe najnowszej generacji już bez wkładki metalowej (z uwagi na bezpieczeństwo zabiegu – zdarzały się wypadnięcia końcówki) o pełnej doskonałej funkcjonalności.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej igły.

**Pytanie nr 27 pakiet nr 13 poz. 3,4 i 5**

Wykonawca prosi o dopuszczenie **w pakiecie 13 w pozycji 3, 4 i 5** w miejsce pierwotnych parametrów protez poliestrowych.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takich protez.

**PREZES ZARZĄDU**  
*Mariola Szulc*

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
*Krzysztof Leki*