



WSS/KG/1106/DOPKiZP/391/MW/15

Tychy, 29.05.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej jednorazowego użytku, jałowej na potrzeby szpitala (nr sprawy: 28/15/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie wymogów dotyczących osłony głowy

Odpowiedź:

Wymagana tkanina MELTBLOWN 40-sto gramowa.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1-3

W związku z zapisem zawartym w SIWZ:

„W sytuacjach wątpliwych, przy weryfikacji zgodności zaoferowanych wyrobów z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania próbek w ilości umożliwiającej dokonanie sprawdzenia parametrów. W takim przypadku Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności przedłożenia próbek w terminie określonym przez Zamawiającego. Próbki te nie będą podlegać zwrotowi” prosimy o określenie ilości wymaganych próbek.

Każdy z tych zestawów będzie przygotowywany dla Państwa indywidualnie, wymagania dotyczące zestawów obłożeni są bardzo różne w szpitalach i próbki są przygotowywane zgodnie z wymaganiami konkretnych użytkowników na zamówienie.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał min. dwóch próbek danego produktu.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści czepki z gumką lateksową, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza czepków z gumką lateksową.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek:

- Z wstawką antypotną w części czołowej

MEGREZ Sp. z o.o.

- Dzięki specjalnej konstrukcji świetnie podtrzymuje włosy oraz dopasowuje się do kształtu głowy
- Stanowi doskonałe zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami
- Wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- Doskonała oddychalność i komfort użytkowania
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku
- Nie jałowy
- Opakowanie 50 szt.



Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści czepek.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 1, poz. 7-8

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 25g/m², pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zapytanie nie dotyczy wymienionego Pakietu nr 2, poz. 1.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowany na całej powierzchni, spełniający pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza fartuch foliowany na całej powierzchni, spełniający pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze standardowe bez warstwy antypoślizgowej, spełniające pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuści ochraniaczy standardowych bez warstwy antypoślizgowej.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszule z włókniny SMS o gramaturze 33g/m², pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza koszule z włókniny SMS o gramaturze 33g/m².

Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza ubranie z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m².

Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie z 3 kieszeniami, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza ubranie z 3 kieszeniami, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny. Gramatura 45g/m². Wykonany z włókniny SSMMS.

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 45 cm, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę w okolicy karku, od strony wewnętrznej fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów 40,5cm H₂O, odporność na przenikanie mikroorganizmów na mokro: IB 3,58. Do każdego fartucha dołączone dwa włókninowe ręczniki o wym. 40cm x 40cm, gramatura 50 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wym. 60cm x 60cm. Opakowanie typu papier-foolia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny. Gramatura 45g/m². Wykonany z włókniny SSMMS. W okolicy klatki piersiowej, brzucha i przedramion wzmocniony. Wzmocnienia z polipropylenu i polietylenu o łącznej gramaturze 28 g/2. Gramatura fartucha w miejscach wzmocnionych 73 g/2.

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 45 cm, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę w okolicy karku, od strony wewnętrznej fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów 40,5cm H₂O, odporność na przenikanie mikroorganizmów na mokro: IB 3,58. Do każdego fartucha dołączone dwa włókninowe ręczniki o wym. 40cm x 40cm, gramatura 50 g/2. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wym. 60cm x 60cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3-częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG:

* część górna o wym. 100cm x 160cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80cm x 150cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3cm x 100cm

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza osłonę 3 – częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG.

Pytanie nr 16 dotyczy Pakietu nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 16cm x 200cm spełniający pozostałe wymagania w SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza pokrowiec o wymiarach 16cm x 200cm.

Pytanie nr 17 dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z:

- serwetą w rozmiarze 50 x 70cm (zamiast serwety 75cm x 45),

- tupferami w rozmiarze 30cm x 30cm, pozostałe skład i parametry zestawu bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 dotyczy Pakietu nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z:

- Imadłem 15cm
- serwetą włókninową w rozmiarze 45 x 45cm z otworem 6 cm
- serwetą włókninową w rozmiarze 50 x 60cm
- tupferami w rozmiarze 30cm x 30cm,
- opakowanie typu papier-folia z dodatkowym pojemnikiem na płyny o poj. 250 ml zastępującym wgłębienie w blistrze, pozostałe skład i parametry zestawu bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy Pakietu nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z:

- Z serwetą (owinięcie zestawu) 90x 120 cm,
- Imadłem 15 cm,
- Serwetą z otworem –rozmiar serwety 120cm x 90 cm,
- Tupferem o wym. 30 cm x 30 cm,
- Z jednorazowym, jałowy, pełnobarierowym, fartuchem chirurgicznym. Gramatura 45g/m². Wykonany z włókniny SSMMS.

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 45 cm, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę w okolicy karku, od strony wewnętrznej fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów 40,5cm H₂O, odporność na przenikanie mikroorganizmów na mokro: IB 3,58. Do każdego fartucha dołączone dwa włókninowe ręczniki o wym. 40cm x 40cm, gramatura 50 g/². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wym. 60cm x 60cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL.?

Fartuch dołączony poza pakietem, całość zestawu w dodatkowym opakowaniu zbiorczym, foliowym, pozostałe skład i parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 dotyczy Pakietu nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści piankę oczyszczająca do skóry, osiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon, natomiast nie posiadająca kreatyny. Zarejestrowana jako wyrób medyczny spełniająca pozostałe wymagania w SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 3, Poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych spełniających wymagania SIWZ, jednakże w kolorze niebieskim i różowym

LUB

ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS, w których bluza posiada 3 kieszenie, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych spełniających wymagania SIWZ, jednakże w kolorze niebieskim i różowym oraz ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS, w których bluza posiada 3 kieszenie, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 7, Poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na dłoni i stopie posiadającego dodatkowo w swoim składzie serwetę nieprzylepną w rozmiarze 100 x 175cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na dłoni i stopie posiadającego dodatkowo w swoim składzie serwetę nieprzylepną w rozmiarze 100 x 175cm.

Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 7, Poz. nr 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowych serwet podstawowych posiadającego w swoim składzie serwetę samoprzylepną w rozmiarze 170 x 175cm (w miejsce serwety 160 x 170cm)? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowych serwet podstawowych posiadającego w swoim składzie serwetę samoprzylepną w rozmiarze 170 x 175cm (w miejsce serwety 160 x 170cm). Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 7, Poz. nr 13

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca typu „rzep” w rozmiarze 2 x 23cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca typu „rzep” w rozmiarze 2 x 23cm.

Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 7, Poz. nr 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii posiadającego serwetę główną w rozmiarze 250 x 310cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii posiadającego serwetę główną w rozmiarze 250 x 310cm. Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 7, Poz. nr 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, którą z serwet z wycięciem „U” należy zaoferować w/w pozycji – trójwarstwową 250 x 200cm czy dwuwarstwową 150 x 240cm? Prośba nasza wynika z faktu, iż w pozycji tej znajduje się opis obydwu serwet.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga serwety o wymiarach 200 x 250cm.

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 7, Poz. nr 30

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii wykonanego z laminatu 2 - warstwowego (folia polietylenowa - włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55 g/m²? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii wykonanego z laminatu 2 - warstwowego (folia polietylenowa - włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55 g/m². Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 7, Poz. nr 32

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia po episiotomii posiadającego w swoim składzie pęsetę chirurgiczną standardową prostą 14cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu do szycia po episiotomii posiadającego w swoim składzie pęsetę chirurgiczną standardową prostą 14cm. Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 7, Poz. nr 36

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do alloplastyki stawu biodrowego posiadającego serwetę główną wykonaną z laminatu 3- warstwowego na całej powierzchni (polietylen-polipropylen- wiskoza) o gram. 74g/m²? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu do alloplastyki stawu biodrowego posiadającego serwetę główną wykonaną z laminatu 3- warstwowego na całej powierzchni (polietylen-polipropylen- wiskoza) o gram. 74g/m². Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 7, Poz. nr 37

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ortopedycznego posiadającego w swoim składzie dodatkowo 4 ręczniki celulozowe? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu ortopedycznego posiadającego w swoim składzie dodatkowo 4 ręczniki celulozowe. Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 9, Poz. nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pianki do oczyszczania skóry dopuszczonej do obrotu na podstawie Ustawy o kosmetykach?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pianki do oczyszczania skóry dopuszczonej do obrotu na podstawie Ustawy o kosmetykach.

Pytanie nr 33 dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 4 zaoferowano Czepek chirurgiczny nie jałowy, w formie pirackiej bandany pakowany po 100szt., spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia jak opisany w SIWZ.

Pytanie nr 34 dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 1 i poz. 2 zaoferowano fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy z tkaniny SMS w rozmiarach: L, LL, XL, XLL. Jednocześnie informujemy, iż rozmiary te są szwedzkimi odpowiednikami rozmiarów: M, L, XL, XXL. Fartuchy spełniają pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuchy w podanych rozmiarach pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 1 zaoferowano fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologiczno – urologicznych w rozmiarach: L oraz XL, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 1 fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologiczno – urologicznych w rozmiarach: L oraz XL, spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 36 dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 1 zaoferowano pokrowiec foliowy na ramię „C” aparatu RTG o wymiarach 100 x 200cm, wykonany z przezroczystej foli PE zakończony elastyczną gumką. W zestawie znajduje się dodatkowa gumka do mocowania, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. Nr 1 pokrowiec foliowy na ramię „C” aparatu RTG o wymiarach 100 x 200cm, wykonany z przezroczystej foli PE zakończony elastyczną gumką. W zestawie znajduje się dodatkowa gumka do mocowania, spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 37 dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 3 zaoferowano pokrowiec na przewody jednorazowego użytku, złożony teleskopowo o wymiarach 17 x 200cm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. Nr 3 pokrowiec na przewody jednorazowego użytku, złożony teleskopowo o wymiarach 17 x 200cm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 38 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1

Zwracamy się zapytaniem czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 dopuści fartuch jednorazowego użytku, higieniczny o gramaturze min. 24g/m², rękawy ściągane gumką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 fartuch jednorazowego użytku, higieniczny o gramaturze min. 24g/m², rękawy ściągane gumką.

Pytanie nr 39 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Zwracamy się zapytaniem czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 2 dopuści jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony – nie zawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmocniony wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45g/m². Odporność na przeniknięcie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów nie zawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 40x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza w/w jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony.

Pytanie nr 40 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 3 dopuści ochraniacze na buty z flizeliny o gramaturze min. 30 g/m², jednorazowego użytku, antypoślizgowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ochraniacze na buty z flizeliny o gramaturze min. 30 g/m², jednorazowego użytku, antypoślizgowe.

Pytanie nr 41 dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 4 w pozycji nr 1 dopuści jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 49,5 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 40x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że fartuch nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie nr 42 dotyczy Pakietu nr 4, poz. 2

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 4 w pozycji nr 2 dopuści jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony – nie zawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmocniany wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45g/m². Odporność na przeniknięcie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów nie zawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 40 x 40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43 dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 1 odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu z procesu walidacji sterylizacji wyrobu? A dopuści na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego co do sterylności zaoferowanych produktów – dokumenty dopuszczające do obrotu i używania dołączone do oferty tj. certyfikat jednostki

notyfikowanej oraz deklaracje zgodności.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu z procesu walidacji sterylizacji wyrobu.

Pytanie nr 44

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wymagany i oceniany maksymalny termin dostawy do 24 godzin dotyczy również pakietu nr 2?

Odpowiedź:

Tak, dotyczy wszystkich pakietów.

Pytanie nr 45 Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z rzepem zapinanym w górnej części fartucha.

Odpowiedź:

Tak, jeśli spełnia pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 46 Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1

Co Zamawiający rozumie przez możliwość mocowania rzepu w dowolnej części fartucha?

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie rzep, który umożliwi dokładne dopasowanie fartucha w górnej jego części do potrzeb operatora, co gwarantuje bezpieczeństwo barierowe i ułatwia warunki eksploatacyjne użytkownika.

Pytanie nr 47 Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMS.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48 Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza – opis jak w SIWZ.

Pytanie nr 49 Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania w jeden karton do 40 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50 Dotyczy Umowy § 3 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany wartości brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym,

przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmiennym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc pod uwagę powyższe, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział taką możliwość w §3 ust. 2 umowy.

Pytanie nr 51 Dot. pakietu nr: 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 17g/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 Dot. pakietu nr: 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści wyroby pakowane w pojedynczy karton a następnie w worki zgodnie ze sposobem konfekcjonowania dla wybranego asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 Dot. pakietu nr: 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne o następujących parametrach:

- trzy kieszenie
- wykonane z włókniny typu SMS o gram. 45g/m²?

Odpowiedź:

Tak – jeśli pozostałe wymogi SIWZ zostaną spełnione.

Pytanie nr 54 Dot. pakietu nr: 3, poz. 3

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję i utworzy z niej odrębny pakiet? Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyłączy w/w pozycji.

Pytanie nr 55 Dot. pakietu nr: 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących parametrach:

- wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35 gram/m²
- pakowane z dwoma rękawicami z włókniny kompresowej i dodatkowo zawijane w papier do sterylizacji w pojedynczym kartonowym opakowaniu transportowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56 Dot. pakietu nr: 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących parametrach:

- wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35 gram/m² ze wzmocnieniami o gram. 40g/m²

- pakowane z dwoma ręcznikami z włókniny kompresowej i dodatkowo zawijane w papier do sterylizacji w pojedynczym kartonowym opakowaniu transportowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57 Dot. pakietu nr: 7, poz. 9

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję z pakietu z jednoczesnym dopuszczeniem następującego zestawu:

- wykonany z włókniny foliowanej wiskozowo – polietylenowo - polipropylenowej o gramaturze 73 g/m² i składzie:

serweta z przylepcem	1	L3	240x150
serweta z przylepcem	1	L3	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L3	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyłączy pozycji z pakietu.

Pytanie nr 58 Dot. pakietu nr: 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta FB gram. 42g/m ²	75x45cm	1
serweta L2 gram. 56g/m ² 50x60cm z otworem 10cm	50x60cm;Ø10cm	1
strzykawka 3ml	3ml	1
strzykawka 5ml	5ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,5x25mm	0,5x25mm	1
kompres z włókniny 30 gram, 4W	7,5x7,5cm	10
Opatrunek Fixopore S	5x7,2cm	1
penseta plastikowa	13 cm	1

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści- opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 59 Dot. pakietu nr: 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta z laminatu FB	45x75cm	1
serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10
tupfer kula 17N	20x20cm	10
pęseta plastikowa	13 cm	1
strzykawka 10ml	10ml	1
strzykawka 20ml	20ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1
ostrze nr 11	Nr 11	1
imadło metalowe	13 cm	1

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści- opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 60 Dot. pakietu nr: 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta z laminatu FB gra. 42g/m2	45x75cm	1
serweta z laminatu L2 gram. 56 g/m2, 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10
tupfer kula 17N	20x20cm	10
pęseta plastikowa	13 cm	1
strzykawka 10ml	10ml	1
strzykawka 20ml	20ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1
ostrze nr 11	Nr 11	1
imadło metalowe	13 cm	1

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści- opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 61 Dot. pakietu nr: 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści piankę w opakowaniu 500 ml z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 62 Dot. pakietu nr: 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści piankę niezawierającą kreatyny, ale zawierającą składniki aktywne tj. biokompleks Iniany, D-pantenol czy betainę cukrową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 63 Dot. pakietu nr: 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1
Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1
Rękawice nitrylowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	5
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8
Pęseta plastikowa	13 cm	1
Pean plastikowy	14 cm (+/-0,3)	1
Pojemnik plastikowy	125 ml	1
Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1
Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści- opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 64 dotyczy projektu umowy

Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości minimalnych. Zamówienia będą realizowane wg bieżących potrzeb.

Pytanie nr 65 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 lit. a) kara umowna naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany postanowienia §7 ust. 2 pkt a) i c) w następujący sposób:

„§7.2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, **dotyczącego pakietu, którego dotyczy opóźnienie** – za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień opóźnienia,
- b) (...),
- c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, **dotyczącego danego pakietu**, w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.”

Pytanie nr 66 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 lit. c) kara umowna naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, *„mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”*. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź:

Patrz odp. na pytanie nr 65.

Pytanie nr 67 dotyczy Pakiet 4. poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego, jałowego, pełnobarierowego z elastycznymi mankietami z dzianiny. Fartuch u góry zapinany na rzep z dużą możliwością regulacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązany na troki umieszczone w specjalnym kartoniku, który umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – z zachowaniem pełnej sterylności przedniej i tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Długość fartucha: 120cm (M), 130cm (L), 150cm XL, 150cm Large (XXL). Materiał typu SMMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza o gramaturze 35g/m², zgodny z normą EN13795 cz.1-3. Z każdym fartuchem 2 ręczniki celulozowe. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem, na 2 nalepkach służących do umieszczenia na dokumentacji pacjenta znajduje się nr katalogowy, nr serii, data ważności oraz dane producenta. Fartuch bez kauczuku i kalafonii. Pakowany w worek (opakowania wewnętrzne) i karton (opakowanie zewnętrzne) – do 52 szt. w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68 dotyczy Pakiet 4. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego, jałowego, pełnobarierowego z elastycznymi mankietami z dzianiny. Materiał typu SMMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza o gramaturze 35g/m², zgodny z normą EN13795 cz.1-3. Z Posiada dodatkowe nieprzemakalne wstawki – wzmocnienia w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia z przodu 42 g/m², na rękawach 40,5 g/m². Fartuch u góry zapinany na rzep z dużą możliwością regulacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązany na troki umieszczone w specjalnym kartoniku, który umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – z zachowaniem pełnej sterylności przedniej i tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Długość fartucha: 120cm (M), 130cm (L), 150cm XL, 150cm Large (XXL). Z każdym fartuchem 2 ręczniki celulozowe. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem, na 2 nalepkach służących do umieszczenia na dokumentacji pacjenta znajduje się nr katalogowy, nr serii, data ważności oraz dane producenta. Fartuch bez kauczuku i kalafonii. Pakowany w worek (opakowania wewnętrzne) i karton (opakowanie zewnętrzne) – do 48 szt. w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 69 Pakiet 5. poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 70 g/m². W przedniej części wzmocnienia wykonane z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gram. 42 g/m², rękawy wzmocnione dwuwarstwowym nieprzemakalnym laminatem o gram. 40,5 g/m². Długość fartucha: 130cm (L), 150cm (XL), 150cm Large (XXL)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 dotyczy Pakiet 4 poz. 1-2, pakiet 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dołączenia protokołu dotyczącego optymalizacji cyklu sterylizacji dla fartuchów chirurgicznych zamiast certyfikatu z procesu walidacji sterylizacji wyrobu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie nr 71 dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie maksymalnego terminu dostaw go Szpitala do 2 dni roboczych.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydłuży terminu dostaw.

Pytanie nr 72 dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy podany w załączniku nr 2 – Oferta przetargowa ust. 2, maksymalny podany przez Zamawiającego termin czas dostaw) odnosi się jedynie do pakietów pod którymi Zamawiający zawarł wymóg dostarczenia towarów w terminie 24 godzin?

Odpowiedź:

Termin odnosi się do wszystkich pakietów.

Pytanie nr 73 dotyczy wzoru umowy §7, ust. 2

Wnosimy o dokonanie zmian we wzorze umowy oraz zmianę zakwestionowanych zapisów specyfikacji, umożliwiając nam przystąpienie do przetargu, w taki sposób aby zachodziła równość stron i aby ewentualna realizacja umowy w określonych przypadkach nie wyrządziła szkody wykonawcy. Przewidziane w §7, ust. 2 wzoru umowy kary umowne za opóźnienie w dostawie oraz wymianie towaru, naliczane w wysokości 0,1% od wartości całej umowy za każdy dzień opóźnienia, nie mniej niż 10,00 zł, uznać należy jako rażąco wygórowane. Kara sama w sobie nie daje gwarancji zapewnienia terminowej dostawy towaru, a tym samym zapobieżenia wyrządzenia szkody zamawiającemu.

W związku z powyższym, prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zmiany zapisu dotyczącego naliczania kar umownych (§7, ust. 2). Proponujemy, aby kary naliczane były w wysokości 1 % od wartości danego (niezrealizowanego, niedostarczonego itp.) zamówienia , danej reklamacji (wadliwego, reklamowanego itp. asortymentu).

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany postanowienia §7 ust. 2 pkt a) i c) w następujący sposób:

„§7.2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, **dotyczącego pakietu, którego dotyczy opóźnienie** – za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień opóźnienia,
- b) (...),
- c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, **dotyczącego danego pakietu**, w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.”

Pytanie nr 74 dotyczy Pakiet nr 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylne go fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 43 g/m². Fartuch u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia umożliwiający aplikacje fartucha zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar M-XL.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75 dotyczy Pakiet nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie w w/w pozycji sterylne go fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 43 g/m². Fartuch posiadający nieprzemakalne wstawki części przedniej fartucha i na rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia umożliwiający aplikacje fartucha zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar L-XL.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76 dotyczy Pakiet nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77 dotyczy Pakiet 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m² posiadających dodatków nieprzemakalne wstawki w części przedniej fartucha i na rękawach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78 dotyczy Pakiet nr 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji ochraniaczy na obuwiu z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 35 g/m nie posiadających dodatkowego molotu antypoślizgowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ochraniaczy antypoślizgowych.

Pytanie nr 79 dotyczy Pakiet nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylne go pokrowca na ramię C aparatu RTG o wymiarach 104 cm x 230 cm z rozcięciem 137 cm i przyklepcami ułatwiającymi mocowanie osłony. Produkt nie posiadający dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 80 dotyczy Pakiet nr 12, poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycjach jednorazowe go, wysoko chłonne go, nie uczulające go podkładu higieniczne go na stół operacyjny wykonane go z 2 scalone go (zapobiega przesuwaniu się względem siebie warstwy chłonne go i nieprzepuszczalne go) powłok: mocne go, nieprzemakalne go 3 warstwe go laminatu i super chłonne go barierowe go rdzenia na całej długości prześcieradła (absorbacja 1850 ml/m²) o wymiarach 101cm x 76 cm. Produkt spełniające go normę EN 13795.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 81 dotyczy Pakiet nr 12, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycjach jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych (zapobiega przesuwaniu się względem siebie warstwy chłonnej i nieprzepuszczalnej) powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i super chłonnego barierowego rdzenia na całej długości prześcieradła (51cm x 228cm, absorbcja 4000L) o wymiarach 101cm x 228 cm w zestawie z prześcieradłem do transportu o wytrzymałości do 250 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 82 dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego o gramaturze 12 g/m2. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 83 dotyczy Pakiet nr 1, poz. 2, 3, 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalnego, wiązanego na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m² , część górna przewiewna z polipropylenu o gramaturze 10 g/m² w kolorze niebieskim. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84 dotyczy Pakiet nr 1, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej, posiadającej od strony wewnętrznej piankowy pasek zapobiegający parowaniu okularów, maseczka spełnia wymogi normy EN 14683(typ IIR).Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85 dotyczy Pakiet nr 1, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej, posiadającej od strony wewnętrznej miękkiej piankowy pasek zapobiegający parowaniu okularów. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86 dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1,2,3,4,5,6,7,8.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów pakowanych w kartoniki, następnie w kartony zbiorcze, zabezpieczające produkty przed uszkodzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 dotyczy Pakiet nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 25 g/m². Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88 dotyczy Pakiet nr 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z polipropylenu poleczonych PE. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89 dotyczy Pakiet nr 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na buty wykonanych z polietylenu, jednorazowego użytku, o zwyczajnym spodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga spodu antypoślizgowego.

Pytanie nr 90 dotyczy Pakiet nr 2, poz. 1,2,3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów pakowanych w worek foliowy i kartony zbiorcze.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91 dotyczy Pakiet nr 4, poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów typu SMMMS, szwy wykonane techniką ultradźwiękową w górnej części fartucha i klejone w pozostałej części. Rozmiary od S/M do XLL. Posiadające trzy naklejki posiadające nr katalogowy, lot i data ważności na opakowaniu jednostkowym do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuchy w rozmiarach S/M - XLL, jeśli pozostałe wymogi SIWZ zostaną spełnione.

Pytanie nr 92 dotyczy Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu podania grubości folii polietylenowej stanowiącej wzmocnienie w przedniej części fartucha. Fartuch zgodny z normą EN13795 cz. 1-3, która nie wymaga określenia grubości folii stanowiącej wzmocnienie fartucha.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie nr 93 dotyczy Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o rozmiarze od S/M do 2XLL. Posiadające trzy naklejki posiadające nr katalogowy, lot i data ważności na opakowaniu jednostkowym do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuchy w rozmiarach S/M – 2XLL, jeśli pozostałe wymogi SIWZ zostaną spełnione.

Pytanie nr 94 Dot. wzorca umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów wzorca umownego w par. 4 ust 9 z treści „max. 24 godz.” na „max. 48 godz.”. Powyższą prośbę motywujemy faktem, iż zapis w aktualnym kształcie jest krzywdzący w stosunku do Wykonawców, którzy mają swoje siedziby, a więc dokonują dostaw z miejsc w istotnej odległości od siedziby Zamawiającego. Takie ukształtowanie warunków wykonywania zamówień nie leży w zgodzie z zasadami normowanymi przez ustawę Prawo zamówień publicznych – a konkretnie art. 7.1 ustawy, w myśl którego postępowanie przetargowe powinno być przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Tytułem tego należy stwierdzić, iż Wykonawcy posiadający swoje siedziby w mniejszej odległości od siedziby Zamawiającego znajdują się w lepszej sytuacji startowej – ewentualnie poniosą niższe koszty transportu, przez co są w stanie podczas wyceny produktów uwzględnić przewagę nad pozostałymi Wykonawcami. Jeśli zapis będzie wskazywał na termin maksimum 48 godzin, zasada równego traktowania wykonawców będzie zachowana w istotniejszym stopniu, a co za tym idzie – liczba Wykonawców potencjalnie startujących z ofertami w postępowaniu przetargowym się zwiększy, poprawiając możliwości Zamawiającego w kwestii wyboru zoptymalizowanych ze względu na czynniki kosztowo-jakościowe ofert. W związku z powyższymi argumentami, prosimy Zamawiającego o rozważenie stanowiska odnośnie treści wzorca umownego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów paragrafu.

Pytanie nr 95 dotyczy Pakiet nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 poz. 2 dopuści chłonną włókninę dwuwarstwową laminowaną folią polietylenową 60g/m².?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU
Mariola Szulc

WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Lecki