

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH****Przedmiot zamówienia:** Pakiet nr. 2 poz. 1 - **Wózek do przewożenia chorych – 5 szt**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Szerokość wózka z poręczami bocznymi: 730 mm ( $\pm 30$ mm)	TAK	
2.	Szerokość wózka bez poręczy bocznych: 670 mm ( $\pm 30$ mm)	TAK	
3.	Długość całkowita: 2200 mm ( $\pm 30$ mm)	TAK	
4.	Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 900 mm ( $\pm 20$ mm)	TAK	
5.	Wózek wykonany z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, trwały, odporny na środki dezynfekcyjne	TAK	
6.	Wózek wyposażony w dwa uchwyty chromowane służące do prowadzenia wózka – od strony nóg i głowy	TAK	
7.	Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe	TAK	
8.	Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa ABS z profilowaną wnęką, np. na rzeczy osobiste pacjenta	TAK	
9.	Leże składające się z dwóch segmentów	TAK	
10.	Oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą od 0° do 70°	TAK	
11.	Przechył Trendelenburga: 15° ( $\pm 3^0$ )	TAK	
12.	Przechył anti-Trendelenburga: 15° ( $\pm 3^0$ )	TAK	
13.	Pozycja Trendelenburga oraz anti-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą	TAK	
14.	Leże wypełnione płytą laminatową przepuszczalną dla promieni RTG	TAK	

15.	Materac jednoczęściowy zdejmowany wykonany z materiału nieprzemakalnego, wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta	TAK	
16.	Cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy wraz z kołem kierunkowym o średnicy 200 mm	TAK	
17.	Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg.	TAK	
18.	Wózek wyposażony w - poręcze boczne chromowane składane wzdłuż ramy leża - materac jednoczęściowy zdejmowany wykonany z materiału nieprzemakalnego, wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta	TAK	
19.	Deklaracja CE, RWM	TAK	

**UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

**Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.**

.....  
podpis Wykonawcy

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH****Przedmiot zamówienia:** Pakiet nr. 2 poz. 2 - **Kozetka lekarska – 3 szt**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Szerokość całkowita: 620 mm (+ 20 mm)	TAK	
2.	Długość całkowita: 2020 mm ( $\pm$ 20 mm)	TAK	
3.	Wysokość kozetki: 620 mm ( $\pm$ 20 mm)	TAK	
4.	Regulowany podgłówek w zakresie: $-32^{\circ}$ do $32^{\circ}$ ( $\pm 2^{\circ}$ ).	TAK	
5.	Konstrukcja z kształtowników stalowych pokryta lakierem proszkowym	TAK	
6.	Leże tapicerowane gąbką i skajem odpornym na stosowanie środków dezynfekcyjnych	TAK	
7.	Możliwość wyboru koloru tapicerki	TAK	
8.	Dopuszczalne obciążenie 160 kg	TAK	
9.	Świadectwa, certyfikat CE	TAK	

**UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

**Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.**

.....  
podpis Wykonawcy

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**Przedmiot zamówienia: Pakiet nr. 2 poz. 3 - **Kozetka lekarska z bokami – 2 szt**

Producent:

Nazwa i typ

Rok produkcji

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1	Elementy kozetki lekarskiej wykonano z: stelaż stalowy, lakierowany proszkowo	TAK	
2	Leże dwuczęściowe tapicerowane materiałem zmywalnym	TAK	
3	Kozetka posiada 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem oraz boki pozwalające na transport chorego uniemożliwiając mu wypadnięcie	TAK	
4	Regulowany zagłówek	TAK	
5	Dane techniczne: Wysokość leża: 50 cm ( $\pm 10$ mm) Szerokość leża: 65 cm ( $\pm 10$ mm) Długość leża: 185 cm ( $\pm 10$ mm)	TAK	
6	Udźwig: min. 170 kg	TAK	
7	Waga: max 28 kg	TAK	

**UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

.....  
podpis Wykonawcy

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**Przedmiot zamówienia: Pakiet nr. 2 poz. 4 - **Wózek toaletowo kąpielowy – 2 szt**

Producent:

Nazwa i typ

Rok produkcji

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1	Konstrukcja w całości wykonana ze stali nierdzewnej	TAK	
2	Odległość między podłokietnikami: 475 mm ( $\pm 10$ mm)	TAK	
3	Głębokość siedziska: min. 420 mm	TAK	
4	Regulowana wysokość siedziska: 500-585 mm ( $\pm 10$ mm)	TAK	
5	Całkowita szerokość: min. 600 mm	TAK	
6	Całkowita wysokość: 1030-1110 mm ( $\pm 10$ mm)	TAK	
7	Regulacja kąta odchylenia za pomocą sprężyny gazowej od +5 do -30 stopni	TAK	
8	Odchylane podłokietniki ułatwiające wsiadanie i wysiadanie	TAK	
9	Wszystkie 4 koła wyposażone w hamulce, koła o średnicy min. 100 mm	TAK	
10	Odchylane i wyjmowane podnóżki z regulacją wysokości	TAK	
11	Siedzisko z otwartym lub zamkniętym otworem. Wózek wyposażony w nocnik z pokrywką	TAK	
12	Ciężar: max. 22 kg	TAK	
13	Maksymalny udźwig: 140 kg	TAK	

**UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

.....  
podpis Wykonawcy

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH****Przedmiot zamówienia:** Pakiet nr. 2 poz. 5 - **Wózek inwalidzki – 5 szt**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR OFEROWANY	OFEROWANE PARAMETRY
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykonany ze stali precyzyjnej przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.</li> <li>- Widełki plastikowe wykonane z bardzo wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego zmniejszają wagę wózka.</li> <li>- Koła tylne mocowane na stałe bez szybko złączek</li> <li>- Kółka odbojowe zabezpieczają ściany przed rysowaniem i niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach.</li> <li>- Wytrzymałość 120 kg</li> <li>- Wózek o szerokości siedziska: 50 cm</li> </ul>	TAK	
2.	- Możliwość odchylania podłokietników za oparcie i wyciąganie	TAK	
3.	- Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.	TAK	
4.	- 6 punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika gwarantuje, że nie ulega ona wyginaniu i pękaniu.	TAK	
5.	- Bardzo skuteczne i dobrze funkcjonujące hamulce oparte na systemie sprężynowym.	TAK	
6.	- Widełki plastikowe wykonane z bardzo wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego zmniejszają wagę wózka.	TAK	

**UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

**Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.**

.....  
podpis Wykonawcy

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**Przedmiot zamówienia: Pakiet nr. 2 poz. 6 - **Parawan sufitowy – 7 szt**

Producent:

Nazwa i typ

Rok produkcji

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1	System podwieszanych parawanów wykonanych z aluminium anodowanego	TAK	
2	Mocowane do sufitu w sposób trwały	TAK	
3	Konfiguracja na stanowisko 4,7 m w kształcie litery „L”	TAK	
4	Wyposażone w zasłonkę płócienną (dodatkowy komplet zasłonek na wymianę do każdego parawanu)	TAK	
5	Wymiary zasłonki: - Szerokość: 155 cm ( $\pm 5$ mm) - Wysokość: 200 cm ( $\pm 5$ mm)	TAK	

**UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

.....  
podpis Wykonawcy

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH****Przedmiot zamówienia:** Pakiet nr. 2 poz. 7 - **Wieszak kroplówki przejezdny – 4 szt**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR OFEROWANY	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Wysokość regulowana: 1720 – 2450 mm ( $\pm 20$ mm)	TAK	
2.	Średnica podstawy: 530 mm ( $\pm 20$ mm)	TAK	
3.	Podstawa i tubus pokryty lakierem proszkowym	TAK	
4.	Statyw na płyny infuzyjne chromowany	TAK	
5.	Podstawa pięcioramienna przejezdna	TAK	
6.	Świadectwa, certyfikat CE	TAK	

**UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

**Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.**

.....  
podpis Wykonawcy