



WSS/KG/ 1905/DOPKiZP/MS/1045/15

Tychy, dn. 21.09.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy:** odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych oraz medycznych na potrzeby Oddziałów Szpitala (nr sprawy: 45/15/ZP/PN).

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1 dotyczy: pakiet nr 2 – wózek do przewożenia chorych – 2 szt**

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2100 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek o długości całkowitej 2100 mm.

**Pytanie nr 2 dotyczy: pakiet nr 2 – wózek do przewożenia chorych – 2 szt**

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie 630 -930 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie 630 -930 mm.

**Pytanie nr 3 dotyczy: pakiet nr 2 – wózek do przewożenia chorych – 2 szt**

Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytem chromowanym od strony nóg i z rączkami do prowadzenia wózka od strony głowy pacjenta?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka z uchwytem chromowanym od strony nóg i z rączkami do prowadzenia wózka od strony głowy pacjenta.

**Pytanie nr 4 dotyczy: pakiet nr 2 – wózek do przewożenia chorych – 2 szt**

Czy Zamawiający dopuści wózek z wypraską z tworzywa ABS bez wyprofilowanej wnęki, ale z koszem na rzeczy pacjenta umieszczonym pod leżem ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek z wypraską z tworzywa ABS bez wyprofilowanej wnęki, ale z koszem na rzeczy pacjenta umieszczonym pod leżem.

**MEGREZ Sp. z o.o.**

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 15 648 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



**Pytanie nr 5 dotyczy: pakiet nr 2 – wózek do przewożenia chorych – 2 szt**

Czy Zamawiający dopuści wózek z oparciem pleców regulowanym w zakresie 0-66°?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek z oparciem pleców regulowanym w zakresie 0-66°.

**Pytanie nr 6 dotyczy: pakiet nr 2 – wózek do przewożenia chorych – 2 szt**

Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej.

**Pytanie nr 7 dotyczy: pakiet nr 2 – wózek do przewożenia chorych – 2 szt**

Czy Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym 200 kg?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka o bezpiecznym obciążeniu roboczym 200 kg.

**Pytanie nr 8 dotyczy: pakiet nr 2 – kozetka lekarska – 6 szt.**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o długości całkowitej 1850 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza kozetkę o długości całkowitej 1850 mm.

**Pytanie nr 9 dotyczy: pakiet nr 2 – kozetka lekarska – 6 szt.**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wysokości całkowitej 520 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza kozetkę o wysokości całkowitej 520 mm.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji w pakiecie 2 do 5 tygodni od podpisania umowy?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 11 do parametrów technicznych – pakiet nr 2 poz. 1 wózek do przewożenia chorych 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym statycznym 250 kg, a dynamicznym 200 kg? Parametr ten jest powszechny w większości wózków oferowanych na rynku i wydaje się być w pełni wystarczający w codziennym użytkowaniu wózków. Wielkość statyczna określa stan, w którym wózek obciążony jest wagą 250 kg, jednak wózkiem nie wykonywane są żadne ruchy. Obciążenie dynamiczne dotyczy sytuacji, której obciążony wózek wykonuje wszystkie możliwe ruchy, łącznie z przetaczaniem po nierównej powierzchni.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka o bezpiecznym obciążeniu roboczym statycznym 250 kg, a dynamicznym 200 kg.

**Pytanie nr 12 do parametrów technicznych – pakiet nr 2 poz. 1 wózek do przewożenia chorych 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z uchwytem chromowanym, służącym do prowadzenia wózka, stanowiącym też szczyt wózka, umieszczonym wyłącznie od strony nóg pacjenta?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka z uchwytem chromowanym, służącym do prowadzenia wózka, stanowiącym też szczyt wózka, umieszczonym wyłącznie od strony nóg pacjenta

**Pytanie nr 13 do parametrów technicznych – pakiet nr 2 poz. 1 wózek do przewożenia chorych 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z przechyłem Trendelenburga 23 stopnie, co jest parametrem wyższym niż wymagany w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek z przechyłem Trendelenburga 23 stopnie.

**Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 2 LP. 3**

Czy zamawiający dopuści wózek, w którym długość całkowita wynosi 2115 mm? (Parametr nieznacznie różni się od wymaganych 2200 mm( $\pm$  30 mm)).

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek, w którym długość całkowita wynosi 2115 mm.

**Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 2 LP. 4**

Czy zamawiający dopuści wózek, w którym wysokość za pomocą nożnej pompy hydraulicznej mieści się w zakresie 60-83 cm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka, w którym wysokość za pomocą nożnej pompy hydraulicznej mieści się w zakresie 60-83 cm

**Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 2 LP. 4**

Czy zamawiający dopuści wózek, w którym wysokość za pomocą nożnej pompy hydraulicznej mieści się w zakresie 67,5 – 90,5 cm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek, w którym wysokość za pomocą nożnej pompy hydraulicznej mieści się w zakresie 67,5 – 90,5 cm.

**Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 2 LP. 15**

Czy zamawiający dopuści materac nie posiadający uchwytów do transportu pacjenta?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza materaca nie posiadającego uchwytów do transportu pacjenta.

**Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 2 LP. 16**

Czy zamawiający dopuści oryginalnie montowane koła o wymiarze 125 mm ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza oryginalnie montowanych kół o wymiarze 125 mm.

**Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 2 LP. 17**

Czy zamawiający dopuści wózek od dopuszczalnym obciążeniu 225 kg? (parametr nieznacznie różni się od wymaganych 250 kg).

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka od dopuszczalnym obciążeniu 225 kg.

**Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 2 LP.18**

Czy zamawiający dopuści wózek wyposażony w poręcze boczne z poluretanu składające się poniżej linii leża (Rozwiązanie to jest bezpieczne dla pacjenta, umożliwia sprawniejsze wchodzenie i schodzenie).

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka wyposażonego w poręcze boczne z poluretanu składające się poniżej linii leża.

**Pytanie nr 21 do parametrów technicznych pakiet nr 2 poz. 1 – wózek do przewożenia chorych 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z metalowymi rurkami odbojowymi zamiast krążków odbojowych?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka z metalowymi rurkami odbojowymi zamiast krążków odbojowych.

**Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 2**

Czy w celu umożliwienia złożenia oferty większej ilości Wykonawców, Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie z pakietu nr 2 wózka do przewożenia chorych do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu

**Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 2 – Kozetka lekarska**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o długości całkowitej 1850 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską o długości całkowitej 1850 mm?.

**Pytanie nr 24 dot. pakietu nr 2 – Kozetka lekarska**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską z regulacją zagłówek za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie - 45° do + 45°?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską z regulacją zagłówek za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie - 45° do + 45°.

**Pytanie nr 25 dot. pakietu nr 2 –Fotel do pobierania krwi**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do pobierania krwi o szerokości całkowitej 520 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela do pobierania krwi o szerokości całkowitej 520 mm.

**Pytanie nr 26 dot. pakietu nr 2 –Fotel do pobierania krwi**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o długości całkowitej 622 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela do pobierania krwi o długości całkowitej 622 mm.

**Pytanie nr 27 dot. pakietu nr 2 –Fotel do pobierania krwi**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o wysokości całkowitej 850 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela do pobierania krwi o wysokości całkowitej 850 mm.

**Pytanie nr 28 dot. pakietu nr 2 –Fotel do pobierania krwi**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do pobierania krwi z podstawą o wymiarach 510x460 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela do pobierania krwi z podstawą o wymiarach 510x460 mm.

**Pytanie nr 29 Pakiet nr 7**

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza 6 tygodniowego terminu realizacji zamówienia.

**Pytanie nr 30 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza 6 tygodniowego terminu realizacji zamówienia.

**Pytanie nr 31 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o długości 1850 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską o długości 1850 mm.

**Pytanie nr 32 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o wysokości 550 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską o wysokości 550 mm.

**Pytanie nr 33 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską z regulacją zagłówka w zakresie od -30° do +45°?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską z regulacją zagłówka w zakresie od -30° do +45°.

**Pytanie nr 34 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej 730 mm (zarówno przy barierkach bocznych podniesionych, jak i opuszczonych)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej 730 mm (zarówno przy barierkach bocznych podniesionych, jak i opuszczonych).

**Pytanie nr 35 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 2050 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 2050 mm.

**Pytanie nr 36 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych wyposażony w metalowy koszyk np. na podręczne rzeczy pacjenta, zamiast obudowy z ABS?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek do przewożenia chorych wyposażony w metalowy koszyk np. na podręczne rzeczy pacjenta, zamiast obudowy z ABS.

**Pytanie nr 37 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-65°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek do przewożenia chorych z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-65°.

**Pytanie nr 38 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z Trendelenburgiem 0-20°, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek do przewożenia chorych z Trendelenburgiem 0-20°.

**Pytanie nr 39 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych wyposażony w koła o średnicy 150 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka do przewożenia chorych wyposażony w koła o średnicy 150 mm.

**Pytanie nr 40 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 650 - 950 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 650 -950 mm.

**PROKURENT**  
**DYREKTOR ds. ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH**  
**Karolina Filipowska**