



WSS/KG/ 1862/DOPKiZP/JNJ/1042/15

Tychy, dn. 11.09.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu z wyposażeniem oraz mikrotomu dla Zakładu Patomorfologii (nr sprawy: 44/15/ZP/PN).

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1

W Wasze skompletowanie pakietu nr 1 wchodzi 5 urządzeń, w tym część nie będących wyrobami medycznymi np. aparat cyfrowy. W związku z tym czy należy rozumieć, że oświadczenie wg załącznika nr 4 dotyczy tylko tych urządzeń, wchodzących w skład pakietu nr 1, które są wyrobami medycznymi.

Odpowiedź:

Tak należy rozumieć.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1

Co Zamawiający rozumie przez określenie "statyw do stołu ze sterowaniem z prawej strony" (parametr nr 1 w części nr I "Badawczy mikroskop biologiczny"). Jeżeli parametr ten dotyczy umiejscowienia pokrętki regulacji intensywności oświetlenia z prawej strony, czy Zamawiający dopuści umiejscowienie tego pokrętki na środku statywu mikroskopu. Takie umiejscowienie pozwala na swobodne sterowanie oświetleniem zarówno lewą, jak i prawą ręką w przeciwieństwie do umiejscowienia pokrętki z prawej strony.

Odpowiedź:

Parametr dotyczy umiejscowienia pokrętki regulacji intensywności oświetlenia z prawej strony. Zamawiający dopuści umiejscowienie tego pokrętki pośrodku statywu.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści kamerę o rozdzielczości 2560x1920 pikseli? Jest to rozdzielczość ponad 4,9 mln pikseli, czyli bardzo zbliżona do wymaganej przez Zamawiającego 5 mln pikseli. (parametr nr 15 w części nr III "Mikroskopowa kamera cyfrowa")

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kamery o wyżej opisanych parametrach.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 15 648 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści menu w języku angielskim? (parametr nr 19 w części nr III "Mikroskopowa kamera cyfrowa").

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza menu w języku angielskim (parametr nr 19 w części nr III "Mikroskopowa kamera cyfrowa").

PROKURENT
Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych
Karolina Filipowska