

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 Badawczy mikroskop biologiczny z wyposażeniem

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
<b>I. Badawczy mikroskop biologiczny</b>			
Producent:			
Nazwa i typ:			
1.	Statyw do stołu ze sterowaniem z prawej strony	TAK	
2.	Ergonomiczny układ ustawiania ostrości	TAK	
3.	Miska rewolwerowa sześciogniazdowa	TAK	
4.	Pokrowiec na mikroskop	TAK	
5.	Stolik z nasadką krzyżową	TAK	
6.	Stolik mechaniczny z przesuwem x-y z lewej strony	TAK	
7.	Ergonomiczna nasadka okularowa, pochylenie okularów 3°-27° lub 10°-30°	TAK	
8.	Okular 10x, pole widzenia 22 mm 2 szt.	TAK	
9.	Muszla oczna do okularów 10x 2 szt.	TAK	
10.	Kondensator, dla obiektywów od 2x do 100x	TAK	
11.	Obiektywy: CFI PLAN Achromat 2x CFI PLAN Achromat 4x CFI PLAN FLUOR 10x CFI PLAN FLUOR 20x CFI PLAN FLUOR 40x CFI PLAN FLUOR 100x	TAK	
12.	Objekt Marker do oznaczania wybranych miejsc w preparacie	TAK/NIE	
13.	Okularowy mikrometr pomiarowy 10 mm/100	TAK/NIE	
<b>II. Nasadka asystencka typu „side by side”</b>			
Producent:			
Nazwa i typ:			
14.	Ruchomy wskaźnik widoczny w całym polu widzenia, podświetlany na kolor, obrotowy o 360° za pomocą joysticka	TAK	

<b>III. Mikroskopowa kamera cyfrowa</b>			
Producent:			
Nazwa i typ:			
15.	Rozdzielczość min. 5 mln pikseli	TAK	
16.	kolorowa	TAK	
17.	Przesyłanie obrazu przez port USB	TAK	
18.	Oprogramowanie do ustawiania parametrów kamery i robienia zdjęć	TAK	
19.	Menu w języku polskim	TAK	
20.	Pomiary planimetryczne, na zrobionym zdjęciu	TAK	
<b>IV. Stacja graficzna z oprogramowaniem</b>			
Producent:			
Nazwa i typ:			
21.	Laptop + monitor 22" lub komputer stacjonarny + monitor 22"	TAK	
<b>V. Aparat cyfrowy z obiektywem 18-55 mm</b>			
Producent:			
Nazwa i typ:			
22.	Dodatkowo Obiektyw do makrofotografii formatu DX z układem optycznym wysokiej jakości.	TAK	
23.	Gwarancja min. 3 lata	podać	
24.	Deklaracja CE, RWM	TAK (do oferty należy załączyć podpisane oświadczenie – zał. nr 4 do SIWZ)	

**UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy pkt 12 i 13 – opcja dodatkowa).**

**Do oferty należy dołączyć foldery producenta potwierdzające wyżej określone parametry techniczne urządzeń.**

.....  
podpis Wykonawcy