

Przedmiot zamówienia: **Myjnia do kaczek i basenów – 3 szt**

Producent/kraj:.....

Nazwa i typ urządzenia:.....

Rok produkcji:.....

L.p.	Opis parametrów	Graniczny	Oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe.	TAK, PODAĆ	
2.	Wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż: - głębokość 560 mm - szerokość 450 mm Uwarunkowane wielkością pomieszczeń	TAK, PODAĆ	
3.	Wymiary komory urządzenia: - głębokość 280 mm +/- 5% - szerokość 380 mm +/- 5% - wysokość 460 mm +/- 5%	TAK, PODAĆ	
4.	Możliwość zawieszenia na ścianie lub ustawienia na podłodze	TAK	
5.	Komora myjąca, drzwi komory, panele zewnętrzne, rama, wytwornica pary, skraplacz wykonane ze stali kwasoodpornej	TAK, PODAĆ	
6.	Automatyczna dezynfekcja komory, dyszy myjących, orurowania, wytwornicy pary oraz pompy płuczącej podczas każdego cyklu	TAK	
7.	Pojemność komory myjącej: co najmniej basen z pokrywką i kaczką lub 2 kaczki	TAK, PODAĆ	
8.	Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń wewnątrz komory myjącej	TAK	
9.	Mycie realizowane przez co najmniej 12 dysz myjących, w tym 8 wirujących	TAK, PODAĆ	
10.	Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane automatycznie po wciśnięciu przycisku na panelu sterowania. Przycisk o wielkości umożliwiającej wygodną obsługę łokciem w celu uniknięcia dotykania panelu zabrudzonymi rękawiczkami.	TAK	
11.	Uszczelka drzwi wykonana z trwałej gumy odpornej na wysoką temperaturę oraz środki myjące i dezynfekcyjne. Niedopuszczalna uszczelka labiryntowa, która nie zabezpiecza przed wydostawaniem się aerozoli z komory.	TAK	
12.	Możliwość wyboru programu automatycznie uruchamianego po zamknięciu drzwi	TAK	
13.	Drzwi komory oraz komora myjąca izolowane akustycznie i termicznie	TAK	
14.	Zużycie energii elektrycznej podczas cyklu mycia i dezynfekcji basenów nie większe niż 0,5 kWh przy podłączeniu do wody zimnej i ciepłej	TAK, PODAĆ	
15.	Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu	TAK	
16.	Wbudowana pompa płucząca o wydajności nie mniejszej niż 290 litrów / minutę	TAK, PODAĆ	

17.	Suszenie poprzez zjawisko konwekcji i ekonomiczny kondensator skraplający parę wodną z komory urządzenia	TAK	
18.	Możliwość zaprogramowania automatycznego rozszczelniania drzwi komory po zakończeniu programu	TAK	
19.	Automatyczne dozowanie środka płuczaco-zmiękczonego oraz myjąco-dezynfekcyjnego poprzez pompy perystaltyczne	TAK	
20.	Miejsce na 5-litrowy pojemnik ze środkiem płuczaco-zmiękczonego wewnątrz urządzenia	TAK	
21.	Urządzenie wyposażone w 2 lance ssące i czujniki niskiego poziomu środków	TAK	
22.	Sterownik mikroprocesorowy z dwuwierszowym ekranem LCD oraz klawiaturą membranową odporną na środki czyszczące i dezynfekcyjne	TAK	
23.	Komunikaty na ekranie sterownika w języku polskim	TAK	
24.	W czasie cyklu na ekranie wyświetlane informacje o aktualnym programie, fazie cyklu, aktualnej temperaturze w komorze, czasie do końca procesu oraz graficzny wskaźnik postępu cyklu.	TAK	
25.	Wizualna sygnalizacja błędów na ekranie sterownika oraz migającą czerwoną diodą.	TAK	
26.	Dezynfekcja termiczna sterowana cyfrowo temperaturą oraz czasem	TAK	
27.	Pięć programów z możliwością modyfikacji	TAK	
28.	Zużycie wody podczas cyklu mycia i dezynfekcji basenów nie większe niż 25 litrów	TAK, PODAĆ	
29.	Wbudowana elektryczna wytwornica pary o mocy co najmniej 9 kW	TAK, PODAĆ	
30.	Całkowita moc przyłączeniowa urządzenia nie większa niż 10 kW	TAK, PODAĆ	
31.	Całkowity czas cyklu mycia i dezynfekcji basenów nie większy niż 8 minut	TAK, PODAĆ	
32.	Zasilanie prądem 3-fazowym 400V, 50Hz	TAK	
33.	Podłączenie do wody zimnej i ciepłej w celu redukcji zużycia prądu przez urządzenie	TAK	
34.	Syfon odpływu poziomy lub pionowy o średnicy co najmniej $\varnothing 100$	TAK, PODAĆ	
35.	Natężenie hałasu pochodzącego z urządzenia nie większe niż 63 dB(A)	TAK, PODAĆ	
36.	Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wody w instalacji wodociągowej wg PN-EN 1717	TAK	
37.	Urządzenie zgodne z normą PN-EN 15883-3	TAK	
38.	Urządzenie zgodne z dyrektywą 93/42/EWG, deklaracja zgodności będzie dostarczona razem z urządzeniem	TAK	

	Wyposażenie dla 3 urządzeń:		
39.	Instrukcja obsługi w języku polskim – 6 szt.	TAK	
40.	Dodatkowy uchwyt umożliwiający mycie i dezynfekcję butli ssaków – 2 szt.	TAK	
41.	Dodatkowy uchwyt umożliwiający mycie i dezynfekcję misek do mycia pacjentów – 1 szt.	TAK	
42.	5 litrowe opakowanie środka myjąco – dezynfekcyjnego – 9 szt.	TAK	
43.	5 litrowe opakowanie środka płuczaco – odkamieniającego – 9 szt.	TAK	
	Gwarancja		
44.	Gwarancja min. 36 miesięcy	TAK	
45.	Serwis autoryzowany na terenie Polski (załączyć autoryzację wystawioną przez producenta nie wcześniej niż 2 lata przed datą składania ofert)	TAK, załączyć	
46.	Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 72h	TAK	
47.	Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu	TAK	
48.	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat	TAK	
49.	Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty	TAK	

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny do jego uruchomienia oraz stosowania, zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające oferowane parametry.

.....
(podpis Wykonawcy)