



WSS/KG/ 2330 /DOPKiZP/JNJ/ 1131/15

Tychy, dn. 01.12.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę implantów urazowo – ortopedycznych wraz z instrumentarium, (nr sprawy: 52/15/ZP/PN).

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dla grotów Kirschnera $\varnothing 2,0-3,0\text{mm}$ następujące skoki średnic: skok co 0,2mm dla $\varnothing 2,0-2,4$ oraz skok 0,5mm dla $\varnothing 2,5-3,0\text{mm}$?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dla grotów Kirschnera gwintowanych $\varnothing 1,0-3,0\text{mm}$ następujące skoki średnic: skok co 0,2mm dla $\varnothing 1,0-2,0\text{mm}$, a następnie średnice $\varnothing 2,4\text{mm}$, $\varnothing 2,5\text{mm}$, $\varnothing 3,0\text{mm}$?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki wąskiej o grubości 2,5mm i szerokości 10,2mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w poz. nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki rekonstrukcyjnej do miednicy w zakresie 6-12 otworowej o parametrze $R=88$ i w zakresie dł. 89-159mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 15 648 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w poz. nr 8 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów korowych 1,5mm z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w poz. nr 10 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów korowych 4,5mm w zakresie dł. 12-120mm zamiast 12-140mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w poz. nr 11 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów łódkowatych 3,5mm w zakresie dł. 18-50mm zamiast 12-50mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w poz. nr 13 i 14 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów gąbczastych 6,5mm z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w poz. nr 13 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów gąbczastych 6,5mm w zakresie dł. 30-120mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w poz. nr 14 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów gąbczastych 6,5mm w zakresie dł. 35-120mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w poz. nr 15 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów kaniulowanych gąbczastych 4,5mm w zakresie dł. 10-70mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w poz. nr 16 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów kaniulowanych gąbczastych 5,0mm w zakresie dł. 25-70mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w poz. nr 18 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów blokujących 4,5mm w zakresie dł. 25-80mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w poz. nr 20 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów blokujących 6,5mm w zakresie dł. 40-100mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytek ustalających DSB i DSK w wersji standardowej (klasycznej) zamiast z ograniczonym kontaktem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 3 Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki ustalające DSB kąt 130° o dł. 68mm-228mm zamiast 68mm-356mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 3 Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki ustalające DSK kąt 95° o dł. 86mm-246mm zamiast 86mm-342mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 4 Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści samowiercące tytanowe kaniulowane śruby kompresyjne (HERBERTA) Ø3,0/4,0mm - gniazdo torx T10, o długości 16-30mm skok co 2mm długość gwintu A=5-8mm zamiast śrub o parametrach podanych w poz. nr 4?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 4 Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści samowiercące tytanowe kaniulowane śruby kompresyjne (HERBERTA) Ø4,0/5,0mm - gniazdo torx T10, o długości 20-50mm skok co 2mm i długość gwintu A=9-16mm zamiast śrub o parametrach podanych w poz. nr 5?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 4

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe zapytania nr 18 i 19 prosimy o możliwość oferowania w poz. nr 12 grotów T10 z rękojeścią używanych do implantowania w/w śrub.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 4

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe zapytania nr 18 i 19 prosimy o możliwość oferowania w poz. nr 8 wiertła kaniulowanego o parametrach 2,6x150mm używanego przy implantowaniu w/w śrub.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 4 Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści dla tytanowych kaniulowanych śrub kompresyjnych (HERBERTA) Ø4,0/5,0mm - gniazdo sześciokątne 2,5mm zamiast 2,0mm oraz długość gwintu A=7-13mm zamiast 6-8mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 7 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści 6 otworów blokowanych w części nasadowej płytki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 7 Poz. 23

Czy Zamawiający dopuści płytki posiadające w części trzonowej 4-8 otworów zamiast 3-8 otworów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 7 Poz. 23

Czy Zamawiający dopuści 6 otworów blokowanych w części nasadowej płytki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 7 Poz. 24

Czy Zamawiający dopuści 4 otwory blokowane w części nasadowej płytki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 7 Poz. 26

Czy Zamawiający dopuści 8 otworów blokowanych w części nasadowej płytki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 7 Poz. 27

Czy Zamawiający dopuści płytki 6 do 14 otworów blokowanych zamiast 6 do 10 otworów blokowanych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 7 Poz. 27

Czy Zamawiający dopuści płytki w zakresie szerokości 17,5-18mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 7 Poz. 27

Czy Zamawiający dopuści płytki w zakresie grubości 5,0-5,7mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 7 Poz. 30

Czy Zamawiający dopuści płytki posiadające przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 7 Poz. 31

Czy Zamawiający dopuści 5 otworów blokowanych w części nasadowej płytki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 7 Poz. 33

Czy nie nastąpiła omyłka w podaniu średnicy wkręta korowego samogwintującego i powinno być 2,7mm zamiast 2,4 i 2,7mm?

Odpowiedź:

Nie nastąpiła omyłka w podaniu średnicy wkręta korowego samogwintującego.

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 7

Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wymogu użyczenia instrumentarium z zapisu „nowego instrumentarium” na zapis „w pełni zregenerowanego i w pełni funkcjonalnego instrumentarium”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 9 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gwoździe śródszpikowe ramienne rekonstrukcyjne w zakresie średnic 6-9mm dla gwoździ długich oraz 8-9mm dla gwoździ krótkich?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 9 Poz. 8 i 9

Czy Zamawiający dopuści wkręty korowe od dł. 16mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 10 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gwoździe śródszpikowe puszczelowe w zakresie długości L=270-390mm zamiast 210-405mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 10 Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści gwoździe śródszpikowe puszczelowe wsteczne w zakresie długości L=160-320mm zamiast 130-400mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 10 Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści gwoździe śródszpikowe puszczelowe wsteczne tylko w wersji kaniulowanej bez wersji litej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 10

Czy nie nastąpiła omyłka w podaniu średnicy wkręta blokującego: 5,0mm i powinno być 4,5mm zamiast 4,5 i 5,0mm?

Odpowiedź:

Nie nastąpiła omyłka – opis jak w SIWZ.

Pytanie nr 41 dotyczy pakietu nr 11 Poz. 9

Czy Zamawiający ujednotomi długość gwoździ śródszpikowych udowych anatomicznych z kolumny „Nazwa/opis asortymentu” z kolumną „Rozmiar” dla gwoździ długich na 340-440mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje gwoździ w rozmiarze 340-440 mm.

Pytanie nr 42 dotyczy pakietu nr 7,9,10,11

Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na bank implantów - w rozmiarach najczęściej stosowanych uzgodnionych pomiędzy przedstawicielami obu stron umowy zamiast pełnego banku implantów- płyt (Pakiet 7) / pełnego banku implantów w dwóch kompletach (Pakiet 9,10,11) w wymaganej rozmiarówce? Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny, gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzanie zabiegów a określony termin uzupełnienia banku w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 43 dotyczy pakietu nr 7,9,10,11

Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający doprecyzuje zapis iż Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Szpitalowi instrumentarium do każdego rodzaju w/w płytek (Pakiet 7) nieodpłatnie na czas trwania umowy **zaś do czasu wykorzystania wszystkich posiadanych przez szpital implantów (płytek wykonawcy) - instrumentarium będzie dowożone na zabieg?**

Odpowiedź:

Opis jak w SIWZ.

Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 7,9,10,11

Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający doprecyzuje zapis iż Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Szpitalowi instrumentarium do zakładania w/w gwoździ (Pakiet 9,10,11) na cały okres trwania umowy **zaś do czasu wykorzystania wszystkich zakupionych gwoździ wykonawcy - instrumentarium będzie dowożone na zabieg?**

Odpowiedź:

Opis jak w SIWZ.

Pytanie nr 45 dotyczy wzoru umowy– załącznik nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający w §4 ust. 9, 13 umowy oraz w rozdziale XV pkt. 4 SIWZ oraz w pkt. 2 formularza oferty załącznik nr 2 do SIWZ wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z max. 2 dni roboczych na 40 dni w odniesieniu do asortymentu narzędziowego z zadania nr 12?

Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania specjalistycznego sprzętu narzędziowego, który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany lub sprowadzany na zamówienie. Czas wyprodukowania, czy też sprowadzenia takiego asortymentu wynosi około 40 dni, w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 40 dni. W przypadku narzędzi, które w momencie otrzymania zamówienia dostępne będą na stanach magazynowych, dostawa ich będzie realizowana na bieżąco.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu z 2 dni do 40 tylko w pakiecie nr 12.

Pytanie nr 46 dotyczy wzoru umowy– załącznik nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający w §4 ust. 9 zmieni godziny dostaw z „do 13:00” na „do 14:00”? Z uwagi na to, iż wykonywanie dostaw odbywa się poprzez firmy kurierskie prosimy o wydłużenie godzin przyjmowania doręczanego towaru.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuży godziny dostaw do godz. 14.00.

Pytanie nr 47 dotyczy wzoru umowy– załącznik nr 5 do SIWZ

Z uwagi na wymóg banków wskazany pod pakietami czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy w § 4 stosownych zapisów regulujących bank wg poniższych propozycji:

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu banku implantów ortopedycznych w rozmiarach najczęściej stosowanych uzgodnionych pomiędzy przedstawicielami obu stron umowy w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
- Bank będzie własnością Wykonawcy do czasu jego zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania) potwierdzonego kartą zużycia przesyłaną przez Zamawiającego na faks nrWykonawcy .
- Karta zużycia będzie podstawą uzupełnienia implantów w terminie 2 dni roboczych od daty jej otrzymania
- Faktura VAT dokumentująca dokonaną sprzedaż zostanie wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o kartę zużycia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów do §4 i §6 w odniesieniu do pakietów w których Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia banku implantów.

Pytanie nr 48 dotyczy wzoru umowy– załącznik nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający w §5 ust. 1 odstąpi od wymogu oznakowania przedmiotu umowy datą ważności w przypadku wyrobów niesterylnych w odniesieniu do pakietów nr 1-4,7,9-11,12? Przedmiotem zamówienia jest asortyment niesterylny i dlatego zgodnie z przepisami nie ma obowiązku posiadania przez produkt, umieszczania na nim informacji na temat ważności. Wszystkie dostarczane produkty mają oznaczenia, które umożliwiają identyfikację produktu. Ważność wyrobów niesterylnych tj. czas w ciągu którego mogą być przechowywane przed zastosowaniem ich do celów leczniczych jest bezterminowy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania przedmiotu umowy datą ważności w przypadku wyrobów niesterylnych w odniesieniu do wyżej wskazanych pakietów.

Pytanie nr 49 dotyczy wzoru umowy– załącznik nr 5 do SIWZ**Czy Zamawiający zmieni §7**

- a. ust. 2 lit. a „0,1% wynagrodzenia brutto , określonego w §3 ust. 1(...) nie może być mniejsza od 10 zł” na w wysokości „0,2% wartości niedostarczonego towaru”,
- b. ust. 2 lit. b „0,1% wynagrodzenia brutto , określonego w §3 ust. 1(...) nie może być mniejsza od 10 zł” na „0,2% wartości reklamowanego towaru”,
- c. ust. 2 lit. e – usunięcie, z uwagi na możliwość naliczenia kar określonych w lit. a i c?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziła do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszenie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni §7 wzoru umowy.

Pytanie nr 50 dotyczy wzoru umowy– załącznik nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie doda wyżej wskazanego zapisu do §9 wzoru umowy.

PROKURENT
Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych
Karolina Filipowska