



WSS/KG/ 121 /DOPKiZP/ MW/ 28 /16

Tychy, 19.01.2016r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego  
na dostawę stołów operacyjnych z wyposażeniem (nr sprawy: 56/15/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o napędzie podstawowym elektromechanicznym, napędzie awaryjnym mechanicznym oraz z ładowarką baterii zewnątrz?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, który nie posiada sygnału dźwiękowego rozładowania baterii a stan ten wyświetlany jest kolor czerwony na wyświetlaczu stanu baterii umieszczonym w podstawie stołu?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół posiadający regulację wysokości mierzoną od dolnej powierzchni materaca w zakresie 700–1200mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół operacyjny.

**MEGREZ Sp. z o.o.**

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 15 648 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



**Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu nr 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół posiadający podgłówek regulowany ręcznie mechanizmem zaciskowym?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół operacyjny.

**Pytanie nr 5 - dotyczy Pakietu nr 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół, którego materace nie posiadają domieszki aktywnego srebra? Rozwiązanie to sprawia, że materace mogą być sterylizowane w autoklawie.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu nr 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół o dopuszczalnym dynamicznym obciążeniu 250 kg?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół operacyjny.

**Pytanie nr 7 - dotyczy Pakietu nr 1, 2**

Prosimy o wyjaśnienie zapisów dotyczących przesuwu wzdłużnego oraz nachylenia. Zamawiający wymaga, aby przesuw wzdłużny wynosił 300 mm, a tym samym wymaga wychylenia względem kolumny (czyli przesuwu wzdłużnego) 1500mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia – w SIWZ przesuw wzdłużny blatu wynosi min. 300 mm. Natomiast przy zmianie segmentu blatu zagłówka z podnózkami (odwrócona konfiguracja blatu) maksymalnym przesuwem blatu uzyskuje się minimum 1500 mm. przestrzeni do swobodnego obrazowania ramieniem „C” aparatu RTG – od dystalnej krawędzi kolumny do końca blatu.

**Pytanie nr 8 - dotyczy Pakietu nr 1 - DANE PODSTAWOWE - punkt nr 4**

Czy Zamawiający dopuści stół, który jest wyprodukowany min. w roku 2015?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści stół, który jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r.

**Pytanie nr 9 - dotyczy Pakietu nr 1 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 8**

Czy Zamawiający dopuści stół, którego całkowita szerokość blatu wynosi 540mm? Oferowany parametr tylko nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół operacyjny.

**Pytanie nr 10 - dotyczy Pakietu nr 1 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 14**  
Czy Zamawiający dopuści stół, w którym regulacja przechyłu wzdłużnego jest w zakresie +/- 35°?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 11 - dotyczy Pakietu nr 1 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 16**  
Czy Zamawiający dopuści stół, w którym mechanizm rozchylania jest realizowany elektrycznie?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół operacyjny jeśli pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 12 - dotyczy Pakietu nr 1 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 19**  
Czy Zamawiający dopuści stół, który ma jedno koło jezdne umieszczone w podstawie, która jest w kształcie litery U?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 13 - dotyczy Pakietu nr 1 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 21**  
Czy Zamawiający dopuści stół, w którym miech kolumny wykonany jest z gumy EPDM?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 14 - dotyczy Pakietu nr 1 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 22**  
Czy Zamawiający dopuści stół, w którym materace wykonane są z pianki poliuretanowej spienionej, które nie posiadają świadectwa z laboratorium badawczego?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 15 - dotyczy Pakietu nr 1 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 25**  
Czy Zamawiający dopuści stół, którego masa wynosi 325kg?

**Odpowiedź:**

Dotyczy pkt. 24 a nie 25 - Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 16 - dotyczy Pakietu nr 2 - DANE PODSTAWOWE - punkt nr 4**  
Czy Zamawiający dopuści stół, który jest wyprodukowany min. w roku 2015?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści stół, który jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r.

**Pytanie nr 17 - dotyczy Pakietu nr 2 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 8**

Czy Zamawiający dopuści stół, którego całkowita szerokość blatu wynosi 540mm?

Oferowany parametr tylko nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół operacyjny.

**Pytanie nr 18 - dotyczy Pakietu nr 2 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 13**

Czy Zamawiający dopuści stół, w którym regulacja przechyłów bocznych wynosi  $\pm 25^{\circ}$ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 19 - dotyczy Pakietu nr 2 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 14**

Czy Zamawiający dopuści stół, w którym regulacja przechyłu wzdłużnego jest w zakresie  $\pm 35^{\circ}$ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 20 - dotyczy Pakietu nr 2 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 16**

Czy Zamawiający dopuści stół, w którym mechanizm rozchylania jest realizowany elektrycznie?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół operacyjny jeśli pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 21 - dotyczy Pakietu nr 2 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 20**

Czy Zamawiający dopuści stół, który ma jedno koło jezdne umieszczone w podstawie, która jest w kształcie litery U?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 22 - dotyczy Pakietu nr 2 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 22**

Czy Zamawiający dopuści stół, w którym miech kolumny wykonany jest z gumy EPDM?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 23 - dotyczy Pakietu nr 2 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 23**

Czy Zamawiający dopuści stół, w którym materace wykonane są z pianki poliuretanowej sponionej, które nie posiadają świadectwa z laboratorium badawczego?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 24 - dotyczy Pakietu nr 2 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 25**  
Czy Zamawiający dopuści stół, którego masa wynosi 325kg?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 25 - dotyczy Pakietu nr 2 - WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI - punkt nr 29**  
Czy Zamawiający dopuści stół, który możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego 1200mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 26 – dotyczy załącznik nr 1a do SIWZ, zestawienie parametrów technicznych (Pakiet nr 1)**

W związku z wymogiem kompatybilności przystawki ortopedycznej posiadanej przez Zamawiającego z oferowanym stołem operacyjnym - prosimy o podanie symbolu oraz producenta posiadanej przystawki oraz o wyznaczenie daty oraz godziny wizji lokalnej na której będzie możliwość wykonania pomiarów ww. przystawki (jej mocowania do stołu operacyjnego).

**Odpowiedź:**

Dane posiadanej przystawki: 4-09-100 ALVO. Zamawiający nie wyraża zgody na wejście na Blok Operacyjny osób postronnych.

**Pytanie nr 27 – dotyczy załącznik nr 1a oraz 1b do SIWZ, zestawienie parametrów technicznych (Pakiet nr 1 oraz 2)**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający alternatywny system napędu mechaniczno – hydraulicznego, z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający identyczne funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego (sterujący wszystkimi funkcjami jak system główny elektrohydrauliczny), oprócz pozycji „0”?

Pragniemy zauważyć, że uzyskiwanie pozycji „0” jest niemożliwe w przypadku napędu alternatywnego – dotyczy to wszystkich producentów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stół z opisem jak wyżej z wyłączeniem jedynie funkcji „0” – jeśli pozostałe warunki SIWZ zostaną spełnione – dotyczy stołów z Pakietu nr 1 i 2.

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy elektrohydraulicznego stołu operacyjnego posiadającego przesuw wzdłużny blatu minimum 350mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści stół opisany w SIWZ z możliwością przesuwu wzdłużnego 350 mm.

**Pytanie nr 29 - dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin wykonania zamówienia dla Pakietu nr 1 do 8 tygodni od podpisania umowy? Jeżeli nie, to na jakie wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

**Pytanie nr 30 - dotyczy Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin wykonania zamówienia dla Pakietu nr 2 do 8 tygodni od podpisania umowy? Jeżeli nie, to na jakie wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

**Pytanie nr 31 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez możliwości zamontowania zdejmowanej przystawki ortopedycznej do kończyn dolnych posiadanej przez Zamawiającego, ale wyposażony w zdejmowaną przystawkę ortopedyczną o parametrach i wyposażeniu tożsamym z tą posiadaną przez Zamawiającego?

Opis oferowanej przystawki:

Przystawka ortopedyczna wykorzystywana jest do operacji ortopedycznych. Zastosowanie wyposażenia dodatkowego daje możliwość wykonywania specjalistycznych zabiegów. Podstawowe parametry przystawki są następujące:

- zakres regulacji wysokości wysięgnika aparatu naciągowego: 320 mm
- rozstaw pomiędzy wałkiem oporowym a aparatem naciągowym 475 do 1250 mm
- wysuw śruby aparatu naciągowego: 205 mm
- zakres regulacji położenia ramion obrotowych: 180<sup>0</sup>

Elementy metalowe wykonane są ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, ramiona przystawki wykonane są z profili stalowych o przekroju kwadratowym. Trzpień wałka oporowego wykonany jest z przezświetlanego włókna węglowego. Zmiana długości oraz kąta rozwarcia ramion przystawki jest możliwa dzięki mechanizmom blokującym nastawianym ręcznie. Przez zastosowanie w każdym ramieniu dwóch węzłów obrotowych, możliwy jest szeroki zakres regulacji ich położenia a także ich schowanie pod blat stołu. Układ ramion przystawki zapewnia możliwość monitorowania kończyn dolnych pacjenta ramieniem C. Odpowiednio uformowany blat przystawki montowany jest na klinach w miejsce podnóżków w blacie stołu operacyjnego. Posiada kształt trójkąta o ściętym wierzchołku. Umieszczenie aparatu naciągowego oraz wałka oporowego zapewnia dokonanie skutecznego naciągu operowanej kończyny. Sam aparat naciągowy dzięki swoim funkcjom zapewnia precyzyjne ustawienie i naciąg nogi w trakcie zabiegu.

Wyposażenie przystawki: wałek przezierny dla RTG, blat przystawki, podpórka do gipsowania, dwie podpórki prętowe, dwie podpórki nogi wraz z czterema uchwytami, dwa uchwyty pięty, dwa zaczepy uchwytu stopy, dodatkowy uchwyt mocujący nóżki.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 32 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem z sygnalizacją poziomu naładowania baterii na wyświetlaczu LCD (podawany w zakresie od 0 do 100%) oraz z diodą sygnalizującą konieczność naładowania baterii (dioda wtedy świeci się na kolor czerwony) ? Jest to rozwiązanie znacznie dokładniejsze niż to opisane w punkcie nr 2 tabeli z wymaganymi parametrami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 33 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez dodatkowego sygnału dźwiękowego ostrzegającego przed rozładowaniem akumulatora? Oferowany stół posiada diodową informację o konieczności ładowania akumulatora, dodatkowo stan naładowania akumulatora jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 34 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z alternatywnym napędem hydraulicznym z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, z możliwością sterowania następujących funkcji:

- Regulacja wysokości
- Przechył boczny
- Przechył wzdłużny
- Oparcie pleców
- Wypiętrzenie klatki piersiowej ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 35 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o długości z blatem 2035 mm ? Pragniemy zauważyć, że różnica między parametrem wymaganym a oferowanym nie ma żadnego wpływu na warunki eksploatacyjne stołu.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taką długość blatu.

**Pytanie nr 36 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez napędu alternatywnego, ale z dodatkowym panelem sterowania na kolumnie, umożliwiającym sterowanie tymi samymi funkcjami co z pilota przewodowego?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 37 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o zakresie regulacji wysokości (z materacem) 740 – 1140 mm ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 38 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podnózkami z możliwością rozchylenia o kąt 180<sup>0</sup>, blokowanymi przy pomocy pokręteł? Jest to praktyczne i bezpieczne rozwiązanie.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 39 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o doskonałych własnościach jezdnych dzięki 4 kołom jezdnym (o średnicy 125 mm,) zamontowanych w podstawie w kształcie prostokąta?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 40 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z systemem blokowania kół jezdnych w postaci centralnej blokady uruchamianej i zwalnianej za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie stołu? Pragniemy zauważyć, że takie rozwiązanie również gwarantuje pewne blokowanie stołu.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści takie blokowanie stołu.

**Pytanie nr 41 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z miękkimi materacami, bezszwowymi, wykonanymi z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowanymi od blatu stołu, z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA, bez świadectwa z laboratorium badawczego?

**Odpowiedź:**

Nie – dokumentacja jak w SIWZ.

**Pytanie nr 42 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o dopuszczalnym obciążeniu dynamicznym 250 kg w każdym roboczym ustawieniu blatu względem kolumny stołu? Jest to obciążenie wystarczające do operowania zdecydowanej większości pacjentów.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 43 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z możliwością uzyskania znacznego wychylenia blatu od kolumny, wynoszącego 1300 mm ?



**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 44 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podporami łonowymi z uchwytem jednopozycyjnym bez przegubu kulowego?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 45 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem z sygnalizacją poziomu naładowania baterii na wyświetlaczu LCD (podawany w zakresie od 0 do 100%) oraz z diodą sygnalizującą konieczność naładowania baterii (dioda wtedy świeci się na kolor czerwony) ? Jest to rozwiązanie znacznie dokładniejsze niż to opisane w punkcie nr 2 tabeli z wymaganymi parametrami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 46 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez dodatkowego sygnału dźwiękowego ostrzegającego przed rozładowaniem akumulatora? Oferowany stół posiada diodową informację o konieczności ładowania akumulatora, dodatkowo stan naładowania akumulatora jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 47 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z alternatywnym napędem hydraulicznym z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, z możliwością sterowania następujących funkcji:

- Regulacja wysokości
- Przechył boczny
- Przechył wzdłużny
- Oparcie pleców
- Wypiętrzenie klatki piersiowej ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 48 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o długości z blatem 2035 mm ? Pragniemy zauważyć, że różnica między parametrem wymaganym a oferowanym nie ma żadnego wpływu na warunki eksploatacyjne stołu.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taką długość blatu.

**Pytanie nr 49 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez napędu alternatywnego, ale z dodatkowym panelem sterowania na kolumnie, umożliwiającym sterowanie tymi samymi funkcjami co z pilota przewodowego?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 50 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o zakresie regulacji wysokości (z materacem) 740 – 1140 mm ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 51 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podnóżkami z możliwością rozchylania o kąt 180<sup>0</sup>, blokowanymi przy pomocy pokręteł? Jest to praktyczne i bezpieczne rozwiązanie.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 52 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o doskonałych własnościach jezdnych dzięki 4 kołom jezdnych (o średnicy 125 mm,) zamontowanych w podstawie w kształcie prostokąta?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 53 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z systemem blokowania kół jezdnych w postaci centralnej blokady uruchamianej i zwalnianej za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie stołu? Pragniemy zauważyć, że takie rozwiązanie również gwarantuje pewne blokowanie stołu.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści takie blokowanie stołu.

**Pytanie nr 54 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z miękkimi materacami, bezszwowymi, wykonanymi z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowanymi od blatu stołu, z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA, bez świadectwa z laboratorium badawczego?

**Odpowiedź:**

Nie – dokumentacja jak w SIWZ.

**Pytanie nr 55 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z możliwością uzyskania znacznego wychylenia blatu od kolumny, wynoszącego 1300 mm ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 56 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez uchwytów podudzia z uchwytem mocującym, ale z pasami podudzia (podnóża) z klamrą?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 57 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w poz. 4 - Sygnał wizualny (na wyświetlaczu) przed całkowitym rozładowaniem baterii?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 58 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 10 - Zakres regulacji wysokości (bez materaca) od 720 do 1080 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 59 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 11 - Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 350 do 700?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 60 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 12 - Zakres regulacji podglówka min od - 450 do 250?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 61 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 13 - Regulacja przechyłu bocznego min +/- 200?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 62 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 14 - Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 300?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 63 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 16 - Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° - podnóżki blokowane przy pomocy dźwigni?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 64 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 17 - Wypiętrzenie ławeczki nerkowej oparcia pleców na wysokości min. 100 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 65 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 20 - Dobre własności jezdne stołu dzięki 4 kołom jezdnyom umieszczonym w podstawie. Podstawa umożliwiająca wygodną pracę operatora?

**Odpowiedź:**

Opis podstawy zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 66 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 21 - System blokowania kół jezdnych przy pomocy dźwigni w podstawie stołu, blokująca jednym ruchem wszystkie koła jednocześnie?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taki stół.

**Pytanie nr 67 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 22 - kolumnę stołu wykonaną ze stali kwasoodpornej z silikonową osłoną przegubu oraz podstawę stołu wykonaną z odpornego na uderzenia i środki czyszczące tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 68 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 23 - materace przeciwdleżynowe, antystatyczne z pamięcią kształtu, łatwo odejmowane. Wykonane technika bezszwową, nie posiadającą świadectwa na zawartość aktywnego srebra redukującego bakterie E coli i MRSA – bez świadectwa z laboratorium badawczego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 69 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 24 - Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu min. 185 kg w każdym roboczym ustawieniu blatu względem kolumny stołu?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 70 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 27 - Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 250 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 71 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 29 - Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1250 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 72 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 4 - Sygnał wizualny (na wyświetlaczu) przed całkowitym rozładowaniem baterii?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 73 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 10 - Zakres regulacji wysokości (bez materaca) od 720 do 1080 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 74 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 11 - Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 350 do 700?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 75 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 12 - Zakres regulacji podglówka min od - 450 do 250?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 76 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 13 - Regulacja przechyłu bocznego min +/- 200?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 77 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 14 - Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 300?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 78 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 16 - Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° - podnóżki blokowane przy pomocy dźwigni?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 79 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 17 - Wypiętrzenie ławeczki nerkowej oparcia pleców na wysokości min. 100 mm?

**Odpowiedź:**

Nie – ławeczka nerkowa nie dotyczy opisanego w SIWZ stołu.

**Pytanie nr 80 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 20 - Dobre własności jezdne stołu dzięki 4 kołom jezdnyom umieszczonym w podstawie. Podstawa umożliwiająca wygodną pracę operatora?

**Odpowiedź:**

Dotyczy poz. 19 a nie 20 – Opis podstawy zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 81 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 21 - System blokowania kół jezdnych przy pomocy dźwigni w podstawie stołu, blokująca jednym ruchem wszystkie koła jednocześnie?

**Odpowiedź:**

Dotyczy poz. 20 a nie 21 – Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 81 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 22 - kolumnę stołu wykonaną ze stali kwasoodpornej z silikonową osłoną przegubu oraz podstawę stołu wykonaną z odpornego na uderzenia i środki czyszczące tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Dotyczy poz. 21 a nie 22 – Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 83 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 23 - materace przeciwoślizgowe, antystatyczne z pamięcią kształtu, łatwo odejmowane. Wykonane technika bezszwowa, nie posiadająca świadectwa na zawartość aktywnego srebra redukującego bakterie E coli i MRSA – bez świadectwa z laboratorium badawczego?

**Odpowiedź:**

Dotyczy poz. 22 a nie 23 – Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 84 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 24 - Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu min. 185 kg w każdym roboczym ustawieniu blatu względem kolumny stołu?

**Odpowiedź:**

Dotyczy poz. 23 a nie 24 – Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 85 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 27 - Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 250 mm?

**Odpowiedź:**

Dotyczy poz. 26 a nie 27 – Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 86 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 - stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem w - poz. 29 - Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1250 mm?

**Odpowiedź:**

Dotyczy poz. 28 a nie 29 – Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 87 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez postawiony wymóg w punkcie nr 7 tabeli – DANE PODSTAWOWE, należy rozumieć, że producent oferowanego urządzenia lub oferent winien posiadać wdrożony system zarządzania ISO 9001 oraz ISO 13485.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia: certyfikat jakości ISO 9001 wystawiony dla Producenta urządzenia lub Oferenta; certyfikat EN ISO 13485 wystawiony dla urządzenia (wyrobu medycznego).

**Pytanie nr 88 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający możliwość konfiguracji blatu w pozycji odwróconej z pilotem przewodowy bez przycisku do zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówek i podnóżków? Dotyczy punktu 2 oraz 3 tabeli technicznej.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 89 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez dodatkowego sygnału dźwiękowego ostrzegającego przed całkowitym rozładowaniem baterii?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 90 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający alternatywny napęd hydrauliczny z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego z wyłączeniem jedynie funkcji poziomowania blatu oraz zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówek i podnóżków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 91 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający alternatywny napęd hydrauliczny z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego z wyłączeniem jedynie funkcji poziomowania blatu?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 92 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego długość wynosi 2000 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 93 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.



**Pytanie nr 94 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30 stopni do +80 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 95 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych blatu w zakresie +/- 25 stopni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 96 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga w zakresie 30 stopni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 97 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w podnóżki z możliwością rozchylania – blokowane za pomocą zacisków śrubowych – pokręteł?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie blokowanie.

**Pytanie nr 98 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem 5 segmentowym w następującej konfiguracji: segment podgłówek, segment oparcia pleców dwuczęściowy - dzielony poprzez wypiętrzenie, segment siedziska oraz segment podnóżków 2 – częściowy dzielony wzdłużnie z możliwością mocowania do segmentu oparcia pleców (zamiennie z podgłówkiem)?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 99 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podgłówek ręcznie za pomocą skokowego mechanizmu zapadkowego?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 100 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą w kształcie prostokąta, umożliwiającą pełny dostęp do leżącego pacjenta?

**Odpowiedź:**

Opis podstawy zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 101 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Obecnie czołowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia. Faktyczną barierą dla producentów stołów operacyjnych przed powszechnym stosowaniem odlewów metali lekkich w konstrukcji blatów jest duży koszt wdrożenia technologii (konieczność wykonania drogich form), akceptowalny jedynie dla modeli średniej i wyższej klasy produkowanych w większej skali.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 102 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej pokryte materiałem antystatycznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści - jeśli zostaną spełnione pozostałe wymagania dotyczące materacy.

**Pytanie nr 103 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace posiadające właściwości antibakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwdrożdżynowe, poświadczone stosownym oświadczeniem producenta, jednak bez domieszki aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA potwierdzone świadectwem z laboratorium?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 104 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego masa nie przekracza 280 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 105 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego konstrukcja umożliwia uzyskanie znacznego wychylenia blatu z pacjentem poza kolumnę przy wykorzystaniu przesuwu wzdłużnego oraz poprzez odwróconą konfigurację blatu na długości 1420 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 106 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pasem tułowia mocowanym na rzepy, bez klamer?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 107 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pasem na nadgarstek mocowanym do stołu za pomocą uchwytu do szyny akcesoryjnej oraz z mocowaniem ręki za pomocą wygodnych rzepów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 108 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pasem uda mocowanym na rzepy, bez klamer?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 109 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy zgodnie z punktem 29 tabeli technicznej Zamawiający wymaga zaoferowania stołu operacyjnego wyposażonego w system do ogrzewania ciała pacjenta wraz z jednostką sterującą oraz matą grzewczą z przepływającą wewnątrz niej wodą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje wielokrotnego użytku maty grzewczej z jednostką sterującą. Mata z możliwością położenia na stole operacyjnym i ułożenia na niej pacjenta.

**Pytanie nr 110 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjny z matą grzewczą o wymiarach 170 x 50 cm?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru długości maty do +20%. Szerokość maty – jak w opisie SIWZ.

**Pytanie nr 111 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez postawiony wymóg w punkcie nr 7 tabeli – DANE PODSTAWOWE, należy rozumieć, że producent oferowanego urządzenia lub oferent winien posiadać wdrożony system zarządzania ISO 9001 oraz ISO 13485.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia: certyfikat jakości ISO 9001 wystawiony dla Producenta urządzenia lub Oferenta; certyfikat EN ISO 13485 wystawiony dla urządzenia (wyrobu medycznego).

**Pytanie nr 112 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjny z regulacją wypiętrzenia ławeczki nerkowej w sposób mechaniczny (mechanizmem korbowym)?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 113 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania wypiętrzenia lędźwiowego tj. pozycji flex do 210 stopni, przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym zamiast ławeczki nerkowej? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 114 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez dodatkowego sygnału dźwiękowego ostrzegającego przed całkowitym rozładowaniem baterii?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 115 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający alternatywny napęd hydrauliczny z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego z wyłączeniem jedynie funkcji poziomowania blatu, zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnózków oraz wypiętrzenia ławeczki nerkowej, czy funkcji flex?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wyłączenie funkcji poziomowanie blatu.

**Pytanie nr 116 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego długość wynosi 2000 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taki stół.

**Pytanie nr 117- dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taki stół.

**Pytanie nr 118 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30 stopni do +80 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 119 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych blatu w zakresie +/- 25 stopni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 120 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga w zakresie 30 stopni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 121 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w podnóżki z możliwością rozchylenia – blokowane za pomocą zacisków śrubowych – pokręteł?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taki stół.

**Pytanie nr 122 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podgłówkiem płytowym wyposażonym w listwy montażowe na dwóch bokach, bez dodatkowej listwy za głową pacjenta?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 123 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem 5 segmentowym w następującej konfiguracji: segment podgłówka, segment oparcia pleców dwuczęściowy - dzielony poprzez wypiętrzenie, segment siedziska oraz segment podnóżków 2 – częściowy dzielony wzdłużnie z możliwością mocowania do segmentu oparcia pleców (zamiennie z podgłówkiem)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taki stół.

**Pytanie nr 124 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podgłówka ręcznie za pomocą skokowego mechanizmu zapadkowego?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 125 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą w kształcie prostokąta, umożliwiającą pełny dostęp do leżącego pacjenta?

**Odpowiedź:**

Opis podstawy jak w SIWZ.

**Pytanie nr 126 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Obecnie czołowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia. Faktyczną barierą dla producentów stołów operacyjnych przed powszechnym stosowaniem odlewów metali lekkich w konstrukcji blatów jest duży koszt wdrożenia technologii (konieczność wykonania drogich form), akceptowalny jedynie dla modeli średniej i wyższej klasy produkowanych w większej skali.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 127 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej pokryte materiałem antystatycznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści - jeśli zostaną spełnione pozostałe wymogi dotyczące materacy.

**Pytanie nr 128 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace posiadające właściwości antybakteryjne, przeciwwgrzybiczne oraz przeciwdrożdżynowe, poświadczone stosownym oświadczeniem producenta, jednak bez domieszki aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA potwierdzone świadectwem z laboratorium?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 129 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego masa nie przekracza 280 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 130 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego konstrukcja umożliwia uzyskanie znacznego wychylenia blatu z pacjentem poza kolumnę przy wykorzystaniu przesuwu wzdłużnego oraz poprzez odwróconą konfigurację blatu na długości 1420 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 131 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z pasem tułowia mocowanym na rzepy, bez klamer?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 132 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z pasem na nadgarstek mocowanym do stołu za pomocą uchwytu do szyny akcesoryjnej oraz z mocowaniem ręki za pomocą wygodnych rzepów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 133 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z pasem uda mocowanym na rzepy, bez klamer?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego stołu.

**Pytanie nr 134 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy zgodnie z punktem 30 tabeli technicznej Zamawiający wymaga zaferowania stołu operacyjnego wyposażonego w system do ogrzewania ciała pacjenta wraz z jednostką sterującą oraz matą grzewczą z przepływającą wewnątrz niej wodą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje wielokrotnego użytku maty grzewczej z jednostką sterującą. Mata z możliwością położenia na stole operacyjnym i ułożenia na niej pacjenta.

**Pytanie nr 135 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z matą grzewczą o wymiarach 170 x 50 cm?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru długości maty do +20%. Szerokość maty – jak w opisie SIWZ.

**Pytanie nr 136 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny wyposażony w uchwyty podudzia z uchwytem mocującym wielopozycyjnym?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki stół.

**Pytanie nr 137- dotyczy zapisów SIWZ.**

Czy z uwagi na fakt, iż firmowe opracowania producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dokumentów określonych w rozdziale VIII SIWZ i nie dopuszcza złożenia oświadczenia w tym zakresie. Wszystkie wymagane parametry mają mieć odzwierciedlenie w materiałach informacyjnych.

**Pytanie nr 138 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy dostarczony pilot w stole ma być wyposażony we wskaźniki diodowe stanu naładowania baterii i diodę sygnalizacyjną podczas ładowania baterii z sieci elektrycznej oraz przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków z diodami wskazującymi kierunek ustawienia głowy pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza taki pilot.

**Pytanie nr 139 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający może doprecyzować jakiej maty grzewczej oczekuje na stół operacyjny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje wielokrotnego użytku maty grzewczej z jednostką sterującą. Mata z możliwością położenia na stole operacyjnym i ułożenia na niej pacjenta.

**Pytanie nr 140 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczona mata grzewcza na stół oparta była na systemie ogrzewania kontaktowego oraz technologii włókien węglowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opisaną matę nie wymaga.

**Pytanie nr 141 - dotyczy Pakietu nr 1 - Załącznik nr 1a.**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji dostawy stołu do 6 tygodni?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

**Pytanie nr 142 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy dostarczony pilot w stole ma być wyposażony we wskaźniki diodowe stanu naładowania baterii i diodę sygnalizacyjną podczas ładowania baterii z sieci elektrycznej oraz przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków z diodami wskazującymi kierunek ustawienia głowy pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opisany pilot.



**Pytanie nr 143 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania stół z blatem 5-segmentowym składającym się z:

- podgłówek płytowy z dodatkową listwą montażową za głowę pacjenta
- segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej; podział segmentu – od strony głowy 2 części długości, od strony siedziska 1 część długości
- segment lędźwiowy
- segment nóg dwuczęściowy

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opisany stół.

**Pytanie nr 144 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający może doprecyzować jakiej maty grzewczej oczekuje na stół operacyjny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje wielokrotnego użytku maty grzewczej z jednostką sterującą. Mata z możliwością położenia na stole operacyjnym i ułożenia na niej pacjenta.

**Pytanie nr 145 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczona mata grzewcza na stół oparta była na systemie ogrzewania kontaktowego oraz technologii włókien węglowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza taką matę nie wymaga.

**Pytanie nr 146 - dotyczy Pakietu nr 2 - Załącznik nr 1b.**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji dostawy stołu do 6 tygodni?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

**PROKURENT**  
**DYREKTOR ds. ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH**  
**Karolina Filipowska**