



WSS/KG/ 370 /DOPKiZP/MW/ 85 /16

Tychy, dn. 01.03.2016r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej jałowej, jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala (nr sprawy: 5/16/ZP/PN).**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy **Pakiet nr 1, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego o gramaturze 12 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie czepki.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy **Pakiet nr 1, poz. 2, 3, 4** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalnego, wiązanego na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup>, część górna przewiewna z polipropylenu o gramaturze 10 g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy **Pakiet nr 1, poz. 7** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej, posiadającej od strony wewnętrznej piankowy pasek zapobiegający parowaniu okularów, maseczka spełnia wymogi normy EN 14683( typ IIR).Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**MEGREZ Sp. z o.o.**

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 17 848 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



**Pytanie nr 4**

Dotyczy **Pakiet nr 1, poz. 8** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej, posiadającej od strony wewnętrznej miękką piankowy pasek zapobiegający parowaniu okularów. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy **Pakiet nr 1, poz. 1,2,3,4,5,6,7,8**, - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów pakowanych w kartoniki, następnie w kartony zbiorcze, zabezpieczające produkty przed uszkodzeniem.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy **Pakiet nr 2, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich fartuchów.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy **Pakiet nr 2, poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z polipropylenu poleczonych PE. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy **Pakiet nr 2, poz. 4** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na buty wykonanych z polietylenu, jednorazowego użytku, o zwyczajnym spodzie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy **Pakiet nr 2, poz. 1,2,3,4** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów pakowanych w worek foliowy i kartony zbiorcze.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10**

Dotyczy **Pakiet nr 4, poz. 1, 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów typu SMMMS, szwy wykonane techniką ultradźwiękową w górnej części fartucha i klejone w pozostałej części. Rozmiary od S/M do XXL. Posiadające trzy naklejki posiadające nr katalogowy, lot i data ważności na opakowaniu jednostkowym do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11**

Dotyczy **Pakiet nr 5** - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu podania grubości folii polietylenowej stanowiącej wzmocnienie w przedniej części fartucha. Fartuch zgodny z normą EN13795 cz. 1-3, która nie wymaga określenia grubości folii stanowiącej wzmocnienie fartucha.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 12**

Dotyczy **Pakiet nr 5** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o rozmiarze od S/M do 2XLL. Posiadające trzy naklejki posiadające nr katalogowy, lot i data ważności na opakowaniu jednostkowym do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozmiar jeśli pozostałe wymagania są zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 13**

Dotyczy Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów wzorca umownego w par. 4 ust 9 z treści „max. 24 godz.” na „max. 48 godz.”. Powyższą prośbę motywujemy faktem, iż zapis w aktualnym kształcie jest krzywdzący w stosunku do Wykonawców, którzy mają swoje siedziby, a więc dokonują dostaw z miejsc w istotnej odległości od siedziby Zamawiającego. Takie ukształtowanie warunków wykonywania zamówień nie leży w zgodzie z zasadami normowanymi przez ustawę Prawo zamówień publicznych – a konkretnie art. 7.1 ustawy, w myśl którego postępowanie przetargowe powinno być przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Tytułem tego należy stwierdzić, iż Wykonawcy posiadający swoje siedziby w mniejszej odległości od siedziby Zamawiającego znajdują się w lepszej sytuacji startowej – ewentualnie poniosą niższe koszty transportu, przez co są w stanie podczas wyceny produktów uwzględnić przewagę nad pozostałymi Wykonawcami. Jeśli zapis będzie wskazywał na termin maksimum 48 godzin, zasada równego traktowania wykonawców będzie zachowana w istotniejszym stopniu, a co za tym idzie – liczba Wykonawców potencjalnie startujących z ofertami w postępowaniu przetargowym się zwiększy, poprawiając możliwości Zamawiającego w kwestii wyboru zoptymalizowanych ze względu na czynniki kosztowo-jakościowe ofert. W związku z powyższymi argumentami, prosimy Zamawiającego o rozważenie stanowiska odnośnie treści wzorca umownego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów chirurgicznych jałowych, pełnobarierowych z tkaniny typu SMS, w strefie krytycznej szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w rozmiarach: L, LL, XL, XLL będących szwedzkimi odpowiednikami rozmiarów: M, L, XL, XXL? Fartuchy spełniają pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza odpowiedniki rozmiarów, jednocześnie podtrzymując pozostałe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy Pakietów nr 4, 5, 6** - Wnioskujemy o modyfikację SIWZ poprzez odstąpienie od wymogu załączenia „*certyfikatu z procesu walidacji sterylizacji wyrobu*”. Wskazujemy, iż zapis taki skutkuje znacznym ograniczeniem konkurencji i nie znajduje w naszej ocenie uzasadnienia merytorycznego – szczególnie w świetle zapisów ustawy o wyrobach medycznych. Podkreślamy że właściwym dokumentem dla procesu walidacji jest raport procesu walidacji a nie certyfikat walidacji. Raport taki odnosi się do konkretnych wyrobów, do miejsca przeprowadzenia procesu, do urządzeń (w tym sterylizatora) którym się posługiwano, do specyfikacji procesu sterylizacji. Powinien ponadto podawać „strony” uczestniczące w badaniach, ocenie i zatwierdzających wyniki. Ponadto podtrzymanie wymogu załączenia dokumentu o nazwie „*certyfiakat z procesu walidacji*” skutkować będzie koniecznością zweryfikowania tego dokumentu przez Zamawiającego w procesie oceny ofert, co wiąże się z powołaniem biegłego w tej materii i w konsekwencji poniesieniem przez niego dodatkowych kosztów. Raport taki jest weryfikowany bowiem przez jednostki notyfikowane odpowiedzialne za znakowanie wyrobów medycznych znakiem CE.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy Pakietów nr 4, 5, 6** - W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o merytoryczne uzasadnienie żądania dostarczenia *certyfikatu z procesu walidacji sterylizacji wyrobu* i jego wpływu na wybór oferty. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o nie rozpatrywanie tego pytania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17**

**Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca zakończonego elastyczną gumką w zestawie z dodatkową gumką do mocowania, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 18**

**Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca w rozmiarze 17x200cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19****Dotyczy zapisów umowy**

Par. 4 ust.1 pkt a), b), c) – prosimy o zmianę zapisów o naliczaniu kar na poniższy:

a) w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia w realizacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień opóźnienia,

b) w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień opóźnienia,

c) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca”.

bądź zaproponowaniu zapisu równoważnego odnoszącego się do naliczenia kar adekwatnych do zaniechań w nieprzestrzeganiu przez Wykonawcę postanowień umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 20**

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 dopuści fartuch jednorazowego użytku, higieniczny o gramaturze min. 24g/m<sup>2</sup>, rękawy ściągane gumką?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takich fartuchów.

**Pytanie nr 21**

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 2 dopuści jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony - niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmacniany wewnątrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45g/m<sup>2</sup>. Odporność na przeniknięcie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H<sub>2</sub>O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 40x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrznie workiem z folii PE?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 22**

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 3 dopuści ochraniacze na buty z flizeliny o gramaturze min. 30 g/m<sup>2</sup>, jednorazowego użytku, antypoślizgowe?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23**

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 4 w pozycji nr 1 dopuści jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 49,5 cm H<sub>2</sub>O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 40x40cm . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) a' 50 sztuk zabezpieczone dodatkowo wewnątrznie workiem z folii PE?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24**

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 4 w pozycji nr 2 dopuści jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony - niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmocniany wewnątrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45g/m<sup>2</sup>. Odporność na przeniknięcie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H<sub>2</sub>O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 40x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) a'50 sztuk zabezpieczone dodatkowo wewnątrznie workiem z folii PE?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25**

Pakiet nr 4 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów chirurgicznych dotychczasowo dostarczanych do Zamawiającego wykonanych z materiału typu SMS, u góry zapinanych na rzep, fartuch dodatkowo owinięty w papier krepowy lub włókninę. Opakowanie jednostkowe folia-papier z widocznym rozmiarem i numerem katalogowym, na opakowaniu trzy nalepki z datą ważności, datą sterylizacji, kodem kreskowym, numerem LOT oraz nazwą producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26**

Pakiet nr 4 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów chirurgicznych wzmocnionych dotychczasowo dostarczanych do Zamawiającego wykonanych z materiału typu SMS, u góry zapinanych na rzep fartuch dodatkowo owinięty w papier krepowy lub włókninę. Opakowanie jednostkowe folia-papier z widocznym rozmiarem i numerem katalogowym, na opakowaniu trzy nalepki z datą ważności, datą sterylizacji, kodem kreskowym, numerem LOT oraz nazwą producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 27**

Pakiet 8 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania pokrowiec na ramię „C” w rozmiarze 156x265 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 28**

Pakiet 8 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania pokrowca w rozmiarze 60x60 cm , ściągniętego gumką?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 29**

Pakiet 8 poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sterylne go pokrowca na przewody w rozmiarze 14x250 cm z jednej strony wykończona w kartonik z drugiej zaś taśmami lepny mi?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 30**

Pakiet 8 poz. 1-3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania produkty posiadające na opakowaniu nr katalogowy oraz rozmiar? Data ważności znajduję się na trzech nalepkach.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 31**

SIWZ par. 7 pkt. 1 b - Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na załączenie do oferty przetargowej referencji wystawionych na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, sprzętu jednorazowego użytku, jednorazowych wyrobów z włókniny, obłożeń, fartuchów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 32****Pakiet 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści czepki z gumką lateksową, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 33****Pakiet 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści czepek ze wstawką antypotną w części czołowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 34****Pakiet 1, poz. 5, 7-8**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzielili w/w pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 35**

**Pakiet 2, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści taki fartuch.

**Pytanie nr 36**

**Pakiet 2, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki fartuch.

**Pytanie nr 37**

**Pakiet 2, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki fartuch.

**Pytanie nr 38**

**Pakiet 2, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowany na całej powierzchni, spełniający pozostałe wymagania zgodne z siwz?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki fartuch.

**Pytanie nr 39**

**Pakiet 2, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Jeżeli Wykonawcy chodziło o poz. nr 3 to Zamawiający dopuści takie ochraniacze.

**Pytanie nr 40**

**Pakiet 2, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze standardowe bez warstwy antypoślizgowej, spełniające pozostałe wymagania zgodne z siwz?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 41**

**Pakiet 3, poz. 1** - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 42**

**Pakiet 3, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści koszule z włókniny SMS o gramaturze 33g/m<sup>2</sup>, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 43**

**Pakiet 3, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie ubranie.

**Pytanie nr 44**

**Pakiet 3, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści ubranie 3 kieszeniami, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie ubranie.



**Pytanie nr 45**

**Pakiet 4, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny zapinany na rzep w okolicy karku o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, z dwoma rękawkami włóknowymi, rozmiar fartucha widnieje w nr katalogowym, który jest umieszczony na nalepce służącej do wklejania do dokumentacji medycznej, pozostałe wymagania zgodne z opisem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 46****Pakiet 4, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny zapinany na rzep w okolicy karku o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocnienia 38g/m<sup>2</sup>, z dwoma rękawkami włóknowymi, rozmiar fartucha widnieje w nr katalogowym, który jest umieszczony na nalepce służącej do wklejania do dokumentacji medycznej, , pozostałe wymagania zgodne z opisem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 47****Pakiet 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG:

\* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>. Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

\* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>. Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

\* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 48**

**Pakiet 8, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 16 cm x 200 cm spełniający pozostałe wymagania w siwz?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki pokrowiec.

**Pytanie nr 49**

**Pakiet nr 4 - Poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 50**

**Pakiet nr 4 - Poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienia o gramaturze 38-40 g/m<sup>2</sup> spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Oferowane przez nas fartuchy i obłożenia spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 51**

PAKIET 1 poz. 1-5 - Czy zamawiający dopuści czepki pakowane a 100 szt. w opakowania foliowe?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 52**

PAKIET 1, poz. 3 - Czy zamawiający dopuści czepkę z warstwą przeciwpotną, wiązaną na troki, bez ściągacza, pakowane w opakowanie foliowe a 100 szt. pozostałe parametry zgodnie z siwz?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 53**

PAKIET 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz. 5-8 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 54**

PAKIET 1 poz. 5 - Czy zamawiający dopuści czepkę wkładany na głowę, bez taśmy wchłaniającej pot o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> pakowane w opakowanie foliowe a 100 szt. pozostałe parametry zgodnie z siwz?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 55**

Pakiet nr 2 - Czy zamawiający dopuści fartuch ochronny 25 g/m<sup>2</sup> z bawełnianym rękawem ze ściągaczem?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 56**

Pakiet nr 2 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 2?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 57**

**Pakiet 4, 5** - Czy Zamawiający dopuści możliwość dołączenia do oferty raportu (zamiast certyfikatu) z procesu walidacji sterylizacji wyrobu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 58****Pakiet 4. Poz. 1 – 19 340-19 342, 19 344**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego, jałowego, pełnobarierowego z elastycznymi mankietami z dzianiny? Fartuch u góry zapinany na rzep z dużą możliwością regulacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązany na troki umieszczone w specjalnym kartoniku, który umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – z zachowaniem pełnej sterylności przedniej i tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Długość fartucha: 120 cm (S/M), 130 cm (L), 150 cm XL, 150 cm Large (XXL). Materiał typu SMMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, zgodny z normą EN13795 cz.1-3. Z każdym fartuchem 2 rękawiczki celulozowe. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem, na 2 nalepkach służących do umieszczenia na dokumentacji pacjenta znajduje się nr katalogowy, nr serii, data ważności oraz dane producenta. Fartuch bez kauczuku i kalafonii. Pakowany w worek (opakowania wewnętrzne) i karton (opakowanie zewnętrzne) – do 52 szt. w opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 59****Pakiet 4. Poz. 2 – 19 350-19 352, 19 354**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego, jałowego, pełnobarierowego z elastycznymi mankietami z dzianiny? Materiał typu SMMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, zgodny z normą EN13795 cz.1-3. Z Posiada dodatkowe nieprzemakalne wstawki – wzmocnienia w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia z przodu 42 g/m<sup>2</sup>, na rękawach 40,5 g/m<sup>2</sup>. Fartuch u góry zapinany na rzep z dużą możliwością regulacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązany na troki umieszczone w specjalnym kartoniku, który umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – z zachowaniem pełnej sterylności przedniej i tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Długość fartucha: 120 cm (S/M), 130 cm (L), 150 cm XL, 150 cm Large (XXL). Z każdym fartuchem 2 rękawiczki celulozowe. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem, na 2 nalepkach służących do umieszczenia na dokumentacji pacjenta znajduje się nr katalogowy, nr serii, data ważności oraz dane producenta. Fartuch bez kauczuku i kalafonii. Pakowany w worek (opakowania wewnętrzne) i karton (opakowanie zewnętrzne)- do 48 szt. w opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 60****Pakiet 5. Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>? W przedniej części wzmocnienia wykonane z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gram. 42 g/m<sup>2</sup>, rękawy wzmocnione dwuwarstwowym nieprzemakalnym laminatem o gram. 40,5 g/m<sup>2</sup>. Długość fartucha: 130 cm (L), 150 cm (XL), 150 cm Large (XXL)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 61**

**PAKIET NR 2 - Poz. Nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartucha higienicznego o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 62**

**PAKIET NR 2 - Poz. Nr 4-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania ochraniaczy na buty wykonanych z włókniny z antypoślizgową foliową aplikacją od strony podeszwy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 63**

**PAKIET NR 2 - Poz. 1-4-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania produktów pakowanych bezpiecznie do transportu i magazynowania:

- Poz. 1-2 w worek foliowy ( opakowanie wew) i karton (opakowanie zew) oraz
- Poz. 3-4- w pojedynczy karton z dyspenserem?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 64**

**PAKIET NR 3 - Poz. Nr 1-2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania bluz lekarskich oraz koszul przedoperacyjnych będących wyrobem higienicznym? Prośba nasza wynika z faktu, iż producent koszul oraz bluz zakwalifikował je jako wyroby użytkowe i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie są wyrobami medycznymi.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 65**

**PAKIET NR 3 - Poz. nr 3-**

- a) czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania ubrań chirurgicznych spełniających wymagania siwz, jednakże w kolorze niebieskim i różowym

**LUB**

- b) ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS, w których bluza posiada 3 kieszenie, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

- a) Tak, Zamawiający dopuszcza;  
b) Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 66**

**PAKIET NR 6 - Poz. Nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartucha chirurgicznego posiadającego w części przedniej nieprzemakalną folię polietylenową o gram. min. 45 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 67**

**PAKIET NR 7 - Poz. Nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawów do zabiegów na stopie/ dłoni posiadającego w swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 320 x 245 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 68**

**PAKIET NR 7 - Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na dłoni i stopie posiadającego dodatkowo w swoim składzie serwetę nieprzylepną w rozmiarze 100 x 175 cm oraz 2 ręczniki celulozowe?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 69**

**PAKIET NR 7 - Poz. nr 9-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowych serwet podstawowych posiadającego w swoim składzie serwetę samoprzylepną w rozmiarze 170 x 175 cm ( w miejsce serwety 160 x 170 cm) oraz serwetę samoprzylepną 150 x 240 cm ( w miejsce serwety 150 x 250 cm)? Pozostałe parametry i skład bez zmian

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 70**

**PAKIET NR 7 - Poz. nr 13** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca typu „rzep” w rozmiarze 2 x 23 cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 71**

**PAKIET NR 7 - Poz. nr 17-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii posiadającego serwetę główną w rozmiarze 250 x 310 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 72**

**PAKIET NR 7 - Poz. nr 22-** zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, którą z serwet z wycięciem „U” należy zaoferować w/w pozycji – trójwarstwową 250 x 200 cm czy dwuwarstwową 150 x 240 cm? Prośba nasza wynika z faktu, iż w pozycji tej znajduje się opis obydwu serwet.

**Odpowiedź:**

Zaszła omyłka – Zamawiający wymaga serwety „U” 3-warstwowej 250x200.

**Pytanie nr 73**

**PAKIET NR 7 - Poz. nr 30-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii wykonanego z laminatu 2- warstwowego (folia polietylenowa- włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 74**

**PAKIET NR 7 - Poz. nr 32-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia po epiziotomii posiadającego w swoim składzie pęsetę chirurgiczną standardową prostą 14 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 75**

**PAKIET NR 7 - Poz. nr 36-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do alloplastyki stawu biodrowego posiadającego w swoim składzie folię chirurgiczną w rozmiarze 35 x 40 cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 76**

**PAKIET NR 7 - Poz. nr 36-** prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający pisząc strzykawka typu Redon oczekuje zaferowania strzykawki typu Żaneta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę typu „ŻANETA”.

**Pytanie nr 77**

**PAKIET NR 9 - Poz. Nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu zabiegowego pakowanego w opakowanie handlowe a' 30 szt.?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 78**

**PAKIET NR 9 - Poz. Nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu zabiegowego posiadającego w swoim składzie serwety włókninowe spełniające wymogi normy EN 13795 cz. 1-3? Prośba nasza wynika z faktu, iż proponowany zestaw jest zestawem ambulatoryjnym i wobec niego nie ma zastosowania w/w norma?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 79**

**PAKIET NR 9 - Poz. nr 4-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pianki do oczyszczania skóry dopuszczonej do obrotu na podstawie Ustawy o kosmetykach?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 80**

**PAKIET NR 11 - Poz. Nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do cewnikowania pakowanego w opakowanie handlowe a' 27 szt. i następującym składzie:

Skład zestawu: \*

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm

5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3)

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ø10 cm

1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)

1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana)

1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

1 x woda sterylna w ampułce 20 ml

1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinęty mankiet)  
Opakowanie Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki. \*  
Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki zestaw.

**Pytanie nr 81**

**PAKIET NR 11 - Poz. Nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów pakowanego w opakowanie handlowe a' 30 szt. i następującym składzie i sposobie pakowania:

Skład zestawu: \*

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm

6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3)

1 x igłotrzymacz 12 cm

1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm

1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)

1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2 , różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2 , zielona (zapakowana)

1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przyklepnym otworem 5 cm x 10cm

1 x serweta włókninowa nieprzyklepna 60 cm x 60 cm

Opakowanie Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki zestaw.

**Pytanie nr 82**

**PAKIET NR 11 - Poz. Nr 3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych myjek będących wyrobem higienicznym dopuszczonych do obrotu na podstawie świadectwa Jakości Zdrowotnej wydanego przez PZH?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści takie myjki.

**Pytanie nr 83**

**PROJEKT UMOWY - § 7, ust. 2-** wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §7 ust. 2a do kwoty 0,1% wartości opóźnionej części zamówienia,
- §7 ust. 2b do kwoty 0,1% wartości reklamowanej części zamówienia
- §7 ust. 2c do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 84**

**Dotyczy zapisów SIWZ: Rozdział VIII, ust. 1, punkt B**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy złożenie wraz ofertą katalogów, ulotek, folderów/opisów technicznych, kart technicznych będzie uważane za spełnienie warunków dotyczących złożenia dokumentów wymaganych w tym punkcie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 85****Dotyczy zapisów SIWZ: Rozdział VIII, ust. 1, punkt B**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dotyczącego dołączenia do oferty **Certyfikatu z procesu walidacji sterylizacji**, ze względu na fakt, iż producenci sterylnych wyrobów medycznych nie udostępniają dystrybutorom w/w certyfikatu, który stanowi dokument wewnętrzny firmy. W związku z wymogiem dołączenia do oferty w/w certyfikatu znaczna część dystrybutorów nie będzie mogła przystąpić do postępowania przetargowego, co stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 86****Dotyczy zapisów SIWZ - załącznik nr 2 – Oferta przetargowa**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie maksymalnego terminu dostaw do Szpitala do 2 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydłuży terminu dostawy.

**Pytanie nr 87****Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 4 do SIWZ - §7, ust. 2**

Wnosimy o dokonanie zmian we wzorze umowy oraz zmianę zakwestionowanych zapisów specyfikacji, umożliwiając nam przystąpienie do przetargu, w taki sposób aby zachodziła równość stron i aby ewentualna realizacja umowy w określonych przypadkach nie wyrządziła szkody wykonawcy. Przewidziane w §7, ust. 2 wzoru umowy kary umowne za opóźnienie w dostawie oraz wymianie towaru, naliczane w wysokości 0,1% od wartości brutto całej umowy za każdy dzień opóźnienia, nie mniej niż 10,00 zł, uznać należy jako rażąco wygórowane. Kara sama w sobie nie daje gwarancji zapewnienia terminowej dostawy towaru, a tym samym zapobieżenia wyrządzenia szkody zamawiającemu.

W związku z powyższym, prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zmiany zapisu dotyczącego naliczania kar umownych (§7, ust. 2). Proponujemy, aby kary naliczane były w wysokości 1 % od wartości danego (niezrealizowanego, niedostarczonego itp.) zamówienia , danej reklamacji (wadliwego, reklamowanego itp. asortymentu).

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 88**

**Pakiet nr 2, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich fartuchów.

**Pytanie nr 89**

**Pakiet nr 2, poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m<sup>2</sup> posiadających nieprzemakalne wstawki w części przedniej fartucha i na rękawach.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich fartuchów.



**Pytanie nr 90**

**Pakiet nr 2, poz. 3** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji ochraniaczy na obuwie z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup> nie posiadających dodatkowego molotu antypoślizgowego.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich ochraniaczy.

**Pytanie nr 91**

**Pakiet nr 2, poz. 3** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji ochraniaczy na obuwie z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie ochraniacze jeśli pozostałe wymogi SIWZ zostaną spełnione.

**Pytanie nr 92****Dot. pakietu nr: 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 17g/m<sup>2</sup>? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takich fartuchów.

**Pytanie nr 93****Dot. pakietu nr: 2, poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści wyroby pakowane w pojedynczy karton a następnie w worki zgodnie ze sposobem konfekcjonowania dla wybranego asortymentu?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 94****Dot. pakietu nr: 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne o następujących parametrach:

- trzy kieszenie
- wykonane z włókniny typu SMS o gram. 45g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 95****Dot. pakietu nr: 3, poz. 3**

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję i utworzy z niej odrębny pakiet? Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyłączy pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 96****Dot. pakietu nr: 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących parametrach:

- wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35 gram/m<sup>2</sup>
- pakowane z dwoma rękawkami z włókniny kompresowej i dodatkowo zawijane w papier do sterylizacji w pojedynczym kartonowym opakowaniu transportowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 97****Dot. pakietu nr: 4, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących parametrach:

- wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35 gram/m<sup>2</sup> ze wzmocnieniami o gram. 40g/m<sup>2</sup>
- pakowane z dwoma ręcznikami z włókniny kompresowej i dodatkowo zawijane w papier do sterylizacji w pojedynczym kartonowym opakowaniu transportowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 98****Dot. pakietu nr: 7, poz. 9**

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję z pakietu z jednoczesnym dopuszczeniem następującego zestawu:

- wykonany z włókniny foliowanej wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 73 g/m<sup>2</sup> i składzie:

serweta z przylepcem	1	L3	240x150
serweta z przylepcem	1	L3	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L3	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyłączy pozycji z pakietu i nie dopuści takiego zestawu.

**Pytanie nr 99****Dot. pakietu nr: 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta FB gram. 42g/m <sup>2</sup>	75x45cm	1
serweta L2 gram. 56g/m <sup>2</sup> 50x60cm z otworem 10cm	50x60cm;Ø10cm	1
strzykawka 3ml	3ml	1
strzykawka 5ml	5ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,5x25mm	0,5x25mm	1
kompres z włókniny 30 gram, 4W	7,5x7,5cm	10
Opatrunek Fixopore S	5x7,2cm	1
penseta plastikowa	13 cm	1

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 100****Dot. pakietu nr: 9, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta z laminatu FB	45x75cm	1
serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10
tupfer kula 17N	20x20cm	10
pęseta plastikowa	13 cm	1
strzykawka 10ml	10ml	1
strzykawka 20ml	20ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1
ostrze nr 11	Nr 11	1
imadło metalowe	13 cm	1

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 101**

**Dot. pakietu nr: 9, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta z laminatu FB gra. 42g/m2	45x75cm	1
serweta z laminatu L2 gram. 56 g/m2, 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10
tupfer kula 17N	20x20cm	10
pęseta plastikowa	13 cm	1
strzykawka 10ml	10ml	1
strzykawka 20ml	20ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1
ostrze nr 11	Nr 11	1
imadło metalowe	13 cm	1

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 102**

**Dot. pakietu nr: 9, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści piankę w opakowaniu 500 ml z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 103****Dot. pakietu nr: 9, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści piankę niezawierającą kreatyny, ale zawierającą składniki aktywne tj. biokompleks lniany, D-pantenol czy betainę cukrową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 104****Dot. pakietu nr: 11, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1
Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1
Rękawice nitrylowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	5
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8
Pęseta plastikowa	13 cm	1
Pean plastikowy	14 cm (+/-0,3)	1
Pojemnik plastikowy	125 ml	1
Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1
Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 105****Pytania do projektu umowy:**

Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości minimalnych. Zamówienia będą realizowane wg bieżących potrzeb.

**Pytanie nr 106****Pytania do projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 lit. a) kara umowna naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

### **Pytanie nr 107**

#### **Pytania do projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 lit. c) kara umowna naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „*mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone*”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

#### **Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

### **Pytanie nr 108**

**Dotyczy Pakiet 8, Poz. 1** – Czy zamawiający dopuści pokrowiec na ramię „C” do aparatu Rtg jednorazowego użytku, sterylne, o wym. 104 x 230 cm w kształcie worka, składany teleskopowo do mocowania na ramieniu C aparatu RTG, na opakowaniu wyraźnie oznaczony rozmiar i data ważności, renomowanej firmy co pozwoli złożyć korzystną cenowo ofertę handlową.

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taki pokrowiec.

### **Pytanie nr 109**

**Dotyczy Pakiet 8, Poz. 3** – Czy zamawiający dopuści pokrowiec na przewody jednorazowego użytku, sterylne, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach, perforowana końcówka, karton ułatwiający zakładanie. Wymiary 235 x 13 cm, na opakowaniu wyraźnie oznaczony rozmiar i data ważności, renomowanej firmy co pozwoli złożyć korzystną cenowo ofertę handlową.

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taki pokrowiec.

### **Pytanie nr 110**

**Dotyczy Pakiet 8, Poz. 3** - Jako producent sprzętu medycznego najwyższej jakości, mamy w ofercie kilka wersji pokrowców na ramię C, dostosowanych do różnych preferencji użytkownika. Prosimy o doprecyzowanie parametru, który nie został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia, a który z punktu widzenia użytkownika jest niezwykle istotny. Czy oferowany pokrowiec ma posiadać rozcięcie o długości 137 cm ułatwiające zakładanie pokrowca.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie nr 111**

**Dotyczy Pakiet 12, Poz. 1** – Czy zamawiający dopuści jednorazowy podkład chłonący wilgoć z wkładem żelowym, pełnobarierowy, o chłonności 1850ml/m<sup>2</sup>, pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, ograniczający przykry zapach, wykonany z min. 3 warstw, warstwa zewnętrzna spojna z rdzeniem chłonnym, rozmiar 76 x 101 cm, bez lateksu, renomowanej firmy co pozwoli złożyć korzystną cenowo ofertę handlową.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takich podkładów i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 112**

**Dotyczy Pakiet 12, Poz. 2** - Czy zamawiający dopuści jednorazowy podkład chłonący wilgoć z wkładem żelowym, pełnobarierowy, o chłonności 1850ml/m<sup>2</sup>, pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, ograniczający przykry zapach, wykonany z min. 3 warstw, warstwa zewnętrzna spojna z rdzeniem chłonnym, rozmiar 76 x 101 cm, bez lateksu, renomowanej firmy co pozwoli złożyć korzystną cenowo ofertę handlową.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takich podkładów i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 113**

**Dotyczy Pakiet 12, Poz. 3** – Czy zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny, 3 – warstwową zintegrowaną na całej powierzchni chłonnej bez przeszyc, samowygładzająca się, wykonana z włókniny, absorbcyjna warstwa środkowa wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, o chłonności dużo wyższej od wymagań a mianowicie 1850ml/m<sup>2</sup> (min. 4000ml na całej warstwie chłonnej), w rozmiarze 101 x 228cm, rdzeń chłonny o długości 51 x 228cm (rdzeń na całej długości) zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego niebieskiego laminatu chroniącego dodatkowo stół przed zabrudzeniem, warstwa spodnia pełnobarierowa. W zestawie jednorazowa niesterylna serweta transportowa o wymiarach 101 x 203 cm o wytrzymałości powyżej 250kg, niepylący materiał podstawowy o dużej wytrzymałości, renomowanej firmy co pozwoli złożyć korzystną cenowo ofertę handlową.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści takich podkładów i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 114**

**Dotyczy Pakiet 8, Poz. 1 – 3** Prosimy o dostąpienie od wymogu opisanego pod pakietem tj. „opakowanie jednostkowe musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii i rozmiar w postaci dwóch naklejek do umieszczenia na dokumentacji pacjenta” ze względu na brak kontaktu wyspecyfikowanego asortymentu z pacjentem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**PROKURENT**  
**Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych**  
*Karolina Filipowska*