



WSS/KG/ 900 /DOPKiZP/MW/ 282 /16

Tychy, dn. 18.05.2016r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku na potrzeby Szpitala (nr sprawy: 18/16/ZP/PN).

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Pakietu nr 62, Poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 5 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości ofert, a tym samym uzyskanie lepszej ceny?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 5 z pakietu nr 62. W załączeniu nowy pakiet nr 62A i 62B oraz nowy druk oferta. Wadium: 62A – 460,00 zł; 62B – 140,00 zł. Wykaz dostaw: 62A – 14 700,00 zł; 62B – 4 500,00 zł.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 51 - Jako autoryzowany dystrybutor firmy GE Healthcare, aby mieć możliwość złożenia ważnej oferty zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 51, pozycji n 3. Prośbę swą motywujemy faktem, iż wymieniony w pozycji kabel nie jest produktem w/w producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 3 z pakietu nr 51. W załączeniu nowy pakiet nr 51A i 51B oraz nowy druk oferta. Wadium: 51A – 10,00 zł; 51B – 10,00 zł. Wykaz dostaw: 51A – 200,00 zł; 51B – 400,00 zł.

Pytanie nr 3

Dotyczy SIWZ, pakiet nr 121 -_Jako autoryzowany dystrybutor firmy GE Healthcare, aby mieć możliwość złożenia ważnej oferty zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 121, pozycji nr 2,3,4 oraz 5. Dodatkowo, aby zaoferować kompatybilne akcesoria, prosimy o podanie informacji do jakiego modelu monitora mają być one przeznaczone?

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 17 848 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 2,3,4,5 z pakietu nr 121. W załączeniu nowy pakiet nr 121A i 121B oraz nowy druk oferta. Wadium: 121A – 1,00 zł; 121B – 59,00 zł. Wykaz dostaw: 121A – 10,00 zł; 121B – 1 890,00 zł. Model monitora: CCM 5/5.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu Nr 62 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 5 tj. okularków do fototerapii wydzielenie pozwole na wystartowanie większej liczbie wykonawców. I dopuszczenie okularków o niżej podanych rozmiarach:

1. Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 45 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 20-28 cm
2. Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 50 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 24-33 cm.
3. Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 60 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 30-38 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w okularki i wyraża zgodę na wydzielenie poz. 5 z pakietu nr 62. W załączeniu nowy pakiet nr 62A i 62B oraz nowy druk oferta. Wadium: 62A – 460,00 zł; 62B – 140,00 zł. Wykaz dostaw: 62A – 14 700,00 zł; 62B – 4 500,00 zł.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 30 pozycji nr 1 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 1 z pakietu nr 30. W załączeniu nowy pakiet nr 30A i 30B oraz nowy druk oferta. Wadium: 30A – 220,00 zł; 30B – 180,00 zł. Wykaz dostaw: 30A – 6 500,00 zł; 30B – 5 200,00 zł.

Pytanie nr 6**Pakiet 17 poz. 6**

Czy w powyższej pozycji Zamawiający wymaga 400 składanek czy też 400 opakowań po 10 sztuk=4000 składanek?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 400 składanek.

Pytanie nr 7**Pakiet 58 poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji równoważnej elektrody o średnicy 50mm, z włókniny. 5mm różnicy w rozmiarze nie powinno stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu elektrody.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8**Pakiet 58 poz. 2,4,5,7**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cenę za 1 opakowanie z zachowaniem ilości określonej w załączniku do SIWZ.

Pytanie nr 9**Pakiet 107 poz. 7,8**

Zwracamy się z prośbą o podanie zakończenia po stronie pacjenta: wtyk bananowy, klamra, zatrask.

Odpowiedź:

Wtyk bananowy.

Pytanie nr 10**Pakiet 118 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o podanie typu wymaganego czujnika: klamra na palec, typ Y.

Odpowiedź:

Klamra na palec.

Pytanie nr 11**Projekt umowy- §4 ust. 8,10**

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości miejsc dostaw dla pakietów 17,58,88,107,118.

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek/ wskazane pomieszczenia? Czy Zamawiający oczekuje rozładania towaru czy też roznoszenia.

Odpowiedź:

2 miejsca dostawy – pomieszczenia magazynów na poziomie -1 i apteki na poziomie – 0. Zamawiający oczekuje rozładowania towarów w w/w pomieszczeniach.

Pytanie nr 12**Projekt umowy- §5 ust. 3,6**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu. Patrz odpowiedź 104 i 84.

Pytanie nr 13**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 90:**

75 szt. taśm do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłaniających, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, porowatość max 1870 μm , porowatości 84 %, gramaturze 48 g/m^2 , wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 14

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ i Formularza asortymentowo – cenowego w zakresie Pakietu Nr 110 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 3 opaski zaciskowej podwójnej zgodnie z wymaganymi parametrami, kompatybilnej z podwójnym zasilaczem zamiast z pojedynczym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ i Formularza asortymentowo – cenowego w zakresie Pakietu Nr 110 - Czy Zamawiający w zamian za dostarczenie próbek nie podlegających zwrotowi wyrazi zgodę na przeprowadzenie prezentacji asortymentu na żądanie w celu oceny zgodności przedmiotu zamówienia z opisem w specyfikacji (Rozdz. VIII pkt 2)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie Pakietu Nr 110 - Czy Zamawiający zmieni termin dostawy z 3 dni na 14 dni (§4 ust. 9 i 13 wzoru umowy, pkt 5 Rozdz. XV SIWZ oraz pkt 2 Formularza ofertowego -zał. Nr 2 do SIWZ) - dot. Pakietu 110?

Biorąc pod uwagę to, iż Zamawiający zakłada, że nie zrealizuje pełnego zakresu asortymentu oraz nie jest w stanie z góry określić terminów zamówienia wnosimy o wydłużenie terminu dostawy. Ze

względu na charakter przedmiotu zamówienia sprzedający zmuszony jest wykonać przedmiot umowy na specjalne zamówienie. W sytuacji kiedy zamówiony asortyment będzie dostępny na stanie magazynowym w momencie złożenia zamówienia dostawa będzie zrealizowana niezwłocznie.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmieni terminu dostawy.

Pytanie nr 17

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie Pakietu Nr 110 - Czy Zamawiający w §4 ust. 10 zmieni godziny dostaw z „do 13:00” na „do 14:00”?

Z uwagi na to , iż wykonywanie dostaw odbywa się poprzez firmy kurierskie prosimy o wydłużenie godzin przyjmowania doręczanego towaru.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie Pakietu Nr 110 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskazywania terminu ważności w stosunku do produktów jakimi są opaski zaciskowe i uciskowe, na które przepisy nie nakładają takiego obowiązku (w §5 ust. 1)?

Obowiązujące przepisy określają jakie produkty mają mieć określoną datę ważności, z uwagi na powyższe wnosimy jak w petitum.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę w odniesieniu do pakietu nr 110.

Pytanie nr 19

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie Pakietu Nr 110 - Czy Zamawiający zmieni §7

- a. ust. 2 lit. a „0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 (...) nie może być mniejsza od 10 zł” na w wysokości „0,5% wartości niedostarczonego towaru”,
- b. ust. 2 lit. b „0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 (...) nie może być mniejsza od 10 zł” na „0,5% wartości reklamowanego towaru”,

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w

zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednocześnie umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 20

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie Pakietu Nr 110 - Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 21

(pakiet nr 33, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści pierścień napinający tęczówkę w rozmiarze 6,3mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 22

PAKIET NR 98 - Poz. nr 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania kleszczyków do zaciskania drenów sklasyfikowanych w klasie I sterylnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 23

Dotyczy pakietu 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z max.3 dni do 5 dni od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydłuży terminu dostawy.

Pytanie nr 24

Czy w Pakiecie nr 26 poz. 3 Zamawiający dopuści kaniulę o rozmiarze: 0,8 x 38mm LUB 0,5x38mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 25

Czy w Pakiecie nr 30 poz. 1 Zamawiający dopuści opaskę silikonową o wymiarach: 3x5mm o dł. 100mm LUB o wymiarach: 3x5mm o długości 80mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści opaskę silikonową o o wymiarach: 3x5mm o dł. 100mm.

Pytanie nr 26

Czy w Pakiecie nr 141 Zamawiający dopuści rozwórki typu „SAUER” ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 27**Pakiet 7, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 22G; 0,7x90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 28**Pakiet 7, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 25Gx90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 29**Pakiet 7, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 22Gx120mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 30**Pakiet 8, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze igłowe 1,00mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 31**Pakiet 10, pozycja 6, 8**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pytanie nr 32**Pakiet 10, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania krwi i preparatów krwiopochodnych z rolkowym regulatorem przepływu bez możliwości podwieszenia drenu na regulatorze, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 33**Pakiet 10, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez miejsca na kolec komory po użyciu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 34**Pakiet 12, pozycja 11, 25, 27, 41**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pytanie nr 35**Pakiet 12, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści Pezzery o długości 400mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 36**Pakiet 12, pozycja 13, 14**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania zaopatrzone w dwa otwory naprzemianległe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 37**Pakiet 12, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z kontrolą odsysania zaopatrzone w dwa otwory naprzemianległe w rozmiarach od CH6 - CH10, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 38**Pakiet 12, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści dreny Kera wykonane z silikonu 45x18cm?

Odpowiedź:

Poz. 15 to nie dren Kera a jeśli wykonawcy chodziło o poz. 18 - nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 39**Pakiet 12, pozycja 29, 30**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z 4 otworami bocznymi, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 40**Pakiet 12, pozycja 32**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki dwunastnicze bez znacznika RTG, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 41**Pakiet 12, pozycja 41**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a wykonane z silikonu o długości roboczej 20 i 40cm bez strzykawki ze sterylną gliceryną?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 42**Pakiet 14, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści mini Spiki z filtrem antybakteryjnym 0,1µm bez zastawki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści bez zastawki, pozostałe parametry zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 43**Pakiet 17, pozycja 4, 8**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pytanie nr 44**Pakiet 18, pozycja 5-7**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pytanie nr 45**Pakiet 25, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maski sterylne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46

Pakiet 25, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 7,62cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47

Pakiet 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstekena wykonane z silikonu w rozmiarach CH 18 i CH 20?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 48

Pakiet 43, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby ustniki posiadały kołnierz uniemożliwiający uszkodzenie aparatu przez zęby chorego oraz załączenia próbek na potwierdzenie parametru?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, nie oczekuje.

Pytanie nr 49

Pakiet 44, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz sterylne z drenem 90cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 50

Pakiet 44, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe z podziałem: damskie i męskie?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ tj. S, M, L.

Pytanie nr 51

Pakiet 44, pozycja 13,17,19,21-22,26

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pytanie nr 52

Pakiet 44, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny z kartonowym kołnierzem?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 53

Pakiet 44, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści aparatu pokazujące przepływ 600/900/1200?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 54**Pakiet 57, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o grubości 0,02 mm o wymiarach 71 cm x 180 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 55**Pakiet 57, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowo-foliowy w kolorze białym lub niebieskim?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 56**Pakiet 57, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 58 cm i długości 50 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 57**Pakiet 57, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 60 cm i długości 80 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 58**Pakiet 57, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści podkład foliowo-polipropylenowy?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 59**Pakiet 57, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści chustę o wym. 96 cm x 96 cm x 136 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 60**Pakiet 57, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 60 cm i długości 80 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 61**Pakiet 57, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 62**Pakiet 62, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opaski w kolorze niebieskim i różowym, spełniające pozostałe wymagania SIW?Z

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 63**Pakiet 85, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 64**Pakiet 114, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy o wymiarach 16cm x 26 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 65**Pakiet 114, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy o wymiarach 13cm x 14 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 66**Pakiet 114, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy o wymiarach 7,5cm x 13 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 67**Pakiet 127, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kaczki o pojemności 1200ml?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 68**Pakiet 127, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate małe i duże?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 69

Dotyczy wzoru umowy §7, ust. 2, punkt a): Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: „w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych danego pakietu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona zmiany zapisu.

Pytanie nr 70

Dotyczy wzoru umowy §7, ust. 2, punkt b): Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: „w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, na który została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona zmiany zapisu.

Pytanie nr 71**Zadanie nr 8, pozycja nr 1**

Czy Zamawiający dopuści igły motylek w opakowaniu papier- folia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 72**Zadanie nr 8, pozycja nr 5, 6, 7**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze aktywowane poprzez dociśnięcie nakłuwacza do opuszka palca?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 73**Zadanie nr 104, pozycja nr 1**

Czy Zamawiający dopuści stapler z szywką o wymiarach 6,4x4 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 26 pozycji nr 1 i 2 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert na te pozycje?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pytanie nr 75

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 27, poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli jednorazowy nóż prosty – kąt ścięcia 15 stopni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający ma na myśli jednorazowy nóż prosty – kąt ścięcia 15 stopni.

Pytanie nr 76

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 27, poz. 3 -_Czy Zamawiający dopuści nóż CRESCENT jednostronnie ostrzony o rozmiarze 2,3mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 77

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 28, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga noża do witrektomii przedniej dopuszczonego do stosowania przez producenta aparatu będącego na wyposażeniu Zamawiającego, tj. Infiniti Vision System?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje noża do witrektomii przedniej kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Infiniti firmy Alcon.

Pytanie nr 78

dotyczy zapisów pkt. VIII. 2) (powtórzony pkt. 2) SIWZ a pkt. XII. 16. SIWZ oraz zapisów zawartych w Formularzu Oferty Przetargowej pkt. 4, a także zapisów § 5 ust. 2 wzoru umowy:

Zwracam się o wyjaśnienie/ doprecyzowanie wymaganego przez Zamawiającego minimalnego okresu ważności oferowanego asortymentu. W SIWZ podano 12 i 24 miesiące.

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie poprzez określenie minimalnego wymaganego terminu ważności na 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga min. 12 miesięcy terminu ważności.

Pytanie nr 79

dotyczy zapisów pkt. XII. 16. SIWZ a pkt. XV. 5. SIWZ oraz zapisów zawartych w Formularzu Oferty Przetargowej pkt. 2, a także zapisów § 4 ust. 9 wzoru umowy:

Zwracam się o wyjaśnienie/ doprecyzowanie wymaganego przez Zamawiającego maksymalnego czasu dostawy. W SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ podano dwa różne terminy (2 dni robocze oraz 3 dni robocze).

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie minimalnego czasu dostawy na 3 dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje czas dostawy max. 3 dni robocze, tak jak jest podane w zał. 5 wzór umowy §4 ust. 9 i zał. nr 2 – oferta przetargowa.

Pytanie nr 80

dotyczy zapisów § 4 ust. 10 wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do godz. 14.00.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do godz. 14.00.

Pytanie nr 81

dotyczy zapisów § 4 ust. 10 i 11 wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od konieczności informowania Zamawiającego o terminie dostawy w każdym przypadku, na rzecz informowania w sytuacjach problematycznych (np. opóźnienia w dostawach lub ewentualnych brakach towaru na rynku). Każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o terminie dostawy jest dla Wykonawcy, ze względów logistycznych, trudne do realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od konieczności informowania Zamawiającego o terminie dostawy w każdym przypadku, na rzecz informowania w sytuacjach problematycznych (np. opóźnienia w dostawach lub ewentualnych brakach towaru na rynku).

Pytanie nr 82**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 2. wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie netto pozostanie w wysokości określonej w ust. 1. W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy bez konieczności zawierania przez Strony Umowy aneksu.”.

Propozycja pozwoli na lepszą współpracę Stron w związku z wykonywaniem umowy – Strony unikną konieczności podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zmianą wysokości wynagrodzenia wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi proponowaną zmianę.

Pytanie nr 83**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 7. wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie narusza postanowień niniejszej umowy. Niezłożenie zamówienia w okresie obowiązywania umowy na przedmiot umowy w co najmniej 80% ilości określonej w załączniku nr 1 stanowi podstawę do dochodzenia przez Wykonawcę wykonania umowy w pozostałej części oraz innych roszczeń finansowych.”.

Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%. Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia”. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem jego wielkości umożliwi Wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 84**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 5 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający w terminie 4 dni od przyjęcia dostawy lub stwierdzenia wady, powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, a w przypadku reklamacji jakościowej odeśle do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy wadliwy towar. Wykonawca uzupełni braki ilościowe w ciągu 2 dni roboczych, natomiast w przypadku reklamacji jakościowej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania reklamowanego, wadliwego towaru rozpatrzy reklamację i w przypadku jej uznania w ciągu 2 dni roboczych odeśle do Zamawiającego towar wolny od wad.”.

Zmiana precyzuje etapy postępowania reklamacyjnego – stwierdzenie wady, rozpatrzenie reklamacji oraz ewentualna wymiana towaru na wolny od wad. Ponadto, Wykonawca może rozpatrzyć reklamację jakościową dopiero w momencie kiedy otrzyma reklamowany towar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany, natomiast zmieni umowę w sposób następujący:

*„§5 ust. 3 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, że dostarczony przedmiot umowy nie posiada oznakowania określonego w §5 ust. 1, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym lub innych wad – Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który nie później niż w terminie 3 dni roboczych **od daty otrzymania zawiadomienia** uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub, **w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zakwestionowanego przedmiotu umowy** wymieni przedmiot umowy na nieposiadający wad. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nieusunięcia wad lub usterek albo w przypadku wystąpienia nowych, zastosowanie ma procedura opisana w zdaniu poprzedzającym.”*

Pytanie nr 85**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą o usunięcie ze wzoru umowy § 5 ust. 6.

W związku z całościowym uregulowaniem procedury reklamacyjnej w zmienionym §5 ust. 3 przedmiotowe postanowienie staje się bezprzedmiotowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 86**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 6 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Dniem zapłaty powinien być dzień uznania rachunku Wykonawcy jako wierzyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 87**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 7 ust. 2 lit. a) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy częściowej.”

Nie ma żadnego uzasadnienia aby kara umowna w przypadku opóźnienia w dostawie towaru naliczana była od wartości umowy – taka kara umowna będzie rażąco wygórowana i będzie naruszała zasadę równowagi Stron umowy wzajemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 88**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 7 ust. 2 lit. b) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto reklamowanego towaru, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji.”

Nie ma żadnego uzasadnienia aby kara umowna w przypadku ewentualnej wadliwości dostawy naliczana była od wartości umowy – taka kara umowna będzie rażąco wygórowana i będzie naruszała zasadę równowagi Stron umowy wzajemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 89**dotyczy zapisów § 7 ust. 2, d) wzoru umowy:**

Zwracam się o dodanie zapisu, iż Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu interwencyjnego oraz powstałą różnicę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 90

Dot. Pakietu nr 27, poz. 2

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu o najwyższej jakości, zwracam się do Zamawiającego o możliwość dopuszczenia w poz. 2 Pakietu nr 27 noży jednorazowych do otwarcia komory przedniej w rozmiarach 2,5mm lub 2,65mm (wymagane 2,2). Tak nieznaczna różnica w żaden sposób nie wpłynie na wartość użytkową produktu, ani prace Zespołu operacyjnego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 91

Dot. Pakietu nr 125, poz. 8,9, 10

Pakiet 125 składa się z 23 pozycji. Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 125 pozycji 8 oraz 9. Pragniemy zaoferować produkty z pozycji 8, 9, 10 o najwyższej jakości od włoskiego producenta, które **spełniają wszystkie wymagania SIWZ**.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pytanie nr 92**PAKIET nr 15 – pojemniki**

Czy Zamawiający mając na uwadze powyższe wydzieli z pakietu 15 pozycje : 9 i 10 i utworzy z nich odrębny pakiet?.

Wydzielenie do oddzielnego pakietu pojemników na krew oraz zestawów do WR będzie skutkować większą konkurencyjnością ofert a co się z tym wiąże niższą ceną najkorzystniejszej z nich. Z góry dziękujemy.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pytanie nr 93

Pakiet 15, Pozycja 6 - Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 pojemników na badania histopatologiczne, jednorazowego użytku, nie sterylne, wykonane z twardego PP lub PS, o pojemności 3,4 litra, zamykane, z możliwością otwarcia, o średnicy całkowitej górnej 184mm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 94

Pakiet 15, Pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z plastiku z przykrywą i rączką, **szczelnie zamykane na zatrzaskowe uchwyty** o pojemności 6L i wymiarach: **29cm x 20cm x 19cm**, przeznaczone do transportu krwi do laboratorium, wielorazowego użytku, łatwe do utrzymania czystości i dezynfekcji, gładkie nie porowate, niesterylne.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 95**Pytania do umowy:**

§2, ust. 1 - Zgodnie z § 2 ust. 1 projektu umowy „Umowa będzie realizowana sukcesywnie przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia

umowy tj. do dnia bądź wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w §3 ust. 1.”

Prosimy o zmianę poprzez dodanie zapisu „w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej”.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu umowy, że przedłużenie okresu realizacji w przypadku nie wyczerpania asortymentu, nie może być dłuższe niż 3 miesiące od dnia zakończenia umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 96

§7, ust. 2a, b - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej części zamówienia/przedmiotu umowy na który została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 97

§7, ust. 2c - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 98**Pytania do SIWZ:**

Pakiet nr 4, poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek do podawania tuberkuliny z oznaczeniem „TUB” zawartym w nr katalogowym nadrukowanym na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 99**Pakiet nr 36, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych z łącznikiem nieprzeźroczystym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 100

Pakiet nr 58, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycji elektrod dla noworodków o średnicy 30 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 101

dot. Projektu Umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ:

1. Dot. §5 ust. 1 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„1. Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać oznakowanie ~~w języku polskim~~ informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta, numerze serii ~~i sposobie przechowywania.~~”

Uzasadnienie: Nazwa handlowa wyrobu, który chcemy Państwu zaoferować jest nazwą handlową w języku angielskim, natomiast informacje na temat sposobu przechowywania wyrobu są zawarte w Instrukcji Obsługi. W związku z powyższym prosimy o modyfikację.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 102

Dot. §7 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych **do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody.**

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,1% **wartości niezrealizowanej dostawy wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy,** za każdy dzień **zwłoki opóźnienia** w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień **zwłoki opóźnienia,**

b) w wysokości 0,1% **wartości niezrealizowanej dostawy wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy** dotyczącego pakietu, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień **zwłoki opóźnienia** w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień **zwłoki opóźnienia,**

c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

d) w wysokości różnicy pomiędzy ceną określoną w załączniku nr 1 (asortymentowo – cenowym) a ceną zakupu interwencyjnego, w przypadku konieczności dokonania zakupu interwencyjnego na podstawie § 4 ust 12 niniejszej umowy,

e) w wysokości ~~10%~~ **5%** wynagrodzenia brutto od nierealizowanej części umowy, w przypadku niezrealizowania w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem

oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„3. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto zrealizowanej części umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości zrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do

odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości zrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia przekraczający 30 dni ponad termin płatności określony w umowie,

6. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 103

Paragraf 7 ust. 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na:

„Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,1% brutto zamówienia, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza niż 10,00 zł. za każdy dzień zwłoki,

b) w wysokości 0,1% brutto towaru reklamowanego, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza niż 10,00 zł. za każdy dzień zwłoki,

~~e) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto od nierealizowanej części umowy, w przypadku niezrealizowania w całości dostawy, w zakresie zgodnym z zamówieniem. Prosimy o wykreślenie pkt c z umowy.~~

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.

Pytanie nr 104

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni terminu rozpatrzenia reklamacji natomiast dokona zmiany postanowienia w poniższy sposób:

*„§5 ust. 6. Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który ją rozpatrzy w terminie do 3 dni roboczych od dnia **otrzymania** pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną wymieni reklamowany przedmiot umowy na nieposiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji.”*

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona takiej modyfikacji.

Pytanie nr 106

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od **5,00 zł** za każdy dzień opóźnienia **oraz nie większa niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy częściowej danego pakietu**

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy dotyczącego pakietu, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od **5,00 zł** za każdy dzień opóźnienia **oraz nie większa niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy**

c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej części** niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.

Pytanie nr 107

Pakiet nr 82, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści rozmiary S, M, L, XL?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 108

Pakiet nr 82, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści rozmiary S, M, L?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 109

Pakiet nr 82, poz. 4 – Czy Zamawiający chce, aby komora nawilżacza posiadała konstrukcję zapobiegającą nadmiernemu gromadzeniu się kondensatu w obwodzie oddechowym oraz dren zasilający do wody o długości 1,2m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką konstrukcję.

Pytanie nr 110

Pakiet nr 82, poz. 6 – Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego o następującym składzie:

- odcinek wdechowy podgrzewany o długości 1,2m, \varnothing 10mm
- odcinek wydechowy
- generator
- odcinek do pomiaru ciśnienia o długości 2,1m,
- zestaw 3 końcówek nosowych
- odcinek łączący nawilżacz z aparatem

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 111

Pakiet nr 82, poz. 6 – Czy Zamawiający wymaga, aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza.

Pytanie nr 112

Pakiet nr 82, poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści czapeczkę w rozmiarze 000-9 zamiast paskowego mocowania?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 113**Dotyczy PAKIETU Nr 49 – CZUJNIKI DO PULSKOKSYMETRU**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o podanie rodzaju połączenia między kablem a mankietem jakiego wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:

Złączka typ „motylek”

Pytanie nr 114**Dotyczy Pakietu nr 52 – AKCESORIA DO INKUBATORÓW**

Jako wieloletni, autoryzowany dystrybutor oryginalnych czujników i urządzeń w technologii saturacji Masimo SET, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 52 pozycji nr 4, 5, 6 i 8 i utworzenie z tych pozycji osobnego pakietu. Zagwarantuje to Zamawiającemu najkorzystniejszą cenowo ofertę z uwagi na bezpośrednią dystrybucję w/w czujników. Oferta złożona przez pośrednika może być często mniej korzystna ekonomicznie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 4, 5, 6 i 8 z pakietu nr 52. W załączeniu nowy pakiet nr 52A i 52B oraz nowy druk oferta. Wadium: 52A – 650,00 zł; 52B – 1 850,00 zł. Wykaz dostaw: 52A – 22 300,00 zł; 52B – 59 700,00 zł.

Pytanie nr 115**Dotyczy PAKIETU Nr 121 - AKCESORIA DO Datex – Ohmeda**

Jako wieloletni dystrybutor oryginalnych akcesoriów marki GE Healthcare producenta Datex-Ohmeda zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 i 6 gdyż nie są to akcesoria dedykowane do Datex-Ohmeda i uniemożliwiają złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzielili tylko poz. 1 poz. z pakietu, poz. nr 6 pozostaje bez zmian. W załączeniu nowy pakiet nr 121A i 121B oraz nowy druk oferta. Wadium: 121A – 1,00 zł; 121B – 59,00 zł. Wykaz dostaw: 121A – 10,00 zł; 121B – 1 890,00 zł.

Pytanie nr 116**Pakiet 73**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 73 pozycji nr 1,2,3 co pozwoli na złożenie nam konkurencyjnej cenowo oferty oraz dopuszczenie w pozycji nr 1 cewnika do żył centralnych o następujących parametrach:

Cewnik dwuswiatłowy 7Fr/20 cm poliuretanowy (16,16 Ga), igła cienkościenna ostra 18Ga-6,35 cm, prowadnica drucziana 0,032”-60 cm, rozszerzadło, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące

W pozycji nr 2 cewnika do żył centralnych o następujących parametrach:

Cewnik trzyświatłowy 7Fr/20 cm poliuretanowy (18,18,16 Ga), igła cienkościenna ostra 18Ga-6,35 cm, prowadnica druciana 0,032"-60 cm, rozszerzadło, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące
W pozycji nr 3 cewnika do żył centralnych o następujących parametrach:

Cewnik czteroświatłowy 8,5Fr/20 cm poliuretanowy (18,14,18,16 Ga), igła cienkościenna ostra 18Ga-6,35 cm, prowadnica druciana 0,032"-60 cm, rozszerzadło, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

Pytanie nr 117

Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw częściowych do 4 dni roboczych.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydłużył terminu dostawy.

Pytanie nr 118

Dotyczy SIWZ - Zwracam się z prośbą o możliwość usunięcia w załączniku nr 2 do SIWZ pakietów, w których Wykonawca nie bierze udziału i pozostawienie jedynie tych, w zakresie których składa ofertę. Pozwoli to na zmniejszeniu objętości oferty.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119

Dotyczy wzoru umowy - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu w §5 ust. 3 do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydłużył terminu.

Pytanie nr 120

Dotyczy oraz wzoru umowy - Prosimy o modyfikację §7 ust. 2c) wzoru umowy w następujący sposób: *„w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części danego pakietu, w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet, bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.

Pytanie nr 121

Dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu §4 ust. 7 wzoru umowy poprzez dodanie zdania o następującym brzmieniu *„z zastrzeżeniem, że ograniczenie zamówień asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy nie będzie większe niż 20% wartości/ ilości asortymentu wskazanego w niniejszej umowie.”?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmodyfikowania wskazanego zapisu.

Pytanie nr 122

Dotyczy wzoru umowy - Prosimy o wykreślenie zapisów §5 ust. 8 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wykreślił zapisów §5 ust. 8 wzoru umowy.

Pytanie nr 123

Dotyczy wzoru umowy - Prosimy o wykreślenie zapisów §9 ust. 3 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wykreśli zapisów §9 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 124

Dotyczy wzoru umowy - Prosimy o modyfikację §11 wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.

Pytanie nr 125

Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy - Zwracam się z prośbą o dopisanie do rozdziału XVIII pkt. 2 SIWZ i §2 ust. 2 projektu umowy zastrzeżenia o treści: *„o maksymalnie 6 miesięcy”*.

Odpowiedź:

Zamawiający dopisze i pkt otrzymuje brzmienie:

„§2 ust. 2 Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania jej pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym z przyczyn niezależnych po stronie Wykonawcy o okres maksymalnie 6 miesięcy”.

Pytanie nr 126

Dotyczy wzoru umowy - Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust. 2a) na: *„w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki w jej realizacji.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.

Pytanie nr 127

Dotyczy wzoru umowy - Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust. 2b) na: *„w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanego sprzętu za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.

Pytanie nr 128

Dotyczy części nr 20 - Czy ze względu zmniejszenie ryzyka zakażeń odcewnikowych Zamawiający będzie wymagał, aby oferowane porty bezigłowe miały obudowę przezroczystą pozwalającą na obserwację toru infuzyjnego w łączniku podczas pobierania krwi i płukania a także charakteryzowały się bardzo małym refluksem na poziomie 0,004 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 129

Dotyczy części nr 106 - Czy Zamawiający będzie wymagał żeby cały mankiet był wykonany z materiału przejrzystego pozwalającego na obserwację poziomu płynu w worku a także odporniejszego na pęknięcia niż mankiet gumowy.

Odpowiedź:

Dotyczy pakietu nr 105 a nie 106 - Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 130**Dotyczy pakietu 120.**

Informujemy, że akcesoria w postaci ścianek do inkubatora AIR SIHELDS II CS -90 są już niedostępne.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje informację. Prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.

Pytanie nr 131**Dotyczy pakietu 119, poz. 2.**

Informujemy, że akcesoria w postaci narożników do inkubatora AIR SIHELDS II CS -90 są już niedostępne. Dlatego też, jeżeli Zamawiający jest zainteresowany pozostałymi akcesoriami prosimy o usunięcie pozycji 2 z pakietu 119.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający prosi o wykreślenie pozycji z pakietu.

Pytanie nr 132**Dotyczy pakietu 117, poz. 3.**

Prosimy o wydzielenie poz. 3 do odrębnego pakietu celem złożenia oferty na pozostały asortyment bezpośrednio od producenta.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

Pytanie nr 133**Dotyczy pakietu 83, poz. 6.**

W związku z tym, że czapeczki pakowane są po 5 szt. oraz mając na uwadze ogólną ilość czapeczek, jakiej oczekuje Zamawiający, prosimy o dopuszczenie 60 opakowań (po 5 szt.).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134

Pakiet 48, Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie czujnika przylepnego o przedziale wagowym 1-20 kg lub czujnika piankowego zapinanego na velcro o przedziale wagowym <3 i >30 kg

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego czujnika.

Pytanie nr 135

Pakiet 48, Poz. 3 - Czy Zamawiający ma na myśli czujnik typu Y?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający ma na myśli czujnik typu Y.

Pytanie nr 136**Pakiet 49**

Czy Zamawiający oczekuje mankietów zakończonych złączką typu „luer” czy „motylek”?



Luer



Motylek

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje mankietów zakończonych złączką typu „motylek”.

Pytanie nr 137

Pakiet 51, Poz. 2, 3, 4 - Prosimy o wydzielenie poz. 2, 3, 4 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli tylko poz. Nr 3 z pakietu, poz. 2, 4 pozostają bez zmian. W załączeniu nowy pakiet nr 51A i 51B oraz nowy druk oferta. Wadium: 51A – 10,00 zł; 51B – 10,00 zł. Wykaz dostaw: 51A – 200,00 zł; 51B – 400,00 zł.

Pytanie nr 138

Pakiet 51, Poz. 3 - Czy kabel ma mieć wyjście LNCS czy LNOP?

Odpowiedź:

LNCS.

Pytanie nr 139

Pakiet 51, Poz. 4 - Czy chodzi o czujnik wielorazowego użytku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiającemu chodzi o czujnik wielorazowego użytku.

Pytanie nr 140

Pakiet 52, Poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Prosimy o wydzielenie poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Patrz odp. na pytanie nr 114.

Pytanie nr 141

Pakiet 52, Poz. 4, 5, 6 - Prosimy o podanie jaki moduł posiada Zamawiający w monitorze Delta: Masimo (wyście LNOP lub LNCS), Nellcor czy Nellcor Oximax?

Odpowiedź:

Kardiomonitor Infinity Delta – Masimo wejście LNCS.

Pytanie nr 142

Pakiet 52, Poz. 8

Prosimy o podanie jaki moduł posiada Zamawiający w monitorze Dräger / Simens: Masimo (wyście LNOP lub LNCS), Nellcor czy Nellcor Oximax?

Odpowiedź:

Drager / Simens: Masimo (wyście LNCS)

Pytanie nr 143

Pakiet 61, Poz. 5 - Prosimy o wydzielenie poz. 5 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

W pakiecie nr 61 nie ma poz. 5 a jeśli wykonawca ma na myśli pakiet nr 62 to Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 5 z pakietu nr 62. W załączeniu nowy pakiet nr 62A i 62B oraz nowy druk oferta. Wadium: 62A – 460,00 zł; 62B – 140,00 zł. Wykaz dostaw: 62A – 14 700,00 zł; 62B – 4 500,00 zł.

Pytanie nr 144

Pakiet 61, Poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie okularów typu Y dostępnych w trzech rozmiarach: S (20-30 cm), M (25-35 cm), L (30-40 cm)

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich okularów.

Pytanie nr 145

Pakiet 64, Poz. 3 - Prosimy o wydzielenie poz. 3 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pytanie nr 146

Pakiet 75, Poz. 2 - Prosimy o wydzielenie poz. 2 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pytanie nr 147

Pakiet 75, Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie łyżek światłowodowych wykonanych z tworzywa sztucznego, do rękojeści w zielonym systemie zamka zgodnym z normą ISO7376-3.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich łyżek światłowodowych.

Pytanie nr 148

Pakiet 78, Poz. 1 do 9, 11, 12 - Prosimy o wydzielenie poz. 1 do 9, 11, 12 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pytanie nr 149

Pakiet 78, Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie długości 0,9 m

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 150

Pakiet 78, Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 151

Pakiet 78, Poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości zamienników o szer. 14,5 cm, wykonanych z PU z drenem o dł. 20 cm, bez czerwonej zatyczki, przeznaczonych do dezynfekcji powierzchniowej środkami na bazie alkoholu i innymi.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 152

Pakiet 78, Poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości zamienników o szer. 14,5 cm dla obwodu 35-44 cm, wykonanych z PU z drenem o dł. 20 cm, bez czerwonej zatyczki, przeznaczonych do dezynfekcji powierzchniowej środkami na bazie alkoholu i innymi.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 153

Pakiet 78, Poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 154

Pakiet 78, Poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie długości 0,95 m

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 155

Pakiet 78, Poz. 6 i 7 - Czy Zamawiający stosuje przewody ze złączem starego typu – podwójny pin czy nowego typu – pojedynczy pin?

Odpowiedź:

Nowy typ – pojedynczy pin.

Pytanie nr 156

Pakiet 78, Poz. 8 - Prosimy o dopuszczenie średnicy 10 mm

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 157

Pakiet 78, Poz. 9 - Prosimy o określenie ilości przewodów wielorazowych do podłączania czujników i dopuszczenie dł. 2,4 m?

Odpowiedź:

Zamawiający określa ilość - 5 szt. kabli i nie dopuszcza dł. 2,4m.

Pytanie nr 158

Pakiet 78, Poz. 9 - Prosimy o dopuszczenie czujnika o dł. kabla 90 cm mocowanego za pomocą przylepianego krążka o śr. 30 mm zamiast serduszka

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 159

Pakiet 78, Poz. 11 - Prosimy o dopuszczenie wym. 26-35.5cm, kolor biały z napisami w kolorze niebieskim

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostają zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 160

Pakiet 78, Poz. 12 - Prosimy o dopuszczenie mankietu 35-45cm, kolor biały z napisami w kolorze czerwonym

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostają zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 161

Pakiet 107, poz. 1, 5, 7, 8 - Prosimy o wydzielenie poz. 1, 5, 7, 8, do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

Pytanie nr 162

Pakiet 116, poz. 7 - Prosimy o wydzielenie poz. 7 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

Pytanie nr 163

Pakiet 117, Poz. 1 i 2 - Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

Pytanie nr 164

Pakiet 117, Poz. 1 - Prosimy o określenie modułu w monitorze Vista (Nellcor/ Nellcor oximax lub Masimo) i potwierdzenie czy chodzi o czujnik dla dorosłych?

Odpowiedź:

Nellcor oximax.

Pytanie nr 165

Pakiet 117, Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie wymiaru mankietu 25-35 cm/53 cm (M+) oraz 34-47 cm (L+)

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 166

Pakiet 118 - Czy chodzi o czujnik dla dorosłych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiającemu chodzi o czujnik dla dorosłych.

Pytanie nr 167

Pakiet 119, Poz. 1 - Prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

Pytanie nr 168

Pakiet 121 - Prosimy o podanie modelu posiadanego monitora Datex Ohmeda

Odpowiedź:

CCCM 5/5.

Pytanie nr 169

Pakiet 121, Poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 170

Pakiet 121, Poz. 6 - Czy chodzi o mankiet jednorazowy czy wielorazowy?

Odpowiedź:

Zamawiającemu chodzi o mankiet wielorazowy.

Pytanie nr 171

Pakiet 124, Poz. 3 i 5 - Prosimy o wydzielenie poz. 3 i 5 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

Pytanie nr 172

Pakiet 129, Poz. 1, 3, 4 - Prosimy o wydzielenie poz. 1, 3, 4 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

Pytanie nr 173

Pakiet 129, Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie szerokości 8 cm, dł. 30 cm i długości tasiemki 105 cm

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 174

Pakiet 133, Poz. 1 - Czy chodzi o czujnik Masimo ze złączem LNOP czy LNCS?

Odpowiedź:

LNCS.

Pytanie nr 175

Pakiet 133, Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie sondy poliuretanowej

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 176**Pakiet 135**

Prosimy o dopuszczenie poduszki ślizgowej wykonanej z poliamidu z wypełnieniem poliestrowym, spełniające pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 177

Pakiet 137, Poz. 7, 8, 9, 10, 11 - Prosimy o wydzielenie poz. 7, 8, 9, 10, 11 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

Pytanie nr 178

Pakiet 137, Poz. 8 - Prosimy o dopuszczenie dł. 1,2 m

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 179

Pakiet 137, Poz. 9 - Prosimy o dopuszczenie zamienników z przyszywanym rzepem

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 180

Pakiet 139, Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 - Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

Pytanie nr 181

Pakiet 139, Poz. 1 - Czy czujnik ma być wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego?

Odpowiedź:

Czujnik ma być wpinany bezpośrednio do monitora.

Pytanie nr 182

Pakiet 139, Poz. 3 - Czy chodzi o kabel nierozłączny ?

Odpowiedź:

Kabel do Philips rozłączny (3 odprowadzenia kolorowe).

Pytanie nr 183

Pakiet 139, Poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 27-35 i 35 -44 cm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

W związku z dużą ilością zapytań Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień: 10.06.2016r.** Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W załączeniu:

- sprostowanie do ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji
- SIWZ po zmianach
- zał. nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy - nowy
- zał. nr 2 - formularz oferty – nowy

PROKURENT
Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych
Karolina Filipowska