



WSS/KG/ 835 /DOPKiZP/MW/ 248 /16

Tychy, dn. 06.05.2016r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku na potrzeby Szpitala (nr sprawy: 18/16/ZP/PN).**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1**

**Pakietu nr 62, Poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści okulary jednorazowego użytku do fototerapii, wykonane z nierozciągliwego materiału bez zawartości lateksu, z regulowanym napięciem na rzepy, gwarantującym szczelne przyleganie, z tylną częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka i kształtem okularów redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną, dostępne w trzech rozmiarach: <24cm, od 28 do 34 cm i >34cm ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 2**

**Pakietu nr 75, Poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości ofert, a tym samym uzyskanie lepszej ceny?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 32 poz 1 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C<sub>48</sub>H<sub>50</sub>N<sub>3</sub>NaO<sub>7</sub>S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml, w opakowaniu 6 szt?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki barwnik.

**MEGREZ Sp. z o.o.**

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 17 848 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści Barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami. W ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml, w opakowaniu 6 szt?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści taki barwnik.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 31 błękit trypanu o stężeniu 0.05% w ampułkostrzykawkach o pojemności 0.7 ml, w opakowaniu 6 szt?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy pakiet nr 125 poz. 8** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu elektrody z nożem 2,4 mm, jednorazowego użytku, sterylnej, z dwoma przyciskami, z kablem min. 3m, wtyk trzypinowy? Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do nieodpłatnego użytkowania na czas obowiązywania umowy, w ilości określonej przez Zamawiającego, odpowiadającej ilości aparatów, z którymi te uchwyty będą współpracować odpowiedni adapter umożliwiający właściwe podłączenie oferowanego uchwytu do aparatu ERBE.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w/w uchwyt elektrody wraz z adapterem.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy pakiet nr 67 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy pakiet nr 67 pozycja 1 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 z pakietu 67 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy Pakietu Nr 81** – Sprzęt do użytku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Oddziale Neonatologicznym - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 1,2,10 wydzielenie pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy Pakietu Nr 82** – Sprzęt do użytku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Oddziale Neonatologicznym - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy Pakietu Nr 82 do pozycji nr 2** – Sprzęt do użytku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Oddziale Neonatologicznym - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 maseczek nosowych o następujących rozmiarach S, M, L, XL.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy Pakietu Nr 82 do pozycji nr 3** – Sprzęt do użytku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Oddziale Neonatologicznym - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 3 końcówek donosowych o następujących rozmiarach XS, S, M, L.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 13**

**Pytanie do Pakietu Nr 82 do pozycji nr 9** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 9 w miejsce paskowego mocowania pacjenta czapeczek o obwodach głowy podanych poniżej:

Kolor	Rozmiar	Obwód głowy
Biała	000	16-18
Szara	00	18-20
Różowa	0	20-22
Brązowa	1	22-24
Żółta	2	24-26
Niebieska	3	26-28
Złota	4	28-30
Zielona	5	30-32
Bordowa	6	32-34
Pomarańczowa	7	34-36
Ciemno zielona	8	36-38
Granatowa	9	38-40

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14**

Dotyczy pakietu 19:

ad. 1 Czy Zamawiający dopuści worek urostomijny jednoczęściowy do docięcia w wymiarze 12-55mm z przyklepcem hydrokoloidowym ?

ad. 2 Czy Zamawiający dopuści worek urostomijny jednoczęściowy do docięcia w wymiarze 15-35mm z przyklepcem hydrokoloidowym ?

**Odpowiedź:**

Ad. 1) – Nie, Zamawiający nie dopuści i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ;

Ad. 2) – Nie, Zamawiający nie dopuści i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 15**

Dotyczy pakietu 18 :

ad1. Czy Zamawiający dopuści worek stomijny jednoczęściowy do docięcia w wymiarze 15-60mm ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 18 samych worków ileostomijnych i pasty stomijnej, czyli punktu 5,6,7 i utworzenie nowego zestawu „worki stomijne otwarte +pasta” podobnie jak Zamawiający zrobił to w przypadku worków urostomijnych ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie nr 14** produktu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiołki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający wymaga w **pakiecie 79 (pozycja 2)**, aby zestaw był kompatybilny z pompą EN Amika?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga aby zestaw był kompatybilny z pompą EN Amika posiadaną przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie udziela takiej gwarancji i będzie realizował zamówienia wg bieżących potrzeb.

**Pytanie nr 20**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7 ust. 2 lit. c Wzoru Umowy:

*c) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca?*

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 26 pozycji nr 1 kaniulę oftalmologiczną typu Rycroft 30Gx22 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 26 pozycji nr 2 kaniulę oftalmologiczną do irygacji typu Rycroft 27Gx22 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 26 pozycji nr 3 kaniulę do dróg łzowych 23Gx12,5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 29 olej silikonowy o gęstości (przy 25 ° C) 0,97 g/cm<sup>3</sup>?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 31 0,15% błękit trypanu w ampułkostrzykawce 1,0ml?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 33 pozycji nr 1 dekalinę we fiolce 5 ml?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 33 pozycji nr 1 dekalinę we fiolce 7 ml?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 33 pozycji nr 2 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 31 sterylny roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06%, , zgodny biologicznie roztwór do podawania śródgałkowego stosowany do zabiegów chirurgicznych oka, pakowany w ampułkostrzykawki o pojemności 1,0ml?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 30**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz. 1 igieł do biopsji tkanek miękkich o długości bioptatu 10 mm i długości igły 100 mm. Pozostałe wymagania bez zmian.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 31**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 igieł w rozmiarach poz. 2.) 22G x 1 ½" (0,7 x 38-40mm); poz. 7.) 22G x 3 ½" (0,7x88-90 mm) Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ).

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 32**

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie czy w pakiecie 7 poz. 6 i 8 Zamawiający wymaga zaferowania igieł pakowanych razem z kompatybilną igłą prowadzącą w rozmiarach 20-22G x 38 mm dostosowanych do rozmiaru igły.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 33****Projekt umowy- §2 ust. 2**

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający ustali czas o jaki może zostać przedłużona umowa, maksymalnie na 6 miesięcy.

**Pytanie nr 34****Projekt umowy- §4 ust. 5**

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 35****Projekt umowy- §4 ust. 6**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z projektu umowy zapisów umownych typu: " Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza

asortymentowo – cenowego przy zaznaczeniu, iż nie może być przekroczona kwota brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia za dany pakiet. ”.

Proponowany zapis umowny jest jawnym obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona zmiany.

**Pytanie nr 36**

**Projekt umowy- §7 ust. 2 a,b)**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru (wymiany towaru) do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 7 ust. 2 a i b projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 3 ust.1” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie 0,1% wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy .....% wartości umowy w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani

jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

**Pytanie nr 37**

**Projekt umowy- §7 ust. 2 c)**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 2 c) projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 3 ust.1” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątplenia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

**Pytanie nr 38**

Dotyczy pakietu 125 – akcesoria do elektrochirurgii

Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną, dla dorosłych o powierzchni przewodzenia 110cm<sup>2</sup>, pasującą do aparatów EMED, ERBE, CONMED?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.



**Pytanie nr 39**

Dotyczy pakietu 125 – akcesoria do elektrochirurgii

Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę neutralną, wielorazową, wymiary 30 x 17 cm z kablem o długości maksymalnej 5m pasującym do diatermii ERBE?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 40**

Dotyczy pakietu 125 – akcesoria do elektrochirurgii

Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę neutralną, wielorazową, wymiary 30 x 17 cm z kablem o długości maksymalnej 5m pasującym do diatermii EMED?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 41**

Dotyczy pakietu 125 – akcesoria do elektrochirurgii

Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę neutralną, wielorazową, wymiary 30 x 17 cm z kablem o długości maksymalnej 5m pasującym do diatermii CONMED?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 42**

Dotyczy pakietu 125 – akcesoria do elektrochirurgii

Pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania nóż prosty do uchwytu elektrody o długości 150-155mm, jednorazowy, sterylny do uchwytu 2,4mm, izolowany na długości ok. 11cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 43**

Dotyczy pakietu 125 – akcesoria do elektrochirurgii

Pozycja 17 i 23. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu 24 pozycji 17 i 23 i pozostawienie w pakiecie akcesoriów do aparatów Emed, Erbe, Conmed.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 44**

Dotyczy pakietu 132 – akcesoria do elektrochirurgii.

Pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrody 4mm, wielorazowego użytku nadający się do sterylizacji, do aparatu Emed, dł. kabla 3m lub 5m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w pozycji nr 7 wymaga kabla do elektrody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 45**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz.1 igłę do biopsji tkanek miękkich w rozmiarze 18G/80mm lub 18G/100mm o długości biopsji w dwu opcjach 15mm i 22mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie nr 46**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz.2 igłę do biopsji tkanek miękkich w rozmiarze 18G/160mm lub długości bioptatu w dwu opcjach 15mm i 22mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza 18G/160 i 22mm bioptatu.

**Pytanie nr 47**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz.3 igłę do biopsji tkanek miękkich w rozmiarze 18G/200mm o długości bioptatu w dwu opcjach 15mm i 22mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza 18G/200 i 22mm bioptatu.

**Pytanie nr 48**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz.4 igłę do biopsji tkanek miękkich w rozmiarze 14G/80mm lub 14G/100mm o długości bioptatu w dwu opcjach 15mm i 22mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie nr 49**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz.5 igłę do biopsji tkanek miękkich w rozmiarze 14G/200mm o długości bioptatu w dwu opcjach 15mm i 22mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza 14G/200 i 22mm bioptatu.

**Pytanie nr 50****Dotyczy pakietu nr 8**

**Poz.1-** proszę o dopuszczenie igły motylek z przezroczystymi skrzydełkami w kolorach odpowiednio do rozmiaru igły , wyposażone w elastyczny przezroczysty przedłużacz. Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 51****Dotyczy pakietu nr 8**

**Poz. 2,3,4** - proszę o odstąpienie od wymogu , aby na opakowaniu jednostkowym był zaznaczony kierunek otwierania blistra. Pozostałe parametry bez zmian. Umożliw to złożenie oferty większej liczbie oferentów.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 52**

Czy Zamawiający w wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakiecie Nr 8 poz. 5-7 „Nakłuwacze nożykowe i igłowe” do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie różnym firmom najkorzystniejszych ofert pod względem ceny i walorów funkcjonalno-użytkowych?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 53**

Prosimy, aby Zamawiający w Pakiecie Nr 8 wyraził zgodę i dopuścił nakłuwacze nożykowe uniwersalne dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków, o następujących parametrach:

<b>Specyfikacja</b>	
<b>Wstępnie ustawiona głębokość</b>	Tak
<b>Głębokość penetracji</b>	1,5 mm
<b>Specjalne ostrze igły</b>	Ostrze 3-ścienne
<b>Silikonowana igła</b>	Tak
<b>Średnica igły</b>	0,36 mm (28 G)
<b>Automatyczne wycofywanie igły</b>	Tak
<b>Produkt przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku</b>	Tak
<b>Identyfikacja urządzenia używanego</b>	Tak
<b>Czas nakłucia</b>	poniżej 3 milisekund
<b>Sterylizacja</b>	Promieniowanie gamma
<b>Gwarancja jałowości</b>	4 lata po sterylizacji
<b>Wszechstronne zastosowanie ( w tym dzieci poniżej 1. roku życia i noworodki)</b>	Tak
<b>Ergonomiczna budowa i chwyt (kształt litery „T”)</b>	Tak

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 54**

Dot. Pakiet nr 26, Poz.3 - Czy Zamawiający akceptuje do dostawy kaniule o rozmiarze 0,5 x 22 mm. Pozostałe zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 55**

Dot. Pakiet nr 27, Poz.1 - Czy Zamawiający ma na myśli noże slit o szerokości 1,5 mm czy też noże skośne 15o

**Odpowiedź:**

Zamawiający ma na myśli noże skośne 15o.

**Pytanie nr 56**

Dot. Pakiet nr 28, Poz.1 - Czy Zamawiający dopuszcza asortyment z poz.1 do osobnej dostawy.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 57**

Dot. Pakiet nr 28, Poz.2 - Czy Zamawiający ma na myśli kable do diatermii do aparatu Infinity

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający ma na myśli.

**Pytanie nr 58**

Dot. Pakiet nr 30, Poz.2 - Czy Zamawiający wymaga dostawy pierścieni załadowanych fabrycznie do injectorów, czy też nie załadowanych

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 59**

Dot. Pakiet nr 30, Poz.2 - Czy Zamawiający dopuści barwnik do błony nasiatkówkowej : Nietoksyczny barwnik stosowany przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski): trifenylometan o stężeniu 0,25 g/l, pH: 7,52; osmolarność 306 mOsm/kg H<sub>2</sub>O; gęstość: 1,017-1,019 g/cm<sup>3</sup>; max absorpcja: 584,0 nm; fiołki / ampułkostrzykawki o pojemności 0,5 ml

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 60**

Dot. Pakiet nr 32, Poz.1, 2 - Czy Zamawiający dopuści barwnik wybarwiający równocześnie ILM, ERM oraz ciało szkliste :

Nietoksyczny barwnik (trifenylometan) do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski):

0,125 mg Brilliant Blue G (stężenie 0,25 g/l) oraz do wybarwiania błon nasiatkówkowych ERM i ciała szklistego (kolor fioletowy): 0,65 mg Bromphenol Blue (stężenie 1,3 g/l); Gęstość 1,03 g/cm<sup>3</sup>; ampułkostrzykawka a 0,5 ml

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 61**

Dot. Pakiet nr 33, Poz.1 - Czy Zamawiający dopuszcza dekalinę z poz.1 do osobnej dostawy.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 62**

Dot. Pakiet nr 141, Poz.1 - Prosimy o sprecyzowanie jakiego elementu różwórki dotyczy podany wymiar 3mm

**Odpowiedź:**

Część górna i dolna różwórki.

**Pytanie nr 63**

Dot. Pakiet nr 141, Poz.2 - Prosimy o sprecyzowanie jakiego elementu różwórki dotyczy podany wymiar 5mm

**Odpowiedź:**

Część górna i dolna różwórki.

**Pytanie nr 64**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 27 poz. 1 nóż jednorazowy rozm. 1,2 do nacięcia rogówki?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 65**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 27 poz. 1 nóż jednorazowy trapezoidalny 1,2 do 1,4 nacięcia rogówki?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 66**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 27 poz. 3 nóż jednorazowy CRESCENT rozmiar 2,25 do cięcia tunelowego?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 67**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 30 poz. 1 opaskę z gąbki silikonowej stosowanej do zabiegów odwarstwienia siatkówki sterylną rozm. 3,0 na 5,0 na 10,0?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 68**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 31 barwnik trypanu do błony nasiatkówkowej pakowany w ampułkostrzykawkę o poj. 0,5ml?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 69**

Pakiet nr 128- Drobny sprzęt medyczny

Poz.1) Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania trzonek jednostronnych o nr 3 i 4.

Poz.4) Kuwety o wym. 225x330x30mm, pozostałe parametry bez zmian lub kuwety o wym. 230x330x30mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.6) Igłotrzymacz Mayo-Hegar o wym. 180-240mm, identyczny z wymaganym.

Poz.8) Kleszczyki o nazwie własnej Overholt-Geissendoerfer, identyczne z wymaganym.

Poz.13) Nożyczki o dł. 130-145mm, pozostałe parametry bez zmian.

Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

**Odpowiedź:**

Ad. Poz.1) - Nie, Zamawiający nie dopuści i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ;

Ad. Poz.4) - Tak, Zamawiający dopuści;

Ad. Poz. 6) - Nie, Zamawiający nie dopuści i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ;

Ad. Poz. 8) - Nie, Zamawiający nie dopuści i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ;

Ad. Poz. 13) - Tak, Zamawiający dopuści;

Zamawiający nie wyraża zgodny na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni.

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY  
*Mariola Szulc***