



**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na usługę wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego (nr sprawy: 16/16/ZP/PN).

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Dotyczy formularza asortymentowo - cenowego – załącznik nr 1 przeglądy (pakiet nr 23,25, 26, 63, 77 – 84, 87 – 88, 91 – 98, 107 – 108, 122 -130, 171 – 186, 188 - 192)

Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana? Niezbędna jest nam ta informacja do stworzenia odpowiedniej oferty cenowej. Doliczając akumulator do ceny przeglądu gdzie nie następuje taka konieczność nasza oferta staje się nieatrakcyjna wśród konkurencyjnych ofert. Zwracamy się z uprzejmą prośbą także o informację czy w ramach przeglądów respiratorów mają być wymieniane pakiety serwisowe? Jeżeli tak prosimy o informację co zostało wymienione w podanych respiratorach w przeciągu 4 lat (dotyczy również akumulatorów)?

Odpowiedź:

1. Wymiana akumulatorów – Nie;
2. Pakiety serwisowe – Tak.

Pakiet Nr 23

Lp	Nazwa aparatu	Producent	Typ	Nr seryjny	Wymiana akumulatora	Wymiana czujnika tlenowego	Wymiana celi tlenowej
1	respirator RAPHAEL	HAMILTON MEDICAL		2906	23-05-2015	X	19-03-2014
2	respirator CHIROLOG	CHIRANA	SV	JL 0194	28.04.2014 06.02.2015	16-04-2013	X

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 17 848 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



Pakiet Nr 26

Lp	Nazwa aparatu	Producent	Typ	Nr seryjny	Wymiana akumulatora	Wymiana czujnika tlenowego	Wymiana zestawu naprawczego	Wymiana przepływomierza	Wymiana pamięci USB	Wymiana sensoru przepływu wdechowego
1	respirator BENNETT	COVIDENT POLSKA	840	3121101690	25-11-2015	11.10.2013 03.11.2014	X	X	X	X
2	respirator BENNETT	COVIDENT POLSKA	840	3121102450	30-11-2015	11.10.2013 03.11.2014	X	X	X	X
3	respirator BENNETT	COVIDENT POLSKA	840	3510080262	30-11-2015	24.05.2013 03.11.2014	X	X	X	X
4	respirator BENNETT	NELCOR PURITAN BENNETT	SIV 740	3501991279	19-02-2015	14.11.2013 16.02.2016	15-01-2014	X	X	X
6	respirator BENNETT	NELCOR PURITAN BENNETT	SIV 7200	4200171974	24-04-2015	X	X	11-04-2013	X	X
7	respirator BENNETT	NELCOR PURITAN BENNETT	SIV 7200 spe	4200171977	9-02-2015	X	X	X	X	X
8	respirator BENNETT	NELCOR PURITAN BENNETT	980	35B1401948	10-07-2015	10-07-2015	X	X	26-01-2016	1-06-2015
9	respirator BENNETT	NELCOR PURITAN BENNETT	980	35B1401992	X	X	X	X	26-01-2016	X

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści Certyfikaty niemieckiej firmy zajmującej się szkoleniami i seminariami aparatury medycznej? Certyfikaty które posiadają pracownicy nie posiadają dokładnych modeli/typów danej aparatury medycznej dotyczą ogólnych szkoleń ze wszystkich rodzajów oraz modeli aparatury.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu sprawdzenia uprawnień Wykonawcy do prowadzenia serwisu oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta będzie wymagał dołączenia do dokumentacji przetargowej od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z pakietu 13, 22, 27, 29, 30, 31, 76, 85, 86, 187 dodatkowo oprócz oświadczenia załącznik nr 3a (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp) do SIWZ, autoryzacji producenta na wykonywanie usług serwisowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie będzie wymagał.

Pytanie nr 4

Ustawa o wyrobach medycznych celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta. Czy zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta dla urządzeń z pakietu 13, 22, 27, 29, 30, 31, 76, 85, 86, 187 zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi? Tylko wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga wliczenia kosztów wymiany akumulatorów do oferowanych przez Wykonawców cen? Nie jest możliwe na dzień dzisiejszy stwierdzenie, w których i w ilu aparatach będących na Państwa wyposażeniu będzie konieczna wymiana akumulatorów, których koszt przekracza czasami nawet kilkakrotnie cenę wykonania przeglądu. Z tego powodu pragniemy zapytać, czy cena ma być wliczona do oferty czy też może ewentualny zakup akumulatorów będzie przedmiotem osobnej oferty. W przypadku obowiązku uwzględnienia ceny akumulatorów w ofercie, cena ta znacząco się zwiększy, choć może się okazać, iż takowa wymiana nie jest wcale konieczna.

Odpowiedź:

Wymiana akumulatorów – Nie.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 70 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 70 pozycji nr 2 (aparat RTG Siemens LUMINOS DRF MAX) i utworzenie dla niej osobnego pakietu? Zmiana zapisów SIWZ pozwoli na złożenie korzystnej dla Zamawiającego oferty.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu nr 70. W załączeniu nowy pakiet nr 70A, 70B i 70C oraz formularz „oferta przetargowa”.

Pytanie nr 7**Dotyczy treści SIWZ części III (Opis przedmiotu zamówienia) punkt 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści o brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie nie później niż 48 godzin.....”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 8**Dotyczy treści SIWZ części III. (Opis przedmiotu zamówienia) punkt 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści o brzmieniu:

„ Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie maksymalnie 10 dni.....”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 9**Dotyczy treści umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy § 8 ust 2:

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) b) c) e) „.....za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyciągnięcie z pakietu nr 70 aparatu RTG Siemens Luminos DRF MAX i utworzenie z niego osobnego pakietu? Pozwoli to Wykonawcy złożyć ofertę na pozostałe aparaty z tego pakietu.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

Pytanie nr 11

Dotyczy zadania nr 68 - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami paragrafu 2 wzoru umowy oraz pkt VII 1.c) SIWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jednym inżynierem, który został przeszkolony przez producenta tomografu komputerowego GE w zakresie serwisowania tomografu komputerowego GE Bright Speed Elite i na potwierdzenie odbycia tegoż szkolenia załączył do oferty dokument wystawiony przez producenta tomografu komputerowego potwierdzający przeszkolenie w zakresie serwisowania tomografu GE Bright Speed Elite? Taki wymóg zapewniłby Zamawiającemu minimum bezpieczeństwa oraz profesjonalnej obsługi serwisowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie sformułował takiego wymogu.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o autoryzację na świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowego GE Bright Speed Elite produkcji GE Healthcare na terenie Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone odpowiednim dokumentem wystawionym przez producenta tomografu komputerowego GE Bright Speed Elite?

Wymóg ten jest zgodny i zalecany w art. 90 Ustawy o WYROBACH MEDYCZNYCH (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679, i Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 113, poz. 657).

Jednocześnie nadmieniamy, iż w/w wymóg nie stoi na sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych (art. 7 ustawy PZP) dlatego, że każdy podmiot na rynku może ubiegać się o uzyskanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych, która potwierdza standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści takiej zmiany.

Pytanie nr 13

Wnosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących odpowiednich uprawnień do wykonania zamówienia. W wykazie sprzętu medycznego – załącznik 1a – w pakiecie nr 113 wymagana jest autoryzacja. W warunkach udziału wg pkt. 7c SIWZ| - w pakiecie nr 113 – nie zostały określone żadne wymagania dotyczące uprawnień czy odbytych u producenta szkoleń.

Dotyczy to również załącznika nr 6 – wykaz osób uprawnionych do wykonania zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga autoryzacji w w/w pakiecie.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu naprawy na 14 dni i na 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w zakresie uprawnień do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz.679) będzie wymagał od oferentów dysponowania osobami posiadającymi ukończone szkolenia serwisowe u producentów urządzeń ?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SIWZ dla jakich pakietów będzie wymagał posiadania certyfikatów szkoleń wystawionych przez producenta.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu gwarancji na wykonane usługi i zamontowane części zamiennie na 90 dni? Termin ten wynika z gwarancji udzielanej przez producentów sprzętu na części zamiennie.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nienarzucanie Wykonawcy wysokości dodatku do wartości zakupionych części i materiałów? Informacje te stanowią tajemnicę handlową firmy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18**Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 32**

Wykonawca prosi o podanie czy aparaturze z wyżej wymienionym pakiecie w ostatnim roku zostały wymienione akumulatory? Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

W ostatnim roku nie zostały wymienione akumulatory.

Pytanie nr 19**Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 32**

Wykonawca prosi o podanie czy w przy aparacie znajduje się monitor? W przypadku pozytywnej odpowiedzi Wykonawca prosi o podanie typu oraz numeru seryjnego.

Odpowiedź:

Przy aparacie nie znajduje się monitor.

Pytanie nr 20**Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 32**

Wykonawca prosi o podanie jaki model respiratora jest zainstalowany przy aparacie?

Odpowiedź:

Respirator OHMEDA 7000 wentylator.

Pytanie nr 21**Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 32**

Czy podczas przeglądu Zamawiający wymaga wymiany części zgodnie z wymaganiami producenta tzn.:

EXCEL 210SE : Zestaw serwisowy 12 miesięczny x1, Uszczelki gniazd parowników x1, Uszczelka O2 na butlę x1, Uszczelka N2O na butlę x1, Zestaw naklejek GMS x1, Uszczelka wys. ciśnienia Yoke x2, Akumulator x1

Odpowiedź:

TAK, za wyjątkiem akumulatora.

Pytanie nr 22

Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 77

1) Czy podczas przeglądu Zamawiający wymaga wymiany części zgodnie z wymaganiami producenta tzn.:

W zależności czy są to monitory bez modułów gazowych należy wymienić następujące części:

CCCM: filtr przeciwkurzowy boczny x1, filtr przeciwkurzowy ekranu x1, filtr powietrza NIBP x1

2) Jeśli są wyposażone w moduły gazowe należy wymienić dodatkowo:

CCCM: pułapka wodna d-fend x 1 oraz linia próbkująca x 1 oraz zestawy serwisowe 8001760 x1

Odpowiedź:

Ad.1) – TAK;

Ad.2) – Nie posiadamy.

Pytanie nr 23

Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 77

Wykonawca zwraca się zapytaniem do Zamawiającego czy monitory są wyposażone w moduły gazowe? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie typów oraz numerów seryjnych tych modułów.

Odpowiedź:

Monitory nie są wyposażone w moduły gazowe.

Pytanie nr 24

Dotyczy projektu umowy w §2 ust. 1a

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy uzna za spełnienie wymogu umowy jeśli Wykonawca przedstawi certyfikaty szkolenia wystawione przez producenta dla poszczególnej aparatury?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 25

Dotyczy przedmiotu umowy – Pakietu nr 32 i 77

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację czy będzie wymagał od wszystkich wykonawców posiadania certyfikatów szkoleń u producenta w celu rzetelnego wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SIWZ dla jakich pakietów będzie wymagał posiadania certyfikatów szkoleń wystawionych przez producenta.

Pytanie nr 26

Dotyczy projektu umowy w §8 ust. 2a

Wykonawca prosi o zmianę zapisu z:

„za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego, napraw lub diagnostyki w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,”

na:

„za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego, napraw lub diagnostyki w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 27

dotyczy: SIWZ, VII, pkt 4

Mając na uwadze zapis w SIWZ, VII, pkt 1, ust. c dotyczący wymogu Zamawiającego: „posiadania odpowiedniego szkolenia przeprowadzonego przez producenta na dokonywanie przeglądów technicznych, napraw i diagnostyk sprzętu danego producenta” Wykonawca prosi o dopisanie do rozdziału VII, pkt 4 SIWZ zapisu „jeśli dotyczy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 28

dotyczy: SIWZ, III, pkt 3, ust. 10

Wykonawca prosi o wykluczenie z listy materiałów eksploatacyjnych głowic USG, UDT i KTG.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29

Wykonawca prosi o zamieszczenie na stronie Zamawiającego załącznika „zal_3a_3b_3c_oświadczenia” w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia oświadczeń w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 30

dot. Umowy: par.7, ust.3

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach możliwości wymiany części na używane Wykonawca nie będzie zobowiązany do obowiązku wymienionego w tymże paragrafie

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od postanowienia umowy w §7 ust. 3.

Pytanie nr 31

Z uwagi na liczne rozbieżności w treści SIWZ oraz wzoru umowy, związane z terminami gwarancji na części nowe/używane/regenerowane. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie ile wynosi okres gwarancji z tytułu wykonania napraw.

Odpowiedź:

Okres gwarancji z tytułu wykonania napraw jest nie krótszy niż 12 miesięcy.

Pytanie nr 32

dotyczy pkt. III, 7. i 10. SIWZ oraz zapisów § 1 ust. 8 i 9 wzoru umowy dla Pakietów 48 oraz 49:

Zamawiający przewiduje 24 godz. na przystąpienie do usuwania awarii, plus 24 godz. na przedstawienie oferty naprawy, plus 5 dni od akceptacji kosztów na naprawę (łącznie 7 dni).

Czy Zamawiający zaakceptuje następujący podział tego czasu: 3 dni robocze na przystąpienie do usuwania awarii łącznie z przedstawieniem oferty na naprawę plus 4 dni robocze na naprawę (łącznie daje to również 7 dni)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 33

dotyczy opisu kryteriów oceny ofert pkt. XV. 4. SIWZ oraz Formularza Oferty pkt. 3 dla Pakietów 48 oraz 49:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu 4. na następującą:

„Maksymalny czas na przystąpienie do usuwania awarii łącznie z przedstawieniem oferty wynosi do 3 dni roboczych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 34

dotyczy pkt. XII, 16. SIWZ:

Zwracam się z prośbą o sprostowanie bądź wyjaśnienie wskazanego przez Zamawiającego 90 dniowego terminu dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni pkt. XII w następujący sposób:

„XII.16. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w ofercie terminu wykonania, terminu płatności lub okresu gwarancji (o których mowa w formularzu „Oferta przetargowa”, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował powyższe terminy w wymiarze określonym przez Zamawiającego.”

Pytanie nr 35

dotyczy zapisów w Formularzu Oferty pkt. 4 dla Pakietów 48 oraz 49:

Zwracam się z prośbą o sprostowanie minimalnego okresu gwarancji określonego przez Zamawiającego w **pkt. III. 8. SIWZ na nie krótszy niż 6-o miesięczny.**

Dla aparatów dla których przeglądy wykonywane są w trybie 6-miesięcznym Wykonawca nie może oferować gwarancji na okres dłuższy a Zamawiający podaje okres 24 miesięczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i jest niezależny od terminów wykonywania przeglądów.

Pytanie nr 36

dotyczy zapisów § 6 ust. 1 wzoru umowy dla Pakietów 48 oraz 49:

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisów w paragrafie 6 pkt 1, zgodnie z poniższą propozycją:

„O konieczności dokonania przeglądu technicznego, diagnostyki lub naprawy Sprzętu

Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie pod numerem **oraz**

drogą elektroniczną na adres”

Wykonawcy zależy na tym, żeby Zamawiający zgłosił przegląd/ awarię bezpośrednio telefonicznie serwisantowi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 37

dotyczy zapisów § 7 ust. 1 oraz ust. 2 wzoru umowy dla Pakietów 48 oraz 49:

Zwracam się z prośbą o sprostowanie minimalnego okresu gwarancji określonego przez Zamawiającego w **pkt. III. 8. SIWZ na nie krótszy niż 6-o miesięczny.**

Dla aparatów dla których przeglądy wykonywane są w trybie 6-miesięcznym Wykonawca nie może oferować gwarancji na okres dłuższy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i jest niezależny od terminów wykonywania przeglądów.

Pytanie nr 38**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby ze wzoru umowy usunąć §1 ust. 6.

Nie ma żadnego uzasadnienia aby Wykonawca był zobowiązany do zawarcia aneksu do umowy w przypadku planowanej przez Zamawiającego zmiany wykazu Sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 39**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby §1 ust. 10 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„Jeżeli czas naprawy Sprzętu lub wykonanie przeglądu technicznego przekroczy 15 dni roboczych, liczonych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy uszkodzonego sprzętu/przeglądu technicznego, Wykonawca przekaze Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze,”

Zaproponowany we wzorze umowy w przedmiotowym postanowieniu termin, po przekroczeniu którego Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia urządzenia zastępczego jest terminem zbyt krótkim.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 40**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 5 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie netto pozostanie w wysokości określonej w ust. 1 oraz ust. 2. W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy bez konieczności zawierania aneksu przez Strony Umowy.”

Propozycja pozwoli na lepszą współpracę Stron w związku z wykonywaniem umowy – Strony unikną konieczności podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zmianą wysokości wynagrodzenia wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 41**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 5 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie ... dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT za przegląd techniczny, diagnostykę lub naprawę, dokonaną zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w § 6.”

Zmiana ma charakter redakcyjny – zawiadomienie występuje w § 6 a nie w § 7.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni postanowienia §5 ust. 3 w sposób następujący:

„§5.3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT za przegląd techniczny, diagnostykę lub naprawę, dokonaną zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w §6.”

Pytanie nr 42

dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą aby § 5 ust. 5 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy.”.

Dniem zapłaty powinien być dzień uznania rachunku Wykonawcy jako wierzyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 43

dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą aby § 6 ust. 4 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: *„Przyjęcie wykonania przeglądu technicznego bądź diagnostyki lub naprawy potwierdzone zostanie przez Zamawiającego podpisaniem protokołu i wpisem do paszportu Sprzętu, potwierdzonego przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zaznaczy tę okoliczność w protokole, a Wykonawca zobowiązany będzie do prawidłowego wykonania usługi w terminie 5 dni od daty sporządzenia protokołu. W takiej sytuacji zastosowanie ma procedura określona w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Niezgłoszenie przez Zamawiającego wszystkich wad lub nieprawidłowości w protokole, powoduje utratę prawa do powołania się na nie w terminie późniejszym.”.*

Niezgłoszenie wad w protokole powinno skutkować nie możliwością ich zgłoszenia w późniejszym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 44

dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą aby ze wzoru umowy usunąć § 7 ust. 3.

Nie ma żadnego uzasadnienia aby Wykonawca zobowiązany był przeniesienia na Zamawiającego gwarancji producenta na Części.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od postanowienia umowy w §7 ust. 3.

Pytanie nr 45

dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą aby § 7 ust. 4 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany wadliwych elementów użytych w celu wykonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego,”.

3 dniowy termin na usunięcie wad jest terminem zbyt krótkim dla Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 46**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 7 ust. 7 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany Części, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w szczególności z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych, na własny koszt, za wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego.”.

Nie ma żadnego uzasadnienia aby Wykonawca zobowiązany był do naprawy Części w przypadku gdy uszkodzenia powstaną z winy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 47**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 7 ust. 10 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Wykonawcy niezwłocznie po jej wykryciu.”.

Nie ma żadnego uzasadnienia aby Zamawiający nie tracił uprawnień z tytułu rękojmi jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwłocznie o wystąpieniu wady.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 48**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 8 ust. 2 lit. a) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego, napraw lub diagnostyki w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,”.

Zaproponowany poziom kary umownej jest rażąco wygórowany i narusza zasady równowagi Stron umowy wzajemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 49**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 8 ust. 2 lit. b) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„w przypadku nienależytego wykonania przeglądu technicznego, napraw lub diagnostyki w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień niesprawności sprzętu”.

Zaproponowany poziom kary umownej jest rażąco wygórowany i narusza zasady równowagi Stron umowy wzajemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 50**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 8 ust. 2 lit. c) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.

Zaproponowany poziom kary umownej jest rażąco wygórowany i narusza zasady równowagi Stron umowy wzajemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 51**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 8 ust. 2 lit. d) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100”.

Zaproponowany poziom kary umownej jest rażąco wygórowany i narusza zasady równowagi Stron umowy wzajemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 52**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 8 ust. 2 lit. e) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„za opóźnienie w dostarczeniu lub niedostarczeniu sprzętu zastępczego, w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia”.

Zaproponowany poziom kary umownej jest rażąco wygórowany i narusza zasady równowagi Stron umowy wzajemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 53**dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą aby § 9 ust. 3 lit. a) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:

„trzykrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w §1 ust. 8 lub §1 ust. 9, trzykrotnego nienależytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim, bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej pięciodniowego terminu na usunięcie uchybień, wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu,”.

Prawo do rozwiązania umowy przyznane Zamawiającemu w przypadku dwukrotnego nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów wskazanych w umowie narusza zasadę równowagi stron umowy wzajemnej, biorąc w szczególności pod uwagę długi okres obowiązywania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni §9 ust. 3a) w następujący sposób:

„§9.3.a) dwukrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w §1 ust. 8 lub §1 ust. 9, dwukrotnego, rażącego nienależytego wykonania przedmiotu umowy, (...)”

Pozostała część §9 pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 54

Dot. Umowa par.1 ust.8 oraz SIWZ pkt. III.7

Wnoskujemy o zmianę terminu na podjęcie przez Wykonawcę naprawy uszkodzonego sprzętu z 24 godzin na 48 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 55

2. Dot. SIWZ pkt. III.8

Wnoskujemy o usunięcie wymogu okazywania na żądanie dokumentów potwierdzających koszty zakupu części zużytych przy wykonywaniu usługi oraz odstąpienie od określenia dopuszczalnego narzutu na zakupione nowe części.

Faktury zakupu w połączeniu z narzutem, a tym samym polityka cenowa firmy, stanowią tajemnicę handlową Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu określonego w punkcie III ust. 8.

Pytanie nr 56

3. Dot. Umowa

Wnoskujemy o wprowadzenie do Umowy zapisu jak niżej lub analogicznego:

„W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego do nieodpłatnej dyspozycji, kary Umowne nie będą naliczane. Nie zwalnia to Wykonawcy do zapłaty kar umownych należnych do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego.”

Odpowiedź:

Zamawiający doda w paragrafie 8. Kolejny ustęp w następującym brzmieniu:

„§8.4. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego urządzenia zastępczego, o którym mowa w §1 ust. 10, kary umowne za opóźnienie w naprawie nie będą naliczane. Nie zwalnia to Wykonawcy z zapłaty kar umownych należnych do czasu prawidłowego dostarczenia urządzenia zastępczego.”

Pytanie nr 57

4. Dot. SIWZ pkt. VII.1c – zadanie 4 oraz SIWZ pkt. III.12a

Zgodnie z wymogami producenta diatermii wg zadania 4 tj. firmy ERBE Elektromedizin GmbH Niemcy (np. w instrukcji użytkowania urządzenia) czynności serwisowe (w szczególności naprawy i zmiany) powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osobę upoważnioną przez niego. Diatermie chirurgiczne to urządzenia dawkujące prąd do ciała pacjenta, a nieprawidłowo wykonane czynności serwisowe mogą stać się przyczyną incydentu medycznego. Z uwagi na powyższe oraz wymóg Zamawiającego (SIWZ III.12a)

oraz zgodnie z wymogami producenta sprzętu medycznego, wnoskujemy o objęcie zadania 4 (diatermie ERBE) wymogiem dla Wykonawcy dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie przeszkolenie producenta na dokonanie przeglądów technicznych, napraw i diagnostyk sprzętu danego producenta (SIWZ pkt. VII.1c).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 58

Dot. zadanie 4 - diatermie ERBE

Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy dysponowania autoryzacją producenta do wykonywania czynności serwisowych. Nieautoryzowana ingerencja w urządzenie skutkować może ograniczeniem odpowiedzialności wytwórcy za produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga autoryzacji w tym pakiecie.

Pytanie nr 59

Dot. Umowa par.8 ust.2a,b,c,d,e

Wnioskujemy o redukcję wysokości wszystkich kar Umownych o 50%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 60

Pakiet 23 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 23 pozycji od 5 do 7 do osobnego zadania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wydzieli pozycje 5-7 z pakietu nr 23. W załączeniu nowy pakiet nr 23A i 23B oraz formularz „oferta przetargowa”.

Pytanie nr 61**Dotyczy pakietów 171, 172, 173**

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dołączenia do oferty certyfikatu, dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie przeglądów technicznych defibrylatorów zalecanego w zapisach Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 z 2010r. poz. 679).

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SIWZ dla jakich pakietów będzie wymagał posiadania certyfikatów szkoleń wystawionych przez producenta.

Pytanie nr 62**Dotyczy pakietów 171, 172, 173**

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dołączenia do oferty listy posiadanych analizatorów/testerów, wraz z aktualnymi certyfikatami, dokumentami kalibracji, niezbędnymi do prawidłowego wykonania przeglądów technicznych defibrylatorów, czyli urządzeń bezpośrednio ratujących życie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał.

Pytanie nr 63**Dotyczy pakietów 171**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację czy przeglądy techniczne defibrylatorów z pakietu nr 171 będą wykonywane w jednym terminie? Zwracamy się z prośbą o udostępnienie harmonogramu przeglądów defibrylatorów Zoll, co ułatwi Wykonawcy oszacowanie wartości usługi w celu przedstawienia najkorzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający określił terminy w załączniku nr 1a wykaz sprzętu.

Pytanie nr 64

Dotyczy pakietów 172

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację czy przeglądy techniczne defibrylatorów z pakietu nr 172 będą wykonywane w jednym terminie? Zwracamy się z prośbą o udostępnienie harmonogramu przeglądów technicznych defibrylatorów Lifepack, co ułatwi Wykonawcy oszacowanie wartości usługi w celu przedstawienia najkorzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający określił terminy w załączniku nr 1a wykaz sprzętu.

Pytanie nr 65

Dotyczy pakietów 173

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie harmonogramu/ terminu wykonania najbliższego przeglądu technicznego defibrylatora Trainer II.

Odpowiedź:

Zamawiający określił terminy w załączniku nr 1a wykaz sprzętu.

Pytanie nr 66

Dotyczy pakietów 171, 172, 173

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu dotyczącego czasu reakcji serwisu z 24h na maksymalny czas reakcji serwisu do 3 dni roboczych.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

Pytanie nr 67

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.6

Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia drugiego zdania na: *„Zmiana następuje poprzez podpisanie przez strony aneksu.”*

Analogiczna zmiana miałyby miejsce w SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 6

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 68

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.8

Prosimy o ujednoczenie zapisów przez dopisanie po słowie: *„godzin”* sformułowania: *„w dni robocze od poniedziałku do piątku”*

Analogiczna zmiana miałyby miejsce w zał. 2 do SIWZ Oferta Przetargowa pkt 3 oraz SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 7

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany §1 ust. 8:

*„§1.8. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy uszkodzonego Sprzętu w terminie nie później niż(max. 24 godzin) po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 7.25 a 15.00. W ramach czynności, o których mowa, nie później niż w terminie 48 godzin **w dni robocze** od daty zgłoszenia usterki (...).”*

Pytanie nr 69

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.8 oraz SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 7

Prosimy o doprecyzowanie zapisów i dopisanie po słowach: *„kalkulację kosztów”* słów: *„oraz warunków wykonania”*.

Analogiczna zmiana miałyby miejsce w ust. 9 tj. prosimy o dopisanie po słowach: „Zamawiającego kosztorysu” słów: „i warunków wykonania”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 70

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par.1 ust.8 oraz ust.9 oraz SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu

Zamówienia pkt 7

Prosimy o zastąpienie słowa: „nowe” słowami: „oryginalne.”

Firma nasza stosuje system organizacji zaopatrzenia w fabryczne oryginalne części zamienne uwzględniający wszelkie

wymogi związane z ochroną środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150). System taki zgodny z ISO nakazuje powtórne wykorzystanie elementów w pełni sprawnych, takich które nie podlegają obciążeniom mechanicznym i zmęczeniowym, a wymianę elementów składowych mogących mieć wpływ na jakość i trwałość wymienianego modułu, który jest wysłany przez producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany §1 ust. 8 w następujący sposób:

„§1.8. (...), Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kosztorys - kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części **na części oryginalne lub zamienniki, nowe lub regenerowane**, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego Sprzętu.”

Pytanie nr 71

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.9 oraz SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 10,11

Prosimy o doprecyzowanie zapisów i ujednoczenie ich zapisami w SIWZ przez dopisanie po słowie: „roboczych” sformułowania: „od poniedziałku do piątku”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 72

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.9 oraz SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 10

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie przekazywania informacji Wykonawcy pisemnie i faksem, przez zastąpienie słowa:

„telefonicznie” słowami: „pisemnie, faksem”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 73

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.9 oraz SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 10

Prosimy o doprecyzowanie zapisów przez dopisanie po słowach : „kosztów naprawy” sformułowania: „przez osoby działające w imieniu Zamawiającego”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 74

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.9

Z uwagi na fakt, że części do naprawy sprowadzane są z zagranicy bardzo prosimy o uwzględnienie tego faktu przy terminach wykonywania napraw tj. Prosimy o dopisanie na końcu ustępu sformułowania: „*licząc od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o dostępności części.*”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 75

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.10, pakiet 70 oraz pakiet 111 oraz SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 11

Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu dla pakietu nr 70 oraz 111. Dla tych aparatów z powodów technicznych, w tym logistycznych związanych, przekazaniu aparatu do użytkowania, uzyskanie odpowiednich zezwoleń, dostarczenie aparatu zastępczego nie będzie możliwe. Z tytułu przekroczenia terminów naprawy Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany w załącznikach do SIWZ: „Wykaz sprzętu”, „Przeglądy techniczne”, „Diagnostyki i naprawy” w następujący sposób:

Nie dotyczy pakietu 70A, poz. 1 i 70B poz. 1

Zamawiający dokona zmiany w §1 ust. 10 umowy w następujący sposób:

„§1.10. Jeżeli czas naprawy Sprzętu lub wykonanie przeglądu technicznego przekroczy 10 dni roboczych, liczonych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy uszkodzonego sprzętu/przeglądu technicznego, Wykonawca prześle Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze. **Nie dotyczy pakietu 70A, poz. 1 oraz pakietu 70B, poz. 1.**”

Pytanie nr 76

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 2 ust.1 pkt d) oraz SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 12 d)

Prosimy o doprecyzowanie zgodne z art. 415 KC tzn. dopisanie po słowach: „*odpowiedzialności za*” słów: „*zawinione przez siebie*”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Postanowienie dostatecznie precyzyjnie określa zasady odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 77

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 2 ust.1 pkt e)

Uprzejmie prosimy o dopisanie po słowach : „*pisemnej zgody Zamawiającego;*” sformułowania: „*powyższe nie dotyczy podmiotów z grupy kapitałowej Wykonawcy;*” w celu doprecyzowania zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 78

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 2 ust.3 pkt c) oraz SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 13 e)

Zgodnie z kodeksem cywilnym Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej, a nie najwyżej staranności. W związku z tym prosimy o odpowiednią zmianę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 79**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 6 ust.4**

Prosimy celem ujednoczenia zapisów w całej umowie do dopisania po słowie: „dni” słowa: „*roboczych od poniedziałku do piątku*”

Analogiczna zmiana miałaby miejsce w par. 7 ust.4 oraz SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 13 b)

Odpowiedź:

Ilekoć w umowie oraz w SIWZ jest mowa o terminach liczonych w dniach, Zamawiający doprecyzuje, że mowa jest o dniach roboczych.

Pytanie nr 80**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 6 ust.4**

Prosimy o usunięcie ostatniego zdania. Zamawiający powinien określić w momencie podpisywania protokołu wszystkie zastrzeżenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 81**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 7 ust.1**

Prosimy o usunięcie.

Umowa o świadczenie usług, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, nie przewiduje gwarancji, związanej przede wszystkim z umową sprzedaży. Gwarancja jakości udzielana jest na ewentualne części zamienne. Natomiast należyte wykonywanie usług jest zabezpieczone odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy wynikająca z przepisów kodeksu cywilnego. Analogiczna zmiana miałaby miejsce w zał. 2 do SIWZ Oferta Przetargowa pkt 4

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 82**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 7 ust.3**

Prosimy o usunięcie zapisu. Gwarantem zgodnie z kodeksem cywilnym jest Wykonawca. Wykonawca sam kupuje części od producenta, korzystając z udzielonej mu gwarancji. W przypadku przeniesienia tych praw na Zamawiającego, Wykonawca będzie ich pozbawiony i nie będzie mógł z nich korzystać wobec Zamawiającego, w związku z czym nie będzie mógł świadczyć usługi gwarancyjnej wobec Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od postanowienia umowy w §7 ust. 3

Pytanie nr 83**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 7 ust.6**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów dot. naprawy gwarancyjnej przez dopisanie po słowie: „*przyczyn*” sformułowania: „*(z wyłączeniem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego)*”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Postanowienie dostatecznie precyzyjnie określa zasady odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 84

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 7 ust.9

Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o zapis:

„Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”

Odmowa doprecyzowania zasad świadczenia rękojmi spowoduje, że Wykonawcy będą musieli przyjąć mniej konkurencyjną dla Zamawiającego cenę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 85

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par.7 ust.10

Prosimy o usunięcie. Zamawiający jest profesjonalistą w zakresie świadczenia usług medycznych przy użyciu sprzętu medycznego i tym samym powinien korzystać z uprawnień rękojmianych na zasadach zgodnych z KC, a nie posiadając uprawnienia szersze niż np. konsument.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 86

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 7

Prosimy o dopisanie ustępu 11 o treści:

WYKONAWCA ma prawo do obciążenia ZAMAWIAJĄCEGO kosztami napraw uszkodzeń nie wynikających z naturalnego zużycia elementów, spowodowanych przyczynami niezależnymi od WYKONAWCY, np. nieprawidłową obsługą, niestosowaniem się do instrukcji obsługi, samodzielną naprawą lub działaniem siły wyższej (pożar, powódź, zalanie, akt agresji, akt wandalizmu, kradzież).

W celu doprecyzowania zapisów umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. §7 dostatecznie precyzyjnie określa zasady odpowiedzialności.

Pytanie nr 87

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8

Prosimy o usunięcie całego par. 8. Wykonawca nie może przyjąć na siebie takiej odpowiedzialności. Zdanie wyraża nieprawdziwą tezę, jakoby za sprawność techniczną odpowiadał Wykonawca. Tymczasem sprawność techniczna sprzętu zależy w przeważającym zakresie od przestrzegania przez Zamawiającego instrukcji obsługi, czy też od poziomu przeszkolenia personelu Zamawiającego obsługującego sprzęt medyczny, na co Wykonawca nie ma wpływu.

Ewentualnie prosimy o dopisanie na końcu ustępu 1: *„w zakresie wykonanej naprawy”*

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni §8 ust. 1 w następujący sposób:

„§8.1. W ramach obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawność techniczną obsługiwanego Sprzętu.”

Pytanie nr 88

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust. 2 pkt a)c)e)

Prosimy o zmianę słowa: *„opóźnienia”* na słowo: *„zwłoki”*. Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 89**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust. 2 pkt a)b)c)d)e)**

Wziąwszy pod uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie wpłynie na kalkulacje ryzyk oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% wartości umowy, przez dodanie sformułowania: „jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w par. 5 ust. 1 umowy” – na końcu punktu

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 90**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust.2 pkt e)**

Biorąc pod uwagę pytanie 9 i uzasadnienie prosimy o usunięcie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 91**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust.3**

Uprzejmie prosimy o dopisanie na końcu ustępu poniższej treści:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza WYKONAWCY, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości wynagrodzenia netto umowy, o którym mowa w par. 5 ust. 1. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i

łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 92

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 9 ust. 1

Prosimy o doprecyzowanie zapisów przez dopisanie po słowach: „*wyboru Wykonawców*” słów: „*za pisemną zgodą obu stron*”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Postanowienie dostatecznie precyzyjne.

Pytanie nr 93

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 9 ust. 1 pkt c)

Prosimy o doprecyzowanie zapisów przez dopisanie po słowie: „*powodujących*” słów: „*w sposób bezpośredni*”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 94

Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 9 ust. 3 pkt a)

Zwracamy się z prośbą o dopisanie po słowie: „*dwukrotnego*” (występującego na początku punktu) sformułowania „*w okresie 6 kolejnych miesięcy*” oraz po słowie „*dwukrotnego*” (w drugiej części punktu) sformułowania „*w okresie 6 kolejnych miesięcy rażąco*”.

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy. Ponadto zwracamy uwagę Zamawiającego, że termin „*nienależytego wykonania*” jest szerokim zbiorem bliżej nieokreślonych sytuacji, w których Zamawiający może stwierdzić, że przedmiot umowy został wykonany w sposób nienależyty. Doprecyzowanie słowem „*rażąco*” wskazuje jednocześnie, że mowa jest o sytuacjach wyraźnie wskazujących na istotne przypadki nienależytego wykonania umowy a nie te o charakterze uznaniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni §9 ust. 3 a) w następujący sposób:

„§9.3.a) dwukrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w §1 ust. 8 lub §1 ust. 9, dwukrotnego, rażącego nienależytego wykonania przedmiotu umowy,(...)”

Pozostała część §9 pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 95

Pytanie dot. SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 12 c)

Prosimy o usunięcie słów: „*w pełni*.” Zapis taki może sugerować rozszerzenie odpowiedzialności także na sytuacje, gdy brak właściwej realizacji przedmiotu umowy jest wynikiem okoliczności za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia, a w których to przypadkach Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni punkt 12 c) w rozdziale III SIWZ w następujący sposób:
„III.12.c) w pełni odpowiada za zgodność z **umową** i terminowość wykonania usługi,”

Pytanie nr 96**Pytanie dot. SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 13 b)**

Prosimy o doprecyzowanie zapisów i zastąpienie słowa: „zgłoszenia” słowami: „akceptacji przez Zamawiającego kosztów i warunków wykonania”

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni punkt 13 b) w rozdziale III SIWZ w następujący sposób:
„III.13.b) wykonania usługi w jak najszybszym terminie, jednak nie później niż 5 dni **roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego kosztów** naprawy,”

Pytanie nr 97**Pytanie dot. SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 13 h)**

Prosimy o dopisanie po słowach: „zapłaty kosztów” sformułowania: „zawinionych przez Wykonawcę”. Uzasadnienie jak w pytaniu 10.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Postanowienie dostatecznie precyzyjne.

Pytanie nr 98**Pytanie dot. SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 8**

Prosimy o usunięcie. Zwracamy uwagę, że marże i narzuty są częścią polityki handlowej spółki i jako takie objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie usunie zapisu.

Pytanie nr 99**Pytanie dot. SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 9**

Prosimy o doprecyzowanie po słowie: „używanych” formułowania: „oryginalnych, zakupionych u producenta”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 100**Pytanie dot. SIWZ rozdz. VI i Par 4 Wzoru Umowy**

Prosimy o ujednoczenie niespójnych zapisów

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni rozdział VI SIWZ (Termin wykonania zamówienia), w sposób następujący:
„VI. Zamówienie będzie realizowane **przez 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**”

Pytanie nr 101**Pytanie dot. SIWZ rozdz. VII pkt 1 c)**

W trosce o bezpieczeństwo pacjenta i Zamawiającego, a zgodnie z wytycznymi producenta ujętymi m.in. w instrukcjach obsługi, do przestrzegania których zobowiązany jest Zamawiający (zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych) wymagane jest, aby przeglądy oraz naprawy były wykonywane przez podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje, tu m.in. posiadający upoważnienie producenta i dysponujący pracownikami przeszkolonych przez niego. Mając to na uwadze prosimy o rozszerzenie wymogu na pakiet 70 oraz 111.

Odpowiedź:

Zamawiający w sposób jednoznaczny określił warunki wykonywania napraw.

Pytanie nr 102**Pytanie dot. SIWZ rozdz. VII pkt 1 c)**

Czy w związku z wymogiem starannego wykonania przedmiotu umowy przez profesjonalny podmiot Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę dedykowanego oprogramowania serwisowego oraz kodów serwisowych

Odpowiedź:

Umowa nie obejmuje dostawy części. W razie konieczności naprawy, to na Zamawiającym zatem spoczywa obowiązek ich zapewnienia, niezależnie od tego czy de facto części te będą zamawiane u Wykonawcy, czy u podmiotu trzeciego.

Pytanie nr 103**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.3 h)**

Prosimy o doprecyzowanie, że wskazany zapis nie dotyczy odpłatnych aktualizacji/upgradów, tylko aktualizacji wymaganych przez producenta, mających na celu poprawę bezpieczeństwa.

Odpowiedź:

Nie dotyczy odpłatnych aktualizacji.

Pytanie nr 104**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.3 j)**

Prosimy o potwierdzenie że termin „głowice” nie dotyczy komponentu specjalnego głowic USG, które nie są zakwalifikowane do okresowej wymiany

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 105**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.4 d)**

Prosimy o doprecyzowanie zapisów i dopisanie na końcu punktu sformułowania: „lub informacji o braku części w sytuacji kiedy producent zaprzestał produkcji części do aparatu i nie są one już u niego dostępne” Analogiczna zmiana miałyby miejsce w par. 1 ust.8

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni §1 ust. 4 d) w następujący sposób:

„§1.4.d) (...) pisemne przedstawienie Zamawiającemu wykazu oraz cen części niezbędnych do naprawy Sprzętu, **oryginalnych lub zamienników, nowych lub regenerowanych lub przedstawienie informacji o braku dostępnych części umożliwiających naprawę.**”

Pytanie nr 106**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.5**

Prosimy o potwierdzenie, że koszt wymiany elementów pokrywa Zamawiający.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 107**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.9**

Prosimy o weryfikację zapisów. To nie Zamawiający dostarcza zamiennie tylko Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 108**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 2 ust.1**

Prosimy o potwierdzenie, że posiadanie stosownych kwalifikacji lub autoryzacji, zgodnie z wymogami producenta, oznacza kwalifikacje potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem wydanym przez producenta lub przez podmiot autoryzowany przez producenta

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do pakietów nr od 7 do 10, 13, 22, 24, 27, od 29 do 31, 69, 72, 76, 85, 86, 231, 232, autoryzacje zgodnie z wymogami producenta oznaczają kwalifikacje potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem wydanym przez producenta lub przez podmiot autoryzowany przez producenta.

Pytanie nr 109**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 4**

Z uwagi na fakt, że aparaty w pakietach 70 i 111 wymagają przeglądów w odstępach 12 miesięcznych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał przeglądów w ilości określonej w załączniku nr 1.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 110**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 5 ust. 1 a)**

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zostanie wykazana w umowie cena jeżeli w pakiecie jest kilka aparatów, dla których różnią się ceny pojedynczych przeglądów.

Odpowiedź:

Ceną będzie suma przeglądów poszczególnych aparatów w ramach danego pakietu.

Pytanie nr 111**Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 5 ust. 1 b)**

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zostanie wykazana w umowie cena jeżeli w pakiecie jest kilka aparatów, dla których różnią się ceny jednostkowe oraz w formularzu podawane są ceny za 1 rbh, 1 dojazd?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany §5 ust. 1 pkt 2b) w następujący sposób:

„§5 ust. 1 pkt 2b) za diagnostykę i naprawę: za każdą roboczogodzinę, **zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.**”

Pytanie nr 112**Pytanie dot. zał. 1 a, pakiet 70**

Zwracamy uwagę, że podane terminy przeglądów już upłynęły. Prosimy o podanie nowych dat.

Odpowiedź:

15.05.2016 – Multix Pro; 10.05.2016r. - Luminos DRF MAX.

Pytanie nr 113**Pytanie dot. zał. 1 a, pakiet 70**

Prosimy o wydzielenie poz. 3: Mobilett B.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty przez autoryzowany serwis producenta, z uwagi na brak spełnienia warunków określonych w umowie oraz SIWZ - brak dostępności części i wsparcia u producenta (dostawy części, udzielenie gwarancji)

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

Pytanie nr 114**Pytanie dot. zał. 1 a, pakiet 70**

Prosimy o podanie daty rozpoczęcia umowy. Dla aparatu na poz 1 pakietu 70 podana jest data rozpoczęcia umowy 12.09.2016 natomiast czas trwania umowy (par 4) wynosi 18 miesięcy – prosimy o potwierdzenie że ww aparat będzie objęty umową do 12.03.2018

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany §4 umowy w następujący sposób:

„§4. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania tj. do dnia **31 grudnia 2017 r.**”

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, że aparat z poz. 1 pakietu 70 będzie objęty umową do 31 grudnia 2017 r. W załączeniu poprawiony zał. nr 2 – oferta przetargowa.

Pytanie nr 115**Pytanie dot. zał. 1 a, pakiet 70, 111**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania autoryzacji producenta sprzętu oraz, że Wykonawca będzie dysponował wszelkimi wymaganymi przez producenta instrukcjami i kodami dostępu do systemu serwisowego

Odpowiedź:

W odniesieniu do pakietów 70 i 111 Zamawiający nie wymaga autoryzacji.

W odniesieniu do rządzeń wymagających dysponowania kodami dostępu dla prawidłowej realizacji umowy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby takimi kodami dysponował.

Pytanie nr 116**Pytanie dot. zał. 2 do SIWZ pkt 12**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza sytuację w której, w przypadku braku dostępności u producenta części zamiennych do aparatu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej i wykaże przyczynę braku części zamiennych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką sytuację w sytuacji gdy części zamienne nie są w ogóle dostępne na rynku.

Pytanie nr 117**Dotyczy pakietu nr 80 - SIWZ, pkt III, 3, 10), umowa §1 ust. 3j)**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga uwzględnienia w ramach przeglądu technicznego i kontroli stanu technicznego wymiany jednorazowych elektrod EKG oraz innych akcesoriów.

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 118**Dotyczy pakietu nr 80 - SIWZ, pkt III, 3, 10), umowa §1 ust. 3j)**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wymiany akumulatorów tylko w przypadku, gdy jest to przewidziane do wykonania podczas przeglądu technicznego (zgodnie z instrukcją obsługi/serwisową).

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 119**Dotyczy pakietu nr 80 - SIWZ, pkt III, 7; umowa §1 ust. 8**

Prosimy i następujące wydłużenie terminów:

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie nie później niż **48 godzin** po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 7.25 a 15.00. W ramach czynności, o których mowa nie później niż w terminie **72 godzin od podjęcia się naprawy**, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kosztorys - kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego Sprzętu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, natomiast dokona zmiany §8 ust. 1 w następujący sposób:

„§1.8. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy uszkodzonego Sprzętu w terminie nie później niż(max. 24 godzin) po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 7.25 a 15.00. W ramach czynności, o których mowa, nie później niż w terminie 48 godzin **w dni robocze** od daty zgłoszenia usterki (...).”

Pytanie nr 120**Dotyczy pakietu nr 80 - SIWZ, pkt III, 8, umowa §7 ust. 2**

Prosimy o dopuszczenie 3-miesięcznego okresu gwarancji na części serwisowe, ponieważ takiej gwarancji udziela producent sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 121**Dotyczy - SIWZ, pkt III, 12**

Prosimy o dopuszczenie, aby w przypadku konieczności sprowadzenia części zza granicy, czas naprawy nie był dłuższy niż 10 dni roboczych od akceptacji kosztorysu naprawy.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 122**Dotyczy - umowa §7 ust. 4**

Prosimy o dopuszczenie, aby w przypadku konieczności sprowadzenia części zza granicy, czas wymiany wadliwych elementów użytych w celu wykonania naprawy nie był dłuższy niż 10 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 123**Dotyczy - umowa §8 ust. 1**

Prosimy o wykreślenie ww. zapisu. Wykonawca odpowiada wyłącznie za prawidłowe wykonanie warunków umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni §8 ust. 1 w następujący sposób:

„§8.1. **W ramach obowiązków wynikających z niniejszej umowy**, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawność techniczną obsługiwanego Sprzętu.”

Pytanie nr 124

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia: Dotyczy pakietu nr 24, 23, 25, 26, 27, 28:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Akumulatory - Nie,
pakiety – Tak.

Pytanie nr 125

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia: Dotyczy pakietu nr 29, 30, 31, 32:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych ? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Tak, obejmuje.

Pakiet nr 29

Monitor – Infinity Delta Drager 2009

Moduł gazowy - SCIO DRAGER

Pakiet nr 30

Monitor – Siemens S.C. 6002XL GS

Moduł gazowy - brak

Pakiet nr 31

Poz. 1 – Monitor – VAMOS Drager

Moduł gazowy – brak

Poz. 2 – Monitor – MINDRAY PM – 8000 2008

Moduł gazowy – brak

Pakiet nr 32

Monitor – brak

Moduł gazowy - brak

Pytanie nr 126

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia: Dotyczy pakietu nr 12-19, 22-32, 63, 65, 77-88, 176-189:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie usług w zakresie ww. pakietów należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych / zużywalnych / części zamiennych (np. filtry, czujniki) / zestawów serwisowych ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej jak również dla ewentualnego badania i wyjaśniania tzw. **rażąco niskiej ceny**.

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić.

Pytanie nr 127

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia: Dotyczy pakietu nr 12-19, 22-32, 63, 65, 77-88, 176-189:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jaka jest wymagana liczba przeglądów w zakresie urządzeń objętych ww. pakietami? Powyższe pozostaje istotne z uwagi na wycenę oferowanych usług.

Odpowiedź:

Liczba wymaganych przeglądów określona jest w załączniku nr 1 do SIWZ (przeglądy techniczne), kolumna ilość przeglądów.

Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień: 28.06.2016r.** Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W załączeniu:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
- formularz asortymentowo-cenowy – zał. 1 NOWY (w zakresie pakietu 23A i 23B; 70A, 70B i 70C)
- formularz oferta przetargowa – zał. nr 2 NOWY

PROKURENT
Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych
Karolina Filipowska