



WSS/KG/ 1147 /DOPKiZP/MW/ 394 /16

Tychy, dn. 30.06.2016r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala (nr sprawy: 21/16/ZP/PN).

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 1,2,3 i 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 pozycji nr 1, 2, 3 oraz 5 rękawice posiadające poziom AQL 1,0, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści takie rękawiczki.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 pozycji nr 4 rękawice lateksowe diagnostyczne posiadające poziom AQL 1,5, teksturowane na całej powierzchni, posiadające deklaracje zgodności producenta potwierdzającą zgodność z normą EN 455-1,2,3, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, jeśli pozostałe parametry są zgodne z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 pozycji nr 7 rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpydrowe, kształt anatomiczny, kolor niebiesko-zielony, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, pokrywana warstwą nawilżającą.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 17 848 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takich rękawic.

Pytanie nr 4**Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 pozycji nr 8 rękawic diagnostycznych nitrylowych do badań, cienkie, grubość na palcach 0,11 +/-0,01 mm, teksturowane na końcach palców, polimeryzowane zewnątrz i chlorowane od wewnątrz, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez producenta deklaracją zgodności, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 11 substancji (poza cytostatykami), informacja o barierowości dla min. 1 alkoholu stosowanego w dezynfekcji - izopropanolu – potwierdzone badaniami dołączonymi do oferty, pakowane a'100 sztuk, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 5**Dotyczy Pakiet nr 3 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 pozycji nr 1 rękawic diagnostycznych nitrylowych o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,12mm, dłoni 0,08mm, mankiecie 0,06mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne przenikalność co najmniej 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony (w tym co najmniej 1 substancji z załącznika A normy 374-1) potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Odporne na przenikanie co najmniej 2 alkoholi potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Opakowanie a'200 sztuk (XS-XL) z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań. Rozmiar opakowania 13,5cm x 13,5cm x 16cm, pasujące do uchwytów ściennych z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

PROKURENT
Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych
Karolina Filipowska