



WSS/KG/ 1954 /DOPKiZP/JNJ/ 931 /16

Tychy, dn. 26.10.2016r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych (nr sprawy: 31/16/ZP/PN).**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną wyposażoną w jeden zintegrowany panel kontrolny do włączania i ustawiania parametrów światła umiejscowiony ergonomicznie na czaszy z dodatkową możliwością regulacji natężenia z poziomu uchwytu przeznaczonego do sterylizacji? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej i umożliwia regulacje funkcji z dwóch niezależnych miejsc.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną ze źródłem światła w postaci 30 diod LED umożliwiających uzyskanie wyższego natężenia od wymaganego tj. 100 000 lux w odległości 1m przy zużyciu energii na poziomie 30W?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną o temperaturze barwowej na poziomie 4.500°K? Różnica zaledwie 100°K nie będzie zauważalna gołym okiem.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną o średnicy głowicy lampy wynoszącej 32cm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż ułatwia przemieszczanie i pozycjonowanie lampy.

**MEGREZ Sp. z o.o.**

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 17 848 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2 – Lampa chirurgiczna sufitowa z jedną głowicą – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową wyposażoną w jeden zintegrowany panel kontrolny do włączania i ustawiania parametrów światła umiejscowiony ergonomicznie na czaszy z dodatkową możliwością regulacji natężenia z poziomu uchwytu przeznaczonego do sterylizacji? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej i umożliwia regulacje funkcji z dwóch niezależnych miejsc.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2 – Lampa chirurgiczna sufitowa z jedną głowicą – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową ze źródłem światła w postaci 30 diod LED umożliwiających uzyskanie wyższego natężenia od wymaganego tj. 100 000 lux w odległości 1m przy zużyciu energii na poziomie 30W?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2 – Lampa chirurgiczna sufitowa z jedną głowicą – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową o temperaturze barwowej na poziomie 4.500°K? Różnica zaledwie 100°K nie będzie zauważalna gołym okiem.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2 – Lampa chirurgiczna sufitowa z jedną głowicą – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową o średnicy głowicy lampy wynoszącej 32cm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż ułatwia przemieszczanie i pozycjonowanie lampy.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 2 – ssak**

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający przepływ 35l/min?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 2 – ssak**

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający przepływ 45l/min z możliwością precyzyjnego ustawienia przepływu np. z 40l/min?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 2 – ssak**

Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 6,3 kg? W przypadku ssaka umieszczonego na wózku waga nie ma znaczenia.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu nr 2 – ssak**

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający wymiary 960 x 500 x 460 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr 2 – ssak**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ssaka o parametrach:

- a) Zasilanie – 220V/50Hz
- b) Szybkość zasysania: 30l/min
- c) Wymiary: 395x250x160mm

spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Dodatkowo w załączeniu przesyłamy zdjęcie poglądowe proponowanego ssaka.



**Odpowiedź:**

Ad a) Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad b) Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Ad c) Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę posiadającą panel sterowania parametrami lampy w jednym miejscu na kopule lampy ?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o natężeniu oświetlenia 80 000lux, temperaturze barwowej 4500K, średnicy kopuły 40cm posiadającą 28 diod o mocy 81 W?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę posiadającą panel sterowania parametrami lampy w jednym miejscu na kopule lampy ?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 17 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o natężeniu oświetlenia 80 000lux, temperaturze barwowej 4500K, średnicy kopuły 40cm posiadającą 28 diod o mocy 81 W?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 18 dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 1 lampę chirurgiczną mobilną z panelem kontrolnym do włączania i ustawiania parametrów światła umiejscowionym z jednej strony czaszy lampy?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 19 dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 1 lampę chirurgiczną mobilną o natężeniu 60.000 lux w odległości 1 m?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 20 dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 1 lampę chirurgiczną mobilną o temperaturze światła 4.300?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 21 dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 1 lampę chirurgiczną mobilną o temperaturze światła 4.800 K?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 22 dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 1 lampę chirurgiczną mobilną z średnicą głowicy lampy 35 cm?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 23 dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 1 lampę chirurgiczną mobilną z 36 diodami LED o mocy 50 W?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24 dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 2 lampę chirurgiczną sufitową z panelem kontrolnym do włączania i ustawiania parametrów światła umiejscowionym z jednej strony czaszy lampy?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 25 dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 2 lampę chirurgiczną sufitową o natężeniu 60.000 lux w odległości 1 m?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 26 dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 2 lampę chirurgiczną sufitową o temperaturze światła 4.300?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 27 dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 2 lampę chirurgiczną sufitową o temperaturze światła 4.800 K?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 28 dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 2 lampę chirurgiczną sufitową z średnicą głowicy lampy 35 cm?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 29 dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 2 lampę chirurgiczną sufitową z 36 diodami LED o mocy 50 W?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 30 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1**

Czy w rozumieniu pkt 7 Zamawiający dopuści zintegrowany panel kontrolny do włączania i ustawiania parametrów światła umiejscowiony w sposób ergonomiczny na jednym brzegu lampy?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 31 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1**

Dot. parametrów technicznych z pkt 11- opisane parametry wymagane przez Zamawiającego w jednoznaczny sposób wskazują na lampę firmy Ritter, a konkretnie na model 255 LED. Parametry te nie dają w żaden sposób możliwości zaoferowania innego, równoważnego pod względem parametrów urządzenia.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający rozszerzy zapisy punktu 11 na poniższe:

Parametry techniczne:

- natężenie oświetlenia: 70.000 lux w odległości 1 m +/- 10.000 lux.
- temperatura koloru światła min. 4.400 K
- rozmiar pola operacyjnego d10 w odległości 1 m od źródła światła min. 160 mm
- średnica głowicy lampy: min 40 cm
- źródło światła: min. 18 diód LED, moc maks. 20 W
- żywotność LED min. 50.000 godzin

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 32 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2**

Czy w rozumieniu pkt 7 Zamawiający dopuści zintegrowany panel kontrolny do włączania i ustawiania parametrów światła umiejscowiony w sposób ergonomiczny na jednym brzegu lampy?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 33 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2**

Dot. parametrów technicznych z pkt 11 - opisane parametry wymagane przez Zamawiającego w jednoznaczny sposób wskazują na lampę firmy Ritter, a konkretnie na model 255 LED. Parametry te nie dają w żaden sposób możliwości zaoferowania innego, równoważnego pod względem parametrów urządzenia. Czy Zamawiający rozszerzy zapisy punktu 11 na poniższe:

Parametry techniczne:

- natężenie oświetlenia: min. 100.000 lux w odległości 1 m +/- 10.000 lux.
- temperatura koloru światła min. 4.500 K
- rozmiar pola operacyjnego  $\phi 10$  w odległości 1 m od źródła światła min. 160 mm
- średnica głowicy lampy: min 40 cm
- źródło światła: min. 18 diód LED, moc maks. 30 W
- żywołność LED min. 50.000 godzin

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 34 dotyczy wzoru umowy**

Czy dopuszczają Państwo czas rozpoczęcia naprawy w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii i zakończenie naprawy uszkodzonego urządzenia w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, wyłączając dzień zgłoszenia awarii lub wady.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 35 dotyczy wzoru umowy § 4 ustęp 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów podzespołów lub zespołów Urządzeń, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych, na własny koszt.”?

*Naprawy w okresie gwarancji mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Zwiększenie zakresu świadczonych usług serwisowych w okresie gwarancji spowoduje zwiększenie wartości oferowanego sprzętu.*

**Odpowiedź**

Zamawiający precyzyjnie określił przyczyny uprawniające do skorzystania z gwarancji.

**Pytanie nr 36 dotyczy wzoru umowy §4 ustęp 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:

„W stosunku do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów transportu Urządzenia, jego części lub kosztów dojazdu osób wyznaczonych do naprawy lub serwisu.”?

*Nie każda naprawa wykonywana przez serwis w okresie gwarancji musi być naprawą gwarancyjną, a zwiększenie zakresu świadczonych usług serwisowych w okresie gwarancji spowoduje zwiększenie wartości oferowanego sprzętu.*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

**Pytanie nr 37 dotyczy wzoru umowy §4 ustęp 15**

Prosimy o wykreślenie zapisu w części: „jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Wykonawcy o wadzie”.

*W ten sposób Zamawiający zwalnia się z obowiązku, który wynika z zapisów rękojmi [(...) w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju (...)]” i przerzuca odpowiedzialność jedynie na wykonawcę.*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

**Pytanie nr 38 dotyczy wzoru umowy §5 ustęp 2d**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę do zrównania kary umownej za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę do poziomu 10% wynagrodzenia brutto – zgodnie z zapisem § 4 ustęp 2c (który dotyczy odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, ale z przyczyn za które odpowiada Wykonawca)?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 39 dotyczy Pakiet nr 3 – Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa**

**Pozycja nr 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 8 klawiatury symbolicznej

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 40 dotyczy Pakiet nr 3 – Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa**

**Pozycja nr 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 13 zakresu szybkości infuzji

0,1-100ml- dla strzykawki 5 ml

0,1-200ml- dla strzykawki 10 ml

0,1-400ml- dla strzykawki 20 ml

0,1-600ml- dla strzykawki 30 ml

0,1-1500ml- dla strzykawki 50/60 ml

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 41 dotyczy Pakiet nr 3 – Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa**

**Pozycja nr 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 14 programowanie infuzji w jednostkach ml, g, mg, mcg, ng, IU/min, IU/h

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 42 dotyczy Pakiet nr 3 – Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa**

**Pozycja nr 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 15:

Dokładność dozowania

dla przepływu  $\geq 1\text{ml/h} \leq \pm 2\%$

dla przepływu  $< 1\text{ml/h} \leq \pm 5\%$

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 43 dotyczy Pakiet nr 3 – Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa**

**Pozycja nr 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 17:

Regulowana szybkość dozowania dawki BOLUS 0,1ml/h

0,1-1500ml/h zależne od zastosowanej strzykawki , dla strzykawki 50 ml- domyślna 800ml/h

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 44 dotyczy Pakiet nr 3 – Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa**

**Pozycja nr 23**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 23:

11 poziomów ciśnienia w zakresie 150mmHg do 975mmHg

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 45 dotyczy Pakiet nr 3 – Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa**

**Pozycja nr 27**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 27:

Funkcja KVO programowana 0d 0,1-5 ml /h co 0,1 ml/h

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 46 dotyczy Pakiet nr 3 – Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa**

**Pozycja nr 35**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 35:

Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe 10h@25ml/h

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 47 dotyczy Pakiet nr 4 – Elektrokardiograf EKG z wózkiem**

**Załącznik nr 1a (Pakiet 4 – Elektrokardiograf EKG z wózkiem), pkt. 13:**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości współpracy z przystawką spirometryczną?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 48 dotyczy Pakiet nr 4 – Elektrokardiograf EKG z wózkiem**

**Załącznik nr 1a (Pakiet 4 – Elektrokardiograf EKG z wózkiem), pkt. 15:**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią wewnętrzną 200 badań oraz kartą SD rozszerzającą pamięć aparatu EKG, która po włożeniu do aparatu nie wystaje poza obrys aparatu?



### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 49 dotyczy Pakiet nr 4 – Elektroardiograf EKG z wózkiem Załącznik nr 1a (Pakiet 4 – Elektroardiograf EKG z wózkiem), pkt. 17:**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości wysyłania wyników badań na adres e-mail, ale obsługujący protokół FTP dzięki, któremu aparat może wysyłać badania EKG na dowolny komputer w sieci?

### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 50 dotyczy Pakiet nr 4 – Elektroardiograf EKG z wózkiem Załącznik nr 1a (Pakiet 4 – Elektroardiograf EKG z wózkiem), pkt. 18:**

Czy Zamawiający wymaga aby aparat został zintegrowany z systemem ogólnoszpitalnym HIS przy użyciu standardu HL7? Jeśli tak prosimy o wskazanie upoważnionej osoby ze strony dostawcy systemu HIS w celu wyceny integracji po stronie dostawcy systemu HIS. Bez integracji spełnienie tego punktu będzie niemożliwe.

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pytanie nr 51 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę chirurgiczną mobilną posiadającą panel sterowania umiejscowiony z jednej strony lampy wg. niżej załączonego zdjęcia poglądowego? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.



### **Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

### **Pytanie nr 52 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę chirurgiczną mobilną posiadającą temperaturę koloru światła 4 350K? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 53 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę chirurgiczną mobilną posiadającą źródło światła: 6 wysokowydajnych diod LED, moc 28 W? Zaferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaferowanej lampy.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 54 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę chirurgiczną mobilną posiadającą średnicę głowicy lampy w kształcie owalu nie przekraczającą wymiaru 230X330 mm?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 55 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna**

Czy Zamawiający dopuści lampę o natężeniu światła 70Klux co stanowi różnicę niewyczuwalną z praktycznego punktu widzenia dla operatora?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 56 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna**

Czy zamawiający będzie wymagał Ra min. 96? Oraz R9 min 96?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 57 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna**

Czy zamawiający zgodzi się z uzasadnionym wymogiem, z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkownika dla personelu i pacjenta, aby zaferowana lampa miała możliwość rozbudowy o akumulator podtrzymujący ciągłość pracy do min. 9h?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 58 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 2 – Lampa chirurgiczna sufitowa z jedną głowicą**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę chirurgiczną sufitową posiadającą panel sterowania umiejscowiony z jednej strony lampy wg niżej załączonego zdjęcia poglądowego? Zaferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaferowanej lampy.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 59 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę chirurgiczną sufitową posiadającą temperaturę koloru światła 4 350K? Zaferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaferowanej lampy.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 60 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę chirurgiczną sufitową posiadającą źródło światła: 6 wysokowydajnych diod LED, moc 28 W? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 61 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę chirurgiczną sufitową posiadającą średnicę głowicy lampy w kształcie owalu nie przekraczającą wymiaru 230X330 mm?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 62 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna**

Czy Zamawiający dopuści lampę o natężeniu światła 70Klux co stanowi różnicę niewyczuwalną z praktycznego punktu widzenia dla operatora?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 63 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1 – Lampa chirurgiczna mobilna**

Czy zamawiający będzie wymagał Ra min. 96? Oraz R9 min 96?



**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 64 dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu podjęcia naprawy zawartego w §4 ust 5 oraz w załączniku 1a dot. Pakietu nr 3 Rodział II "Informacje dodatkowe" punkt 1 do 3 dni roboczych.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wydłuża czasu podjęcia naprawy.

**Pytanie nr 65 dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?*

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyrazi zgody.

**Pytanie nr 66 dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §5 ust. 2 pkt a) i b) taka by kary umowne naliczane były od sprzętu którego opóźnienie w dostawie/naprawie dotyczy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 67 dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §5 ust. 2 pkt. d) na: *“w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez wykonawcę, Zamawiającemu przyługuje prawo naliczenia kry umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.”*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 68 dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 2 na: *“Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca niezależnie do przyczyn nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych względem terminu określonego w §2 ust. 1.”*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 69 dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §10 poprzez dodanie zastrzeżenia o treści: *“W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 70 dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy**

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że gwarancja obejmuje przypadki, gdy rzecz sprzedana nie ma włościwości, do zapewnienia których zobowiązany jest Wykonawca, a zatem nie obejmuje naturalnego zużycia, o ile nie jest ono wynikiem wady tkwiącej w rzeczy.

**Pytanie nr 71 dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z §5 ust. 15.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 72 dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy**

Prosimy Zamawiającego o ujednoczenie zapisów z załącznika nr 1a dot, pakietu nr 3 Rodziła II "Informacje dodatkowe" punkt 3 z zapisami z załącznika nr 4 – wzór umowy, §4 ust. 7 tj. zmianę taka by w obu zapisach pozostało sformułowanie: "W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) naprawy tej samej części Urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tej części na nową (z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego).".

**Odpowiedź**

Dla pakietu nr 3 obowiązuje zapis z załącznika nr 1a i taki zostanie wprowadzony do umowy.

**Pytanie nr 73 dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 2

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości 0,2% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji zobowiązania, określonego w §2 ust.1, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanych w terminie ww. zobowiązań,**
- b) w wysokości 0,1% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii Urządzenia względem terminów określonych w §4 ust. 5, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto urządzeń objętych awarią** (w przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego; w razie jego dostarczenia kara umowna nie będzie naliczana za okres od dnia dostarczenia urządzenia do dnia wykonania naprawy Urządzenia),
- c) w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
- d) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania przez Wykonawcę, przez co należy rozumieć w szczególności opóźnienie, o którym mowa w §9 ust. 2 poniżej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości **10% niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wprowadzi proponowanych zmian.

**Pytanie nr 73 dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

**Odpowiedź**

Zamawiający przewidział taką możliwość w §3 ust. 2 wzoru umowy.

**Pytanie nr 73 dotyczy Pakiet nr 2- Ssak do odsysania wydzielin i płynów**

Czy Zamawiający dopuści ssak o szybkości zasysania 32l/min? Akceptacja umożliwi złożenie oferty korzystnej cenowo.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 73 dotyczy Pakiet nr 2- Ssak do odsysania wydzielin i płynów**

Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach:

- wysokość: 50 cm
- szerokość: 28,5 cm
- głębokość: 32 cm
- waga: 11,5 kg

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 74 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści lampę z panelem sterującym umiejscowionym w jednym miejscu na czaszy lampy. Oferowany parametr jest łatwy i bezpieczny w użyciu.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 75 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści lampę o podanych parametrach technicznych:

- natężenie oświetlenia: 60 000 luz w odległości 1 m
- temperatura koloru światła: 4 200 K
- Średnica głowicy lampy: 65 cm
- źródło światła: 12 diód o mocy 18 W

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 76 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści lampę z panelem sterującym umiejscowionym w jednym miejscu na czaszy lampy. Oferowany parametr jest łatwy i bezpieczny w użyciu.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 77 dotyczy Pakiet nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści lampę o podanych parametrach technicznych:

- natężenie oświetlenia: 60 000 luz w odległości 1 m
- temperatura koloru światła: 4 200 K
- Średnica głowicy lampy: 65 cm
- źródło światła: 12 diód o mocy 18 W

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY  
Mariola Szulc**