

PAKIET Nr 1 – STRZYKAWKI (1 ml)

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Strzykawka o objętości 1 ml, jednorazowego użytku, jałowa, trzyczęściowa, zbudowana z przezroczystego cylindra, tłoka dobrze dopasowanego do cylindra oraz igły, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie się , zaopatrzona w dokładną, dobrze widoczną skalę 0.01 ml, opakowanie jednostkowe z widoczną datą ważności.	sztuka	400		0,00		0,00		
2	Strzykawka o objętości 1 ml, jednorazowego użytku, jałowa, trzyczęściowa, zbudowana przezroczystego cylindra, tłoka dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelnacza tłoka oraz igły, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie się , zaopatrzona w dokładną, dobrze widoczną skalę 0.1 ml, przeznaczona do podawania insuliny, z uwzględnieniem insuliny o dawce 100 j. w 1 ml, opakowanie jednostkowe z widoczną datą ważności.	sztuka	4 500		0,00		0,00		
					0,00		0,00		

OGÓŁEM

.....
podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 2- WOREK UROSTOMIJNIY

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Worek urostomijny jednoczęściowy przezroczysty lub cielisty, z przylepcem dwuwarstwowym, rozmiar 10-66mm, posiada zawór antyzwrotny	sztuka	200		0,00		0,00		
2	Worek urostomijny jednoczęściowy przezroczysty lub cielisty, z przylepcem dwuwarstwowym, stosowany przy stomii wklęsłej lub płaskiej rozmiar worka 10-43mm, posiada zawór antyzwrotny	sztuka	200		0,00		0,00		
3	Worek urostomijny z przylepcem , odpływ zamykany korkiem , podwieszany pod zaczep, możliwość przycinania. Rozmiar 19, 25, 32, 38 mm	sztuka	100		0,00		0,00		
	OGÓLEM				0,00		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 3 – FOTOTERAPIA

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Starter - zapłonnik do świetlówek .	sztuka	4		0,00		0,00		
2	Świetlówki fluorescencyjne lecznicze 18 W, światło niebieskie do lampy do fototerapii Photo Terapy 4000	sztuka	16		0,00		0,00		
3	Świetlówki fluorescencyjne oświetlające 18 W, światło białe, do lampy Photo-Terapy 4000	sztuka	4		0,00		0,00		
4	Świetlówki fluorescencyjne do urządzenia Bilibet 18 w / 71 (2 G 11)	sztuka	6		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00 zł		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 4 – Pojemniki do reduktorów

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	nr katalogowy
1	Pojemniki do medycznych reduktorów tlenowych typu A21 ,A36 wykonanie II i dozowników do nawilżania na wodę destylowaną, plastikowe 1x.	sztuka	2 000		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 5 – CZUJNIKI DO PULSKOKSYMETRU

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Mankiet do mierzenia ciśnienia dla noworodków jednorazowego użytku kompatybilny z monitorem pacjenta IntelliVue MP30 firmy Philips rozmiar 2,3,4	sztuka	150		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 6 – MIKROKUWETY

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	nr katalogowy
1	Mikrokuwety firmy Hemocure do oznaczania poziomu cukru u noworodków i wcześniaków.	sztuka	7 000		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIEŃ Nr 7 – Narzędzia do waporizatora Quantum 2 – ArthroCare Sportsmedicine

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	nr katalogowy
1	Narzędzie do ablacji i modyfikacji termicznej przy artroskopii stawu kolanowego, kompatybilne z waporizatorem Quantum 2 – ArthroCare Sportsmedicine, jednorazowe, sterylne, do precyzyjnego wyglądania i ablacji chrząstki. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony rodzaj narzędzia oraz data ważności.	sztuca	10		0,00		0,00		
2	Narzędzie do ablacji i modyfikacji termicznej przy artroskopii stawu kolanowego, kompatybilne z waporizatorem Quantum 2 – ArthroCare Sportsmedicine, jednorazowe, sterylne, do ACL i oczyszczania łątki. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony rodzaj narzędzia oraz data ważności.	sztuca	10		0,00		0,00		
3	Narzędzie do ablacji i modyfikacji termicznej przy artroskopii stawu kolanowego, kompatybilne z waporizatorem Quantum 2 – ArthroCare Sportsmedicine, jednorazowe, sterylne, do uwolnień bocznych – haczyk 3,5mm; 30°. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony rodzaj narzędzia oraz data ważności	sztuca	5		0,00		0,00		
4	Narzędzie do ablacji i modyfikacji termicznej przy artroskopii stawu kolanowego, kompatybilne z waporizatorem Quantum 2 – ArthroCare Sportsmedicine, jednorazowe, sterylne, z funkcją silnego ssania do kontrolowanego szybkiego usuwania wszystkich rodzajów tkanek miękkich. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony rodzaj narzędzia oraz data ważności	sztuca	10		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 8 – Sprzęt dla ZDO

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Jednorazowe sterylne złącze niskociśnieniowe kompatybilne ze wstrzykiwaczami do badań CT: -Wytrzymałość ciśnieniowa – 350 PSI -łącznik niskociśnieniowy o dł. 250 cm, z trójnikiem Y z jednym zaworkiem antyzwrotnym, , gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 15 cm.	sztuka	3 200		0,00		0,00		
2	Zestaw -A (oddzielnie pakowany): Jednorazowy sterylny zestaw wkładowy do wstrzykiwacza kontrastu Stellanta CT D o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI składający się z: - 1 x wkład o pojemności 200 ml - 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm, z trójnikiem Y z jedną zastawką antyzwrotną, , gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu : 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 25 cm -złącze szybkiego napełniania typu „J” Zestaw B (oddzielnie pakowany): Jednorazowy sterylny zestaw wkładowy do wstrzykiwacza kontrastu Stellanta CT D o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI składający się z: - 1 x wkład o pojemności 200 ml - 1 x ostrze typu „Spike” - 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J”	sztuka	2 100		0,00		0,00		
OGÓŁEM					0,00		0,00		

* Produkty wolne od ftalanów (potwierdzenie producenta wkładów, nie dystrybutora, importera)

Prospekty, katalogi potwierdzające powyższe parametry wyłącznie producenta wraz z tłumaczeniem na j. polski w przypadku materiałów produkcyjnych w języku innym niż polski, Zamawiający nie będzie brał pod uwagę prospektów katalogów stworzonych przez dystrybutora, importera.

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet Nr 9 – Sprzęt do użytku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Oddziale Neonatologicznym

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 w technologii OxiMax na palec osoby dorosłej – powyżej 40kg. Czujnik silikonowy, długość kabla – 1,1m, wtyczka 9-PIN D-Sub.	Szt	8		0,00		0,00		
2	3m kabel połączeniowy między monitorami IntelliVue, a jednorazowym czujnikiem SpO2 (OxiMax) 8-PIN\9-Pin D –Sub.	Szt	5		0,00		0,00		
3	Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny pacjenta: 27,0 – 35,0cm, szerokość: 13,0cm. Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatycką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i nieprawidłowego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecności PVC i lateksu w produkcie oraz ref produktu, znak CE, nazwa i adres strony www producenta. Możliwość odkażania i sterylizacji z pełnym wykazem dopuszczonych przez producenta środków chemicznych ujętych w instrukcji użytkowania mankietu. Roczna gwarancja na produkt.	Szt	15		0,00		0,00		
4	Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny pacjenta: 34,0 - 43,0cm, szerokość: 16,0cm. Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatycką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i nieprawidłowego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecności PVC i lateksu w produkcie oraz ref produktu, znak CE, nazwa i adres strony www producenta. Możliwość odkażania i sterylizacji z pełnym wykazem dopuszczonych przez producenta środków chemicznych ujętych w instrukcji użytkowania mankietu. Roczna gwarancja na produkt.	szt	8		0,00		0,00		
5	3m kabel połączeniowy pomiędzy monitorami IntelliVue, a mankietami NIBP.	szt	8		0,00		0,00		
6	Wielorazowe zakończenia 3-elektrodowe do kabla głównego EKG, chwytakowe z kolorystycznym oznaczeniem (czerwony-żółty-zielony) dla szybkiej i łatwej aplikacji. Kompatybilny z samoprzylepnymi elektrodami. Długość 1,0m	Szt	15		0,00		0,00		
7	Kabel główny, zbiorczy, połączeniowy pomiędzy monitorami IntelliVue, a zakończeniem 3-elektrodowym EKG. Długość 2,7m, Gniazdo 12 Pin.	Szt	3		0,00		0,00		
8	Wielorazowy czujnik do nieinwazyjnego pomiaru temperatury na powierzchni skóry. Średnica czujnika 6,5mm, długość min 3m. Wtyczka z widocznym nr ref produktu.	Szt	15		0,00		0,00		
9	Jednorazowy, sterylny czujnik do pomiaru temperatury z powierzchni skóry w postaci samoprzylepnego serduszka. Długość 71cm. Roczny okres gwarancji i przydatności użytkowania. W opakowaniu zbiorczym 20 sztuk pakowanych oddzielnie. Do czujnika kabel łączący 3m, 2-pin plug.	Szt	20		0,00		0,00		

10	Jednorazowy , sterylny, silikonowy cewnik Foley'a z jednoczesnym czujnikiem pomiaru temperatury głębokiej. Foley z 3-ramiennym rozgałęzieniem: port do uszczelnienia balonu, port do podłączenia worka na mocz i czujnik pomiarowy. Rozmiar: 18FR, długość 43cm, 12 miesięczny okres gwarancji i przydatności do użytku. Do cewnika z czujnikiem 3 m kabel łączący 2-pin plug.	Szt	10		0,00	0,00	0,00	
11	Jednorazowy, komfortowy mankiet NIBP dla dorosłych. Obwód: 27,5–36cm, szerokość: 13,5cm, długość 30cm. Kolor granatowy. Na mankiecie wyraźnie widoczny producent, numer ref, obwód, opisowo określony rozmiar, graficznie sposób aplikacji. Pakowane po 10 sztuk. Do połączenia mankietów z kardiomonitoremi IntelliVue 3m kabel łączący.	Szt	30		0,00	0,00	0,00	
12	Jednorazowy, komfortowy mankiet NIBP dla dorosłych. Obwód: 35–45cm, szerokość: 17cm, długość 38cm. Kolor bordowy. Na mankiecie wyraźnie widoczny producent, numer ref, obwód, opisowo określony rozmiar, graficznie sposób aplikacji. Pakowane po 10 sztuk. Do połączenia mankietów z kardiomonitoremi IntelliVue 3m kabel łączący.	Szt	20		0,00	0,00	0,00	
13	Wielorazowy adapterem dróg oddechowych dla pacjenta dorosłego. Kolor czarny. Rurka intubacyjna >4mm. Do 100 użyć.	Szt	8		0,00	0,00	0,00	
14	Jednoczęściowa linia próbkowania microstream do długotrwałego monitorowania etCO2 w gałęzi bocznej, z wieloportowym łącznikiem układu oddechowego, bez martwej przestrzeni. łącznik długości 5,5cm z częściowym, zewnętrznym karbowaniem. Przewód o minimalnej długości 205cm zakończony złączem koloru żółtego (kolor różnicuje linie – krótko lub długotrwałe użytkowanie)wyposazonym w skrzydełka ułatwiające podpięcie linii pod moduł kapnograficzny monitora. Zestaw z wkładką Nafion zmniejszającą ilość pary wodnej w linii. Zestaw do użytku 72-godzinnego u pacjentów wentylowanych powietrzem nawilżanym a'25	op	2		0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM							0,00	0,00

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 10- Medyczne majtki , śliniaki stomatologiczne

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	nr katalogowy
1	Medyczne majtki jednorazowego użytku do kolonoskopii, wykonane z włókniny poliestrowej, miękkiej i przyjemnej w dotyku, mocowanie na gumkę. Rozmiar M, L, XL, XXL	sztuca	300		0,00		0,00		
2	Fartuch, spódnica 1x, z włókniny miękkiej, mocowanie na gumkę, długość ok 80 - 90 cm	sztuca	300		0,00		0,00		
3	Jednorazowe śliniaki stomatologiczne składana dwu warstwowa bibuła podzielona warstwą folii PE, troczki w górnej części pozwalają na zawiązanie śliniaka ,dolna część śliniaka zakończona kieszenią	sztuca	1 600		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00		0,00		

.....

podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 11 – Sprzęt do użytku w Oddziale Neonatologicznym

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	nr katalogowy
1	Zestaw rur pacjenta do respiratora Stephan F-120 Mobil kompatybilny z urządzeniem	komplet	2		0,00 zł		0,00		
2	Czujnik tlenu do respiratora Stephan F-120 Mobil	Szt	3		0,00 zł		0,00		
3	Butelka do nawilżania tlenu	Szt	2		0,00 zł		0,00		
	OGÓŁEM				0,00		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 12 – BILIBETY

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Folia do urządzenia Bilibet przezroczysta, rozm. S, zaopatrzona w rzepy boki folii ścięte i zaokrąglone celem umieszczenia jej w stelażu	sztuca	5		0,00		0,00		
2	Kombinezon do urządzenia Bilibet rozm. S, wielorazowego użytku wykonany z przyjaznej tkaniny typu frotte z możliwością prania do 95stopni , spód kombinezonu wykonany z tkaniny przepuszczającej promienie lampy, zaopatrzony w rzepy umożliwiające umocowanie kombinezonu do folii. Na górze zamek błyskawiczny pozwalający bezpiecznie i wygodnie wykonywać czynności pielęgnacyjne. Wskazane aby kombinezon posiadał rękawki.	sztuca	5		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 13 – Ustniki do spirometru

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Ustniki do spirometru microlab	sztuca	200		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 14 – PASY, LEJCE

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Szyna Brauna miękka duża, powlekana materiałem zmywalnym, przepuszczające promienie RTG bez części metalowych	szt.	10		0,00		0,00		
2	Nosze zwijane winylowe 10 uchwytów, łatwe w czyszczeniu	szt.	5		0,00		0,00		
3	Pozycjonery do zdjęć czaszki dla pacjentów nieprzytomnych, bez części metalowych, obłożony materiałem zmywalnym	szt.	2		0,00		0,00		
4	Końierz twardej ortopedyczny typu FLORIDA	szt.	3		0,00		0,00		
5	Mata – ślizg do przemieszczania pacjentów z wózka na wózek materiał trwały w użyciu odporny na rozdarcie łatwy do dezynfekcji	szt.	4		0,00		0,00		
6	Opaska do mocowania pelot aparatu KTG, rozmiar 6 x 130 cm a' 8 szt	op	5		0,00		0,00		
7	Trójkąt pod rękę po mastektomii.Powierzchnia zmywalna	szt.	2		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 15 – AKCESORIA DO ELEKTROCHIRURGII

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Elektroda neutralna jednorazowego użytku , elektroda dzielona, dla dorosłych o powierzchni 90 cm ² (+/- 10%), pasująca do aparatów EMED,ERBE,CONMED	sztuka	100		0,00		0,00		
2	Elektroda neutralna ,wielorazowa do aparatów ERBE ,wymiary 25x15 cm (+/-1 cm), wraz z kablem zasilającym o dł. Max 5 m kompatybilna z diatermiami ERBE	sztuka	5		0,00		0,00		
3	Elektroda neutralna, wielorazowa do aparatów EMED ,wymiary 25x15 cm (+/-1 cm), wraz z kablem zasilającym o dł. Max 5 m kompatybilna z diatermiami EMED	sztuka	5		0,00		0,00		
4	Elektroda neutralna,wielorazowa do aparatów CONMED,wymiary 25x15 cm (+/-1 cm), wraz z kablem zasilającym o dł. Max 5 m kompatybilna z diatermiami CONMED	sztuka	5		0,00		0,00		
5	Kabel wielokrotnego użytku do elektrody neutralnej,jednorazowej, długość kabla 3-5m, do aparatów ERBE	sztuka	6		0,00		0,00		
6	Kabel wielokrotnego użytku do elektrody neutralnej,jednorazowej, długość kabla 3-5m, do aparatów CONMED/BOWA	sztuka	6		0,00		0,00		
7	Kabel wielokrotnego użytku do elektrody neutralnej,jednorazowej, długość kabla 3-5m, do aparatów EMED	sztuka	6		0,00		0,00		
8	Uchwyt elektrody z nożem 2,4 mm,jednorazowego użytku,sterylny,z dwoma przyciskami, z kablem min.3m, wtyk do aparatów ERBE (średnica 5 mm)	sztuka	400		0,00		0,00		
9	Uchwyt elektrody z nożem 2,4 mm,jednorazowego użytku,sterylny,z dwoma przyciskami, z kablem min.3m, wtyk 3-bolcowy (do aparatów EMED)	sztuka	2600		0,00		0,00		
10	Nóż prosty do uchwytu elektrody o dł. 150 - 155 mm, jednorazowy, sterylny, do uchwytu 2,4 mm, izolowany na długości ok. 8 cm	sztuka	150		0,00		0,00		
11	Wielorazowy uchwyt elektrody z nożem, 2,4mm,z dwoma przyciskami,długość kabla min.4m,z wtykiem do aparatów ERBE (średnica 5 mm) do min . 200 sterylizacji	sztuka	5		0,00		0,00		
12	Wielorazowy uchwyt elektrody,4 mm z nożem,z dwoma przyciskami, dł. kabla min.4m,z wtykiem 3-bolcowym,do aparatów EMED do min . 200 sterylizacji	sztuka	5		0,00		0,00		

załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy

13	Pęseta bipolarna 0,5 mm, wielorazowa o długości 10 – 11 cm, prosta, autoklawowalna.	sztuca	3		0,00		0,00
14	Pęseta bipolarna 1 mm, wielorazowa o długości 15 – 16 cm, prosta, autoklawowalna.	sztuca	3		0,00		0,00
15	Kabel dł.3-5 m do w/w pensety wielorazowego użytku z wtykiem do aparatów EMED	sztuca	4		0,00		0,00
16	Kabel dł.3-5 m do w/w pensety wielorazowego użytku z wtykiem do aparatów ERBE	sztuca	4		0,00		0,00
17	Uniwersalny kabel mono i bipolarny do bezpośredniego podłączenia jednej elektrody monopolarnej (uchwył monopolarny – dwa przyciski cięcia, koagulacja, gniazdo o średnicy 2,4mm) i jednego narzędzia bipolarnego (szczyt bipolarny), długość około 4m, złącze od strony urządzenia musi umożliwiać podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego aparatu ARC firmy BOWA	sztuca	2		0,00		0,00
18	szczytce biopolarne 0,5 mm bagnetowe, wielorazowe dł ok.16 cm do aparatu EMED	sztuca	7		0,00		0,00
19	szczytce biopolarne 1 mm bagnetowe, wielorazowe dł ok.16 cm do aparatu EMED	sztuca	4		0,00		0,00
20	kabel szczytce biopolarnych, wtyk 2-bolcowy 29mm dł 3 -5m do aparatu EMED wielorazowego użytku	sztuca	5		0,00		0,00
21	szczytce biopolarne 0,5 mm proste, wielorazowe dł ok.110mm do aparatu EMED	sztuca	2		0,00		0,00
22	szczytce biopolarne igła, proste, wielorazowe dł ok.110 mm do aparatu EMED	sztuca	2		0,00		0,00
	OGÓŁEM				0,00		0,00

.....

podpis Wykonawcy

PAKIET NR 16 – Sterylna osłona na uchwyty lampy operacyjnej

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne	Producent i nr katalogowy
1.	Sterylna osłona na uchwyty lampy operacyjnej o średnicy kolnierza min 120mm i głębokości min.140mm. Kolnierz z nacięciami dla lepszego trzymania na uchwyty. Otwór o średnicy 15mm – zapobiegający spadaniu. Pakowna pojedynczo w opakowanie folia papier i dodatkowo wewnątrz w worek foliowy. Opakowanie karton a 100	sztuka	600		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00		0,00		

.....
podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 17 -SPRZĘT HIGIENICZNO SANITARNY DLA PACJENTÓW

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Kaczki plastikowe, o pojemności 1000 ml, brzegi o łagodnych wykończeniach, długość szyjki ok.10 cm, z przykrywką.	sztuka	200		0,00		0,00		
2	Baseny plastikowe z przykrywką.	sztuka	150		0,00		0,00		
3	Miski nerkowate małe, średnie, duże wykonane z tworzywa sztucznego, z możliwością wielokrotnej sterylizacji,	sztuka	30		0,00		0,00		
4	Pojniki dla chorych wykonane z tworzywa sztucznego, łatwe w utrzymaniu czystości, przeznaczone do dezynfekcji i sterylizacji.	sztuka	1300		0,00		0,00		
5	Stoje plastikowe do zbiórki moczu, przezroczyste, wykonane z twardego PCV, o pojemności 2500 ml, z podziałką co 100 ml, o średnicy otworu wlewowego ok. 15 cm, z pokrywką, uchwytem i portem dodatkowym do pobierania próbek.	sztuka	20		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00		0,00		

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet Nr 18 – Sprzęt do użytku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Oddziale Neonatologicznym

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Opaska mocująca ręce lub stopy stosowana do samoobrony pacjentów, wykonana z miękkiego materiału, zapinana na rzep z zintegrowanym uchwytem do mocowania dołączonej tasiemki o dł 150 cm, szerokość 7 cm, dł. 25-30 cm. Możliwość sterylizacji parowej	szt	100		0,00		0,00		
2	Zapinka do mocowania kabli i drenów – wykonania z taśmy typu VELCRO i „żabek” mocujących zapinkę do łóżka pacjentów	szt	10		0,00		0,00		
3	Podkładki przeciwoślizgowe, żelowe – pod pięty wymiary 180 x 100 x 70 mm	szt	20		0,00		0,00		
4	Podkładki przeciwoślizgowe, żelowe – pod głowę – kształt koła wymiary 200 x 45 mm	szt	10		0,00		0,00		
5	Zestaw mocujący przetworników do pomiaru ciśnienia (płytki na 4 przetwornik i imadło) do stojaków do kroplówek	szt	2		0,00		0,00		
6	Uniwersalny konektor (jedno lub dwuprzewodowy) łączący mankiety do pomiaru ciśnienia z dowolnym monitorem	szt	5		0,00		0,00		
				OGÓŁEM	0,00		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 19 – AKCESORIA DO ELEKTROCHIRURGII

Lp.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Elektroda monopolarna do elektrokoagulacji wielorazowego użytku (nadająca się do sterylizacji), lancet kątowny, romboidalny 19 x 1,8 mm śr. 4 mm, R- 202 ,pasująca do aparatów EMED ES 350	sztuca	9		0,00		0,00		
2	elektroda monopolarna do elektrokoagulacji wielorazowego użytku (nadająca się do sterylizacji), lancet prosty, owalny 25x3,5mm mm śr. 4 mm ,pasująca do aparatów EMED ES 350	sztuca	9		0,00		0,00		
3	elektroda monopolarna do elektrokoagulacji wielorazowego użytku (nadająca się do sterylizacji), igła prosta, grubość 0,5mmmm,pasująca do aparatów EMED ES 350	sztuca	9		0,00		0,00		
4	elektroda monopolarna do elektrokoagulacji wielorazowego użytku (nadająca się do sterylizacji), igła prosta 0,8x29mm śr. 4 mm,pasująca do aparatów EMED ES 350	sztuca	9		0,00		0,00		
5	elektroda monopolarna do elektrokoagulacji wielorazowego użytku (nadająca się do sterylizacji),igła do mikrodysekcji,wolfram,giętka 0,25mmx4mm dl. 45 mm śr.4mm pasująca do aparatów EMED ES 350	sztuca	9		0,00		0,00		
6	elektroda monopolarna do elektrokoagulacji wielorazowego użytku (nadająca się do sterylizacji), igła do mikrodysekcji,wolfram 0,25mmx4mm dl 20mm śr.4 mm ,pasująca do aparatów EMED ES 350	sztuca	9		0,00		0,00		
7	uchwyt do elektrody 4mm do aparatu emed dl kabla ok 4,5m wielorazowego użytku nadający się do sterylizacji	sztuca	8		0,00		0,00		
8	Elektroda monopolarna do elektrokoagulacji wielorazowego użytku (nadająca się do sterylizacji), lancet prosty, wąski 25 x 1,8mm śr. 4 mm, ,pasująca do aparatów EMED ES 350	sztuca	4		0,00		0,00		
9	szczypce biopolarne igła bagnetowe, wielorazowe dl ok.16 cm do aparatu EMED	sztuca	4		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00		0,00		

.....

podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 20 – Samoogrzewający koc

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Koce kompatybilne z aparatem Warm Touch wykonane z wielowarstwowej tkaniny odpornej na rozdarcie, przebiecie i zamoczenie. Materiał nie zawiera lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny, swobodny przepływ powietrza (bez kanałów sterujących przepływem powietrza). Ze wnętrza warstwa wykonana z nieknanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta, wymiary 99 cm x 198 cm.	sztuکا	200		0,00		0,00		
					0,00		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 21 – akcesoria do kardiomonitora VALMED 4000, PHILIPS C3

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	Producent i nr katalogowy
1	Czujnik do saturacji wielorazowego użytku na palec kompatybilny z kardiomonitorem VALMED 4000, PHILIPS C3	sztuca	20		0,00		0,00		
2	Mankiet do mierzenia ciśnienia kompatybilny z kardiomonitorem VALMED 4000, PHILIPS C3	sztuca	5		0,00		0,00		
3	Kabel 3 żyłowy do kardiomonitora PHILIPS C 3	sztuca	1		0,00		0,00		
4	Czujnik do saturacji wielorazowego użytku, silikonowy na palec dla dorosłego kompatybilny z kardiomonitorem INTELLIVE firmy Philips,dł. Kabla nie mniejsza niż metr	sztuca	2		0,00		0,00		
5	Mankiet do mierzenia ciśnienia kompatybilny z kardiomonitorem Intellive firmy Philips o rozmiarach 27,5-36 cm, 35,0-45,0	sztuca	2		0,00		0,00		
6	Organizer porządkowy do przewodów kardiomonitora na ramię kompatybilny z kardiomonitorem Intellive	Komplet (5 sztuk)	2		0,00		0,00		
7	Przewód łączący ,adapter do saturacji kompatybilny z kardiomonitorem Intellive	sztuca	2		0,00		0,00		
8	Przewód łączeniowy do wielorazowych mankietów oraz jednorazowych dla dorosłych kompatybilny z kardiomonitorem Intellive	sztuca	2		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 22 – AKCESORIA DO ELEKTROCHIRURGII - do noża harmonicznego:

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu	nr katalogowy
1	Narzędzie kompatybilne z nożem harmonicznym Ethicon Endo – Surgery (Generation G11), jednorazowe, sterylne, o długości 36 cm, część „robocza” o długości 15 mm do laparoskopii. Do trokara Ø5. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony rozmiar oraz data ważności	sztuka	15		0,00 zł		0,00		
2	Narzędzie kompatybilne z nożem harmonicznym Ethicon Endo – Surgery (Generation G11), jednorazowe, sterylne, o długości 36 cm, część „robocza” o długości 22 mm do laparotomii. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony rozmiar oraz data ważności	sztuka	15		0,00 zł		0,00		
				OGÓŁEM	0,00 zł		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 23 – Sprzęt do użytku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	nr katalogowy
1	Membrana nebulizatora Solo dla jednego pacjenta z pojemnikiem na lek o pojemności 6 ml kompatybilny z nebulizatorem Aeroneb Pro wraz z łącznikiem typu T z silikonowym korkiem dla jednego pacjenta do podłączenia do obwodów oddechowych o średnicy 22 mm (komplet – 10 szt.)	Szt	100		0,00 zł		0,00		
2	Łącznik typu T z silikonowym korkiem wielorazowego użytku przystosowany do sterylizacji w autoklawie do podłączenia do obwodów oddechowych o średnicy 22 mm kompatybilny z nebulizatorem Aeroneb Pro (komplet – 5 szt.)	Szt	50		0,00 zł		0,00		
3	Worek samorozprężalny umożliwiający wentylację pacjentów o masie ciała od 15 kg wzwyż Maksymalna dostarczana objętość oddechu 1300 ml Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączy Pasek zabezpieczający przed wyszlizgiwaniem się z dłoni Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości Odłączany rezerwuuar tlenu o objętości 1500 ml – 2 sztuki Możliwość podawania tlenu w przypadku odłączonego rezerwuaru Maski dla dorosłych z miękkim pompowanym mankietem rozmiar 6 – 1 sztuka, 5 – 2 sztuki, 3/4 - 1 sztuka, 2 – 1 sztuka Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp 134°C) włącznie z rezerwuarem tlenu i maskami Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca wykaz części zamiennych	Szt	1		0,00 zł		0,00		
OGÓLEM					0,00		0,00		

.....
podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 24 – Zestaw do cewnikowania tętnicy

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu	nr katalogowy
1	Zestaw do cewnikowania tętnicy techniką Seldingera w skład zestawu wchodzi: cewnik poliuretanowy z powłoką hydrofilną ze skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, 1 przewodnik z końcówkami prostymi lub w kształcie "J" (z prostownikiem) ze znacznikiem głębokości wprowadzenia o długości od 35cm -60 cm w zależności od rozmiaru , 1 igła punkcyjna z końcówką naciętą w kształcie "y" wskazująca położenie ścieżka igły ku górze. Rozmiar 18G/8,cm, 12cm,16cm, 23 cm 20G/ 8cm, 12cm, 15cm, 22ga/ 8cm, 12 cm	sztuka	20		0,00 zł		0,00		
2	Zestawy do kaniulacji tętnicy promieniowej techniką seldingera w skład zestawu wchodzi :cewnik poliuretanowy z powłoką hydrofilna 20 Ga/5 cm lub 22Ga/5 cm , igła ścięta w kształcie V z kolorowymi końcówkami w celu identyfikacji rozmiaru , przewodnik prosty 0,021"-35 cm	sztuka	40		0,00 zł		0,00		
OGÓŁEM					0,00 zł		0,00		

.....

podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 25 – MASKA PEŁNOTWARZOWA

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu	nr katalogowy
1	<ul style="list-style-type: none"> - Maska pełnotwarzowa (tj. obejmująca usta, nos oraz oczy pacjenta). - Część maski przylegająca do twarzy pacjenta wykonana z silikonu, zapewniająca doszczelnienie maski podczas wentylacji. - Maska bakteriologicznie czysta - Wyposażona w materiałową uprzęż z dwoma klipsami ułatwiającymi dopasowanie maski do twarzy chorego. - Przeznaczona do min. 5-krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej, chemicznej oraz plazmowej i autoklawu). - Maski z możliwością regulacji stopnia przecieku. - Dostępna w rozmiarach: XXS, XS, S, L, XL - Maski w zestawie z 5 sztukami uprząży oraz łącznikiem kątowym bez przecieku 	szt	5		0,00 zł		0,00		
	OGÓŁEM				0,00 zł		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 26 – Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu	nr katalogowy
1	Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia, utrzymywany do 6 tygodni, wykonany z PUR, kontrastujący w RTG, ze spiralą na końcu do łatwiejszego zakładania, koniec wyposażony w dwa duże i dwa małe otwory, w zestawie prowadnica pokryta silikonem z zakończeniem kulkowym, łącznik z zatyczką, rozm. 10CH dł. 1450mm.	sztuka	70		0,00 zł		0,00		
	OGÓŁEM				0,00 zł		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 27 – igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu	nr katalogowy
1	<ul style="list-style-type: none"> • Igła wykonana ze stali nierdzewnej • Igła z otworem bocznym przeznaczona do pobierania leków m.in. z fiolek • Igła nie przeznaczona do iniekcji • Igła sterylna, apirogenna • Konstrukcja igły minimalizuje wytwarzanie skrawków z korków gumowych, • Boczny otwór umożliwia rozpuszczanie leków, ograniczając jego spienienie • Opakowanie foliowo-papierowe typu blister pack • IGŁA DO POBIERANIA LEKÓW Z OTWOREM BOCZNYM 18G 1,2X40/100SZT. • IGŁA DO POBIERANIA LEKÓW Z OTWOREM BOCZNYM 18G 1,2X30/100SZT 	op	200		0,00 zł		0,00		
	OGÓŁEM				0,00 zł		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 28 – Bezpieczna strzykawka

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu	nr katalogowy
1	Bezpieczna strzykawka 3-częściowa Luer-Lock kompatybilne ze wszystkimi rodzajami igieł iniekcyjnych. Wolna od ftalanów PCV i lateksu. Wyposażona w 3-stopniowy system chowający igłę w cylindrze po iniekcji ze słyszalnym "kliknięciem" potwierdzającym aktywację mechanizmu. Tłok wyposażony w specjalne uszczelnienie - trzpień redukujący martwą przestrzeń. Tłok z czterostronnym podcięciem ułatwiającym aspirację oraz z wcięciami umożliwiający odłamanie tłoka po wykonanej procedurze. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister-pack. Pojemność 3ml. Skalowana linearnie, co 0,1ml, cyfrowo, co 0,5ml. Opakowanie a'100szt.	op	100		0,00 zł		0,00		
2	Bezpieczna strzykawka 3-częściowa Luer-Lock kompatybilne ze wszystkimi rodzajami igieł iniekcyjnych. Wolna od ftalanów PCV i lateksu. Wyposażona w 3-stopniowy system chowający igłę w cylindrze po iniekcji ze słyszalnym "kliknięciem" potwierdzającym aktywację mechanizmu. Tłok wyposażony w specjalne uszczelnienie - trzpień redukujący martwą przestrzeń. Tłok z czterostronnym podcięciem ułatwiającym aspirację oraz z wcięciami umożliwiający odłamanie tłoka po wykonanej procedurze. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister-pack. Pojemność 5ml. Skalowana linearnie, co 0,2ml, cyfrowo, co 1ml. Opakowanie a'100szt.	op	20		0,00 zł		0,00		
OGÓŁEM					0,00 zł		0,00		

.....
podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 29 – wkłady jednorazowe 2l

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu	nr katalogowy
1	wkłady jednorazowe 2l pasujące do ssaka NEW ASKIR 30.	sztučka	300		0,00 zł		0,00		
	OGÓŁEM				0,00 zł		0,00		

.....

podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 30 – Jednorazowe marki do pomiarów obwodu ciała noworodka

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu	nr katalogowy
1	Jednorazowe marki do pomiarów obwodu ciała noworodka, skala pomiaru od 12 cm do 59 cm. Pakowane po 1000 szt.	op	2		0,00		0,00		
2	Jednorazowe miarki do pomiaru ciała noworodka w ściennym dozowniku. Pakowane po 500 szt. Skala pomiaru od 12 cm do 59 cm	op	6		0,00		0,00		
3	Ergonomiczna wysuwalna miarka do pomiaru obwodu ciała noworodka. Zakres pomiaru od 0 do 2005 cm, podziałka co 1 mm, skala nie ścierna po dezynfekcji.	szt	20		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00 zł		0,00		

.....

podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 31 –Zestaw jednorazowego użytku kompatybilny z laktatorem

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu	nr katalogowy
1	Zestaw jednorazowego użytku kompatybilny z laktatorem szpitalnym CARUM ARDO. Zestaw składa się z lejka, drenu, zaworu wargowego, pojemnika próżniowego, nasadki zaciskowej węży, nasadki wężowej. Opakowanie sterylne nadaje się do użytku dla jednej pacjentki przez 72 godziny.	sztučka	500		0,00 zł		0,00		
	OGÓŁEM				0,00 zł		0,00		

.....

podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 32 – Wielokomorowy zestaw pediatriczny do drenażu opłucnej

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu	nr katalogowy
1	Wielokomorowy zestaw pediatriczny do drenażu opłucnej, z mechaniczną regulacją siły ssania, komora o poj 1900 ml.	sztuka	5		0,00 zł		0,00		
	OGÓŁEM				0,00 zł		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 33 – Zestaw porodowy, Zestaw okulistyczny

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. informacyjne	nr katalogowy
1	Zestaw porodowy do opieki nad noworodkiem , sterylny w skład zestawu wchodzi: jeden chłonny podkład 60 x90 cm, trzy chłonne ściereczki 70 x 80 cm, jedna chłonna ściereczka 50 x 60 cm, jedna osłona głowy . Opakowanie (karton) zawiera 25 zestawów.	sztuka	1850		0,00		0,00		
2	Zestaw okulistyczny składający się z: 2 x fartuch M 1 x fartuch L serweta DS 2 rozmiar 75 x 90 - 1 szt podkietniki DS 2 rozmiar 35 x 75 - 2 szt serweta okulistyczna 122 x 155 z dwoma zbiornikami na płyny - 1 szt	sztuka	300		0,00		0,00		
3	serweta okulistyczna 122 x 155 z dwoma zbiornikami na płyny	sztuka	300		0,00		0,00		
	OGÓŁEM				0,00		0,00		

.....
 podpis Wykonawcy