



WSS/KG/380 /DZP/WSP/77/17

Tychy, 02.03.2017r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku na potrzeby szpitala – powtórka i uzupełnienie (nr sprawy: 1/17/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 10, pozycja nr 1**

Czy Zamawiający wymaga zaworu o małej objętości wypełnienia wynoszącej maksymalnie 0,07 ml co jest jednoznaczne z małą przestrzenią martwą w torze przepływu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

**Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 10, pozycja nr 1**

Czy Zamawiający wymaga zaworu o dużej wytrzymałości wynoszącej 7 dni lub 720 aktywacji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

**Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 10, pozycja nr 1**

Czy Zamawiający wymaga aby zawór posiadał maksymalny przepływ wynoszący 600 ml/min ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

**Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 11**

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny - angielskiej marki Vacsax, pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne kanistry i mocowniki? Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi)?

System Vacsax charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączy, tak jak w systemie Flovac. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega

**MEGREZ Sp. z o.o.**

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 17 953 850,00 zł- w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



mylnemu podłączeniu drenów. System Vacsax posiada uniwersalny, zwężający się króciec do pacjenta, kompatybilny z drenami o różnej średnicy. Wkłady wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkownika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego produktu i oczekuje asortymentu zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

**Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 11**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 „Laryngologia torba na wydzieliny” dopuści również torby / worki na wydzielinę jednorazowego użytku o pojemności 2 litry do ssaka elektrycznego typu Victoria z jednoczesnym, nieodpłatnym użyczeniem na czas trwania umowy wielorazowych pojemników i uchwytów do nich na wymaganą ilość stanowisk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

**Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści port bezigłowy do podłączenia kaniuli dożylniej ze standardowymi końcówkami Luer-Lock, przeznaczony do podawania płynów, w kolorze niebieskim (dostęp żylny) i w kolorze czerwonym (dostęp tętniczny) do wyboru przez zamawiającego w trakcie zamawiania produktu, do stosowania przez 168 godzin lub 200 użyć. Pakowany jednostkowo, sterylny, data ważności na opakowaniu.

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści port bezigłowy z przedłużaczem 10cm o średnicy 1,0mm i minimalnej objętości zalegania i zaciskiem ślizgowym na drenie do podłączenia kaniuli dożylniej ze standardowymi końcówkami Luer-Lock, do stosowania przez 168 godzin lub 200 użyć. Pakowany jednostkowo, sterylny, data ważności na opakowaniu.

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 1, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza worek urostomijny z przylepcem 10 – 45 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 1, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza worek z przylepcem hydrokoloidowym?

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 1, pozycja nr 2**

Czy dopuszcza worek urostomijny do stomii wklęsłego z otworem 10 – 35?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 1, pozycja nr 2**

Czy dopuszcza worek z przylepcem hydrokoloidowym?

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 1**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu nr 10.

**Pytanie nr 13 dotyczy Pakiet nr 10, pozycja 2**

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie portu z drenem o długości 3,0 cm, całkowita długość 9,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza port z drenem o długości 3,0 cm, całkowita długość 9,5 cm. Pozostałe parametry zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ.

**Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu nr 1, pozycja nr 1 i 2**

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie worka urostomijnego jednoczęściowego do przycięcia w rozmiarze 13-45mm, reszta zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 1**

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania portu bezigłowego dostępnego także w wersji tętnicznej: czerwona obudowa (do wyboru zamawiającego wg potrzeb)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 16 dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 2**

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania portu bezigłowego z przedłużaczem 13 cm o średnicy 1 mm, objętość wypełnienia 0,3 ml, nie zawierającego metalu oraz lateksu, z membraną jednorodną, wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, płaską, i łatwą do dezynfekcji powierzchnią?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 17 dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 1 i 2**

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania portu bezigłowego wyposażonego w zdejmowalny protektor męski zabezpieczający przed przypadkowym skażeniem miejsca wkłucia podczas aplikacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 18 dotyczy Pakietu nr 6**

Czy w ramach zasady uczciwej konkurencji, chcąc zaoferować w bardzo konkurencyjnej cenie oryginalne produkty: *Membrana nebulizatora Solo dla jednego pacjenta z pojemnikiem na lek (poz. nr 1) oraz Łącznik typu T z silikonowym korkiem wielorazowego użytku (poz. nr 2)*, Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 6 pozycji nr 3: *Worek samorozprężalny?*

Produkt ten uniemożliwia złożenie oferty naszej firmie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 6 pozycji nr 3.

**Pytanie nr 19 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację §7 ust. 2c) wzoru umowy w następujący sposób: *„w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części danego pakietu, w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet, bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 20 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu §4 ust. 7 wzoru umowy poprzez dodanie zdania o następującym brzmieniu *„z zastrzeżeniem, że ograniczenie zamówień asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy nie będzie większe niż 20% wartości/ ilości asortymentu wskazanego w niniejszej umowie.”?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 21 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisów §5 ust. 8 wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 22 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisów §9 ust. 3 wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 23 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację §11 wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 24 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopisanie do §2 ust. 2 projektu umowy zastrzeżenia o treści: „o maksymalnie 6 miesięcy”.

**Odpowiedź:**

Sześciomiesięczny termin jest już zastrzeżony w przywołanym postanowieniu.

**Pytanie nr 25 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust. 2a) na: „w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki w jej realizacji.”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 26 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust. 2b) na: „w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanego sprzętu za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji.”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY  
Mariola Szulc**