



WSS/KG/637/DZP/128/WSP/17

Tychy, 07.04.2017r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych, parawanów medycznych oraz lamp chirurgicznych na potrzeby oddziałów szpitalnych (nr sprawy: 4/17/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści ofertę na parawany medyczne (dotyczy Pakietu nr 6) z m.in. następującymi parametrami:

- z zasłonami z mocowaniem do stelaża za pomocą odpinanych kótek,
- z podstawami o szerokości 60 cm (głębokość - co zapewnia bardzo dobrą stabilność i swobodne przemieszczanie). Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści parawany medyczne z w/w parametrami.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną wyposażoną w jeden zintegrowany panel kontrolny do włączania i ustawiania parametrów światła umiejscowiony ergonomicznie na czaszy z dodatkową możliwością regulacji natężenia z poziomu uchwytu przeznaczonego do sterylizacji zlokalizowanego na przeciwległym brzegu czaszy w stosunku do panelu? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym będzie tożsame z wymaganym gdyż umożliwia regulacje funkcji z dwóch niezależnych miejsc.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną ze źródłem światła w postaci 30 diod LED umożliwiających uzyskanie wyższego natężenia od wymaganego tj. 100 000 lux w odległości 1m?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 17 953 850,00 zł- w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną o temperaturze barwowej na poziomie 4.500°K? Różnica zaledwie 100°K nie będzie zauważalna gołym okiem.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną o średnicy głowicy lampy wynoszącej 32cm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż ułatwia przemieszczanie i pozycjonowanie lampy.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną wyposażoną w jeden zintegrowany panel kontrolny do włączania/wyłączania, regulacji natężenia, regulacji średnicy pola operacyjnego, regulacji temperatury barwowej umiejscowiony ergonomicznie na brzegu czaszy lampy?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną ze źródłem światła w postaci 39 diod LED umożliwiającą uzyskanie wyższego natężenia od wymaganego tj. 150 000 lux w odległości 1m?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3700 do 5000°K z możliwością ustawienia na wybraną wartość, w tym wartość pośrednią tj. 4500°K?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną o średnicy głowicy lampy wynoszącej 48cm? Różnica ~3cm nie będzie zauważalna w praktyce użytkowej.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną z poborem mocy na poziomie 50W?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową wyposażoną w jeden zintegrowany panel kontrolny do włączania i ustawiania parametrów światła umiejscowiony ergonomicznie na czaszy z dodatkową możliwością regulacji natężenia z poziomu uchwytu przeznaczonego do sterylizacji zlokalizowanego na przeciwległym brzegu czaszy w stosunku do panelu? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym będzie tożsame z wymaganym gdyż umożliwi regulacje funkcji z dwóch niezależnych miejsc.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową ze źródłem światła w postaci 30 diod LED umożliwiających uzyskanie wyższego natężenia od wymaganego tj. 100 000 lux w odległości 1m?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową o temperaturze barwowej na poziomie 4.500°K? Różnica zaledwie 100°K nie będzie zauważalna gołym okiem.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową o średnicy głowicy lampy wynoszącej 32cm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż ułatwia przemieszczanie i pozycjonowanie lampy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową wyposażoną w jeden zintegrowany panel kontrolny do włączania/wyłączania, regulacji natężenia, regulacji średnicy pola operacyjnego, regulacji temperatury barwowej umiejscowiony ergonomicznie na brzegu czaszy lampy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową ze źródłem światła w postaci 39 diod LED umożliwiających uzyskanie wyższego natężenia od wymaganego tj. 150 000 lux w odległości 1m?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3700 do 5000°K z możliwością ustawienia na wybraną wartość, w tym wartość pośrednią tj. 4500°K?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową o średnicy głowicy lampy wynoszącej 48cm? Różnica ~3cm nie będzie zauważalna w praktyce użytkowej.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową z poborem mocy na poziomie 50W?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga szafkę o podanych parametrach:

- a) blat do karmienia pacjenta wysuwany od frontu
- b) wymiary zewnętrzne: 46x 44x 76 cm
- c) szkielet szafki, boki korpusu oraz podstawa wykonana z stali malowanej proszkowo
- d) drzwiczki, czoła szuflad i blat wykonane z tworzywa ABS
- e) szafka wyposażona w chowane wieszaki na ręcznik umieszczone po bokach szafki
- f) blat szafki z wyprofilowanymi krawędziami, zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przedmiotów
- g) półka do spożywania posiłków wyposażona w miejsce na kubek
- h) wewnętrzna półka o regulowanej wysokości

Oferowany produkt nieznacznie różni się od wymagany i może być uznany za równoważny. Dzięki zastosowaniu stali szafka jest stabilna i mocna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę o podanych parametrach:

Ad a) Tak, zamawiający dopuszcza,

Ad b) zamawiający nie dopuszcza – zbyt małe wymiary,

Ad c) zamawiający nie dopuszcza,

Ad d) Tak, zamawiający dopuszcza,

Ad e) Tak, zamawiający dopuszcza,

Ad f) Tak, zamawiający dopuszcza,

Ad g) Tak, zamawiający dopuszcza,

Ad h) Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi, po jednym panelu w każdym segmencie, panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1 kg, nadające się do dezynfekcji)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 150 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w bariery boczne metalowe lakierowane, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej poziomu materaca, składające się z 4 poprzeczek, w celach bezpieczeństwa odblokowywane w dwóch ruchach, tj. ściśnięcie ze sobą 2 elementów blokady bariery, zwolnienie blokady poprzez uniesienie jej do góry, a następnie opuszczenie bariery?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w bariery boczne wyposażone w mechanizm zwalniania bariery w jej dolnej części, składane jedną ręką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w bariery boczne, w całości, stanowiące jednolity element, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta na całej długości i w każdej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w bariery boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, chromowane, z tworzywowym wykończeniem?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża za pomocą mechanizmu śrubowego w zakresie od 420 do 750 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga łóżko z czterosegmentowym leżem, z czego 3 segmenty są regulowane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 29 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, chromowane, z tworzywowym wykończeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 850 x 2000 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2160 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 850 x 1950 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców 0 - 78° co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda 0 - 34°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 350 – 740 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 36 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot przewodowy z możliwością blokady każdej funkcji z osobna?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot przewodowy z możliwością blokady całego pilota?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści z możliwością przedłużenia leża o 200 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z tworzywa HPL, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dwie opuszczane i składane na ramę leża niezależne aluminiowe bariery boczne, nie powiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości, wyposażone w tworzywowe listwy odbojowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone uchwyt na worki urologiczne zawieszany swobodnie na listwie umiejscowionej pod leżem?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w listwy umiejscowione pod leżem umożliwiające zamontowanie uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne z płynną możliwością regulacji ustawienia dostosowując odległość uchwytów do wzrostu pacjenta?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty materaca przy dwóch segmentach leża? W oferowanym łóżku uchwyty materaca nie wystają powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażają powstawaniu urazów kończyn?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatami (głównym i bocznym) wykonanymi z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołami szuflad i drzwiczkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w tylnej części w metalowy reling posiadający haczyki na ręcznik i uchwyt na szklankę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem posiadającym wystające krawędzie zabezpieczające przed rozlaniem się płynów i spadaniem przedmiotów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z dodatkową półką pomiędzy szufladami 11 cm z dostępem z dwóch stron?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą górną o wysokości 95 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 420 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 53 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości przy rozłożonym blacie 1100 mm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną pod dolną szufladą w półkę na rzeczy podręczne pacjenta wykonaną z metalu lakierowanego proszkowo z dostępem z dwóch stron?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga szafkę z blatem bocznym z możliwością regulacji kąta pochylecia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 56 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z mechanizmem unoszenia oraz zwalniani blatu umieszczonym w metalowej osłonie na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej umieszczonej w metalowej kolumnie, lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58 Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją blatu bocznego w zakresie od 800 do 1100 mm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę ze wspornikiem blatu nieosłoniętym aluminiową osłoną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 60 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem półki bocznej wykonanym z wytrzymałego tworzywa ABS, w kolorze białym, z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed zsunieniem się z blatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 61 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę otwierana dwustronnie z blatem bocznym przymocowanym na stałe? Przy otwieraniu dwustronnym szafki odejmowany blat jest zbędny.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę niewyposażoną w dodatkowe 5-te koło? Przy blacie przymocowanym na stałe do szafki piąte koło jest zbędne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 63 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z możliwością wyboru kolorów frontów szuflad oraz możliwość wyboru koloru konstrukcji szafki z min. 10 kolorów, w tym kolor czarny, z białymi blatami bez możliwości wyboru innego koloru?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 64 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację włączenia zasilania, czyli sygnalizację gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego podłączenia do sieci?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje produktu zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie nr 65 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 66 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże 4 segmentowe gdzie segmenty leża wypełnione są panelami z siatki, mocowanymi na stałe – jeden panel na każdy segment leża?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 67 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże 4 segmentowe gdzie segmenty leża wypełnione są panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji – jeden panel na każdy segment leża?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje asortymentu zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie nr 68 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 69 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami o wadze pojedynczego panelu przekraczającej wartość 1 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego łóżka szpitalnego i oczekuje asortymentu zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie nr 70 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną funkcję autoregresji wykonującą ruch odsuwania się segmentu plecowego oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po łuku/okręgu) podczas podnoszenia segmentów, jednak bez systemu teleskopowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 71 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, z wklejką kolorystyczną wklejaną od frontu szczytu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 72 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu tym samym bez graficznej informacji o zablokowanych/odblokowanych szczytach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 73 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralną blokadę kół uruchamianą za pomocą czterech dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach zapewniając do nich z każdej strony łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 74 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z możliwością ich składania/odblokowywania w dwóch ruchach tj. poprzez odciążenie

mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta – poręcz składana wzdłuż ramy leża, bez potrzeby jej podnoszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 75 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z mechanizmem do ich składania łatwo dostępnym, wbudowanym w ukośną poprzeczkę/wspornik w dolnej części poręczy, na ergonomicznej wysokości, umożliwiającej jednocześnie składanie poręczy za pomocą jednej ręki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 76 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję wykonaną z metalowych kształtowników oraz blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym w tym boki korpusu, czoła szuflady oraz drzwi, z zewnętrznymi elementami konstrukcyjnymi w postaci czterech pionowych kształtowników?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 77 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach: szerokość 425 mm, szerokość wraz z mechanizmem blatu bocznego 570 mm oraz głębokość 440 mm i wysokości 825 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 78 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach: szerokość 510 mm, głębokość 400 mm oraz wysokości 840 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje asortymentu zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie nr 79 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą układ jezdny z czterema kołami o średnicy 50 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 80 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą układ jezdny z czterema kołami o średnicy 50 mm z dodatkowym piątym kołem pod podporą blaty bocznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 81 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne z regulacją kąta segmentu plecowego ręczną za pomocą sprężyny gazowej, obsługiwanej dźwignią zamiast korby? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ. Dotyczy punktu 4, 8 oraz 12 tabeli technicznej

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne posiadające dwusegmentowe leże wypełnione dwoma panelami z siatki lakierowanej proszkowo o wymiarach oczek 5 x 5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 83 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne posiadające dwusegmentowe leże wypełnione dwoma panelami z płyty HPL – każdy z segmentów leża wykonany z pojedynczego, jednolitego elementu tworzywowego (każdy segment wyposażony w otwory wentylacyjne), brzegi segmentów leża zaokrąglone?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka szpitalne wyposażone w szczyty tworzywowe z polipropylenu z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, z wklejką kolorystyczną wklejaną od frontu szczytu?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 86 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka szpitalne wyposażone barierki boczne, pojedyncze po każdej stronie łożka, metalowe lakierowane proszkowo?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka szpitalne posiadające barierki, stojak kroplówki, dźwignia – wykonane w kolorze szarym RAL 7035?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 88 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne z regulowaną ich wysokością poprzez odciążenie bezpiecznego mechanizmu blokującego, uniemożliwiającego przypadkowe ich opuszczenie przez pacjenta oraz dające pewność bezpiecznego zamknięcia mechanizmu sygnalizowanego „kliknięciem”?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyroby posiadające dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 w tym deklaracje zgodności CE wydane przez producenta oraz zgłoszenie lub wpis do Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie od 360 do 810 mm? Oferowany zakres oraz sposób regulacji jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją kąta segmentu plecowego ręczną za pomocą sprężyny gazowej, obsługiwanej dźwignią zamiast korby? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ. Dotyczy punktu 4, 8 oraz 12 tabeli technicznej.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające dwusegmentowe leże wypełnione dwoma panelami z siatki lakierowanej proszkowo o wymiarach oczek 5 x 5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 93 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające dwusegmentowe leże wypełnione dwoma panelami z płyty HPL – każdy z segmentów leża wykonany z pojedynczego, jednolitego elementu tworzywowego (każdy segment wyposażony w otwory wentylacyjne), brzegi segmentów leża zaokrąglone?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty tworzywowe z polipropylenu z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, z wklejką kolorystyczną wklejaną od frontu szczytu?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 96 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne wyposażone barierki boczne, pojedyncze po każdej stronie łóżka, metalowe lakierowane proszkowo?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne z regulowaną ich wysokością poprzez odciążenie bezpiecznego mechanizmu blokującego, uniemożliwiającego przypadkowe ich opuszczenie przez pacjenta oraz dające pewność bezpiecznego zamknięcia mechanizmu sygnalizowanego „kliknięciem”?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wyroby posiadające dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz.679 w tym deklaracje zgodności CE wydane przez producenta oraz zgłoszenie lub wpis do Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę o poniższych parametrach:

- a) Szafka przyłóżkowa z blatem do karmienia pacjenta.
- b) Wymiary zewnętrzne: 42,5 cm x 44 cm x 82,5 cm (szerokość z mechanizmem blatu bocznego 57 cm)
- c) Szkielet szafki , ramki szuflad i boki korpusu wykonane z kształtowników metalowych, blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym - tworzywo odporne na wilgoć, temperaturę i środki dezynfekujące.
- d) Czoła szuflad wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo z możliwością wyboru koloru.
- e) Haczyki do zawieszenia ręczników i rzeczy pacjenta.

f) W niewielkim stopniu wystający poza obręb szafki uchwyt do otwierania drzwiczek i szuflady.

g) rozkładany blat boczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza żadnego z w/w parametrów szafek.

Pytanie nr 100 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające długość całkowitą 2180 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 101 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000x850 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 102 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentem oparcia pleców bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne w którym czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej wynosi 27 sekund?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza od 25 do 27 sekund.

Pytanie nr 104 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację włączenia zasilania, czyli gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego podłączenia do sieci?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ zamawiający wymaga optycznego wskaźnika podłączenie do sieci.

Pytanie nr 105 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem czterosegmentowym wypełnionym panelami z płyty HPL odpornej na działanie wysokiej temperatury, środki dezynfekcyjne ora działanie UV, zapewniającej również przezierność dla promieni RTG?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z panelami w leżu mocowanymi na stałe?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie nr 107 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające możliwość wydłużenia leża o 200 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 108 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w dwie barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo, okrągłych, niezależnie składane wzdłuż ramy leża, nie powiększające gabarytów leża, zabezpieczające pacjenta na 70% długości leża, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga barierki na całej długości leża.

Pytanie nr 109 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w dwie metalowe lakierowane proszkowo opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, pozostawiające 2-3 centymetrowe wolne przestrzenie pomiędzy szczytem a poręczą, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 110 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w dwie aluminiowe opuszczane barierki boczne niezintegrowane ze szczytami, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, pozostawiające 2-3 centymetrowe wolne przestrzenie pomiędzy szczytem a poręczą, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 111 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne bez możliwości wykorzystania jako słupek ułatwiający wstawanie lub siadanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 112 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone barierki boczne posiadające listwy odbojowe zamiast tworzywa na barierkach?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone barierki boczne bez tunelu na przewód odprowadzający fizjologiczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 114 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające uchwyty na basen, kaczkę oraz na woreczki z płynami fizjologicznymi zamocowanymi do ramy leża w określonych miejscach, tym samym bez listew na poręczach do mocowania tych akcesoriów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 115 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w koła o średnicy 125 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 116 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 117 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części blatu metalowy reling z metalowymi haczykami na ręczniki?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez uchwytu na szklanke?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 119 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której boczne krawędzie blatu nie są zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pomiędzy szufladami półkę na prasę o wysokości 154 mm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 121 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której szuflada górna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 122 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą dolną z uchwytem na butelki bez możliwości jego demontażu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 123 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 870 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 124 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 445 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 125 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pod dolną szufladą metalową półkę na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) z dostępem do półki od frontu szafki?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z mechanizmem unoszenia oraz zwalniania blatu bocznego umieszczonym w górnej metalowej części – podporze blatu, w postaci przycisku, nie wymuszając konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której wspornik blatu bocznego osłonięty jest prostokątną osłoną wykonaną z aluminium?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której boczne krawędzie blatu nie są zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym posiadającym w górnej krawędzi wycięty uchwyt niewystający poza obrys blatu? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 130 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której piąte koło do stabilizacji blatu bocznego znajduje się na końcu poziomego wspornika sprężyny gazowej zwiększając stabilność całej szafki?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lamę mobilną z jednym panelem kontrolnym do włączenia i ustawiania parametrów światła umiejscowionym obok czaszy na węźle łączącym ramię z czaszą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 132 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lamę w której natężenie światła jest na poziomie 70 000 lux z odległości 1 m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 133 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lamę w której głowica posiada średnicę wynoszącą 360mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 134 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lamę w której głowica posiada 18 diod LED?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 135 Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lamę o mocy 27W?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 136 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lamę sufitową z jednym panelem kontrolnym do włączenia i ustawiania parametrów światła umiejscowionym obok czaszy na węźle łączącym ramię z czaszą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje produktu zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie nr 137 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lamę w której natężenie światła jest na poziomie 70 000 lux z odległości 1 m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje produktu zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie nr 138 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lamę w której głowica posiada średnicę wynoszącą 360mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje produktu zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie nr 139 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lamę w której głowica posiada 18 diod LED?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje produktu zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie nr 140 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lamę o mocy 27W?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje produktu zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie nr 141 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wypełnione jest stalowymi, lakierowanymi płaskownikami o gładkich powierzchniach, łatwych do dezynfekcji, stabilnie podpierającymi materac, każdy segment wyposażony w otwory wentylacyjne?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 142 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 4 segmentowym, w tym z trzema segmentami ruchomymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 143 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta oraz działanie zapobiegające powstawaniu odleżyn, będzie wymagał aby leże łóżka było wyposażone w funkcję autoregresji segmentu pleców oraz uda, polegającej na rozsuwaniu się i unoszeniu dolnej krawędzi tegoż segmentu podczas regulacji w górę? Rozwiązanie zapobiega działaniom sił tarcia i nacisku przez materac na ciało pacjenta podczas podnoszenia segmentu pleców w przypadku braku funkcji autoregresji. Funkcja ta tworzy przestarzeń w sekcji lędźwiowej, dzięki czemu materac rozłożony jest równomiernie w każdej pozycji, co najważniejsze materac nie przesuwają się, zatem nie oddziałuje na ciało pacjenta. Siły tarcia i nacisku są poważnym zagrożeniem dla pacjentów i jednym z pierwszych czynników wpływających na powstawanie odleżyn.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 144 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z tworzywowym, zatraskowym zawiasem umożliwiającym demontaż szczytów?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 145 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający (pkt 12) odstąpi od wymogu barierek wykonanych z aluminium, które są nietrwałe i szybko ulegają zniszczeniu mechanicznemu, na rzecz trwałych i wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne oraz środki dezynfekcyjne barierki i będzie wymagał zaoferowania barierek wykonanych z tworzywowego odlewu, dzielonych, w pełni zabezpieczających pacjenta zgodnie z normą EN 60601-2-52? Barierki dzielone pozwalają na lepsze dostosowanie łóżka do konkretnego pacjenta, istnieje możliwość zabezpieczenia pacjenta tylko górną lub dolną barierką jeśli pacjent nie wymaga pełnego zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od w/w wymogu.

Pytanie nr 146 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość zamontowania stojaka na kroplówkę w dwóch miejscach przy segmencie głowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 147 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które z uwagi na mechanizm regulacji segmentów nie posiada półki na pościel?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 148 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym zgodnym z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52 dla pobytowych łóżek szpitalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 149 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wypełnione jest stalowymi, lakierowanymi płaskownikami o gładkich powierzchniach, łatwych do dezynfekcji, stabilnie podpierającymi materac, każdy segment wyposażony w otwory wentylacyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 150 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża za pomocą mechanizmu śrubowego w zakresie 420-760mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 151 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 4 segmentowym, w tym z trzema segmentami ruchomymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 152 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta oraz działanie zapobiegające powstawaniu odleżyn, będzie wymagał aby leże łóżka było wyposażone w funkcję autoregresji segmentu pleców oraz uda, polegającej na rozsuwaniu się i unoszeniu dolnej krawędzi tegoż segmentu podczas regulacji w górę? Rozwiązanie zapobiega działaniom sił tarcia i nacisku przez materac na ciało pacjenta podczas podnoszenia segmentu pleców w przypadku braku funkcji autoregresji. Funkcja ta tworzy przestarzeń w sekcji lędźwiowej, dzięki czemu materac rozłożony jest równomiernie w każdej pozycji, co najważniejsze materac nie przesuwają się, zatem nie oddziałuje na ciało pacjenta. Siły tarcia i nacisku są poważnym zagrożeniem dla pacjentów i jednym z pierwszych czynników wpływających na powstawanie odleżyn.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 153 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z tworzywowym, zatraskowym zawiasem umożliwiającym demontaż szczytów?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 154 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający (pkt 12) odstąpi od wymogu barierki wykonanych z aluminium, które są nietrwałe i szybko ulegają zniszczeniu mechanicznemu, na rzecz trwałych i wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne oraz środki dezynfekcyjne barierki i będzie wymagał zaoferowania barierki wykonanych z tworzywowego odlewu, dzielonych, w pełni zabezpieczających pacjenta zgodnie z normą EN 60601-2-52? Barierki dzielone pozwalają na lepsze dostosowanie łóżka do konkretnego pacjenta, istnieje możliwość zabezpieczenia pacjenta tylko górną lub dolną barierką jeśli pacjent nie wymaga pełnego zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od w/w wymogu.

Pytanie nr 155 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość zamontowania stojaka na kroplówkę w dwóch miejscach przy segmencie głowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 156 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które z uwagi na mechanizm regulacji segmentów nie posiada półki na pościel?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 157 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym zgodnym z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52 dla pobytowych łóżek szpitalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 158 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej długości 2180 mm oraz leżem o szerokości 900 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 159 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-34°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 160 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/- 15°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 161 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 370 - 735mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 162 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z czasem zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej 32sekundy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 163 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną funkcją CPR segmentu pleców, dźwignia umieszczona przy segmencie pleców, z dostępem z obu stron, dźwignia oznaczona kolorem czerwonym?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 164 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 165 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi, lakierowanymi proszkowo barierkami bocznymi, składanymi wzdłuż ramy leża, poniżej poziomu materaca, w pełni zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52? Uchwyty na kaczkę i basen oraz woreczki na płyny fizjologiczne montowane są na konstrukcji nośnej, pod leżem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 166 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe, lakierowane proszkowo uchwyty materaca, które nie wystają poza powierzchnię materaca i nie stwarzają ryzyka urazów kończyn?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 167 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym zgodnym z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52 dla pobytowych łóżek szpitalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie nr 168 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów z 10 propozycji oraz ramą łóżka w kolorze białym?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wypełnienia szczytów i koloru ramy zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 169 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z korpusem wykonanym ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie nr 170 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane są z wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 4mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 171 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 21 dopuści szafkę posiadającą:

- metalowy reling na ręcznik umieszczony z boku szafki bez haczyka na ręcznik,
- blat główny z metalowymi relingami oraz tworzywowymi listwami w kształcie litery C, które zabezpieczają przedmioty (np. szklankę) przed zsunięciem się z blatu?

Odpowiedź:

Brak pkt. 21 w załączniku 1a dotyczącym pakietu nr 4 poz. 2

Pytanie nr 172 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę składającą się z jednej obustronnie wysuwanej szuflady górnej oraz dolnej komory z drzwiczkami obustronnie otwieranymi, pomiędzy szufladą a komorą wolna przestrzeń?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 173 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą szufladę górną wyposażoną w odejmowany, tworzywowy wkład z podziałem na dwie części o wysokości około 85mm, wysuwana na prowadnicach ślizgowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wkład z podziałem na dwie części. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 174 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą w dolnej części komorę zamykaną drzwiczkami, posiadającą tworzywową półkę dzieloną wewnątrz, miejsce na 2 butelki o pojemności min 1,5l?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 175 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach:

- wysokość 865mm,
- szerokość szafki 515mm,
- szerokość szafki z blatem bocznym 515mm (blat boczny nie poszerza szafki)
- szerokość przy rozłożonym blacie:
- szerokość przy rozłożonym blacie 1200mm
- głębokość 500mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 176 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z uchwytami w kolorze białym?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 177 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez półki na podręczne rzeczy pacjenta pod dolną komorą ale z możliwością schowania obuwia w dolnej komorze?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 178 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w blat z regulacją kąta pochylenia? Rozwiązanie umożliwi wykorzystanie blatu bocznego np. do czytania książek.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 179 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z mechanizmem podnoszącym blat boczny w postaci sprężyny gazowej osłoniętej w metalowej, lakierowanej obudowie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 180 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 720 mm – 1080 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 181 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym wykonanym z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 4mm z dwoma krawędziami zabezpieczonymi tworzywowymi relingami w kształcie litery C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 182 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą blat zamontowany na stałe, jednakże z możliwością ustawienia szafki z lewej lub z prawej strony z zachowaniem pełnej funkcjonalności szafki (szafka dwustronna)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 183 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę, która dzięki swej stabilnej konstrukcji nie wymaga dodatkowego 5ego koła pod blatem bocznym?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 184 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z możliwością wyboru koloru frontów oraz blatów z 10 propozycji oraz konstrukcją w kolorze białym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 185 dotyczy Pakietu nr 2 poz.3

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 12 tygodni od momentu podpisania umowy? Akceptacja umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, przez co znacznie wzrośnie konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji do 12 tygodni.

Pytanie nr 186 dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną o natężeniu oświetlenia 60000 lux w odległości 1m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 187 dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną o temperaturze koloru światła 4300 K?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 188 dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną z źródłem światła 36 diod w oprawie i mocy 30 W?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 189 dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną z średnicą głowicy wynoszącą 350 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 190 dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną mobilną z zintegrowanym panelem kontrolnym umiejscowionym na jednym boku czaszy lampy?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 191 dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową o natężeniu oświetlenia 60000 lux w odległości 1m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 192 dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową o temperaturze koloru światła 4300 K?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 193 dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową z źródłem światła 36 diod w oprawie i mocy 30 W?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 194 dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową z średnicą głowicy wynoszącą 350 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 195 dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę chirurgiczną sufitową z zintegrowanym panelem kontrolnym umiejscowionym na jednym boku czaszy lampy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 196 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 do poz. 3 (załącznik nr 1a)

Opisywane przez Zamawiającego rozwiązanie sugeruje produkt konkretnego producenta. Czy wobec tego Zamawiający dopuści mobilną lampę chirurgiczną z panelem kontrolnym do włączania i ustawiania parametrów światła z umiejscowionym ergonomicznie panelem przy kopule lampy?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 197 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 do poz. 7 (załącznik nr 1a)

Zamawiający bardzo szczegółowo opisuje parametry świetlne lampy nie stosując zakresów, w których można by zaoferować produkt równoważny (mieszczący się w zakresie). Czy wobec tego Zamawiający będzie wymagał lampy o natężeniu 100 000 lux w odległości 1 m, temperaturze barwowej 4500 K, 18 diod LED?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 198 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2 do poz. 3 (załącznik nr 1a)

Opisywane przez Zamawiającego rozwiązanie sugeruje produkt konkretnego producenta. Czy wobec tego Zamawiający dopuści mobilną lampę chirurgiczną z panelem kontrolnym do włączania i ustawiania parametrów światła z umiejscowionym ergonomicznie panelem przy kopule lampy?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 199 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2 do poz. 7 (załącznik nr 1a)

Zamawiający bardzo szczegółowo opisuje parametry świetlne lampy nie stosując zakresów, w których można by zaoferować produkt równoważny (mieszczący się w zakresie). Czy wobec tego Zamawiający będzie wymagał lampy o natężeniu 100 000 lux w odległości 1 m, temperaturze

barwowej 4500 K, 18 diod LED?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 200 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 15 parametrów - łóżko posiadające Barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość barierki 450 mm nad poziomem leża bez materaca.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 201 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 16 parametrów – łóżko posiadające blokadę zwalniającą barierki boczne w dolnej części, co zabezpiecza przed opuszczeniem barierki przez pacjenta, jednocześnie umiejscowienie dźwigni zabezpieczającej jest w pełni komfortowe dla personelu obsługującego.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 202 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pkt 1 parametrów – Szafkę spełniającą wymogi, posiadającą kółka o średnicy 50 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 203 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 17 parametrów - łóżko posiadające Barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, , wysokość barierki 450 mm nad poziomem leża bez materaca. Barierki tę są na $\frac{3}{4}$ długości, na pozostałej długości jest dodatkowy, niezależny protektor, powodujący zabezpieczenie pacjenta na całej długości leża. Barierki są zgodne z normą EN 60601-2-52.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w SIWZ zamawiający wymaga barierki na całej długości.

Pytanie nr 204 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 21 parametrów łóżko z uchwytami metalowymi materaca, które równie dobrze dopasowują materac do leża łóżka?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 205 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuści w pkt.15 parametrów przedłużenie leża o 200 mm od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 206 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o parametrach równoważnych:

Korpus szafki wykonany z profili metalowych, korpus szafki oraz boki korpusu wykonane ze stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Błat szafki oraz front szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS

Szafka składa się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości 100 mm

Szuflada górna wyposażona w odejmowany, tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję, szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych, wysokość szuflady 100 mm

Szuflada dolna wyposażona w odejmowany, tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję, dzielący wewnątrz szuflady na części. Jedna część ma pełnić funkcję uchwytu na min. 2 butelki, wysokość szuflady 390 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.

Wymiary zewnętrzne szafki:

- wysokość 910 mm
- szerokość 520 mm
- głębokość 450 mm

szerokość przy rozłożonym blacie 1110 mm

Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne np. obuwie, z metalu

Szafka wyposażona w blat boczny z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.

Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie: 800 – 1100 mm

Błat półki wykonany z tworzywa ABS

Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o średnicy 65 mm, z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami SIWZ.

**KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Karolina Filipowska**