



WSS/KG/905 /DZP/ 213 /JNJ/ 17

Tychy, 23.05.2017r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej jednorazowego użytku (nr sprawy: 9/17/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1–2

W związku z możliwością zaoferowania konkurencyjnego cenowo produktu Wykonawca prosi o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocnieniach (poz. 2) o gramaturze 40 g/m², spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Pozostałe parametry SIWZ.

Oferowane przez nas produkty spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3 i są stosowane w wielu Ośrodkach w Polsce.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 20-25 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zabiegowych o gramaturze 30 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS, w których bluza posiada 3 kieszenie, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 17 953 850,00 zł- w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 5 Poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do zabiegów na stopie/ dłoni posiadającego w swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 320 x 245 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 5 Poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na dłoni i stopie posiadającego dodatkowo w swoim składzie serwetę nieprzylepną w rozmiarze 100 x 175 cm oraz 2 ręczniki celulozowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jeżeli nie spowoduje to dodatkowych kosztów.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 5 Poz. Nr 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca typu „rzep” w rozmiarze 2 x 23 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 5 poz 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparotomii wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze min. 55 g/m² z dodatkowymi padami chłonnymi w strefie krytycznej o gramaturze min. 110 g/m², oraz chłonności min. 780% i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna neurochirurgiczna z padem chłonnym i otworem (9x22 cm) 245x320 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 5 poz Poz. nr 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii posiadającego serwetę główną w rozmiarze 250 x 310 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 5 poz. nr 18

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze min. 55 g/m², o chłonności ok. 450% i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm (2 otwory 5 x 7 cm)
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 5 poz. nr 19

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów otolaryngologicznych wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze min. 55 g/m² z dodatkowymi padami chłonnymi w strefie krytycznej o gramaturze min. 110 g/m² oraz chłonności min. 780% i następującym składzie:

- 1 sereta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym, typu „U” ("U" 6,5 x 40 cm) 125 x 150 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 200 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu nr 5 poz. nr 22

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej w rozmiarze 150 x 240 cm z wycięciem „U” 6,5 x 65 cm (wycięcie otoczone taśmą lepłą) z dodatkowym wzmocnieniem wokół wycięcia o wymiarze min. 60 x 70 cm. Serweta wykonana z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze min. 55 g/m² wzmocnienie o gramaturze min. 110 g/m². Serweta zgodna z normą EN 13795-1-3?

Odpowiedź:

W poz. 22 omyłkowo opisano 2 różne serwety. Zamawiający wymaga serwety 150x240 cm. opisanej jak w SIWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr 5 poz. nr 29

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze min. 55 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu nr 5 poz. nr 31

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia po episiotomii posiadającego w swoim składzie serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 75 x 90 cm oraz pęsetę chirurgiczną standardową prostą 14 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu nr 5 poz. nr 35

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do alloplastyki stawu biodrowego, w którym serweta główna wykonana z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze min. 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej o gramaturze min. 110 g/m², posiadającego w swoim składzie folię chirurgiczną w rozmiarze 35 x 40 cm oraz stapler skórny 35 W 0,65 x 0,47 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną serwetę z wzmocnieniami oraz rozmiar foli chirurgicznej natomiast wymaga staplera skórniego jak w SIWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy Pakietu nr 5 poz. nr 36

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ortopedycznego posiadającego w swoim składzie stapler skórny 35 R 0,57 x 0,39 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga staplera skórniego o rozmiarze jak w SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy Pakietu nr 7 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia lędźwiowego posiadającego w swoim składzie kompresy gazowe w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 dotyczy Pakietu nr 7 poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zabiegowego pakowanego w opakowanie handlowe a' 30 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 dotyczy Pakietu nr 7 poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego posiadającego w swoim składzie imadło chirurgiczne 12 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dotyczy Pakietu nr 7 poz. nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pianki do oczyszczania skóry będącej wyrobem kosmetycznym, dopuszczonej do obrotu na podstawie Ustawy o kosmetykach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 dotyczy Pakietu nr 9 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm
5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3)
1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm
1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem \varnothing 10 cm
1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)
1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana)
1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g
1 x woda sterylna w ampułce 20 ml
1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet)

Opakowanie: tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki. Opakowanie handlowe (transportowe) 27 zestawów

LUB

1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm (barierowa)
1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
4 x tampony z gazy bawełnianej (tupfer), wielkości śliwki
1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm
1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa)
1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g
1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml

Opakowanie: tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki. Opakowanie handlowe (transportowe) 30 zestawów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu opisanego w pierwszej części pytania, natomiast dopuszcza zestaw:

1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm (barierowa)
1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
4 x tampony z gazy bawełnianej (tupfer), wielkości śliwki
1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm
1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa)
1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g
1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml

Opakowanie: tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki. Opakowanie handlowe (transportowe) 30 zestawów.

Pytanie nr 22 dotyczy Pakietu nr 9 poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów pakowanego w opakowanie handlowe a' 30 szt. i następującym składzie i sposobie pakowania:

Skład zestawu: *

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm
- 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3)
- 1 x igłotrzymacz 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm
- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2 , różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2 , zielona (zapakowana)
- 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10cm
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm

Opakowanie Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 dotyczy projektu umowy §6 ust. 2

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 2a do kwoty 0,1% wartości opóźnionej części zamówienia,
- §6 ust. 2b do kwoty 0,1% wartości reklamowanej części zamówienia
- §6 ust. 2c do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie nr 24 dotyczy Pakietu nr 5, poz. 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27:

Wykonawca prosi Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu nr 5. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietów.

Pytanie nr 25

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 dopuści fartuch jednorazowego użytku, higieniczny o gramaturze min. 24g/m², rękawy ściągane gumką?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 26

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 3 dopuści ochraniacze na buty z flizeliny o gramaturze min. 30 g/m², jednorazowego użytku, antypoślizgowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy w pakiecie nr 4 w pozycji nr 1 dopuści jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 49,5 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, zapinany na "rzep" na szyi, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) a' 50 sztuk zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 28

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy w pakiecie nr 4 w pozycji nr 2 dopuści jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony - niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmocniany wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Odporność na przeniknięcie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, zapinany na "rzep" na szyi, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) a'50 sztuk zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 1 fartucha chirurgicznego, wykonanego z włókniny typu SMS, z zapięciem na rzep w górnej części fartucha, w rozmiarach: L, LL, XL, XLL, które są szwedzkimi odpowiednikami rozmiarów: M, L, XL, XXL? Fartuchy pakowane po 42szt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ. Dopuszcza odpowiedniki rozmiarówki.

Pytanie nr 30 dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 2 wzmocnionego fartucha chirurgicznego, wykonanego z włókniny typu SMS, z zapięciem na rzep w górnej części fartucha, w rozmiarach: L, LL, XL, XLL, które są szwedzkimi odpowiednikami rozmiarów: M, L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ. Dopuszcza odpowiedniki rozmiarówki.

Pytanie nr 31 dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 pokrowca foliowego na ramię „C”, składany teleskopowo z gumką do mocowania? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

W pakiecie nr 4 są fartuchy chirurgiczne. Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 1 dopuszcza wyżej opisany pokrowiec.

Pytanie nr 32 dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 pokrowca na przewody o wymiarach 200x17cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

W pakiecie nr 4 są fartuchy chirurgiczne. Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 3 dopuszcza wyżej opisany pokrowiec.

Pytanie nr 33 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek medyczny beret ściągnięty gumką, wykonany z wysokiej jakości włókniny, kolor zielony, gramatura 16g/m² opak. foliowe 100 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 34 dotyczy Pakietu nr 1 Poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek medyczny furażerka na troki, wykonany z wysokiej jakości włókniny, kolor zielony, gramatura 25 g/m² opak. foliowe 100 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 35 dotyczy Pakietu nr 1 Poz. 6

Czy zamawiający dopuści maskę medyczną na troki, 3 warstwowa, pakowana w kartonik 50 szt, włóknina 25 g/m², spełniająca wymagania normy EN 14683?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 36 dotyczy Pakietu nr 1

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 3,4,5,7,8?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietów.

Pytanie nr 37 dotyczy Pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuści w poz. 1 fartuch jednorazowego użytku, gram. 20g/m², długi rękaw, wiązany na troki, rękaw zakończony bawełnianym mankietem ze ściągaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 38 dotyczy Pakietu nr 2 Poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 39 dotyczy Pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuści w poz. 3 ochraniacze na buty z włókniny 40g/m² jednorazowego użytku, kolor niebieski, opak. 100 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 dotyczy Pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuści w poz. 4 ochraniacze na buty z folii 2 g/m² jednorazowego użytku, kolor niebieski, opak. 100 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 42 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 43 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej od zewnątrz o gramaturze 30 g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 44 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze standardowe bez warstwy antypoślizgowej, spełniające pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny o gramaturze SSMMS 45g/m² zapinany na rzep w okolicy karku, z dwoma rącznikami

włóknowymi, rozmiar fartucha widnieje w nr katalogowym, który jest umieszczony na nalepce służącej do wklejania do dokumentacji medycznej, pozostałe wymagania zgodne z opisem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 47 dotyczy Pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny z włókniny SSMMS(45g/m²) ze wstawkami nieprzemakalnymi (PP+PE 28g/m²) zapinany na rzep w okolicy karku z dwoma ręcznikami włóknowymi, rozmiar fartucha widnieje w nr katalogowym, który jest umieszczony na nalepce służącej do wklejania do dokumentacji medycznej, , pozostałe wymagania zgodne z opisem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 48 dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG o następującym składzie:

* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 16 cm x 200 cm spełniający pozostałe wymagania w siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 dotyczy Pakietu nr 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowego użytku o gramaturze 17 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 51 dotyczy Pakietu nr 2 poz.2

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakiego rozmiaru fartucha oczekuje?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje rozmiaru S/M.

Pytanie nr 52 dotyczy Pakietu nr 2 poz.2

Czy Zamawiający mógłby określić czy oczekuje fartucha jałowego czy niejłowego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje fartucha niejałowego.

Pytanie nr 53 dotyczy Pakietu nr 2 poz.3

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie z włókniny 35g/m² z gumką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 dotyczy Pakietu nr 4 Poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m². Konstrukcja fartucha pozwala na dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”. Rękawy nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepyłącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem. Szwy zszyte ultradźwiękowo tworzą dodatkową barierę dla płynów, a specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 cz.1-3. Fartuch pakowany w papier krepowany z dwoma ręczniczkami z włókniny kompresowej. Opakowanie zbiorcze karton 20 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 55 dotyczy Pakietu nr 4 Poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m². Konstrukcja fartucha pozwala na dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”. Rękawy nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepyłącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem. Szwy zszyte ultradźwiękowo tworzą dodatkową barierę dla płynów, a specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 cz.1-3. Fartuch pakowany z dwoma ręczniczkami z włókniny kompresowej. Opakowanie zbiorcze karton 20 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 56 dotyczy Pakietu nr 4 Poz.2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², strefa krytyczna o gramaturze 75 g/m². Barrierowy laminat (PE + PP) umieszczony od zewnętrznej strony fartucha na jego przodzie i w rękawach, umożliwia użycie wyrobu podczas długich i mokrych operacji. Konstrukcja fartucha pozwala na dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”. Rękawy nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepyłącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem. Szwy zszyte ultradźwiękowo tworzą dodatkową barierę dla płynów, a specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 1-3. Fartuch pakowany w papier krepowany z dwoma ręczniczkami z włókniny kompresowej. Opakowanie zbiorcze karton, odpowiednio ilości sztuk w kartonie: M-30szt; L- 25szt.; XL- 15szt.; XXL- 20szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 57 dotyczy Pakietu nr 4 Poz.2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², strefa krytyczna o gramaturze 75 g/m². Barrierowy laminat (PE + PP) umieszczony od zewnętrznej strony fartucha na jego przodzie i w rękawach, umożliwia użycie wyrobu podczas długich i mokrych operacji. Konstrukcja fartucha pozwala na dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”. Rękawy nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepyłącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem. Szwyy zszyte ultradźwiękowo tworzą dodatkową barierę dla płynów, a specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 1-3. Fartuch pakowany z dwoma ręczniczkami z włókniny kompresowej. Opakowanie zbiorcze karton, odpowiednio ilości sztuk w kartonie: M-30szt.; L- 25szt.; XL- 15szt.; XXL- 20szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 58 dotyczy Pakietu nr 6 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy na ramię „C” jednorazowego użytku, sterylne o wymiarach 183x105cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59 dotyczy Pakietu nr 6 Poz.2

Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na sprzęt jednorazowego użytku, w kształcie „beretu”, sterylną w rozmiarze: (30÷72)x36cm śr. 43cm [wymiary: połowa obwodu gumki w stanie swobodnym÷połowa obwodu gumki w rozciągnięciu) x głębokość, średnica wyrobu gotowego na płasko]?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 dotyczy Pakietu nr 6 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody jednorazowego użytku, sterylne, teleskopowo złożony o wymiarach 13x244 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 61 dotyczy Pakietu nr 9 Poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetką w rozmiarze 50x60 cm (w miejsce 45x75cm), z 5 szt. tupferów 20x20cm typu „kula” 17 nitkowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 dotyczy Pakietu nr 9 Poz.2

Czy Zamawiający opisując gramaturę serwet miał na myśli gramaturę minimalną?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli gramaturę minimalną.

Pytanie nr 63 dotyczy Pakietu nr 9 Poz.2

Czy Zamawiający dopuści serwety podfoliowane o gramaturze 42 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64 dotyczy wzoru umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić jaki procent ilości wyrobów zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony.

Pytanie nr 65 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany zapisów w projekcie umowy §6 na:

„Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto niedostarczonych w terminie zamówionych towarów, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień opóźnienia,
- b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, dotyczącego reklamowanych towarów, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień opóźnienia.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67 dotyczy wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie numeracji paragrafów w umowie. Brak §7.

Odpowiedź:

Nastąpiła omyłka w numeracji paragrafów. Właściwa numeracja zostanie wprowadzona do umowy.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Karolina Filipowska