



DZP/ 222 /KF/17

Tychy, 25.05.2017r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów endoskopowych, protez samorozprężalnych do przewodu pokarmowego (nr sprawy: 7/17/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1- Dotyczy pakietu nr 17**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników z gumką tekstylną, nie zawierających lateksu, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2 - Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny netto nie ulegną podwyższeniu oraz że obniżki cen i rabaty nie będą mniej korzystne, niż dla innych, porównywalnych z Zamawiającym odbiorców, z zastrzeżeniem §3 ust. 2 niniejszej umowy.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 3 - Dotyczy warunków umowy § 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

**MEGREZ Sp. z o.o.**

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 17 953 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 4 - Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie narusza postanowień niniejszej umowy. Niezłożenie zamówienia w okresie obowiązywania umowy na przedmiot umowy w ilości określonej w zał. nr 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę wykonania umowy w pozostałej części ani też innych roszczeń finansowych, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 5 - Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Niezrealizowanie dostawy w ciągu ... (3) dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia upoważnia Zamawiającego do dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, z uwzględnieniem postanowień § 7 ust 2 pkt d niniejszej umowy.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 6 - Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nieposiadający wad...”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 7 - Dotyczy warunków umowy § 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 8 - Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 10% na 5%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 9 - Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, którymi są:”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 10 - Dotyczy warunków umowy § 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 11- Dotyczy pakietu nr 1**

Prosimy o dopuszczenie w poz. 5 igłę o śr. 1,0 mm (zamiast 0,8 mm). Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12- Dotyczy pakietu nr 6**

Prosimy o dopuszczenie balonów ze znacznikami na obu końcach balonu, o dł. cewnika 200cm (zamiast 230cm), a w poz. 2 śr. balonu 15-16,5-18 mm (zamiast 16-17-18 mm). Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 13 - Dotyczy pakietu nr 12**

Prosimy o dopuszczenie przewodników uniwersalnych (bez podziału na proste, miękkie, standardowe).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 14 - Dotyczy pakietu nr 3, poz.15**

Czy zamawiający w Pakiecie nr 3, poz. 15 dopuści złożenie oferty asortymentowej w ilości 12 szt , (2 opakowania) – 1 opakowanie = 6 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 15 –Dotyczy pakietu nr 3, poz. 16**

Czy zamawiający w Pakiecie nr 3, poz. 16 dopuści zestaw do wprowadzania protez o średnicy 10Fr, wstępnie złożony, zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik wprowadzający (wielorazowego użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 1550m, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm, maksymalna średnica kompatybilnej przewodnicy 0,035"; kompatybilny z protezami średnicy 10Fr; 1 sztuka w opakowaniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 19**

Czy zamawiający dopuści Pakiecie nr 3, poz. 19 szczypce o długościach 1950mm i 2300mm z minimalną średnicą kanału roboczego 3,2?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 17 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 20**

Czy w Pakiecie 3 w poz. 20 doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej długości schowanego noża – prawidłowa długość 0,1mm (opis zawiera długość 0,3mm)?

**Odpowiedź:** Tak, nastąpiła omyłka pisarska

**Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1**

Czy zamawiający w Pakiecie 6 w poz. 1 dopuści jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku /odźwiernika/jelit/brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035" z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 65mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 19 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 6 w poz. 2 jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku/odźwiernika/jelit/brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035" z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 16 – 17 – 18 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 20 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 3**

poz.3 – Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 6 w poz. 3 jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku/jelit/brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035" z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 18 – 19 – 20 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 21 – dotyczy pakietu nr 11, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 11 w poz. 1 uniwersalną jednorazową szczoteczkę dwustronną do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 11mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm (50 sztuk w opakowaniu)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 22- dotyczy pakietu nr 1**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć oddzielną ofertę na pozycje 3 i 4.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 23 - dotyczy pakietu nr 6**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w poz. 2 balony o średnicy 15/16,5/18 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 24 - dotyczy pakietu nr 7**

Jednorazowy zestaw do opaskowania żyłaków przetyku zawierający 6 opasek lateksowych (niebieskie, przedostatnia przezroczysta) lub 6 opasek bez lateksowych (żółte, przedostatnia czarna). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 25 - dotyczy pakietu nr 8**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści samorozprężalną protezę przetykową pokrytą w całości silikonem, końce protezy poszerzone tworzące pierścień antymigracyjny, pętla wykonana z nici chirurgicznej, dostępna w wersji z zastawką antyrefluksową z silikonu dł. protezy 10cm, średnica zestawu wprowadzającego 25 F, w wersji bez zastawki dł. protezy 80, 10, 12, 14 cm, śr. zestawu wprowadzającego 24 F. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 26 - dotyczy pakietu nr 13**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści samorozprężalną protezę do dróg żółciowych o średnicy 10 mm i długości 4, 6, 8, 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 27 - dotyczy pakietu nr 15**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści cewnik z balonem o średnicy 26, 30, 34 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Pakiet nr 15 nie zawiera cewnika.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Karolina Filipowska