



DZP/149/MH/18

Tychy, 06.03.2018r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego
na dostawę narzędzi medycznych (nr sprawy: 2/18/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Pakiet 1 Narzędzia laryngologiczne.

Dla pozycji Lp.5 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. roboczej 120 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 Pakiet 1 Narzędzia laryngologiczne.

Dla pozycji Lp.6 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. roboczej 120 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 Pakiet 1 Narzędzia laryngologiczne.

Dla pozycji Lp.7 Prosimy o dopuszczenie kleszczy Fanous o dł. 120 mm lub Gruenwald o szer. 3,0 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 Pakiet 1 Narzędzia laryngologiczne.

Dla pozycji Lp.8 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o dł. 170 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 Pakiet 1 Narzędzia laryngologiczne.

Dla pozycji Lp.9 Prosimy o dopuszczenie rurki ssącej o śr. 10 Charr (3,3 mm) i dł. roboczej 125 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 69 027 850,00 zł



Pytanie nr 6 Pakiet 1 Narzędzia laryngologiczne.

Dla pozycji Lp.10 Prosimy o dopuszczenie rurki ssącej o roboczej 125 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 Pakiet 2 Narzędzia ginekologiczne

Dla pozycji Lp.2 Prosimy o dopuszczenie wziernika o wym. łyżki górnej 115x32 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 Pakiet 2 Narzędzia ginekologiczne

Dla pozycji Lp.3 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 Pakiet 2 Narzędzia ginekologiczne

Dla pozycji Lp.7 Prosimy o dopuszczenie łyżki o szer. 9 lub 11 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 Pakiet 2 Narzędzia ginekologiczne

Dla pozycji Lp.10 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania łyżki tępej czy ostrej. Prosimy o dopuszczenie łyżki o szer. 35 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga łyżki ostrej. Zamawiający wyraża zgodę na „Prosimy o dopuszczenie łyżki o szer. 35 mm.”

Pytanie nr 11 Pakiet 2 Narzędzia ginekologiczne

Dla pozycji Lp.11 Prosimy o dopuszczenie sondy o dł. 320 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 Pakiet 4 Nożyczki

Dla pozycji Lp.1 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 75 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 Pakiet 4 Nożyczki

Dla pozycji Lp.2 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o d ł. 120 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podaną długość.

Pytanie nr 14

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od daty podpisania umowy. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie zawsze są na stanie magazynowym producenta w Niemczech, a proces produkcyjny narzędzi chirurgicznych jest bardzo długi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 15 Pakiet 4 poz. 1

Czy w pakiecie nr 4 pozycja 1 Zamawiający dopuści nożyczki o dł. 8,4cm, ostrza 6mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 Pakiet 4 poz. 2

Czy w pakiecie nr 4 poz. 2 Zamawiający dopuści nożyczki o dł. 11cm lub 14,8 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 Pakiet 3

Czy zamawiający dopuści do postępowania wyposażenie na które producent opisanych przez zamawiającego wyposażenia udziela 6mc gwarancji lub min. 50 cykli w zależności od tego co nastąpi pierwsze, dla pozycji nr 1 i 2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 Pakiet 4

Narzędzia medyczne dotyczące wyżej wymienionego przetargu są to narzędzia, które nie zawsze w pełnym asortymencie znajdują się w magazynie producenta w Niemczech. Zwyczajowo termin dostawy tego typu narzędzi wynosi ok.6-8 tygodni od daty wpływu zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

**KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Karolina Filipowska**