


MEGREZ

Sp. z o.o.

DZP/401/MH/18



Tychy, 24.04.2018r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku
(nr sprawy: 9/18/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 32 poz 1 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwienia błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life ($C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml, w opakowaniu 6 szt?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 32 poz 2 Barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwienia błony granicznej wewnętrznej 0,03% blue life ($C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami. W ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml, w opakowaniu 6 szt?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 33 poz 2 pierścienia typu Malyugin Ring napinającego tęczówkę o średnicy 6.25 mm?

Odpowiedź:

Tak.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 69 027 850,00 zł



Pytanie nr 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz. 1 igieł do biopsji tkanek miękkich o długości bioptatu 10 mm i długości igły 100 mm. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 5 Pakiet 57 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł celulozowo- foliowych o gramaturze 38 g/m kw?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 6 Pakiet 57 poz 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu w/w pozycji.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 7 Pakiet 57 poz 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów pakowanych po 30 sztuk, z wkładem z rozdrobnionej chłonnej celulozy lub podkładów pakowanych po 25 szt., z wkładem z co najmniej 6 warstw celulozy?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 8 Pakiet 85 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek w dwóch rozmiarach: M/L oraz XL/XXL?

Odpowiedź:

Nie wyrazi zgody.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakiet 101 - gąbki z żelem myjącym pozycja nr 1:

Prosimy zamawiającego o określenie minimalnej grubości i gramatury Gąbki z żelem myjącym w pakiecie nr 101 pozycja nr 1?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy Pakiet nr 101 - gąbki z żelem myjącym pozycja nr 2:

Prosimy zamawiającego o określenie minimalnej grubości i gramatury Pianki z żelem myjącym w pakiecie nr 101 pozycja nr 2?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 igieł w rozmiarach poz. 2.) 22G x 1 ½" (0,7 x 38-40mm); poz. 7.) 22G x 3 ½" (0,7x88-90 mm) Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ).

Odpowiedź:

Nie dopuści.

Pytanie nr 12

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie czy w pakiecie 7 poz. 6 i 8 Zamawiający wymaga zaferowania igieł pakowanych razem z kompatybilną igłą prowadzącą w rozmiarach 20-22G x 38 mm dostosowanych do rozmiaru igły.

Odpowiedź:

W poz. 6 wymaga igły prowadzącej. Poz. 7 – 8 nie wymaga. Opis zgodny z SIWZ

Pytanie nr 13 Pakiet nr 19 poz. nr 1

Prosimy o dopuszczenie worka urostomijnego wyposażony w niepowtarzalną GX-hydrokoloidową płytkę o wypukłości 3mm, worek urostomijny wyposażony jest w system zapobiegający cofaniu się moczu, dzięki czemu minimalizuje ryzyko pojawienia się infekcji. Zawór odprowadzający mocz jest bezpieczny i prosty w użyciu, w rozmiarze 12-46mm do docięcia.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 14 Pakiet 19 poz. Nr 3

Prosimy o wyłączenie pozycji z całości pakietu do odrębnej części zamówienia. Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Zamawiającemu wybór faktycznie korzystnej oferty.

Odpowiedź:

Nie wydzielili.

Pytanie nr 15 Pakiet 19 poz. Nr 5

Prosimy o dopuszczenie worka stomijnego otwartego, przezroczystego, jednoczęściowego z dwoma komorami dzięki którym wyeliminowane zostało ryzyko przedostawania się treści jelitowej do filtra węglowego, filtr podłużny zabezpieczony od wewnętrznej strony membraną zapobiegającą przenikaniu przez filtr oraz zabezpiecza go przed zatykaniem. Zamykanie worka w systemie FOLDUP z wbudowaną na stałe zapinką oraz usztywniający pasek zapinany na rzep, w rozmiarze 15-60mm do docięcia.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 16

Czy w Pozycji 1 Pakietu nr 62, Zamawiający dopuści złożenie oferty dostawy jednorazowych, sterylnych złączy nisko- ciśnieniowych o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI i o długości 250 cm, z trójnikiem Y z z jednym zaworkiem antyzwrotnym, który to trójnik wyposażony jest w różnej długości ramiona odgałęzienia **+/- 8 cm** (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) oraz +/- 15 cm (dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl)?

UZASADNIENIE:

Jednorazowe złącza niskociśnieniowe, o których jest mowa w Pytaniu 1, są artykułami dobrze znanymi Zamawiającemu, ponieważ ich dostawy w łącznej ilości 700 sztuk były przedmiotem realizowanej w dniach 01.09.2015 – 31.10.2016 roku umowy nr WSS/269/2015/ZZP/181.

Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania łączników, o których jest mowa w Pytaniu 1 nigdy nie budziły najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Tomografii Komputerowej firmy MEGREZ Sp. z o.o.

Parametrem niezmiernie istotnym dla artykułów nabywanych w Pozycji 1 Pakietu nr 62 postępowania 9/18/ZP/PN jest RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika Y.

Należy zwrócić uwagę, iż zawsze im krótsze będzie odgałęzienie trójnika złącza niskiego ciśnienia, które odchodzi bezpośrednio od głowicy wstrzykiwacza odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, tym większa będzie możliwość zminimalizowania ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia po podaniu w badaniu środka cieniującego.

Złącza jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika, a więc **im krótsze odgałęzienie trójnika, tym mniejsze będą straty finansowe na niewykorzystanym w badaniu środku kontrastowym.**

Przy zapotrzebowaniu określonym dla Pozycji 1 Pakietu nr 62 na 3200 zestawów złączy niskiego ciśnienia z trójnikiem, zakup asortymentu, o którym mowa w Pytaniu 1 umożliwi Zamawiającemu redukcję kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanych zestawów wkładowych.

Umożliwienie znacznej redukcji ilości środka kontrastowego wykorzystywanego w prowadzonych badaniach, przyniesie placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego – redukcja kosztów prowadzonych badań diagnostycznych).

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 1 § 5 wzoru umowy (cyt.):

1. *Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta, numerze serii i sposobie przechowywania.*

i nada mu proponowane brzmienie:

1. *Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta, numerze serii i sposobie przechowywania. Dopuszcza się towar w oryginalnych opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, z napisami w języku angielskim oraz z ulotką w języku polskim, gdzie na opakowaniu będzie umieszczona nazwa, ilość, data ważności, nazwa producenta, numer serii i sposób przechowywania (dotyczy Pakietu nr 62)?*

UZASADNIENIE:

Opakowanie zbiorcze wkładów i złączy jednorazowego użytku, o których jest mowa w Pytaniu 2, posiada ulotkę użytkownika w języku polskim. Zarówno opakowanie zbiorcze omawianego asortymentu, jak i jego opakowanie jednostkowe posiadają oznakowania w języku angielskim, jak również oznaczenia literowo-cyfrowe (np. symbol katalogowy produktu, data produkcji, data przydatności do użycia) oraz dysponują oznaczeniami wyrażonymi za pomocą zharmonizowanych symboli (uniwersalne kody graficzne, ogólnie przyjęte w tym wypadku przez wszystkich światowych producentów nabywanych jednorazówek). Zgodnie z naszą, popartą ponad 20-letnim doświadczeniem wiedzą na temat specyfiki, konfiguracji i rodzajów sprzętu jednorazowego użytku, jaki wykorzystywany jest w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem różnego typu wstrzykiwaczy / strzykawek automatycznych, na rynku w Polsce nie istnieje produkt wymagany przez Zamawiającego, tj. produkt, który dostarczany byłby w opakowaniach z oznakowaniem (wyłącznie) w języku polskim informującym o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta, numerze serii i sposobie przechowywania.

Opis w języku polskim na oryginalnym opakowaniu produktu wytwarzanego np. w USA, czy w krajach azjatyckich po prostu nie występuje – ani w przypadku wkładów/złączy oryginalnych (tu: w złączach i wkładach na kontrast, produkowanych przez firmę Medrad/Bayer z USA), ani w przypadku wkładów/złączy generycznych (zamienniki różnych producentów z całego świata,

głównie z krajów azjatyckich). Producenci omawianego tu asortymentu na ogół uwzględniają na jego opakowaniu oryginalnym opis w języku angielskim. Należy dodać, że asortyment będący przedmiotem postępowania nr 9/18/ZP/PN (Pakiet nr 62) przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony Personel medyczny, obsługujący w/w wstrzykiwacz kontrastu Medrad/Bayer (STELLANT CT D), a zgodnie z wytycznymi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dopuszcza się, aby „... wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom (tu: Personel medyczny MEGREZ Sp. z o.o.), za ich pisemną zgodą, miały oznakowania (...) w języku angielskim...”.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 2, ppkt. a, b, c § 7 wzoru umowy (cyt.):

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
 - a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
 - b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy dotyczącego pakietu, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
 - c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

i nada mu proponowane brzmienie:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
 - a) w wysokości 1% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
 - b) w wysokości 1% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy dotyczącego pakietu, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
 - c) w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

UZASADNIENIE:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kara jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego opóźnienia dostaw czy też odstąpienie od umowy, musi być adekwatna do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinna być wygórowana. Szczególnie, że Zamawiający we wzorze umowy nie przewiduje czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu. Na pewno też kary nie powinny być naliczane od tej części umowy, która wcześniej została rzetelnie zrealizowana.

Wyłącznie zapisy w postulowanej przez nas, zmodyfikowanej, treści będą pozostawały w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): *Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.*

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do zapisów SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.

Pytanie nr 19 Pakiet 79 poz 2

Czy Zamawiający wymaga, aby linia była kompatybilna z pompą do żywienia dojelitowego Amika.?

Odpowiedź:

Tak, wymaga.

Pytanie nr 20 Pakiet 79 poz 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, aby w osobnej pozycji pakietu 79 wycenić złączkę ENfit Enlock niezbędną do prowadzenia żywienia dojelitowego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 21 Dotyczy § 7 ustęp 2 punkt c umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części pakietu, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 22 Pakiet 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź:

Dopuści.

Pytanie nr 23 Pakiet 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 sztuki (czerwony, niebieski) z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

Pytanie nr 24 Pakiet 20 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 25 Pakiet 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwonym, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź:

Dopuści.

Pytanie nr 26 Pakiet 20 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 27 Pakiet nr 70 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 28 Pakiet nr 70 poz.3

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 sztuki (czerwony, niebieski) z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Nie dopuści.

Pytanie 29 Pakiet nr 70 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie 30 Pakiet nr 126, poz. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kuwety 175x300mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie 31 Pakiet nr 126, poz. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 130-200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie 32 Pakiet nr 126, poz. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło nazwa własna MAYO-HEGAR, dł. 180-260mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie 33 Pakiet nr 126, poz. 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki 200x280mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie 34 Pakiet nr 126, poz. 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 110mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie 35 Pakiet nr 126, poz. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 145-200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie 36 Pakiet nr 126, poz. 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna HALSTED MOSQUITO, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 37 Pakiet nr 126, poz. 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 130mm, lub 170mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie 38 Pakiet nr 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski do podawania tlenu sterylne?

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 39 Pakiet nr 25, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy sterylny?

Odpowiedź:

Dopuści, nie wymaga.

Pytanie 40 Pakiet nr 25, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długościach 500 i 800 cm zamiast, 600 i 700 cm?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 41 Projekt umowy, §4, ust.8

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy w przypadku dostawy Wykonawca na miejscu będzie musiał dzielić przywiezione zamówienie i dostarczać je do pomieszczeń Apteki oraz magazynów Działu Sprzedaży i Zakupu czy może na zamówieniu Zamawiający będzie zaznaczał miejsce dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie zaznaczał miejsce dostawy na zamówieniu.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy pisząc: „pomieszczenia Apteki” oraz „magazynów Działu Sprzedaży i Zakupu” miał na myśli rozładunek do kilku pomieszczeń na terenie Zamawiającego czy tylko Aptekę oraz w/w Dział?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli rozładunek do magazynów Apteki oraz do magazynów Działu Sprzedaży i Zakupu.

Pytanie nr 43 pakiet 67 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 44 pakiet 67 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 45 Pakiet nr 113

Czy Zamawiający wymaga okularów ochronnych RTG? Proszę o doprecyzowanie wymaganych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga okularów ochronnych RTG.

Pytanie nr 46 Pakiet 48 Pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga czujnika SpO2 o długości 1 metra czy 3 metrów ? Czy przez sformułowanie uniwersalny Zamawiający rozumie czujnik typu Y ?

Odpowiedź:

Typ czujnika Y do dł. 1metra

Pytanie nr 47 Pakiet 52 Pozycja 4

Prosimy o podanie technologii w której ma działać czujnik SpO2. Nellcor czy Nellcor Oximax ?

Odpowiedź:

MASIMO

Pytanie nr 48 Pakiet 52 Pozycja 1,2,3,9,10,11,12,13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 52 poz. 1,2,3,9,10,11,12,13 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej ?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 49 Pakiet 78 Pozycja 3,4,10,13,14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 78 poz. 3,4,10,13,14 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej ?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 50 Pakiet 78 Pozycja 6

Prosimy o podanie ilości pinów we wtyku. Jeden pin czy dwa ?

Odpowiedź:

3 piny.

Pytanie nr 51 Pakiet 88 Pozycja 1

Prosimy o podanie technologii w której ma działać czujnik SpO2. Nellcor czy Nellcor Oximax ?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 52 Pakiet 109 Pozycja 1,2,6,7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 109 poz. 1,2,6,7 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej ?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 53 Pakiet 109 Pozycja 4

Prosimy o podanie informacji ilu żyłowy ma być mankiety NIBP. Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski lub brązowy ?

Odpowiedź:

Zamiennie 1 i 2 żyłowy. Dopuszcza kolor.

Pytanie nr 54 Pakiet 117 Pozycja 1

Prosimy o podanie technologii w której ma działać czujnik SpO2. Nellcor czy Nellcor Oximax ?

Odpowiedź:

Nellcor.

Pytanie nr 55 Pakiet 117 Pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarze 25 – 35 cm i 33 – 47 cm? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 56 Pakiet 118 Pozycja 1

Prosimy o podanie rozmiaru mankieta, lub informacji dla kogo ma być przeznaczony.

Odpowiedź:

M- 22-32 cm, L – 32-42 cm.

Pytanie nr 57 Pakiet 119 Pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga czujnika SpO2 o długości 1 metra czy 3 metrów ? Prosimy o informacje dla kogo ma być przeznaczony Czujnik SpO2.

Odpowiedź:

3m – czujnik dla dorosłych.

Pytanie nr 58 Pakiet 119 Pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga czujnika SpO2 o długości 1 metra czy 3 metrów ? Prosimy o informacje dla kogo ma być przeznaczony Czujnik SpO2. Prosimy o podanie modelu kardiomonitora Comen typ STAR 8000 (A,B,C czy D)

Odpowiedź:

3m-dorosły-model COMEN typ STAR 8000

Pytanie nr 59 Pakiet 120 Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 120 poz. 1 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej ?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 60 Pakiet 120 Pozycja 2

Prosimy o podanie modelu Datexa – Ohmeda. Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie komplet ?

Odpowiedź:

CCCM5/5

Pytanie nr 61 Pakiet 120 Pozycja 4

Prosimy o podanie technologii w której ma działać czujnik SpO₂. Nellcor czy Nellcor Oximax?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ. Dalex-Ohmeda CCCM5/5.

Pytanie nr 62 Pakiet 120 Pozycja 5

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarze 34 – 43 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 63 Pakiet 130 Pozycja 2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 130 poz. 2,3 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej ?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 64 Pakiet 133 Pozycja 1,4,5,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 133 poz. 1,4,5,6 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pakiet nr 65 Pakiet 133 Pozycja 3

Prosimy o podanie oryginalnego numeru czujnika przepływu.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pakiet nr 66 Pakiet 133 Pozycja 8

Prosimy o podanie technologii w której ma działać czujnik SpO₂ który będzie podłączony do przewodu pośredniego. Nellcor czy Nellcor Oximax ? Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,4 metra.

Odpowiedź:

Nie dopuszcza - opis zgodny z SIWZ. Masimo LNCS.

Pakiet nr 67 Pakiet 133 Pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o usunięcie wymogu kodowania kolorystycznego mankietów. Numeracja która znajduje się na naszych mankietach pozwala w sposób szybki i łatwy dobór do odpowiedniego pacjenta.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pakiet nr 68 Pakiet 135 Pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga czujnika SpO₂ o długości 1 metra czy 3 metrów ?

Odpowiedź:

3m.

Pakiet nr 69 Pakiet 135 Pozycja 2

Prosimy o podanie rozmiarów mankietów , albo informacji dla kogo mają być przeznaczone.

Odpowiedź:

Rozm. M i L.

Pakiet nr 70 Pakiet 135 Pozycja 7

Prosimy o podanie technologii w której ma działać czujnik SpO2 który będzie podłączony do przewodu pośredniego. Nellcor czy Nellcor Oximax ?

Odpowiedź:

Nellcor.

Pakiet nr 71 Pakiet 135 Pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 135 poz. 6 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej ?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 72 Pakiet nr 126

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet nr 126- Drobny sprzęt medyczny

Poz.4) Kuwety o wym. 23x33cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 73 Pakiet nr 126

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet nr 126- Drobny sprzęt medyczny

Poz.6) Igłotrzymacz Mayo-Hegar, identyczny z wymaganiem.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 74 Pakiet nr 126

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet nr 126- Drobny sprzęt medyczny

Poz.13) Kleszcze o dł. roboczej 18cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 126** tolerancje długości narzędzi +/- 10 mm ?

Pytanie wynika z tego, iż nie wszyscy wykonawca i producenci posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami poniżej, dotyczącymi pakietu nr 126 **poz. 5, 6, 8, 14**

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 126 poz. 5** nożyczki chirurgiczne o długości 130 – 200 mm?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 126 poz.6** Igłotrzymacz Hegar w zakresie długości 180 – 260 mm ?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 126 poz. 8** kleszczyki naczyniowe w zakresie długości 210-270 mm ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 79

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 126 poz. 14** Nożyczki chirurgiczne w zakresie długości 130-145 mm ?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 126** czas dostawy narzędzi minimum 4 tygodnie ? Są to wyroby które są produkowane pod indywidualne zamówienie każdego klienta i czas ich produkcji wynosi od 4 – 6 tyg. Prosimy o dopuszczenie powyższego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81

Czy Zamawiający mógłby określić w **Pakiecie nr 126** czy będzie zamawiał wyroby medyczne z sukcesywnie według indywidualnych potrzeb lub czy Zamawiający oczekuje jednorazowej realizacji całości pakietu ?

Odpowiedź:

Indywidualnie wg potrzeb.

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 126** jednorazową realizację całego asortymentu ujętego w tym zadaniu w ciągu 4-6 tyg. ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 83 Pakiet 17 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru Lifepak o wymiarach 107mm x 23m (nadruk na rolce ma szerokość 100mm)

Odpowiedź:

Nie dopuści.

Pytanie nr 84 Pakiet 17 poz. 6

Czy w powyższej pozycji Zamawiający wymaga 400 składanek czy też 400 opakowań po 10 sztuk=4000 składanek?

Odpowiedź:

400 opakowań po 10 skład.

Pytanie nr 85 Pakiet 58 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości wymaganych elektrod do Zolla oraz ilości elektrod do Lifepaka- elektrody mają różne numery katalogowe oraz różne ceny.

Odpowiedź:

LifePak – 13, Zoll- 12.

Pytanie nr 86 Pakiet 58 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji równoważnej elektrody o średnicy 50mm, z włókniny. 5mm różnicy w rozmiarze nie powinno stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu elektrody.

Odpowiedź:

Nie dopuszcza, opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 87 Pakiet 58 poz. 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Dopusći.

Pytanie nr 88 Projekt umowy- §4 ust. 5

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 89 Projekt umowy- §4 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z projektu umowy zapisów umownych typu: " Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo – cenowego przy zaznaczeniu, iż nie może być przekroczona kwota brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia za dany pakiet. "

Proponowany zapis umowny jest jawnym obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 90 Projekt umowy- §4 ust. 8,10

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości miejsc dostaw dla pakietów 17,58 Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek/ wskazane pomieszczenia? Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy też roznoszenia.

Odpowiedź:

Dla pakietów 17 i 58 – dostawa do magazynów Działu Sprzedaży i Zakupu. Zamawiający oczekuje dostarczenia towaru do magazynu.

Pytanie nr 91 Projekt umowy- §5 ust. 3,6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuży termin rozpatrywania reklamacji do 5 dni roboczych.

Pytanie nr 92 Projekt umowy- §7 ust. 2 a,b)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru (wymiany towaru) do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 7 ust. 2 a i b projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia brutto określonego w

paragrafie 3 ust.1” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie 0,1% wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy% wartości umowy w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 93 Projekt umowy- §7 ust. 2 c)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 2 c) projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 3 ust.1” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W

przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątplenia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 94 pakiet nr 124 – akcesoria do elektrochirurgii

poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu elektrody z nożem 2,4 mm, jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami, z kablem min.3m, wtyk trzypinowy? Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do nieodpłatnego użytkowania na czas obowiązywania umowy, w ilości określonej przez Zamawiającego, odpowiadającej ilości aparatów, z którymi te uchwyty będą współpracować odpowiedni adapter umożliwiający właściwe podłączenie oferowanego uchwytu do aparatu ERBE.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 95

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 102 w pozycji 1 oczekuje rękawic diagnostycznych syntetycznych nitrylowych z powierzchnią wewnętrzną polimeryzowaną i chlorowaną czy rękawic z kolagenem?

Odpowiedź:

Dopuszcza rękawice nitrylowe z powierzchnią wewn. polimeryzowaną.

Pytanie nr 96

Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie czy w pakiecie nr 102 w pozycji 1 oczekuje rękawic diagnostycznych syntetycznych nitrylowych w ilości 500 opakowań a'100 sztuk czy 5 opakowań a'100 sztuk?

Odpowiedź:

5x100 szt.

Pytanie nr 97

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 149 w pozycjach nr 1, 2 oraz 5 rękawice chirurgiczne z poziomem AQL $\leq 1,0$ - niższy poziom AQL gwarantuje wyższą jakość rękawic, lepszą szczelność a zarazem większe bezpieczeństwo użytkownika.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 98

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 149 w pozycji nr 3 rękawice chirurgiczne z poziomem AQL 0,65 - niższy poziom AQL gwarantuje wyższą jakość rękawic, lepszą szczelność a zarazem większe bezpieczeństwo użytkownika

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 99

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 149 w pozycji nr 4 rękawice lateksowe diagnostyczne posiadające poziom AQL 1,5 teksturowane na całej powierzchni również na końcach palców, dopuszczone do kontaktu z żywnością, zgodność z normą EN 455-1,2,3 potwierdzona deklaracją zgodności producenta, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza jeśli pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 100

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 149 w pozycji nr 7 jako rękawice alternatywne – rękawice jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor niebiesko-zielony, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, pokrywana warstwą nawilżającą Hydrasoft, Na opakowaniu wyraźnie oznaczony rozmiar oraz data ważności.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 101

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 149 w pozycji nr 8 rękawice nitrylowe do badań, cienkie, grubość na palcach 0,11 +/-0,01 mm, Rozmiary XS-XL, pakowane 100 sztuk, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 102

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 151 w pozycji nr 1 jako rękawice alternatywne rękawice diagnostyczne nitrylowe o grubości na palcu 0,10mm +/-0,02mm, dłoni 0,07mm +/-0,01 mm, mankiecie 0,06mm. Rolowany mankiet, mikroteksturowane + teksturowane na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne przenikalność co najmniej 15 substancji chemicznych w tym 12 substancji na co najmniej 3 poziomie ochrony, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Odporne na przenikanie

co najmniej 2 alkoholi potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Opakowanie a'200 sztuk (XS-XL). Rozmiar opakowania 12,1cm x 12,1cm x 16,5cm (+/- 5%), na przedniej ścianie instrukcja użycia, pasujące do uchwytów naściennych z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 103

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 151 w pozycji nr 1 rękawice diagnostyczne nitylowe w opakowaniach a'200 sztuk dla rozmiarów XS, S, M, L, XL z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 104 Pakiet nr 8. poz. 6.7.8

Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 6,7,8 nakłuwacze do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 105 Pakiet nr 76. poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 2 zamknięty system do odsysania do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 106 Pakiet nr 97, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 1 filtr oddechowy do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 107

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 108

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 109

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 110

Mając na uwadze zapisy art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, w myśl którego „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim (...)”, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 35 asortymentu posiadającego wymagane przepisami oznakowania, ulotkę oraz etykiety w języku angielskim oraz dostarczenia wraz z pierwszą dostawą niezbędnych tłumaczeń / charakterystyk towaru w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111 Dotyczy § 7 ust. 2, lit. c) Wzoru Umowy

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 5% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 112

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 30 pozycji nr 2 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź:

Nie wydzielili.

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 30 pozycji nr 2 gotowy do użycia, fabrycznie załadowany w jednorazowym iniektorze, torebkowy pierścień napinający, wykonany z bezbarwnego polimetakrylanu metylu o jakości klinicznej (PMMA). Stosowany do poprawy ustawienia obłuzowanej albo oderwanej obwódki rzęskowej dla przeciwdziałania sile obkurczającej torebki. Pierścień utrzymuje tylną ścianę torebki w pełnym napięciu, co zapobiega jej fałdowaniu, o średnicy 11,00 mm?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie nr 114 pakiet nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przezroczysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawkę oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętnicznych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i

lekkiej budowie. Korek może być używany do 500 aktywacji. Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 115 pakiet nr 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego z pojedynczym przedłużaczem o średnicy mikro i długości 15 cm. System w technologii podzielnej membrany silikonowej zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 49 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,21ml. Przezroczysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętnicznych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być używany do 500 aktywacji. Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 116 pakiet nr 70, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przezroczysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętnicznych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być używany do 500 aktywacji. Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 117

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 70 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Nie wydzielili.

Pytanie nr 118 Pakiet Nr 67, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętnicznymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 14FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na

piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnicą J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opisu zgodnego z SIWZ

Pytanie nr 119 Pakiet Nr 67, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przeptywów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnicą J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opisu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 120

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 oraz pozycji 2 z Pakietu nr 67 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Nie wydzielili.

Pytanie nr 121 dot. zapisów SIWZ i Formularza asortymentowo – cenowego w zakresie Pakietu Nr 110

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 3 opaski zaciskowej podwójnej zgodnie z wymaganymi parametrami, kompatybilnej z podwójnym zasilaczem zamiast z pojedynczym?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 122 dot. zapisów SIWZ i Formularza asortymentowo – cenowego w zakresie Pakietu Nr 110

Czy Zamawiający w zamian za dostarczenie próbek nie podlegających zwrotowi wyrazi zgodę na przeprowadzenie prezentacji asortymentu na żądanie w celu oceny zgodności przedmiotu zamówienia z opisem w specyfikacji (Rozdz. VI pkt 7 SIWZ)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 123 dot. wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie Pakietu Nr 110:

Czy Zamawiający zmieni termin dostawy z 3 dni na 14 dni (§4 ust. 9 i 13 wzoru umowy oraz w pkt. 18 Rozdz. X SIWZ oraz pkt 2 Formularza ofertowego -zał. Nr 2 do SIWZ) - dot. Pakietu 110?

Biorąc pod uwagę to, iż Zamawiający zakłada, że nie zrealizuje pełnego zakresu asortymentu oraz nie jest w stanie z góry określić terminów zamówienia wnosimy o wydłużenie terminu dostawy. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia sprzedający zmuszony jest wykonać przedmiot

umowy na specjalne zamówienie. W sytuacji kiedy zamówiony asortyment będzie dostępny na stanie magazynowym w momencie złożenia zamówienia dostawa będzie zrealizowana niezwłocznie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni terminu dostawy.

Pytanie nr 124 dot. wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie Pakietu Nr 110:

Czy Zamawiający w §5 ust. 1 i 2 umowy oraz w pkt. 3 formularza oferty odstąpi od wymogu posiadania i oznakowania przedmiotu umowy datą ważności w przypadku wyrobów niesterylnych w odniesieniu do pakietu nr 110? Przedmiotem zamówienia jest asortyment niesterylny i dlatego zgodnie z przepisami nie ma obowiązku posiadania przez produkt, umieszczania na nim informacji na temat ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od wymogu.

Pytanie nr 125 dot. wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie Pakietu Nr 110:

Czy Zamawiający zmieni §7 :

- a. ust. 2 lit. a „0,1% wynagrodzenia brutto , określonego w §3 ust. 1(...) nie może być mniejsza od 10 zł” na w wysokości „0,2% wartości niedostarczonego towaru”,
- b. ust. 2 lit. b „0,1% wynagrodzenia brutto , określonego w §3 ust. 1(...) nie może być mniejsza od 10 zł” na „0,2% wartości reklamowanego towaru”?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłyby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 126 dot. wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie Pakietu Nr 110:

Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami, oraz dookreśli w §9 ust. 2 lit. a iż termin pięciokrotnego niedotrzymania terminu odnosi się do kolejnych dostaw, a nie całego okresu umowy ?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym.

W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi do postanowienia §9 ust. 2 zobowiązanie do uprzedniego wezwania wykonawcy do wykonania umowy, przed wykonaniem przez Zamawiającego prawa do odstąpienia.

Pytanie nr 127

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 103 na: klipsy do klipsownicy laparoskopowej, średnio - duże z rowkami stabilizującymi klips w klipsownicy oraz z rowkami zapobiegającymi zsuwaniu się klipsa z naczynia.wraz z użyczeniem kompatybilnej klipsownicy?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 128

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 103 na: klipsy do klipsownicy laparoskopowej, duże z rowkami stabilizującymi klips w klipsownicy oraz z rowkami zapobiegającymi zsuwaniu się klipsa z naczynia.wraz z użyczeniem kompatybilnej klipsownicy?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 129 Pakiet 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek urostomijny - docięcie przylepca w zakresie 13-60 mm?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ – nie dopuści.

Pytanie nr 130 Pakiet 19, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści beżowy worek stomijny - docięcie przylepca w zakresie 19-70 mm?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 131 Pakiet 19, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści worek stomijny - docięcie przylepca w zakresie 13-60 mm?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 132 pakiet 16

Poz. 2 i 3 – prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ze względu na bezpieczeństwo personelu i ochronę przed zakłuciem/zranieniem, wymaga, by pojemniki do gromadzenia małych odpadów, o

pojemności 1L i 2L, posiadały w przykrywie odpowiednio przystosowany otwór do usuwania ostrzy, poza innymi otworami przeznaczonymi do usuwania igieł i strzykawek?

Odpowiedź:

Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 133 pakiet 45

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania stazy jednorazowej bezlateksowej o wymiarach pojedynczego paska 470 mm x 25 mm.

Staza jest wyrobem pomocniczym, jej parametry użytkowe nie mają bezpośredniego znaczenia w przeprowadzanych procedurach medycznych. Dlatego w razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i funkcjonalnych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie wymiaru 450 mm x 25 mm.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 134 Pakiet nr 1 pozycja 1, 2, 3, 4, 5

Dot. Poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty równoważnej na Kaniula do wkłuc obwodowych z poliuretanu z samo-domykającym się korkiem portu bocznego, kolorowym oznaczeniem kaniuli, na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane prędkości przepływu, z informacją na temat rozmiaru (długość, grubość), kaniula bez-lateksowa i bez ftalanów - potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją umieszczoną na opakowaniu zbiorczym, pakowana w opakowania typu nierozrywalnego Tyvec 14G – przepływ 305 ml/min.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 135 Pakiet nr 1 pozycja 1, 2, 3, 4, 5

Dot. Poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty równoważnej na Kaniula do wkłuc obwodowych z poliuretanu z samo-domykającym się korkiem portu bocznego, kolorowym oznaczeniem kaniuli , na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane prędkości przepływu, z informacją na temat rozmiaru (długość, grubość), kaniula bez-lateksowa i bez ftalanów potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją umieszczoną na opakowaniu zbiorczym , pakowana w opakowania typu nierozrywalnego Tyvec 16G – przepływ 230 ml/min.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 136 Pakiet nr 1 pozycja 1, 2, 3, 4, 5

Dot. Poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty równoważnej na Kaniula do wkłuc obwodowych z poliuretanu z samo-domykającym się korkiem portu bocznego, kolorowym oznaczeniem kaniuli , na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane prędkości przepływu, z informacją na temat rozmiaru (długość, grubość), kaniula bez-lateksowa i bez ftalanów potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją umieszczoną na opakowaniu zbiorczym , pakowana w opakowania typu nierozrywalnego Tyvec 18G długość minimum 45mm – przepływ 100 ml/min

Odpowiedź:

Wymaga min. 100 ml/1min. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 137 Pakiet nr 1 pozycja 1, 2, 3, 4, 5

Dot. Poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty równoważnej na Kaniula do wkłuc obwodowych z poliuretanu z samo-domykającym się korkiem portu bocznego, kolorowym oznaczeniem kaniuli , na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane prędkości przepływu, z informacją na temat rozmiaru (długość, grubość), kaniula bez-lateksowa i bez ftalanów potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją umieszczoną na opakowaniu zbiorczym , pakowana w opakowania typu nierozrywalnego Tyvec 22G – przepływ 40ml/min.

W razie odmowy, prosimy o wskazania przesłanek merytorycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie kaniul dożylnych firmy Becton Dickinson o parametrach opisanych SIWZ, podczas gdy na rynku jest kilku producentów oferujących kaniule dożylnie o porównywalnych a czasami nawet lepszych parametrach niż zawarte w SIWZ działa takie mają wyłącznie ograniczyć konkurencję, ponieważ preferuje w sposób nieuzasadniony, tylko jednego producenta.

Odpowiedź:

Wymaga min. 65 ml/1min.

Pytanie nr 138 Pakiet nr 1 pozycja 1, 2, 3, 4, 5

Dot. Poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty równoważnej na Kaniula do wkłuc obwodowych z poliuretanu z samo-domykającym się korkiem portu bocznego, kolorowym oznaczeniem kaniuli , na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane prędkości przepływu, z informacją na temat rozmiaru (długość, grubość), kaniula bez-lateksowa i bez ftalanów potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją umieszczoną na opakowaniu zbiorczym , pakowana w opakowania typu nierozrywalnego Tyvec 22G – przepływ 40ml/min.

Odpowiedź:

Wymaga min. 40 ml/min

Pytanie nr 139 Pakiet nr 1 pozycja 1, 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający wymaga by na opakowaniu jednostkowym znajdowała się informacja o materiale z jakiego wykonana jest kaniula.

Odpowiedź:

Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 140 Pakiet nr 1 pozycja 1,

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty równoważnej na Kaniula od 0,9 do 2,0 wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z łącznikami do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym potwierdzającymi zmniejszenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związaną z obecnością kaniuli w naczyniu potwierdzającymi biokompatybilność materiału z jakiego wykonana jest kaniula, z samodomykającymi się korkiem portu bocznego, z elementem odpowietrzającym zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażony w automatyczny zatrząsk o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegającym rozpryskiwaniu się krwi poprzez system kapilar umieszczonych w elemencie zabezpieczającym ,minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków RTG. Pakowana w sztywne opakowania typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jakości. Na opakowaniu zbiorczym fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości ftalanów i lateksu w kaniuli. W rozmiarach: 1,5 x 45 mm o

przepływie: 133 ml/ min, 1,8 x 45 mm o przepływie: 230 ml/min, 2,0 x 45 mm o przepływie: 305 ml/min

W razie odmowy, prosimy o wskazania przesłanek merytorycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie kaniul dożylnych firmy Becton Dickinson o parametrach opisanych SIWZ, podczas gdy na rynku jest kilku producentów oferujących kaniule dożylnie o porównywalnych a czasami nawet lepszych parametrach niż zawarte w SIWZ działa takie mają wyłącznie ograniczyć konkurencję, ponieważ preferuje w sposób nieuzasadniony, tylko jednego producenta

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ nie wymaga w/w pozycji kaniuli bezpiecznej.

Pytanie nr 141 Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 1,

Czy Zamawiający wymaga by na opakowaniu jednostkowym znajdowała się informacja o materiale z jakiego wykonana jest kaniula.

Odpowiedź:

Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 142 Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 1,

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu „system kapilar umieszczonych w elemencie zabezpieczającym”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga w Pakiecie 1 poz. 1 systemu Kapilar.

Pytanie nr 143 Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 1,

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem jak Zamawiający zamierza zweryfikować opisany system „system kapilar umieszczonych w elemencie zabezpieczającym”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga w Pakiecie 1 poz. 1 systemu Kapilar.

Pytanie nr 144 Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 1,

Czy Zamawiający zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5, element ograniczający/nie dopuszczający do wypływu krwi nazywa się zatyczką odpowietrzającą (część 3 Definicje, punkt 3.5) i jakkolwiek określi go Zamawiający bądź wykonawca w swoich materiałach handlowych czy kartach katalogowych, zastawka antyzwrotna/bezwrotna/filtr hydrofobowy pełnią rolę elementu odpowietrzającego. Zatem czy Zamawiający akceptuje wymienione rozwiązania techniczne zgodne z obowiązującą normą jako równoważne?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga w Pakiecie 1 poz. 1 w/w rozwiązań technicznych.

Pytanie nr 145 Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 1, 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5, element ograniczający/nie dopuszczający do wypływu krwi nazywa się zatyczką odpowietrzającą (część 3 Definicje, punkt 3.5) i jakkolwiek określi go Zamawiający bądź wykonawca w swoich materiałach handlowych czy kartach katalogowych, zastawka antyzwrotna/bezwrotna/filtr hydrofobowy pełni rolę elementu odpowietrzającego. Zatem czy Zamawiający akceptuje wymienione rozwiązania techniczne zgodne z obowiązującą normą jako równoważne?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga w Pakiecie 1 poz. 1 w/w rozwiązań technicznych.

Pytanie nr 146 Pakiet 9, poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w związku z dużą awaryjnością pistoletów wielorazowych, Zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania jednorazowych, lekkich i precyzyjnych pistoletów do biopsji wątroby, posiadających mechanizm sprężynowy tj. 3 widoczne sprężyny, umożliwiające szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego w czasie 0,0012s, gwarantujący wysokiej jakości pobierany materiał oraz zapewniający precyzyjną kontrolę zabiegu. Umożliwiający 2 sposoby użycia, tryb automatyczny (przycisk A) i tryb z opóźnieniem - pół-automatyczny (przycisk D). Posiadające echogeniczne markery na kaniuli oraz sztylcie zapewniające prawidłową widoczność i kontrolę przy użyciu aparatu USG, skalowane co 1 cm, dostępne w różnych rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia:

18G długości : 6/9/11/15/20/25 cm

16G długości : 6/9/11/15/20 cm

14G długości : 6/9/11/15/20 cm

Pragniemy nadmienić, iż dostępność różnych długości igły zapewniają wykonanie biopsji u każdego pacjenta, niezależnie od grubości tkanki pacjenta.

Odpowiedź:

Dopuszcza wymienione rozmiary igieł.

Pytanie nr 147 Pakiet 14, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora do pobierania płynów z butelki z filtrem o ponad dwa razy lepszej skuteczności filtracji – 0,2 mikrona, bez zastawki, z osłoną portu w postaci koreczka domykanego manualnie.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 148 Pakiet 25, Poz. 1, 3, 4, 5, 6, 7

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy sprzęt do tlenoterapii ma nie zawierać lateksu, ftalanów, DEHP oraz bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie nr 149 Pakiet 25, Poz. 1, 3, 4, 5, 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy sprzęt do tlenoterapii mają posiadać łącznik uniwersalny do podłączenia zarówno aparatury wymagającej łącznika standardowego oraz do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie nr 150 Pakiet 25, Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewnik do podawania tlenu przez nos ma posiadać dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie nr 151 Pakiet 38, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy sonda Sengstakena ma mieć długość min. 120cm?

Odpowiedź:

Min. 100 cm.

Pytanie nr 152 Pakiet 39 poz.1

Prosimy o dopuszczenie masek pakowany a 25 sztuk w dyspenserze z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 153 Pakiet 39 poz.2

Prosimy o dopuszczenie maski filtrującej białej, jednorazowego użytku, mocowanej na poprzeczne gumki, maska oznakowana zgodnie z normą EN 149 jako typ FFP3 oraz zgodnie z normą EN 14683 jako typ IIR. Skuteczność filtracji bakteryjnej $\geq 99,9\%$, ciśnienie różnicowe $< 42,5 \text{ Pa/cm}^2$, opór oddechowy przy wdechu $< 0,87 \text{ mbar}$ i wydechu $< 1,40 \text{ mbar}$, penetracja aerozoli testowych $< 0,89\%$. Pakowana po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 154 Pakiet 102

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawic diagnostycznych nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, białe długość min. 240mm, grubość na palcach $0,1 \pm 0,01 \text{ mm}$, grubość na mankiecie $0,06 \pm 0,01 \text{ mm}$, grubość na dłoni $0,07 \pm 0,01 \text{ mm}$ mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,5. Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja na opakowaniu i w Certyfikacie CE o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 155 Pakiet 104 poz.1

Prosimy o dopuszczenie staplera skórniego, jednorazowego użytku sterylnego z m 35 zszywkami o wymiarach 6,4 mm x 4,0 mm.

Odpowiedź:

Tak, jeśli pozostałe wymogi są zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 156 Pakiet 147

Prosimy o dopuszczenie osłony na uchwyt lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15 mm do max. 48 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy maks. 48 mm i długości do 15 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji.

Odpowiedź:

TAK, jeśli otwór na uchwyt lampy wykonany jest w sposób zapobiegający spadaniu.

Pytanie nr 157 Pakiet 150

W związku z tym, że w SIWZ nie sprecyzowano poziomów na jakim mają chronić rękawice do ochrony RTG, prosimy o doprecyzowanie zgodnie, czy rękawice z przeznaczeniem mają redukować dawkę promieniowania wiązki skupionej o 63, 53 i 46 % dla energii odpowiednio 60, 80 i 100 kV o ekwiwalencie ołowiu min. 0,04 mm Pb?

Odpowiedź:

Dopuszcza rękawice dla energii 80 Kv.

Pytanie nr 158 Pakiet 151 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w zakresie dozowania i zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ułożonych w odpowiedni sposób ułatwiający pojedyncze wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasujące do dozowników naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu z otworem dozującym ograniczonym folią zapobiegającą kontaminacji rękawic w opakowaniu ze środowiska i ułatwiającą ich wyjmowanie. Grubość na palcu min. $0,1 \pm 0,02$ mm, na dłoni min. $0,07 \pm 0,01$ mm, na mankiecie min. $0,06 \pm 0,01$ mm. Poziom AQL $\leq 1,5$, spełniające normy EN 455, EN 420, EN 455, ATSM F 1671, EN388, EN 374 – 1 (z wył. pktu 5.3.2), 2, 3. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu i w Certyfikacie CE. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu. Opakowanie 150 sztuk (135 sztuk dla XL) o wymiarach ok. 24 cm x 6,5 cm x 12,2 cm.

Zaproponowane rozwiązanie ponad łatwość dozowania i zabezpieczenie przed kontaminacją daje użytkownikowi większe zabezpieczenie ze względu na przedłużony mankiet min. 260 mm bez dodatkowych kosztów.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 159 Pakiet 151 poz.1

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawice diagnostyczne nitylowe bezpydrowe, cienkie, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość w obszarze palców min. 0,10 mm, na dłoni min. $0,07 \pm 0,01$ mm, na mankiecie min. $0,06 \pm 0,01$ mm, spełniające normy EN

455, EN 420, EN 455, ATSM F 1671, EN388, EN 374 – 1 (z wył. pktu 5.3.2), 2, 3. Rękawice posiadające badania na min. 8 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, w tym zasadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny, w tym 33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty) oraz min. 15 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. (raport załączony do oferty), o poziomie AQL ≤ 1.5 potwierdzone raportem z wynikami badań, oznakowane podwójnie, jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III. Rozm. S, M, L, XL po max. 200 szt w op. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu, rękawice z możliwością pojedynczego wyjmowania. Opakowania pasujące do uchwytów ściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu opakowania. Uchwyty ściennie mocowane pojedynczo lub w sekwencji po 3 lub więcej pasujące do wszystkich typów rękawic diagnostycznych stosowanych przez Zamawiającego, plastikowe o powierzchni gładkiej, umożliwiającej dezynfekcję, możliwość mocowania uchwytów na wytrzymałą taśmę, bez konieczności uszkodzenia ścian, a także do wózków mobilnych.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 160 Pakiet 151 poz.2

Prosimy o dopuszczenie dozowników pasujących do rękawic oferowanych w poz. 1

Odpowiedź:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 161 Pakiet 152

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic diagnostycznych nitrilowych niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, mikrotesturowane z dodatkową teksturą na palcach, grubość na palcu min. $0,15 \pm 0,01$ mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm, długość minimalna 300 mm, AQL $\leq 1,5$, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, pakowane maks. 100 sztuk.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 162 dotyczy Pakietu nr 64, poz. 3

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji. Podział umożliwi złożenie ofert częściowych większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 163 dotyczy Pakietu nr 64, poz. 3

Czy Zamawiający dopuścimy w opakowaniu po 5 mat (1mata=40 warstw)? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź:

Dopuści.

Pytanie nr 164 dotyczy wzoru umowy paragraf 7 ust. 2, pkt. A)

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na : „w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych danego pakietu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie nr 165 dotyczy wzoru umowy paragraf 7 ust. 2, pkt. b)

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na : „w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, na który została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie nr 166 Dot. Pakietu nr 27, poz. 2

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu o najwyższej jakości, zwracam się do Zamawiającego o możliwość dopuszczenia w poz. 2 Pakietu nr 27 noży jednorazowych do otwarcia komory przedniej w rozmiarach 2,5mm lub 2,65mm (wymagane 2,2). Tak nieznaczna różnica w żaden sposób nie wpłynie na wartość użytkową produktu, ani prace Zespołu operacyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opisu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 167 Pakiet nr 14

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby przyrząd do pobierania płynów posiadał nieruchomą osłonę zastawkę.

Odpowiedź:

Nie odstąpi.

Pytanie nr 168 Pakiet nr 99

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do ciągłych blokad nerwów obwodowych o poniższych parametrach :

Zestaw z cewnikiem do blokady nerwów obwodowych, przy użyciu elektrostymulatora, do ciągłego znieczulania nerwów umiejscowionych głęboko. W skład zestawu wchodzi :

- przewodnik typu wishbone
- igła stymulująca typu Locoplex
- cewnik Pebax
- łącznik easy-lock,
- filtr antybakteryjny 0,22μ,
- dodatkowa przedłużka 30 cm
- strzykawka 10 ml
- transparentny opatrunek Dermafilm 10x 15cm

Dostępne zestawy :

Cewnik		Igła		Ścięcie igły 17°	Cewnik otwarty, ścięcie igły 30°
Długość	Gauge	Długość	Gauge		
50cm	20	35mm	18	5195.35	5195.353
50cm	20	50mm	18	5195.50	5195.503
50cm	20	100mm	18	5195.10	5195.103
50cm	20	120mm	18	5195.12	5195.123

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 169 Pakiet nr 6

Poz.3

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100ml , ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 170 Pakiet nr 6

Poz.3

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji nr 3 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 6A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 171 Pakiet nr 10 Poz.1,2,7,9,10

Prosimy o wydzielenie poz. 1,2,7,9,10 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 172 Pakiet nr 10

Poz.7

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 173 Pakiet nr 10

Poz.7

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 174 Pakiet nr 10

Poz.7

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 175 Pakiet nr 10

Poz.7

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu TS w postaci piktogramów?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 176 Pakiet nr 10

Poz.7

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informację o producencie?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 177 Pakiet nr 10

Poz.9

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 178 Pakiet nr 10

Poz.9

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 179 Pakiet nr 10

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczełu na zacisku rolkowym?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 180 Pakiet nr 10

Poz. 9

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 181 Pakiet nr 10

Poz. 9

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 182 Pakiet nr 10

Poz. 9

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu IS w postaci piktogramów?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 183 Pakiet nr 10

Poz. 9

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informację o producencie?

Odpowiedź:

Pytanie nr 184 Pakiet nr 10

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 185 Pakiet nr 10

Poz. 10

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 186 Pakiet nr 10

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 187 Pakiet nr 10

Poz. 10

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów bursztynowy bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 188 Pakiet nr 10

Poz. 10

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 189 Pakiet nr 10

Poz. 10

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu IS bursztynowy w postaci piktogramów?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 190 Pakiet nr 10

Poz. 10

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informację o producencie?

Odpowiedź:

Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 191 Pakiet 18**Poz.2**

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obte z z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 192 Pakiet 18**Poz.5-6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 193 Pakiet 18**Poz.3,4**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 3,4 do osobnego pakietu ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 194 Pakiet 1**Poz.6**

Prosimy o wydzielenie poz.6 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 195 Pakiet 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Dopuści.

Pytanie nr 196 Pakiet 1

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 197 Pakiet 3**Poz.3**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Dopusći.

Pytanie nr 198 Pakiet 3**Poz.3**

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 199 Pakiet nr 4**Poz.6-9**

Prosimy o wydzielenie poz.6-9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 200 Pakiet nr 4**Poz.6,9**

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 1 ml?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 201 Pakiet 44**Poz.1**

Czy zamawiający dopuści kieliszki ze skalą do 30 ml, mała skalą co 1 ml, duża skala co 5 ml?

Odpowiedź:

Dopusći.

Pytanie nr 202 Pakiet 44**Poz.2**

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odpowiedź:

Nie dopuści. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 203 Pakiet 44

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Dopuści.

Pytanie nr 204 Pakiet 44

Poz.8

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 144 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Dopuści.

Pytanie nr 205 Pakiet 44

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 44 wydzieli pozycje:12,14,15,19-21,23-24 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 206 Pakiet 45

Czy zamawiający dopuści stażę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, *rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu?*

Odpowiedź:

Nie dopuści. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 207 Pakiet 45

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie (rolkę) 25 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Dopuści.

Pytanie nr 208 Pakiet 49

Poz.1

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie nr 209 Pakiet 49

Poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 210 Pakiet 49

Poz. 2

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm , pole opisu 15 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym?

Odpowiedź:

Nie dopuści. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 211 Pakiet 49

Poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie nr 212 Pakiet 49

Poz.3

Czy zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź:

Nie dopuści. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 213 Pakiet 57

Poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 72 cm x 120 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Nie – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 214 Pakiet 57

Poz.3

Czy zamawiający dopuści chustę trójkątną z włókniny o wymiarach 96 cm x 96 cm x 136 cm?

Odpowiedź:

Nie - opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 215 Pakiet 57

Poz. 4

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 216 Pakiet 57

Poz. 4

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odpowiedź:

Nie wymaga. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 217 Pakiet 57**Poz. 4**

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

Odpowiedź:

Nie wymaga. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 218 Pakiet 57**Poz. 4**

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwi łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie nr 219 Pakiet 57**Poz. 4**

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

Odpowiedź:

Nie wymaga – dopuszcza.

Pytanie nr 220 Pakiet 57**Poz. 4**

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcyonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 221 Pakiet 57**Poz. 4**

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie nr 222 Pakiet 57**Poz. 4**

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza produktu o gramaturze mniejszej niż 17 g/m².

Pytanie nr 223 Pakiet 57

Poz. 4

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z normą dla bielizny higienicznej.

Pytanie nr 224 Pakiet 57

Poz. 4

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź:

Dopuszcza podkład z perforacją.

Pytanie nr 225 Pakiet 57

Poz. 4

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

Wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 226 Pakiet 57

Poz. 4

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 227 Pakiet 57

Poz. 4

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie nr 228 Pakiet 59

Poz.1,2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 229 Pakiet 59

Poz.2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem? **Odpowiedź:** Tak.

Czy wymagany jest wziernik pakowany w papier-folia? **Odpowiedź:** Nie.

Czy zamawiający wymaga aby wzierniki były pozbawione lateksu i ftalanów, potwierdzone odpowiednim dokumentem? **Odpowiedź:** zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 230 Pakiet 85

Poz.2

Czy zamawiający dopuści wycenę za śliniaki pakowane po 50 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 231 Pakiet 25

Poz.1

Czy zamawiający dopuści wycenę za maski do podawania tlenu z drenem sterylne?

Odpowiedź:

Nie wymaga – dopuszcza.

Pytanie nr 232 Pakiet 25

Poz.5

Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu przez nos typu „wąsy” o długości 200 cm, j.u., pakowany indywidualnie?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 233 Pakiet 25

Poz..1,3,5

Prosimy o wydzielenie poz.1,3,5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Nie wydzielili.

Pytanie nr 234 Pakiet nr 27, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nóż 1,15 mm (20G)?

Odpowiedź:

Tak dopuści.

Pytanie nr 235 Pakiet nr 27, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm?

Odpowiedź:

Nie dopuści.

Pytanie nr 236 Pakiet nr 33, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dekalinę pakowaną w fiolkach?

Odpowiedź:

Tak dopuści.

Pytanie nr 237 Pakiet nr 33, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pierścień napinający tęczęwkę w rozmiarze 6,3mm?

Odpowiedź:

Tak dopuści.

Pytanie nr 238 Pakiet nr 137, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozwórkę o wymiarach 4mm?

Odpowiedź:

Tak dopuści.

Pytanie nr 239 Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści: kaniule do wkłuc obwodowych z poliuretanu, z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami, zapewniającym całkowitą stabilność podczas używania portu, koreczek portu domykany standardowo, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, rozmiary:

- 22G przepływ 42 ml/min • 20G przepływ 59 ml/min • 18G przepływ 96 ml/min
- 16G przepływ 225 ml/min • 14G przepływ 290 ml/min?

Odpowiedź:

Nie dopuści. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 240 Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści: kaniule do wkłuc obwodowych, wykonane z teflonu, bez portu bocznego, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzenie, bez zdejmowalnego elementu, rozmiary: 26G (0,64) – dł. 19mm, przepływ 19ml/min, 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min?

Odpowiedź:

Nie dopuści. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 241 Pakiet 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 3 pozycji nr 1 i stworzy z niej oddzielny pakiet ?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 242 Pakiet 3 dotyczy pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści: kaniule do wkłuc obwodowych, z portem bocznym, działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik", w pełni kontrolowanym w trakcie użytkowania i w porównaniu do korka samodomykającego się, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, kaniula wykonana z poliuretanu z 3 paskami dającymi dobry kontrast na fotografiach RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, lecz nie zmniejszającymi elastyczności kaniuli, wyposażona w filtr hydrofobowy, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, rozmiary:

- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min • 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ 290 ml/min

Odpowiedź:

Nie dopuści. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 243 Pakiet 3

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści koreczki pakowane w opakowanie typu folia plus papier klasy medycznej ?

Odpowiedź:

Nie dopuści. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 244 Pakiet 48

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta poniżej 3kg i powyżej 30kg lub od 1do 20 kg

Odpowiedź:

Według SIWZ.

Pytanie nr 245 Pakiet 48

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta w przedziale 1-15 kg

Odpowiedź:

Według SIWZ.

Pytanie nr 246 Pakiet 52

Poz. 4, 5, 6, 7, 8 9, 10

Prosimy o wydzielenie pozycji od 4 do 10 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie wydzielili.

Pytanie nr 247 Pakiet 52

Poz. 4, 5, 6

Prosimy o podanie, czy czujniki pracują w technologii Nellcor, Nellcor Oximax czy Masimo?

Odpowiedź:

Masimo.

Pytanie nr 248 Pakiet 58

Poz. 3

Prosimy o wydzielenie poz. 3 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie wydzielili.

Pytanie nr 249 Pakiet 63

Poz. 3

Prosimy o potwierdzenie jaki ma być skład zestawu znaczników – do wyboru są następujące
Zestaw I- 5 serii cyfr 0-9. Zestaw II- 3 serie cyfr 0-9 i 1 seria liter A-Z (alfabet).
Zestaw III - 2 serie liter A-Z (alfabet)

Odpowiedź:

Zestaw I - 5 serii cyfr 0-9 – **NIE**

Zestaw II - 3 serie cyfr 0-9 i 1 seria liter A-Z (alfabet) – **TAK**

Zestaw III - 2 serie liter A-Z (alfabet) – **NIE.**

Pytanie nr 250 Pakiet 78

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 0,9 m

Odpowiedź:

Nie dopuści. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 251 Pakiet 78

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,5 m

Odpowiedź:

Nie dopuści. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 252 Pakiet 78

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 27-35 cm, o szerokości 14,5 cm

Odpowiedź:

Nie dopuści. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 253 Pakiet 78

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 35-44 cm, o szerokości 17,5 cm

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 254 Pakiet 78

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,5 m

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 255 Pakiet 78

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zakończeń o długości 0,95 m

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 256 Pakiet 78

Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 3 m

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 257 Pakiet 78

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie czujnika o średnicy 10 mm

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 258 Pakiet 78

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie czujnika o długości 80 cm z krążkiem samoprzylepnym o średnicy 26 mm oraz kabla przedłużającego o długości 2,4 m

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 259 Pakiet 78

Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie mankietu o obwodzie 26-35.5cm, o szerokości 13.5 i długości 51.5cm, w kolorze niebieskim z kablem łączącym o długości 2,5 m

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 260 Pakiet 78

Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie mankietu o obwodzie 35-45cm, o szerokości 16.6 i długości 66.5cm, w kolorze niebieskim z kablem łączącym o długości 2,5 m

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 261 Pakiet 78

Poz. 10, 13, 14

Prosimy o wydzielenie poz. 10, 13, 14 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 262 Pakiet 116

Poz. 7

Prosimy o wydzielenie poz. 7 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 263 Pakiet 117

Poz. 1 i 2

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 264 Pakiet 117

Poz. 1

Prosimy o określenie modułu w monitorze Vista (Nellcor/ Nellcor oximax lub Masimo) i potwierdzenie czy chodzi o czujnik dla dorosłych?

Odpowiedź:

Nellcor (dorostych)

Pytanie nr 265 Pakiet 117

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie wymiaru mankietu 25-35 cm/53 cm (M+) oraz 34-47 cm (L+)

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 266 Pakiet 120

Poz. 2, 3, 4, 5, 6

Prosimy o wydzielenie poz. od 2 do 6 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 267 Pakiet 120

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 34-47 cm. Podanie modelu monitora Datex Ohmeda

Odpowiedź:

Nie dopuści. Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 268 Pakiet 124

Poz. 13, 14, 15, 16

Prosimy o wydzielenie poz. 13-16 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie wydziela.

Pytanie nr 269 Pakiet 124

Poz. 18, 19, 20

Prosimy o wydzielenie poz. 18-20 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie wydziela

Pytanie nr 270 Pakiet 127

Poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o dopuszczenie opaski mocującej o wymiarach 30 x 8 cm z tasiemką o długości 105 cm, z możliwością prania w 40°C, bez możliwości sterylizacji parowej.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 271 Pakiet 129

Poz. 9

Prosimy o wydzielenie poz. 9 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 272 Pakiet 130

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujnika wykonanego z PU z dyskiem ze stali nierdzewnej

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 273 Pakiet 132

Prosimy o dopuszczenie ślizgu o wymiarach 60x41 cm lub 72x71 cm wykonanego w 100% z nylonu lub prosimy o dopuszczenie rękawa, przeznaczonego do przemieszczania unieruchomionych lub niepełnosprawnych pacjentów w łóżku oraz z łóżka na stołek lub wózek inwalidzki. Część zewnętrzna z poliamidu, środek w 100% z poliestru. Wymiary: 50 x 60 cm, jak na obrazku poniżej:



Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 274 Pakiet 135

Poz. 5

Prosimy o podanie, czy chodzi o mankiety jednorazowego użytku? **Odpowiedź:** wielorazowego użytku.

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarach 26-35.5cm i 35-45cm w przypadku mankietów ju.

Odpowiedź: dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarach 25-35cm i 34-47cm w przypadku mankietów wielorazowych. **Odpowiedź:** Dopuszcza.

Pytanie nr 275 Pakiet 135

Poz. 6

Prosimy o wydzielenie poz. 6 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 276 dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 27, poz. 1:

Czy Zamawiający ma na myśli jednorazowy nóż prosty – kąt ścięcia 15 stopni?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie nr 277 dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 27, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści nóż CRESCENT jednostronnie ostrzony o rozmiarze 2,3mm?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie nr 278 dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 27, poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści opakowania handlowe zawierające 6 sztuk?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie nr 279 dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 28, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga noża do witrektomii przedniej dopuszczonego do stosowania przez producenta aparatu będącego na wyposażeniu Zamawiającego, tj. Infiniti Vision System?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie nr 280 dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 28, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści opakowanie handlowe zawierające 6 sztuk?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie nr 281 dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 28, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści kable do diatermii wielokrotnego użytku niesterylne?

Wyroby medyczne wielokrotnego użytku są wyrobami niesterylnymi.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie nr 282 dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny netto nie ulegną podwyższeniu.”

Uzasadnienie:

- Umowa przewiduje możliwość zmiany stawki VAT, zasadnym jest więc sprecyzowanie, że Wykonawca gwarantuje stałość cen netto;
- Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewniać stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie kwestii ceny. Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji i upustów stoi w istotnej sprzeczności ekonomicznej z interesem Wykonawcy, który nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim przypadku. Cena ofertowa jest bowiem kalkulacją uwzględniającą prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób aby zapewnić Wykonawcy rentowność. Zastosowanie obniżki cen wobec Zamawiającego, a następnie podwyższenie cen na rynku producenckim w dalszym okresie zaburzałoby zatem równowagę finansową Wykonawcy, stawiając go tym samym w sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku;

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje postanowienia umowne za wystarczające we wskazanym zakresie i nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 283 dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie netto pozostanie w wysokości określonej w ust. 1. W takiej sytuacji zmiana cen następuje **automatycznie** w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy **bez konieczności zawierania aneksu do umowy.**”*

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma żadnego wpływu na zmianę stawki VAT, która wynika z przyjęcia odpowiednich przepisów podatkowych, w związku z czym zmiana wynagrodzenia spowodowana zmianą stawki VAT powinna być stosowana przez strony od dnia obowiązywania nowych stawek bez konieczności zawierania pisemnego aneksu do umowy. Należy też wskazać, że zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto, nie brutto, określa wysokość zobowiązania. Podatek od towarów i usług jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem. Proszę też mieć na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 284 dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do zakresu i ilości dostaw częściowych oraz do niezłożenia zamówienia na pełny zakres asortymentu, **jednakże jest zobowiązany do zamówienia wyrobów o wartości minimum 80% wartości umowy i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy.**”*

Uzasadnienie:

Zamawiający powinien wskazać pewien minimalny poziom zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności. W przeciwnym wypadku Wykonawca nie może ocenić opłacalności przedsięwzięcia, racjonalnie skalkulować ryzyka i przedłożyć rzetelnej oferty, korzystnej dla obu stron. Wykonawca powinien również mieć zagwarantowane roszczenie o realizację umowy we wskazanym zakresie;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 285 dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o dodanie w § 4 ust. 7 projektu umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu:

*„**Postanowienia dotyczące minimalnego zakresu zamówień wskazane w § 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio.**”*

Uzasadnienie:

Zdaniem Wykonawcy zasadne jest sprecyzowanie, że niepełna realizacja zamówienia może mieć miejsce z uwzględnieniem poziomu 80% wartości umowy proponowanego przez Wykonawcę;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 286 dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 2 lit. a) – c) projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,1% **wartości netto dostawy** za każdy dzień **zwłoki** w realizacji dostaw częściowych z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień **zwłoki i nie może przekroczyć 5% wartości netto dostawy**;

b) w wysokości 0,1% **wartości netto reklamowanych towarów**, za każdy dzień **zwłoki** w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień **zwłoki i nie może przekroczyć 5% wartości netto dostawy**;

c) w wysokości 10% **wartości netto niezrealizowanej części umowy** w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca”

Uzasadnienie:

- Zdaniem Wykonawcy, kara umowna za zwłokę w dostawie powinna być obliczana od wartości dostawy, a nie wartości umowy, gdyż to w stosunku do danego zamówienia Wykonawca uchybia terminowi, a nie w stosunku do całej umowy;

- Pod pojęciem „opóźnienia” rozumie się każde nieterminowe świadczenie, nawet jeżeli opóźnienie nastąpiło z winy drugiej strony lub działania osoby trzeciej. Mianem „zwłoki” określa się z kolei nieterminową realizację obowiązku, gdy sytuacja ta powstała z wyłącznej winy danej strony umowy. Zasadnym jest więc, aby kary umowne były zastrzeżone na okoliczność zwłoki, czyli opóźnienia zawinione przez Wykonawcę;

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych może spowodować, że będą one rosnąć „w nieskończoność”. W takiej sytuacji kara umowna nie będzie już substratem odszkodowania, ale będzie prowadziła do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy – ewentualna szkoda będzie niższa niż suma kar umownych;

- Kara umowna za rozwiązanie umowy powinna być obliczana w odniesieniu do jeszcze niezrealizowanej części umowy. W przeciwnym wypadku miałyby taki sam rozmiar, niezależnie od tego, czy dokonano zamówień o wartości 1% umowy czy też 99%. W tym drugim przypadku kara mogłaby przekroczyć wartość niezrealizowanej części umowy, co byłoby krzywdzące dla Wykonawcy;

- Zwracam się z prośbą o rozważenie naliczania kar umownych od wartości netto, a nie brutto. Jak już bowiem wskazano, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, podatek od towarów i usług składający się na wartość brutto jest tylko daniną publiczną;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na liczenie kar umownych od wartości wynagrodzenia netto. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 287 dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 2 lit. b) projektu umowy w następującym brzmieniu:

„dwukrotnie niewywiązanie się przez Wykonawcę z jego własnej winy z realizacji obowiązków określonych w §5 ust. 3 lub ust. 6 w ciągu kolejnych 7 dni kalendarzowych po terminie przewidzianym na ich realizację;

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi, aby rozwiązanie umowy było dopuszczalne dopiero w przypadku drugiej zwłoki w dostawie lub realizacji obowiązków gwarancyjnych wynoszącej powyżej 7 dni;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 288 dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 10 ust. 1 lit. n) projektu umowy w następującym brzmieniu:
„zmiany stawki podatku od towarów i usług, o ile nowa stawka nie będzie mogła być stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”

Uzasadnienie:

Jak już wcześniej wskazano, zdaniem Wykonawcy nowa stawka VAT powinna być stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy. Niniejsza propozycja ma na celu umożliwienie zmiany umowy w przypadku zmiany stawki VAT, gdyby z jakichś trudnych do określania obecnie przyczyn nowa stawka nie mogła być jednak stosowana bez zawierania aneksu;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 289

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 27 pkt 1 noże jednorazowe rozmiar 1,6 do nacięcia rogówki?

Odpowiedź:

Nie dopuści.

Pytanie nr 290

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 27 pkt 1 noże jednorazowe rozmiar 1,4 do nacięcia rogówki?

Odpowiedź:

Nie dopuści.

Pytanie nr 291

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 31 pkt 1 barwnik trypanu do błony na siatkówkowej, pakowany w ampułkach o pojemności 0,5 ml.?

Odpowiedź:

Nie dopuści.

Pytanie nr 292 Zadanie nr 8, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści igły motylek w opakowaniu papier- folia?

Odpowiedź:

Dopuści.

Pytanie nr 293 Zadanie nr 8, pozycja nr 2 – 5

Czy Zamawiający dopuści igły bez zaznaczonego kierunku otwierania blistra? Pragniemy nadmienić, że blister na jednym z końców jest odpowiednio przygotowany do otwierania, przez stosowne „nacięcie”.

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 294 Zadanie nr 8, pozycja nr 6 - 8

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze aktywowane poprzez dociśnięcie nakłuwacza do opuszka palca?

Odpowiedź:

Wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 295 PAKIET NR 1 poz. 1 - 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wkłuc obwodowych z poliuretanu z samodomykającym się koreczkiem typu „ CLIK” kaniula bez lateksowa potwierdzona na opakowaniu jednostkowym, w pakowaniu klasy medycznej. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 296 PAKIET NR 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o przepływie min 180 ml/min.

Odpowiedź:

Nie dopuści

Pytanie nr 297 PAKIET NR 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o przepływie min 90 ml/min.

Odpowiedź:

Nie dopuści

Pytanie nr 298 PAKIET NR 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o przepływie min 57 ml/min.

Odpowiedź:

Nie dopuści

Pytanie nr 299 PAKIET NR 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o przepływie min 33 ml/min.

Odpowiedź:

Nie dopuści

Pytanie nr 300 Pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie kaniul do żył obwodowych dla noworodków i dzieci wykonanej z FEP. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon. Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta kaniul co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 301 Pakiet nr 4 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opisu zgodnie z SIWZ - dopuszcza przeliczenie.

Pytanie nr 302 Pakiet nr 5 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie strzykawki o objętości wypełnienia 1 ml do insuliny z dołączoną igłą w rozmiarze 0,5 x 16 mm.

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ

Pytanie nr 303 Pakiet nr 8 poz. 6-8

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 304 Pakiet nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga kranika trójdrożnego z możliwością podawania lipidów.

Odpowiedź:

Nie wymaga – możliwość podania lipidów.

Pytanie nr 305 Pakiet nr 10 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 306 Pakiet 15 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 250 ml, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 307 Pakiet 15 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy 16 cm, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 308 Pakiet 15 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 100-120 ml spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 309 Pakiet 15 pozycja 7-9

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji 9,8 i 9 do osobnego Pakietu, w celu umożliwienia złożenia oferty wyłącznie na pojemniki do badań histopatologicznych przez producenta, co spowoduje obniżenie kosztów zakupu pojemników.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 310 Pakiet 39 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę FFP2 wykonaną z 3 warstw, spełniającą pozostałe parametry opisane w SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 311 Pakiet 58 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30 mm, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 312 Pakiet 58 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50 mm, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 313 Pakiet 97 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dorosłych od objętości oddechowej 150 ml?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 314 Pakiet 97 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dorosłych od objętości oddechowej 250 ml?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 315 Pakiet 97 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dorosłych o przestrzeni martwej 38 ml, opór 1.3, waga 24 g, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 316 Pakiet 121 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści worek samosprężalny silikonowy z możliwością sterylizacji w temp. 121 st. C?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 317 Pakiet 127 pozycja 1

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 do osobnego Pakietu, w celu umożliwienia złożenia oferty wyłącznie na opaski mocujące ręce i stopy przez producenta, co spowoduje obniżenie kosztów zakupu powyższego asortymentu.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 318

Czy w Pakiecie nr 30 poz. 1 Zamawiający dopuści opaskę silikonową o wymiarach: 3x5mm o dł.100mm_LUB_ o wymiarach: 3x5mm o długości 80mm?

Odpowiedź:

Tak dopuści.

Pytanie nr 319

Czy w Pakiecie nr 31 Zamawiający dopuści barwnik w fiolkach o pojemności 0,5ml?

Odpowiedź:

Nie dopuści.

Pytanie nr 320

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 32 poz. 2 do odrębnego zadania?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 321

Czy w Pakiecie nr 137 poz. 1 Zamawiający dopuści rozwórkę dla wczesniaków o wym. 4mm?

Odpowiedź:

Tak dopuści.

Pytanie nr 322 Pakiet 4, pozycja 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną o min. 10%?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 323 Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'70 szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” ilości do 2143 opakowań?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 324 Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do TBC z dobrze widoczną skalą co 0,05ml?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 325 Pakiet 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 22G x 3,5" (0,7 x 90mm)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 326 Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 327 Pakiet 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze nożykowe 1,5mm, z kątem ścięcia 45 stopni?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 328 Pakiet 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze nożykowe 1,0mm, z kątem ścięcia 45 stopni?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 329 Pakiet 8, pozycje 7 - 8

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 330 Pakiet 10, pozycja 5

Czy Zamawiający używając zapisu „z dwoma końcówkami do strzykawek” ma na myśli przedłużacz z dwiema żeńskimi końcówkami Luer-Lock?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 331 Pakiet 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 45cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 332 Pakiet 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści biuretę do infuzji o pojemności 150ml?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 333 Pakiet 10, pozycje 6, 8

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 334 Pakiet 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania krwi i preparatów krwiopochodnych z rolkowym regulatorem przepływu bez możliwości podwieszenia drenu na regulatorze, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 335 Pakiet 10, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez miejsca na kolec komory po użyciu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 336 Pakiet 12, pozycje 25, 41

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 337 Pakiet 12, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzera o długości 400mm?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 338 Pakiet 12, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehr wykonane z silikonu, o długości ramion 45cm x 9cm x 9cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 339 Pakiet 12, pozycje 29 - 30

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z 4 otworami bocznymi?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 340 Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aparaty typu Mini Spike z filtrem antybakteryjnym 1,2 μ m, bez zastawki zapobiegającej wyciekaniu płynu?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 341 Pakiet 17, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 22m z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” ilości do 99 rolek?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 342 Pakiet 17, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier w bloku 160-kartkowym (wymagane 150 kartek) z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” ilości do 188 bloków?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 343 Pakiet 17, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o szerokości 100mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 344 Pakiet 17, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści papier w bloku 215-kartkowym (wymagane 240 kartek) z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” ilości do 23 bloków?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 345 Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem 1200mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 346 Pakiet 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski sterylne?

Odpowiedź:

Tak – nie wymaga.

Pytanie nr 347 Pakiet 25, pozycje 6 - 7

Czy Zamawiający dopuści sterylne dreny tlenowe

Odpowiedź:

Tak – nie wymaga.

Pytanie nr 348 Pakiet 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena wykonane z silikonu w rozmiarach CH 18 i CH 20?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 349 Pakiet 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniu a'30szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 350 Pakiet 39, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maski o parametrach:

- Maska o anatomicznym kształcie, z możliwością formowania do twarzy i nosa
- Warstwa zewnętrzna wykonana z wodoodpornej włókniny polipropylenu
- Wnętrze wykonane z miękkiej, antyalergicznnej włókniny polipropylenowej przyjaznej dla skóry
- Obydwie warstwy połączone w ultradźwiękowym procesie łączenia tkanin zapewniając trwalsze i szybsze połączenie
- Filtracja jeszcze dokładniejsza dzięki specjalnie skonstruowanej włókninie w procesie melt-blown
- Elastyczna, bezlateksowa guma mocująca maskę wokół głowy pokryta wysokiej jakości poliuretanem,
- Metalowa, modelująca wstawka pokryta polietylenem
- Maski sklasyfikowana zgodnie z klasą filtracji FFP2 (EN 149: 2011 +A1:2009) zapewniająca ochronę przed niebezpiecznymi szkodliwymi dla zdrowia substancjami

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 351 Pakiet 44, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 2500 opakowań?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 352 Pakiet 44, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz sterylne z drenem 90cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 353 Pakiet 44, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76 x 25mm, pakowane a'50 szt. z przeliczeniem ilości na 20 opakowań?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 354 Pakiet 44, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści szczotki o średnicy 12mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 355 Pakiet 44, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe z podziałem: damskie i męskie?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 356 Pakiet 44, pozycja 12, 17, 19, 20, 23, 24

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 357 Pakiet 44, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiocy z kartonowym kołnierzem?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 358 Pakiet 44, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści aparatu pokazujące przepływ 600/900/1200?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 359 Pakiet 49, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaski zróżnicowane kolorystycznie: dla dziewczynek i dla chłopców?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 360 Pakiet 49, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści opaski nieprzezroczyste, z przezroczystym okienkiem?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 361 Pakiet 57, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny polipropylenowej podfoliowanej?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 362 Pakiet 57, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o parametrach:

- Wykonany z pulpy laminowanej
- Wzmocniony 48 nitkami
- Rozmiar: 80 x 210 cm
- Gramatura: 23 gr (papier) + 15 gr (laminat)
- Miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 363 Pakiet 57, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści chustę o wym. 96 cm x 96 cm x 136 cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 364 Pakiet 57, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź:

Dopuszcza, jeśli pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 365 Pakiet 85, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Nie – wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 366 Pakiet 85, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze L i XL wykonane z włókniny SMS?

Odpowiedź:

Nie – wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 367 Pakiet 85, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści śliniaki pakowane a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 368 Pakiet 97, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr dla dorosłych o objętości oddechowej 300-1500ml, przestrzeni martwej 45ml, oporze 1,3 hPa przy 30 l/min, wadze 29g?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 369 Pakiet 97, pozycja 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 370 Pakiet 97, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści sterylny łącznik typu martwa przestrzeń o długości 150mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 371 Pakiet 101, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści piankę pakowaną a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 372 Pakiet 101, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści produkt posiadający badania aplikacyjne przeprowadzone na 25 osobach?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 373 Pakiet 114, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy o wymiarach 16cm x 26 cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 374 Pakiet 114, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy o wymiarach 13cm x 14 cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 375 Pakiet 125, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 1200ml?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 376 Pakiet 125, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści słój plastikowy z otworem wlewowym o średnicy ok. 7,5cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 377 Pakiet 149, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych o lepszym poziomie AQL = 1,0?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 378 Pakiet 149, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic lateksowe diagnostyczne o zawartości protein 83µg/g?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 379 Pakiet 149, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic lateksowe diagnostyczne o AQL=1,5?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 380 Pakiet 149, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o lepszym poziomie AQL =0,65?

Odpowiedź:

Dopuszcza, jeśli pozostałe wymagania są zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 381 Pakiet 149, pozycja 8

Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, nitrylowych, cienkich, z wyraźną teksturą na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, polimerowane po stronie roboczej, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, AQL 1,0 (informacja na opakowaniu), zgodne z EN 455 potwierdzone badaniami producenta, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455 i N 374-1,2,3, EN 420-oznaczone na opakowaniu, odporne na przenikanie substancji: 96% kwas siarkowy-poziom 2 (min 30 min), 40% wodorotlenek sodu-poziom 3, dietyloaminę-poziom 2 (substancje z załącznika normy EN 374-1 na min 2 poziomie, co potwierdza spełnianie normy EN 374 w całości), 70% izopropanol -poziom 2, 70% etanol -poziom 2, 5% glutaraldehyd-poziom 3, 5% bromek etyldyny-poziom 2, 40% akrylamid-poziom 2, metakrylan metylu-poziom 3, posiadające badania wg. EN 374-3 na min. 12 cytostatyków w tym karmustyny, winkrystyny, mitomycyny, metotreksatu potwierdzone raportem z badań wg EN 374-3 z jednostki niezależnej, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, rozmiary XS-XL a'100szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 382 Pakiet nr 149 poz. 8

Prosimy o doprecyzowanie czy odporność na przenikanie substancji chemicznych ma być potwierdzona raportem z badań wg normy EN 374 z jednostki niezależnej od producenta?

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 383 Pakiet nr 149 poz. 8

Prosimy o doprecyzowanie stężenia alkoholi obecnych w środkach dezynfekcyjnych oraz poziomu odporności rękawic na te alkohole

Odpowiedź:

Zamawiający nie postawił takiego wymogu.

Pytanie nr 384 Pakiet nr 149 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200 szt. (180 dla rozm. XL) z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 385 Pakiet nr 152 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o grubości na palcach: 0,16 +/-0,02mm, na dłoni: 0,09 +/- 0,02mm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 386

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 90 75 szt. taśm do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłaniających, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, porowatość max 1870 μm , porowatości 84 %, gramaturze 48 g/m^2 , wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 387

Zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczenia próbki niesterylnej.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Dopuszczamy.

Pytanie nr 388.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Pytanie nr 389

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, **za opóźnioną w realizacji część dostawy**, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia, **oraz nie większa niż 10 % opóźnionej w realizacji części dostawy**,

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, **za reklamowaną część dostawy**, dotyczącego pakietu, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia, **oraz nie większa niż 10 % reklamowanej części dostawy**,

c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, za niezrealizowaną część umowy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie nr 390 Dotyczy pakietu 78, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem o długości 1 metra. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 391 Dotyczy pakietu 78, poz. 9

Prosimy o podanie ilości kabli łączących kardiomonitor z czujnikiem wymaganych przy dostawie czujników

Odpowiedź:

20.

Pytanie nr 392 Dotyczy pakietu 78, poz. 10

Prosimy o podanie ilości kabli łączących kardiomonitor z cewnikiem wymaganych przy dostawie cewników

Odpowiedź:

5.

Pytanie nr 393 Dotyczy pakietu 78, poz. 11

Prosimy o podanie ilości kabli łączących kardiomonitor z mankietem przy dostawie mankietów.

Odpowiedź:

10

Pytanie nr 394 Dotyczy pakietu 78, poz. 12

Prosimy o podanie ilości kabli łączących kardiomonitor z mankietem przy dostawie mankietów.

Odpowiedź:

10

Pytanie nr 395 Dotyczy zapisów umowy – zał. nr 5 do SIWZ, par. 7 ust. 2

Prosimy o określenie kar umownych od wartości towaru dostarczonego ze zwłoką.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 396 Pakiet 49 poz 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 49, pozycji 5? *Wydzielenie* umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla *Zamawiającego* cenach.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 397 Pakiet 49 poz 5

Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1. Zamawiający dopuści Okulary do fototerapii noworodków renomowanej amerykańskiej firmy, jednorazowego użytku, czyste medycznie, wykonane z delikatnego materiału, zapinane na rzepy, z uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę, w rozmiarach Noworodki 30 – 38 cm, Wcześnieiki 24 – 33 cm.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 398 Pakiet 52

Jako wieloletni autoryzowany dystrybutor oryginalnych czujników i urządzeń w technologii saturacji Masimo Set, zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wydzielenie z pakietu 52 pozycji 4, 5, 6 oraz 8 i utworzenie z tych pozycji osobnego pakietu. Zagwarantuje to zamawiającemu najkorzystniejszą cenowo ofertę z uwagi na bezpośrednią dystrybucję ww. czujników.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 399 Pakiet 52

Czy w przypadku na pozytywną odpowiedź na pytanie 1 do pakietu 52, zamawiający będzie wymagał, aby zaproponowane czujniki posiadały połączenie LNCS, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego kablami połączeniowymi oraz monitorami, a także był

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 400 Pakiet 76 poz 1

Prosimy o dopuszczenie: Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych z rur rozciągalnych, 3 rury, końcówki Push& Twist 22F, dopasowujące się do urządzenia, worek oddechowy 2l, rozgałęziacz Y, jednorazowy, sterylny.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 401 Pakiet 76 poz 2

Prosimy o dopuszczenie Zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych CH14,16 i tracheostomijnych Ch 14,16 z możliwością stosowania przez 72 h, obrotowa zamykająca zastawka, 10Szt ampułek NaCl po 15 ml w komplecie.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 402 Pakiet 76 poz 3

Prosimy o dopuszczenie:

Filtr oddechowy intermolekularny z udokumentowaną skutecznością filtracji protokołami z badań, z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci. Wydajność nawilżacza min. 32mgH₂O/l. Czas stosowania 24 h, skuteczność filtracji bakterii i wirusów nie mniej niż 99,999 %, dane potwierdzone przez niezależne centra laboratoryjne upoważnione do przeprowadzania badań na

małych cząstkach wskaźnikowych typu Bacillus subtilis oraz niebezpiecznych szpitalnych drobnoustrojach.

Odpowiedź:

Nie – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 403 Pytanie do pakietu 76 poz 5

Prosimy o dopuszczenie układu o dł 160 cm spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź:

Nie dopuści.

Pytanie nr 404 Pak 92

Prosimy o wydzielenie poz 2 z pakietu 92,układ dedykowany do CPAP dla noworodków wyposażony jest w przyłączy/adapter jednorazowego użytku umożliwiający regulację kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek, przyłączy stanowi komplet z układem i nie ma możliwości aby ten element występował oddzielnie.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 405 Pakiet 120

Jako wieloletni dystrybutor oryginalnych akcesoriów marki GE Healthcare producenta Datex-Ohmeda zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu 120 pozycji 1 oraz 6, gdyż nie są to akcesoria dedykowane do Datex-Ohmeda i uniemożliwią złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 406 Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy o modyfikację §7 ust. 2a) wzoru umowy w następujący sposób: „w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia”,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 407 Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy o modyfikację §7 ust. 2b) wzoru umowy w następujący sposób: „w wysokości 0,1% wartości reklamowanego sprzętu, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia”,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 408 Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy o modyfikację §7 ust. 2c) wzoru umowy w następujący sposób: „w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części danego pakietu, w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet, bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 409 Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu §4 ust. 7 wzoru umowy poprzez dodanie zdania o następującym brzmieniu „z zastrzeżeniem, że ograniczenie zamówień asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy nie będzie większe niż 20% wartości/ ilości asortymentu wskazanego w niniejszej umowie.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie nr 410 Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie zapisów §5 ust. 8 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 411 Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy o modyfikację §11 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie nr 412 Dotyczy Pakietu nr 25 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości co najmniej 400 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 413 Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 414 Dotyczy Pakietu nr 75 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 415 Dotyczy Pakietu nr 76 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź:

Nie dopuści.

Pytanie nr 416 Dotyczy Pakietu nr 76 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z możliwością stosowania 72 h, przy wymianie samego cewnika dołączonego do zestawu co 24 h?

Odpowiedź:

Nie dopuści.

Pytanie nr 417 Dotyczy Pakietu nr 76 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z zasuwaną zastawką zamykającą?

Odpowiedź:

Nie dopuści.

Pytanie nr 418 Dotyczy Pakietu nr 76 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny o powierzchni filtracyjnej >500 cm², przy spełnieniu pozostałych wymagań??

Odpowiedź:

Nie dopuści.

Pytanie nr 419 Dotyczy Pakietu nr 76 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 180 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie dopuści

Pytanie nr 420 Dotyczy Pakietu nr 78 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czujnik z kablem o długości 90 cm?

Odpowiedź:

Nie dopuści.

Pytanie nr 421 Dotyczy Pakietu nr 78 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 2.4 m?

Odpowiedź:

Dopusci.

Pytanie nr 422 Dotyczy Pakietu nr 78 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści mankieta o szerokości 12,5 cm i odstąpi od wymogu czerwonej zatyczki?

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 423 Dotyczy Pakietu nr 78 poz. 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu czerwonej zatyczki?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 424 Dotyczy Pakietu nr 78 poz. 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nr ref na produkcie?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 425 Dotyczy Pakietu nr 78 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści czujnik mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 426 Dotyczy Pakietu nr 97 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy antybakteryjno – wirusowy, sterylny dla dorosłych o objętości oddechowej od 150 ml, bez wymiennika, o mniejszej przestrzeni martwej 32 ml, wadze 23 g i oporze przepływu 0,6 H₂O przy 30 l/min?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 427 Dotyczy Pakietu nr 97 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankieta umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź:

Nie – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 428 Dotyczy Pakietu nr 97 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 429 Dotyczy Pakietu nr 120 poz. 1-4

Prosimy o podanie modelu aparatu, z którym mają być kompatybilne akcesoria w w/w zakresie.

Odpowiedź:

CCCM5/5

Pytanie nr 430 Dotyczy Pakietu nr 135 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga mankieta dla dorosłych?

Odpowiedź:

Rozm. M i L.

Pytanie nr 431 Dotyczy Pakietu nr 135 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści mankieta o rozmiarze 27-35 cm oraz 34-43 cm?

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 432 Dotyczy Pakietu nr 135 poz. 6

Czy Zamawiający ma na myśli o opaskę rzepową?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 433

Zamawiający w projekcie umowy w §7 wskazał, że:

2. *Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia,*

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejsze umowy dotyczącego pakietu, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

Wykonawca wnosi o zmianę sposobu liczenia wysokości kary, w taki sposób, aby kara była naliczana od wartości dostawy a nie wartości całej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 434

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 435

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie nr 436

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby

Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie nr 437 Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie nr 438 Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanego postanowienia.

Pytanie nr 439 Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów wzoru umowy o dodanie poniższego zapisu:

„W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania, z uwzględnieniem corocznej aktualizacji cen przez Wykonawcę w tym czasie, za wyjątkiem przedłużenia umowy o maksymalny czas 6 miesięcy....”

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje obecne postanowienia umowy za wystarczające w tym zakresie.

Pytanie nr 440

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pozycji, na które będzie składana oferta?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów tylko do tych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

Pytanie nr 441 Pakiet 15, Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z plastiku z przykrywą i rączką, **szczelnie zamykane na zatrzaskowe uchwyty** o pojemności 6L i wymiarach: **26cm x 20cm x 24cm**, przeznaczone do transportu krwi do laboratorium, wielorazowego użytku, łatwe do utrzymania czystości i dezynfekcji, gładkie nie porowate, niesterylne.

Odpowiedź:

Dopusći.

Pytanie nr 442 Pakiet nr 57 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji fartucha foliowego o wymiarach 71 cm x 117 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 443 Pakiet nr 57 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji chustę trójkątną z włókniny SMS, niebieską, rozmiar 100x100x141 cm?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 444 Pakiet nr 57 poz.5

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji podkłady w op.=30 szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację, czy wycenić 266,67 opakowań, czy też zaokrąglić ilość opakowań w górę lub w dół?

Odpowiedź:

Dopuszcza do przeliczenia pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 445 Pakiet nr 85 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ww. pozycji spodenki z włókniny SMS, rozm. M/L oraz XL/XXL?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 446 Pakiet nr 85 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ww. pozycji krótkie spodenki jednorazowego użytku, na gumce, w rozmiarze uniwersalnym, wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 447 dot. zapisów SIWZ

W związku z brakiem informacji nt. terminu płatności, prosimy Zamawiającego o informację, w jakim terminie będzie dokonywał zapłaty ceny za zamówioną dostawę częściową.

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty ceny w **terminie 30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za zamówioną dostawę częściową.

Pytanie nr 448 PAKIET NR 58

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 58 w pozycji 6 równoważnych elektrod EKG wykonanych z włókniny bez elementu do przygotowania naskórka. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 449 PAKIET NR 58

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 58 w pozycjach 2, 4, 5 i 6 wyceny elektrod EKG za opakowania jednostkowe 50 sztuk. Ilość zaofertowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 450 Dotyczy pakiet 8, poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści igłę bez zaznaczonego kierunku otwierania blistra, ale z dobrze widocznym miejscem? W razie odmowy, prosimy o merytoryczne uzasadnienie

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 451 Dotyczy pakiet 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę ze standardową ścianką?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 452 Dotyczy pakiet 5, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktu w opakowaniu a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 453 Dotyczy pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki do tuberkuliny?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 454 Dot. Pakietu nr 44, poz. 12, 24.

Czy Zamawiający wyłączy Wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 455 Dot. Pakietu nr 57, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści fartuch o rozmiarach 87x120 cm pakowany a'50 szt. ?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 456 Dot. Pakietu nr 57, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowy?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 457 Dot. Pakietu nr 57, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 90 x210 cm?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 458 Dot. Pakietu nr 57, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści chustę o rozmiarze 100 x 100 x 141 cm?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 459 Dot. Pakietu nr 57, poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści podkłady o szerokości 51 cm

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 460 Dot. Pakietu nr 57, poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a'30 szt.?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 461 Dot. Pakietu nr 90, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści taśmę do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, o wymiarze: długość 45 cm ($\pm 0,5$ cm), szerokość: 1,1 cm ($\pm 0,1$ cm), taśma cięta laserowo, o atraumatycznych zakończeniach, gramatura 64 – 73 g/m², porowatość 67%, grubość 0,54 mm, grubość przędzy 0,16 mm, wielkość oczek splotu 4,1 x1,2 mm, taśma umieszczona w plastikowej dwuczęściowej osłonce, co zapewnia sterylność oraz dodatkowo obniża traumatyzację podczas przeciągania przez tkanki, taśma przeznaczona do obu metod (TVT, TOT)?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 462 Dot. Pakietu nr 148, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Rękawice lateksowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	6
Pęseta metalowa anatomiczna	12 cm (+/- 0,3)	1
Nożyczki chirurg. metalowe oczne	11cm (+/- 0,3)	1

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 463 Pytania do projektu umowy:

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi gwarantowanego poziomu wykonania umowy.

Pytanie nr 464 Pytania do projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie nr 465 Pytania do projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany zapisów w projekcie umowy §7 na:

„Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto niedostarczonych w terminie zamówionych towarów, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień opóźnienia,

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, dotyczącego reklamowanych towarów, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień opóźnienia.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 466 Dot. §5 ust. 1 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„1. Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać oznakowanie ~~w języku polskim~~ informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta, numerze serii ~~i sposobie przechowywania.~~”

Uzasadnienie:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie asortymentu z oznakowaniem w języku angielskim i za pomocą zharmonizowanych symboli (piktogramów).

Nazwa handlowa wyrobu, który chcemy Państwu zaoferować jest nazwą handlową w języku angielskim. Informacje o dacie ważności, numerze serii, są oznakowane za pomocą powszechnie stosowanych, zgodnych z obowiązującymi przepisami, czytelnych piktogramów, natomiast informacje na temat sposobu przechowywania wyrobu są zawarte w Instrukcji Obsług, która jest w języku polskim.

Producent ani Wykonawca nie jest w stanie zmienić nazwy handlowej, ponieważ wyroby te posiadają certyfikaty dopuszczające wyrób do stosowania i użytku wystawione zgodnie z angielską nazwą handlową. Etykiety posiadają również powszechnie stosowane, zgodne z obowiązującymi przepisami czytelne piktogramy. Nasze wkłady z takimi właśnie oznaczeniami są akceptowane i stosowane z powodzeniem w kilkudziesięciu publicznych jednostkach służby zdrowia w całym kraju.

Stosowanie takich etykiet jest też zgodne z obowiązującą Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211).

„Art. 14. 1. Wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają oznakowania i instrukcje używania w języku polskim **lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.**

2.22) *Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.*”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 467 Dot. §7 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,1% **wartości niezrealizowanej dostawy wynagrodzenia brutto**, określonego w §3 ~~ust.1 niniejszej umowy~~, za każdy dzień **zwłoki opóźnienia** w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień **zwłoki opóźnienia**,

b) w wysokości 0,1% **wartości niezrealizowanej dostawy wynagrodzenia brutto**, określonego w §3 ~~ust.1 niniejszej umowy~~ dotyczącego pakietu, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień **zwłoki opóźnienia** w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień **zwłoki opóźnienia**,

c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

d) w wysokości różnicy pomiędzy ceną określoną w załączniku nr 1 (asortymentowo – cenowym) a ceną zakupu interwencyjnego, w przypadku konieczności dokonania zakupu interwencyjnego na podstawie § 4 ust 13 niniejszej umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie nr 468 Dot. Zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże zrealizowanie co najmniej jednej dostawy sprzętu jednorazowego użytku oraz co najmniej jednej dostawy sprzętu wielorazowego użytku, o wartości brutto określonej przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże zrealizowanie co najmniej jednej dostawy sprzętu jednorazowego użytku oraz co najmniej jednej dostawy sprzętu wielorazowego użytku, o wartości brutto określonej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 469 Pakiet nr 86 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wykonawcę który zaoferuje w pozycji nr 5 „Elektrodę opaskową o szerokości 1,5 cm i trzech długościach do wyboru (25, 40 i 70 cm), z kablem o długości 1 lub 2 metry ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza długości 1m, dopuszcza 2 metry.

Pytanie nr 470 Pakiet nr 86 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wykonawcę który zaoferuje w pozycji nr 6 „Bipolarną elektrodę stymulującą z kablem ekranowanym o długości 2metry”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 471 Dotyczy pakietu 103, poz.1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze w ilości 120szt-pakowane 20x6klipsów?

Jeśli tak prosimy o zaokrąglenie w górę lub w dół wymaganej ilości klipsów. Klipsy spełniają pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Dopuszcza ilość klipsów proszę zaokrąglić w górę.

Pytanie nr 472 Dotyczy pakietu 106, poz.3

Zamawiający wymaga „Worek (membrana) do pompy arthroscopowej f-my Aesculap PG100 wielorazowego użytku.”

Prosimy o wydzielenie w/w asortymentu do oddzielnego pakietu, ponieważ oryginalne membrany są już niedostępne w produkcji do tego typu pompy.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 473 Dotyczy pakietu 106, poz.1,2

Zamawiający wymaga w poz. 1 Wielorazowy, niejałowy zestaw silikonowych drenów płuczaco - ssących do laparoskopii do pompy PG 100 firmy Aesculap oraz w poz 2.Wielorazowy, niejałowy zestaw drenów płuczających do artroskopii do pompy PG 100 firmy Aesculap.

W związku z tym , że oryginalne dreny są już niedostępne w produkcji do tego typu pompy, prosimy o dopuszczenie wielorazowych, niejałowych drenów silikonowych kompatybilnych z pompą posiadaną przez Zamawiającego. Dreny oferowane są w ilości po 1metr, dlatego jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o doprecyzowanie w jakiej ilości i długości możemy zaoferować w/w dreny.

Jeśli jednak Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania, prosimy o wydzielenie poz.1 i 2 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź:

Nie.

Nie wydzieli.

Pytanie nr 474 PAKIET NR 98

Poz. nr 1-8 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi jednorazowego użytku posiadających oznaczenie jednorazowości (symbolem oraz kolorystycznie) jednoznacznie odróżniające ją od narzędzi wielorazowych, naniesione w sposób trwały i nieusuwalny?

Odpowiedź:

Dopuszcza takie oznaczenia.

Pytanie nr 475 PAKIET NR 98

Poz. nr 1-8 – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w przypadku wymogu kolorystycznego oznakowania jednorazowości narzędzi, ze względu na bezpieczeństwo stosowania i ochronę pacjenta, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu o nietoksyczności zastosowanej farby?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 476 PAKIET NR 98

Poz. nr 1-8 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi w opakowaniu papierowo-foliowym wyposażonym w samoprzylepną etykietę kontrolną, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej, zawierającą informacje tj.: nr katalogowy, serię, datę ważności?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 477 PAKIET NR 113

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania okularów ochronnych zakwalifikowanych jako sprzęt ochrony indywidualnej (PPE – personal protective equipment), kategoria II, zgodny z normą EN 166 oraz Dyrektywą WE 89/686/EEC?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 478 PAKIET NR 113

Czy Zamawiający wymaga okularów wyposażonych w zauszki z wielostopniową regulacją kąta pochYLENIA szybki, oraz regulacją długości?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 479 PAKIET NR 113

Czy Zamawiający wymaga okularów, których szybki posiadają specjalną powłokę o podwyższonej odporności na zarysowania, odpryski ciał stałych, zaparowanie oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 480 PAKIET NR 148

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do usuwania szwów o składzie:

- 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm
- 3 x tufery włókninowe, wielkości śliwki
- 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm
- 1 x plastikowa pęseta zielona 12,5 cm

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 481 PAKIET NR 150

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania rękawiczek bezlateksowych?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 482

Czy Zamawiający z zadania nr 44, wydzieli poz. 15 Aplikatory do podawania leczniczego Lidocain – EGIS aerozol 10% długość kaniuli 100 mm, wysokość głowicy 15, 78 mm +/-0,05 mm, średnica głowicy 15,80 mm +/- 0,05 mm.

Ze względu na to iż jest to wyrób jednego producenta, lub wyrazi zgodę na zaferowania produktu równoważnego :

- **Ampułkostrzykawka zawierająca STERYLNY ŻEL ZNIECZULAJĄCY**
- **w składzie żelu m.in. chlorowoderek lignokainy oraz środki bakteriobójcze i bakteriostatyczne /glukonian chlorheksydyny, hydrobeznzoesan**

metylu i propylu/ zapewniające ochronę antybakteryjną o bardzo szerokim spectrum /od Escherichia coli po Staphylococcus aureus/

- żel przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników, a także zabiegów endoskopowych
 - stosowany docewkowo poprzez bezpośrednią aplikację i wypełnienie żelem pełnej objętości cewki moczowej
 - w wygodnych do aplikacji, bezlateksowych ampułkostrzykawkach
 - dawki przystosowane do warunków anatomicznych 5ml
 - na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu
 - wysoki stopień przejrzystości preparatu gwarantuje brak zanieczyszczeń powierzchni optycznej endoskopów, a tym samym zapewnia maksymalnie komfortowe warunki optyczne podczas zabiegów
 - efekt znieczulający następuje w okresie 3-5 min., a pełny efekt odkażająco-ochronny po ok. 5-15 min
 - prawidłowo używany gwarantuje obniżenie ryzyka wystąpienia zakażeń wewnątrzszpitalnych i znaczne zmniejszenie kosztów terapii, stąd bardzo często wprowadzany jako standard do procedury cewnikowania pęcherza moczowego
- Żel sterylny (sterylizowany radiacyjnie), pakowany pojedynczo zgodnie z normami PN-EN 556 i PN-EN 868, w tłoczone opakowanie foliowo-papierowe typu blister-pack ?**

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ i nie wyrazi zgody na zaoferowanie produktu równoważnego.

Pytanie nr 483 Dotyczy pakietu nr 44, poz. 20

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czyjego produktu używał aktualnie ? Jest to niezbędne celem znalezienia produktu konkurencyjnego

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 484

Czy zamawiający w pakiecie nr 76 pozycja 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra z barierą mechaniczną, wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji molekularnej, bakteryjno-wirusowy,

- o wyższym poziomie nawilżania – 36,8mg/l
- o wyższym poziomie filtracji bakterii i wirusów pow. 99,9999 %,
- utrata wilgoci nie większa niż 6 mg H₂O/
- sterylny ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 485

Czy zamawiający w pakiecie nr 97 pozycja 2 , z uwagi na małą ilość tego produktu w porównaniu z innymi i umożliwienie złożenia oferty konkurencyjnej,

wyrazi zgodę na zaoferowanie maski krtaniowej wykonanej z wykonanej z PCV, nie zawiera ftalanów DEHP i lateksu,
bez nadmuchiwanego mankietu wyposażonej w kanał gastryczny,

rozmiary

1,0	<7 kg
1,5	7 - 17 kg
2,0	17 - 30 kg
2,5	30 - 50 kg
3,5	50 - 70 kg
4,5	70 - 100 kg

dodatkowy otwór poprawia efektywność wentylacji i zapobiega zapadaniu się nagłośni
specjalna konstrukcja mankietu - ożebrowanie - zapobiega zaginaniu maski, umożliwiając szybsze wprowadzanie z możliwością intubacji ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 486 Ad par. 7 ust. 2 pkt. a) projektu umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% niezrealizowanego zamówienia w terminie za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.

Pytanie nr 487 Ad par. 7 ust. 2 pkt. b) projektu umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% przedmiot umowy, na którego została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.

Pytanie nr 488 pakietu nr 4, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawk z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź:

Dopuszcza podwójną skalę pomiarową.

Pytanie nr 489 pakietu nr 4, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk pozbawionych ftalanów, z informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 490 pakietu nr 4, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawk z logo producenta na cylindrze?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 491 pakietu nr 4, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk w opakowaniach jednostkowych

(pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 492 pakietu nr 4, poz. 1-4

Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek posiadających podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 493 pakietu nr 4, poz. 6-9

Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 494 pakietu nr 10, poz. 9

Czy Zmawiający podając długość komory kroplowej miał na myśli jej część przezroczystą? Jeżeli nie to prosimy o podanie sposobu mierzenia komory w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i możliwości porównania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga komory o dł. 6cm – zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 495 pakietu nr 10, poz. 7, 9, 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów posiadających gumkę lub opaskę stabilizującą dren wewnątrz opakowania?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 496 pakietu nr 10, poz. 7, 9, 10

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie w celu identyfikacji bez opakowania?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 497 pakietu nr 10, poz. 7, 9, 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z komorą kroplową wolną od PVC? Komora wolna od PVC jest bardziej przejrzysta i elastyczna co znacznie poprawia komfort pracy personelu.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 498 pakietu nr 10, poz. 7, 9, 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 499 pakietu nr 10, poz. 7, 9, 10

Czy Zamawiający oczekuje aby informacja o braku ftalanów znajdowała się na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Dopuszcza taką informację.

Pytanie nr 500 pakietu nr 10, poz. 9, 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu z igłą biorczą ściętą dwupłaszczyznowo, co pozwala na pewne wkłucie do każdego rodzaju pojemnika?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 501 pakietu nr 10, poz. 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu pakowanego fabrycznie razem z workiem do osłony podawanego leku przed światłem? Tylko takie rozwiązanie gwarantuje pełną osłonę podawanego leku na całej długości linii.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 502 Dotyczy pakietu 103, poz.1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze w ilości 120szt-pakowane 20x6klipsów?

Jeśli tak prosimy o zaokrąglenie w górę lub w dół wymaganej ilości klipsów.

Klipsy spełniają pozostałe wymagania Zamawiającego

Odpowiedź:

Dopuszcza – ilość klipsów proszę zaokrąglić w górę.

Pytanie nr 503 Dotyczy pakietu 106, poz.3

Zamawiający wymaga „Worek (membrana) do pompy arthroscopowej f-my Aesculap PG100 wielorazowego użytku.”

Prosimy o wydzielenie w/w asortymentu do oddzielnego pakietu, ponieważ oryginalne membrany są już niedostępne w produkcji do tego typu pompy

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 504 Dotyczy pakietu 106, poz.1,2

Zamawiający wymaga w poz. 1 Wielorazowy, niejałowy zestaw silikonowych drenów płuczaco - ssących do laparoskopii do pompy PG 100 firmy Aesculap oraz w poz 2.Wielorazowy, niejałowy zestaw drenów płuczających do artroskopii do pompy PG 100 firmy Aesculap.

W związku z tym , że oryginalne dreny są już niedostępne w produkcji do tego typu pompy, prosimy o dopuszczenie wielorazowych, niejałowych drenów silikonowych kompatybilnych z pompą posiadaną przez Zamawiającego. Dreny oferowane są w ilości po 1metr, dlatego jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o doprecyzowanie w jakiej ilości i długości możemy zaoferować w/w dreny.

Jeśli jednak Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania, prosimy o wydzielenie poz.1 i 2 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 505 Dotyczy pakietu 130, poz. 4

Prosimy o informacje odnośnie wtyku łączącego kabel z monitorem. Czy jest to złącze okrągłe 19-pinowe czy półokrągłe 8-pinowe?

Odpowiedź:

Złącze półokrągłe 8-pinowe.

Pytanie nr 506 Dotyczy pakietu 52, poz. 4, 5, 6, 8.

Prosimy o wskazanie jaki moduł do pomiaru SpO2 posiada Zamawiający w monitorze Delta: Masimo (wyście LNOP lub LNCS), Nellcor czy Nellcor Oximax, z którym mają być kompatybilne czujniki z pozycji 4,5,6 i 8.

Odpowiedź:

Massimo LNCS.

Pytanie nr 507 Dotyczy pakietu 83, poz. 9.

W związku z wielkością opakowania, która dla czapeczek wynosi 5 sztuk, prosimy o adekwatną zmianę ilości z **30 opakowań po 10 sztuk na 60 opakowań po 5 sztuk.**

Odpowiedź:

Można zamienić na 60 op. po 5 szt.

Pytanie nr 508 Dotyczy pakietu 96, poz. 2.

W związku z jednostką handlową zestawu, jaka jest opakowanie, zawierające 25 zestawów, prosimy o zmianę jednostki miary oraz ilości na 3 op. (75 zestawów) lub 4 op. (100 zestawów).

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na zmianę.

Pytanie nr 509 Dotyczy pakietu 117, poz. 3.

Prosimy o wydzielenie poz. 3 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

Pytanie nr 510 Dotyczy pakietu 117, poz. 1.

Prosimy o wskazanie jaki moduł do pomiaru SpO2 posiada Zamawiający w monitorze Vista XL: Masimo (wyście LNOP lub LNCS), Nellcor czy Nellcor Oximax, z którym mają być kompatybilne czujniki z pozycji 1.

Odpowiedź:

Nellcor.

Pytanie nr 511 Dotyczy pakietu 145.

Prosimy o dopuszczenie gniazdek po pozycjonowania wcześniaków, wypełnionych granulatem - kulki polistyrenowe - dostosowujące się do kształtu ciała dziecka, stymulujący prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka, obszycie wykonane z miękkiej, delikatnej bawełny (100% bawełna), dostępne w rozmiarze S (dla dzieci o masie poniżej 1000 g) oraz w rozmiarze M (dla dzieci o masie do 1500 g).

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 512 do pakietu 49 pozycja 5,

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji –okularki do fototerapii, i utworzenie odrębnego pakietu pozwoli to na wystartowanie większej ilości Wykonawców.

Odpowiedź:

Nie wydzieli

Pytanie nr 513 do pakietu 49 pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie okularków o obwodach głowy: 33-38 cm, 26-32 cm,

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 514 do pakietu 81

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 11,12,13 i utworzenie oddzielnego pakietu.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 515 do pakietu 82,

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 1,2,3,4,5,6,8,9,10 oraz 12,i utworzenie nowego pakietu - **Sprzęt do użytku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Oddziale Neonatologicznym**, oraz prosimy o dopuszczenie w pozycji 8 „paskowe mocowanie układu pacjenta „czapeczek o niżej podanych rozmiarach:

Kolor	Rozmiar	Obwód głowy
Biała	000	16-18
Szara	00	18-20
Różowa	0	20-22
Brązowa	1	22-24
Żółta	2	24-26
Niebieska	3	26-28
Złota	4	28-30
Zielona	5	30-32
Bordowa	6	32-34
Pomarańczowa	7	34-36
Ciemno zielona	8	36-38
Granatowa	9	38-40

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 516 do pakietu 83

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1,2,5,7,8,9 jednocześnie jeśli Zamawiający wydzieli pozycję, prosimy o dopuszczenie w pozycji nr. 8 czapeczek wraz z opaskami o obwodach głowy podanych poniżej:

Czapeczki:

- ✓ obwód głowy 17-22 cm
- ✓ obwód głowy 22-25 cm

- ✓ obwód głowy 25-29 cm
- ✓ obwód głowy 29-36 cm

Opaski:

- ✓ obwód głowy 26-36 cm
- ✓ obwód głowy 35-40 cm
- ✓ obwód głowy 40-45 cm

Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu korzystać z większego wachlarza rozmiarów poczynając od obwodów głowy 17-22 cm. do 40-45 cm

Proponowane zmiany pozwolą na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym zmniejszą koszt zakupu sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 517 do pakietu 84

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 1 oraz 3, i utworzenie nowego pakietu

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 518 do pakietu 92,

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 5 czapeczek wraz z opaskami o obwodach głowy podanych poniżej:

Czapeczki:

- ✓ obwód głowy 17-22 cm
- ✓ obwód głowy 22-25 cm
- ✓ obwód głowy 25-29 cm
- ✓ obwód głowy 29-36 cm

Opaski:

- ✓ obwód głowy 26-36 cm
- ✓ obwód głowy 35-40 cm
- ✓ obwód głowy 40-45 cm

Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu korzystać z większego wachlarza rozmiarów poczynając od obwodów głowy 17-22 cm. do 40-45 cm

Proponowane zmiany pozwolą na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym zmniejszą koszt zakupu sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Nie.

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ROWNOCZESNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI
KIEROWNIKA DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Karolina Filipowska