



DZP/398/MH/18

Tychy, 26.04.2018r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego
na dostawę endoprotez stawów kolanowych i biodrowych (nr sprawy: 15/18/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Pakiet nr 5 Endoproteza cementowana stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa

Czy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji zamawiający dopuści produkt równoważny bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SIWZ - Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modułarna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersji bezcementowej (....).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. produkt. Ponadto Zamawiający informuje iż oczekuje wprowadzenia zmian do załącznika przez Stronę składającą ofertę.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 5 Endoproteza cementowana stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa

Czy Zamawiający w miejsce parametrów opisanych w SIWZ w pakiecie nr 5 dopuści:

Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego.

Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 69 027 850,00 zł



Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modułarna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm.

Wkładka polietylenowa realizująca fabryczne 3° tyłopochylenie dostępna w wersji z zachowanym więzadłem krzyżowym tylnym (CR) oraz bez zachowanego więzadła krzyżowego tylnego w dwóch odmianach : z tylną stabilizacją PS (mocowane dodatkową śruba do tacy piszczelowej) oraz ze stabilizacją realizowaną poprzez podniesienie przedniej krawędzi wkładki (bez konieczności wykonania plastyki międzykłyctowej). Dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , 18mm,20mm przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta, mocowana na zasadzie zatrzaskowej.

Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnątrznie.

Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu.

Możliwość zaoferowania wersji (element udowy oraz piszczelowy) dla osób uczulonych.

Endoproteza daje możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL

Do wyboru technika operacyjna: Tibia First lub Femur First.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga endoprotezy z możliwością rozbudowy o system rewizyjny.

Pytanie nr 3 do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust. 1 lit. a) oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 1 lit. a), których wzory przesyłamy w załączeniu (...)?

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje za wystarczające regulacje zawarte we wzorze umowy, wobec tego nie wyraża zgody na dodanie załącznika.

Pytanie nr 4 do wzoru umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 do wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §2 ust.1 niniejszej umowy **za opóźnioną w realizacji część dostawy**, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia, **oraz nie większa niż 10 % opóźnionej w realizacji części dostawy**.

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust.1 niniejszej umowy, **za reklamowaną część dostawy**, dotyczącego pakietu, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż

kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia, **oraz nie większa niż 10 % reklamowanej części dostawy,**

c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto **za niezrealizowaną część umowy,** określonego w §2 ust.1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 6 Pakiet nr 7 Cement kostny z mieszalnikiem próżniowym

Czy w poz. 1, 2, 3 - Zamawiający wymaga, aby oba komponenty były barwione chlorofilem ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza barwienie chlorofilem.

Pytanie nr 7 Pakiet nr 7 Cement kostny z mieszalnikiem próżniowym

Czy w poz. 4 Zamawiający wymaga dedykowanego dla oferowanego systemu wskaźnika próżni ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Zamawiający informuje, iż zachodzą przesłanki opisane w art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy, w związku z czym ustala nowe terminy składania i otwarcia ofert oraz złożenia wadium tj.

- Oferty oraz wadium należy składać do dnia 14.05.2018r., do godziny 10:00
- Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.05.2018r., o godzinie 12:00.

**KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO
Karolina Filipowska**