



DZP/755/WSP/18

Tychy, 18.07.2018r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów i bielizny operacyjnej jałowej, jednorazowego użytku (nr sprawy: 31/18/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Pakiet nr 4, poz. 1,2

W związku z możliwością zaoferowania konkurencyjnego cenowo produktu prosimy dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m², spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Oferowane przez nas produkty spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3 i są stosowne w wielu Ośrodkach w Polsce.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 2 Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 Pakiet 1, poz. 1,2,3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Prosimy o podanie wartości za ilość wymaganą w SIWZ.

Pytanie nr 4 Pakiet 1, poz. 1,2,3

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 69 027 850,00 zł



również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 Pakiet 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6 Pakiet 1, poz.3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 7 Pakiet 1, poz.6

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 8 Pakiet 1, poz.6

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści jeśli spełnia wymogi określone w SIWZ.

Pytanie nr 9 Pakiet 1, poz.6

Czy zamawiający dopuści maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści jeśli spełnia pozostałe wymogi określone w SIWZ.

Pytanie nr 10 Pakiet 1, poz.6

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową, na gumkę lub troki, posiada sztywnik na nos pomiędzy warstwami włókniny, w kolorze zielonym, o gramaturze min.25 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 11 Pakiet 1, poz.6

Czy zamawiający dopuści maskę wiążaną na troki o rozmiarze 175 mm x 98 mm, po rozłożeniu szerokość ok. 160 mm, troki górne ok 400 mm, troki dolne ok 390 mm, sztywnik na nos o długości ok. 11 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 12 Pakiet 1, poz.6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 Pakiet 1, poz.1-3,6

Prosimy o wydzielenie poz.1-3,6 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietów.

Pytanie nr 14 Pakiet 2, poz.1

Prosimy Zamawiającego o opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 Pakiet 2, poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 Pakiet 2, poz.1

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 Pakiet 2, poz.3

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu z włókniny o gramaturze 40 g/m²?, j.u., bez dodatkowej warstwy antypoślizgowej, pakowane po 100 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 Pakiet 2, poz.3,4

Prosimy Zamawiającego o opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 Pakiet 2, poz.4

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykonane z teksturowanej folii , o gramaturze 2 g/m², bez dodatkowej warstwy antypoślizgowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek z taśmą pochłaniającą pot w części czołowej czepka?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 21 Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z: otok - włóknina typu Spunlace 45g/m², denko - polipropylen 25g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 22 Pakiet 1, poz. 4-5

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 4 i 5 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 23 Pakiet 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 17,5cm x 9,5cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 24 Pakiet 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści maskę spełniającą wymogi normy EN 14683 typ IIR?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 25 Pakiet 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści maskę z osłoną na oczy ze specjalną pianką zabezpieczającą przed zaparowaniem od strony wewnętrznej maski?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 26 Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 27 Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 28 Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi mankietami?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 29 Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch sterylny czy niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli fartuch sterylny.

Pytanie nr 30 Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej od zewnątrz o gramaturze 30 g/m² ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 31 Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 32 Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze foliowe bez warstwy antypoślizgowej?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 33 Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze włókninowe z warstwą antypoślizgową?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 34 Pakiet 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę przedoperacyjną wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 35 Pakiet 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 36 Pakiet 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne w kolorze niebieskim, zielonym lub fioletowym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 37 Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m² zapinany na rzep w okolicy karku, z dwoma rącznikami, rozmiar fartucha widnieje w nr katalogowym, który jest umieszczony na nalepce służącej do wklejania do dokumentacji medycznej, pozostałe wymagania zgodne z opisem?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 38 Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny z włókniny SSMMS(45g/m²) ze wstawkami nieprzemakalnymi (PP+PE 38g/m²) zapinany na rzep w okolicy karku z dwoma rącznikami, rozmiar fartucha widnieje w nr katalogowym, który jest umieszczony na nalepce służącej do wklejania do dokumentacji medycznej, pozostałe wymagania zgodne z opisem?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 39 Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG o następującym składzie:

* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 40 Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na aparaturę w rozmiarze 85x85cm w stanie rozciągniętym, w stanie nie rozciągniętym (średnica na płasko- maksymalny rozmiar osłanianej aparatury) 50x50cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 41 Pakiet 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 16cm x 200cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 42 Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 800 ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 70 szt. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową. Część spodnia z włókniny polipropylenowej. Wkład chłonny z superabsorbentem.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 43 Pakiet 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 60; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 540 ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 112szt. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową. Część spodnia z włókniny polipropylenowej. Wkład chłonny z superabsorbentem.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 44 Pakiet 10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność 1,5l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt. Pokryty hydrofilną włókniną na całej powierzchni. Wkład chłonny z superabsorbentem SuperCore. Warstwa spodnia wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folią. Waga podkładu 295 g.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 45 Pakiet 10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny o parametrach:

- 3 warstwy: włóknina, wkład chłonny, laminat nieprzemakalny (spodnia strona)
- Wkład chłonny pikowany (wata, superabsorbent SAP, pulpa)
- Rozmiar: 100 cm x 225 cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm
- Chłonność min. 3850 ml.
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 46 Dot. pakietu nr: 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 17g/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 47 Dot. pakietu nr: 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści wyroby pakowane w pojedynczy karton a następnie w worki zgodnie ze sposobem konfekcjonowania dla wybranego asortymentu?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 48 Dot. pakietu nr: 5, poz. 9

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję z pakietu z jednoczesnym dopuszczeniem następującego zestawu:

- wykonany z włókniny foliowanej wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 73 g/m² i składzie:

serweta z przylepcem	1	L3	240x150
serweta z przylepcem	1	L3	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L3	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 49 Dot. pakietu nr: 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta FB gram. 42g/m2	75x45cm	1
serweta L2 gram. 56g/m2 50x60cm z otworem 10cm	50x60cm;Ø10cm	1
strzykawka 3ml	3ml	1
strzykawka 5ml	5ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,5x25mm	0,5x25mm	1
kompres z włókniny 30 gram, 4W	7,5x7,5cm	10
Opatrunek Fixopore S	5x7,2cm	1
penseta plastikowa	13 cm	1

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 50 Dot. pakietu nr: 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta z laminatu FB	45x75cm	1
serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10
tupfer kula 17N	20x20cm	10
pęseta plastikowa	13 cm	1
strzykawka 10ml	10ml	1

strzykawka 20ml	20ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1
ostrze nr 11	Nr 11	1
imadło metalowe	13 cm	1

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 51 Dot. pakietu nr: 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta z laminatu FB gra. 42g/m2	45x75cm	1
serweta z laminatu L2 gram. 56 g/m2, 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10
tupfer kula 17N	20x20cm	10
pęseta plastikowa	13 cm	1
strzykawka 10ml	10ml	1
strzykawka 20ml	20ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1
ostrze nr 11	Nr 11	1
imadło metalowe	13 cm	1

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52 Dot. pakietu nr: 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści piankę w opakowaniu 500 ml z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 53 Dot. pakietu nr: 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści piankę niezawierającą kreatyny, ale zawierającą składniki aktywne tj. biokompleks lniany, D-pantenol czy betainę cukrową?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 54 Dot. pakietu nr: 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1
Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1
Rękawice nitrylowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	5
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8
Pęseta plastikowa	13 cm	1
Pean plastikowy	14 cm (+/-0,3)	1
Pojemnik plastikowy	125 ml	1
Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1
Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 55 Pytania do projektu umowy:

Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić jaki procent ilości wyrobów zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony.

Pytanie nr 56 Pytania do projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 lit. a) kara umowna naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57 Pytania do projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 lit. c) kara umowna naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58 Pakiet nr 3 Poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowych jednorazowych ubrań chirurgicznych spełniających wymagania SIWZ które posiadają bluzę w krótkim rękawem wyposażoną w 3 kieszenie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 59 Pakiet nr 5 Poz. nr 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca typu „rzep” w rozmiarze 2 x 23 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 60 Pakiet nr 5 Poz. nr 35

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dużego zestawu do alloplastyki spełniającego wymagania SIWZ, który posiada w swoim składzie:

- serwetę przylepną 120 x 90 cm zamiast 130 x 100 cm
- serwetę 2-warstwową z wycięciem „U” z dodatkową warstwą chłonną (wzmocnieniem) zamiast 3-warstwowej?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 61 Pakiet nr 7 Poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego spełniającego wymagania SIWZ posiadającego w swoim składzie stalowe jednorazowe imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm zamiast 14 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 62

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 dopuści fartuch jednorazowego użytku, higieniczny o gramaturze min. 24g/m², rękawy ściągane gumką?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 63

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 2 dopuści fartuch chirurgiczny o gramaturze min. 35g/m² z nieprzemakalnymi wstawkami o gramaturze min. 40 g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 64

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 3 dopuści ochraniacze na buty z flizeliny o gramaturze min. 30 g/m², jednorazowego użytku, antypoślizgowe?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 65

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 4 w pozycji nr 1 dopuści jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 49,5 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, zapinany na "rzep" na szyi, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki wiskozowe 30x40cm . Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) a' 50 sztuk zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 66

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 4 w pozycji nr 2 dopuści jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony - niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmocniany wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Odporność na przeniknięcie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, zapinany na "rzep" na szyi, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki wiskozowe 30x40cm. Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) a'50 sztuk zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 67 Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha j. u. z włókniny o gramaturze min. 20g/m², rękawy ściągane gumką?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 68 Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha j. u. z włókniny o gramaturze min. 25g/m², rękawy ściągane gumką?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 69 Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje fartucha sterylnego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 70 Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha o gramaturze min. 30g/ z nieprzemakalnymi wstawkami?

Odpowiedź:

Pytanie 71 Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ochraniaczy na buty o gramaturze min 35g/m²?

Odpowiedź:

Tak, ale pytanie dotyczy poz. 3.

Pytanie 72 Pakiet nr 2 poz. 1 - 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktów pakowanych w worek a następnie karton transportowy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 73 Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha chirurgicznego o poniższym opisie: Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy, z elastycznymi mankietami z dzianiny, u góry zapinany na rzep, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązany na troki umieszczone w specjalnym kartoniku, który umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – z zachowaniem pełnej sterylności przedniej i tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M – XXL. Materiał typu SMMMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza, o min. gramaturze 35g/m², zgodny z normą EN13795 cz.1-3. Z każdym fartuchem min. 1 ręcznik celulozowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) wyposażone w trzy naklejki z nazwą producenta, kodem kreskowym, nr serii, nr katalogowym i datą ważności z widoczną datą ważności do dokumentacji pacjenta. Fartuch bez kauczuku i kalafonii. Pakowane w worek i karton. 40 szt. w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 74 Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha chirurgicznego o poniższym opisie: Wzmocniony, jałowy, pełnobarierowy, jednorazowego użytku sterylny fartuch chirurgiczny, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wstawki – wzmocniona w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, u góry zapinany na rzep. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Wiązany na troki umocowane w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowuje pełną sterylność tylnej i przedniej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M – XXL. Materiał typu SMMMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza, o min. gramaturze min. 35g/m², wzmocnienia o gramaturze min. 40 g/m². Fartuch zgodny z normą EN13795 cz.1-3. Z każdym fartuchem min. 1 ręcznik celulozowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) wyposażone w trzy naklejki z nazwą producenta, kodem kreskowym, nr serii, nr katalogowym i datą ważności z widoczną datą ważności do dokumentacji pacjenta. Fartuch bez kauczuku i kalafonii. Pakowane w worek i karton. 40 szt. w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 75 Pakiet nr 5 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu serwet jałowych do cięcia cesarskiego o poniższy, składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 1 serweta główna 160x300 z otworem 30x25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów, 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795-1-3, każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał obłożenia składa się z 3 warstw o min. gramaturze materiału 54 g/m². Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 76 Pakiet nr 5 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej liczby ofert konkurencyjnych?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 77 dotyczy SIWZ – zdolność techniczna i zawodowa

Czy Zamawiający wymóg za spełniony w przypadku przedłożenia poniższych referencji:

1. Dostawa leków, wyrobów medycznych oraz bielizny operacyjnej
2. Dostawa materiałów jednorazowego użytku
3. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4, pozycja nr 1,2 fartuchów chirurgicznych niewzmocnionych i wzmocnionych wykonany z włókniny SMS.

Włókniny typu SMS, SMMS, SMMMS, SMMMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS, SMMMS. Włóknina SMS, SMMS, SMMMS nie różni się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 79

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4, pozycja nr 1,2, fartuchów chirurgicznych bez dodatkowego ręcznika lub ręczniki pakowane osobno

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 80

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5, pozycja nr 1 zestawu :
min. 1 serweta 300 x 200 cm z samo-uszczelniającym się otworem elastycznym o śr. 3-3,5 cm i dodatkowym elementem chłonnym w okolicy pola operowanego min. 100 x 80 cm;

1 serweta na stolik Mayo o wym. min. 80 x 140 cm(+/-5 cm), w formie worka złożonego teleskopowo (dopuszczalny w kolorze czerwonym);

Zestaw owinięty w serwetę na stolik narzędzi o wym. min. 190 x 140 cm(+/- 10 cm) z dodatkowym elementem chłonnym o wym. min 75 x 190 cm.

Serwety wykonane z min. 2 warstw (folia polietylenowa + włóknina o min. gramaturze 54g/m². Gramatura elementów chłonnych min. 105 g/m². Materiał musi spełniać wymogi normy EN13795 cz,1-3

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 81

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5, pozycja nr 9 zestaw o składzie :

2 serwety samoprzylepne min. 75 x 90 cm, wzmocnione na całej powierzchni

1 serweta samoprzylepna 160 x 240 cm z padem chłonnym min. 40x80 cm

1 serweta samoprzylepna 180 x 160 cm z padem chłonnym min. 50 x 75 cm;

1 serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm (+/-5 cm) składana teleskopowo, w kształcie worka, wzmocniona na całej długości

1 serweta 140 x 190 (+/-5 cm) na stolik z narzędziami;

1 taśma samoprzylepna o wymiarach min. 10 x 50 cm;

mi. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm.

Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał 2 warstwowy na całej powierzchni o gramaturze min.55g/m² i chłonności min.450%. Pady chłonne o min. gramaturze 105g/m² i chłonności min.950% Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produkt musi posiadać dodatkowe opakowanie kartonowe

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 82

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5, pozycja 17 , punkt 1

1 serweta min. 250 x 320 cm, z otworem 25 x 30 cm.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 83

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ilości w pakiecie nr 5, pozycja 19, punkt 1 serwetę 150 x 130 cm z wycięciem „U” 6 x 40 cm i padem chłonnym, samoprzylepna.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 84

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5, pozycja 19; punkt 2 serweta samoprzylepna 160x180 cm lub 160 x240 cm z padem chłonnym.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 85

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5, pozycja 19, gramaturę wzmacnia min. 105 g/m².

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 86

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5, pozycja 20 serwetę do cięcia cesarskiego (ułożenie płasko na stole) o wym. min. 200 x 300 cm z torbą na płyny oraz oknem z folią chirurgiczną o wym. 25 x 30 cm.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 87

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5, pozycja 20 serwetę dla noworodka w rozmiarze 70x80 cm.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 88

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5, pozycja 30 zestaw o składzie :

1 serweta na stół narzędziowy o wym. 100 x 150 cm (owinięcie zestawu)

2 serwety nieprzylepne o wym. 70 x 50 cm,

1 serweta do nakrycia noworodków o wym. min. 80 x 70 cm,

1 podkład chłonny z rozdrobnionej celulozy o wym. min. 55 x 85 cm,

4 ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm,

20 szt. kompresów z włókniny o wym. 10 x 10 cm min. 4 warstwy 30 g,

1 jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMS, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia ich związanie zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Rozmiar L

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 89

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 5, pozycji 1, 9, 17, 19, 20, 30.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 90

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 11, pozycja 1 chłonną ściereczkę w rozmiarze min 50x60 cm.

Odpowiedź:

Pytanie niezrozumiałe. W SIWZ jest ściereczka chłonna 50 x 60 cm.

Pytanie 91

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszcznie w pakiecie nr 11, pozycja 2 o składzie :

2 x fartuch M

1 x fartuch L

Serweta z laminatu min. 2- warstwowego , rozmiar min. 75 x 90 - 1 szt

Podłokietniki z laminatu min. 2 warstwowego rozmiar 33 x 75 - 2 szt

serweta okulistyczna 120 x 160 cm z dwoma zbiornikami na płyny - 1 szt

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 92

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszcznie w pakiecie nr 11, pozycja 3 serwetę okulistyczną 120 x 160 z dwoma zbiornikami na płyny

Odpowiedź:

Tak.

**KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI
KIEROWNIKA DZIAŁU ORGANIZACYNO-PRAWNEGO
Karolina Filipowska**